

---

**Struttura amministrativa a supporto delle attività sanitarie del P.O. Oristano****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE  
DEL P.O. SAN MARTINO****N° 18 DEL 21/03/2011**

*Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.lgs n°165 del 30/03/2001 e successive modifiche e integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni aziendali di cui alla deliberazione D.G. n°186 del 9.10.2008*

**OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA DRAGER FORNITURA DI SENSORI A DITO SpO<sub>2</sub> RICHIESTI DALL'U.O. DI RIANIMAZIONE DEL P.O. SAN MARTINO.**

**IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE  
DEL P.O. SAN MARTINO**

**Visto** l'atto deliberativo del D.G. n°186 del 9.10.2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° di Oristano le funzione previste dall'art.4 del Dlgs n°165/2001 e s.m.i.

**Vista** la deliberazione del D.G. n. 876 del 28/09/2010, di affidamento dell'incarico temporaneo di direzione della struttura semplice "Struttura amministrativa a supporto delle attività sanitarie del P.O. Di Oristano al Dr. Marco Biagini;

**Visto** il Regolamento per la gestione degli acquisti in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione D.G. n.1146 del 14.11.2007 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione D.G. n.411 del 12.03.2009 a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n.5/2007;

**Richiamata** la Determinazione n. 141 del 21/10/2010 con la quale veniva affidata alla Ditta Drager la fornitura di sensori a dito SpO<sub>2</sub> richiesti dal Responsabile dell'U.O. di Rianimazione del P.O. San Martino;

**Vista** che, con nota Prot. 345 del 19/11/2010 del Responsabile dell'U.O. di Rianimazione che chiede la sostituzione di detti sensori, pervenuti in data 22/11/2010 con documento di trasporto n. 36, in quanto non interfacciabili con i monitor Drager in dotazione al reparto;

**Acquisita** la fattura n. 110021 del 27/10/2010 della Ditta Dräger e la successiva nota di accredito della stessa n. 112610 del 24/12/2010 e sentita la Ditta che da la disponibilità alla sostituzione dei sensori interfacciabili riutilizzabili (cod. 726276 Dräger) allo stesso prezzo di € 600,00 + iva come nella precedente offerta;

**Ritenuto** pertanto per tanto di dover procedere alla fornitura di quanto richiesto dall' U.O. di Rianimazione del P.O. San Martino;

**Visto** l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Oristano n. 5 dell'8.01.2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n. 3/4 del 16.01.2008;

**Vista** la L.R. N° 10/2006 e lo statuto dell'Azienda;

## DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) **di affidare** alla Ditta Dräger la fornitura di n. 5 sensori (cod. 726276 Dräger) SpO2 a dito per adulti riutilizzabili al prezzo di € 600,00 + iva per l'U.O. di Rianimazione del P.O. San Martino;
- 2) **Di dare atto** che l'importo complessivo di € 720,00 IVA compresa sarà imputato sul conto economico 0501010801 "Acquisto di presidi chirurgici e materiale sanitario"(Aut. n. 141/2011) e al Centro di Costo 5AAE0202A1800 "U.O. Rianimazione – Competenze Comuni".
- 3) **Di autorizzare** il servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento, dietro presentazione di fattura da parte della Ditta previa verifica e attestazione della regolarità della fornitura eseguita.
- 4) **Di trasmettere** copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Oristano lì

Per il Responsabile delle Funzioni  
Amministrative del P.O. San Martino  
Dottor Marco Biagini

---

Il Funzionario/Responsabile Procedimento Istruente: Sig. C.D.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo di questa Azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI AFFARI GENERALI  
Dott.ssa Antonina Daga