

Dr. P. Sanna  
Urgente  
22/10/13  
*[Signature]*

NP 23

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

**PRESIDIO OSPEDALIERO S. MARTINO**  
**Dipartimento Cure Chirurgiche**  
**Direttore: Dott. Antonio O. Succu**

Oristano, 17/10/2013

PROT. 304

*Parere favorevole  
x Kit resezione bipolare  
18.10.13*

Al Direttore Servizio Provveditorato

e p.c. Al Direttore Generale  
Al Direttore Amministrativo  
Al Direttore Sanitario ASL  
Al Resp. Ingegneria Clinica

Oggetto: Richiesta Kit attivazione per resezione bipolare

Il Dipartimento di Cure Chirurgiche ha in dotazione 4 Elettrobisturi Modello Force Triad Valleylab, 3 dei quali destinati al Blocco Operatorio del P.O. S. Martino di Oristano ed 1 al Blocco Operatorio del P.O. Mastino di Bosa.

Solo quest'ultimo è dotato di un Kit per resezione bipolare che permette di utilizzare l'apparecchio per resezioni endoscopiche bipolari in Urologia e Ginecologia, garantendo così maggior sicurezza nei confronti delle possibili complicanze intraoperatorie.

Infatti la corrente bipolare, a differenza di quella monopolare, non crea i pericolosi archi voltaici che possono essere responsabili di lesioni anche gravi a carico degli organi compresi nell'arco voltaico stesso.

Inoltre è possibile, nello svolgimento di interventi con elettricità bipolare, l'utilizzo di normali soluzioni elettrolitiche anziché l'uso di quelle più costose macromolecolari potenzialmente responsabili di sindromi neurologiche da intravasazione che possono essere anche fatali per la paziente.

In considerazione di ciò si chiede l'acquisto di 2 Kit per gli elettrobisturi in dotazione al Blocco Operatorio di Oristano, di modo che gli interventi endoscopici di Urologia e Ginecologia possano giovare, aumentando la sicurezza degli operatori e delle pazienti e provvedendo al tempo stesso ad un risparmio economico nell'acquisto dei liquidi di distensione.

I Kit sono forniti al costo di 1.500 euro ognuno dalla Ditta fornitrice degli elettrobisturi aggiudicatrice della gara d'acquisto.

Il Codice del Produttore è il seguente: FTBRKIT.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti in proposito.

Cordiali saluti

*[Signature]*  
Dott. A. Campiglio

IL Direttore di Dipartimento  
Dipartimento Cure Chirurgiche  
Dott. A. Campiglio  
Servizio Sanitario Oristano  
**DIRETTORE**  
Dott. Antonio Onorato Succu

**gesuina.m demurtas**

---

**Da:** Barbara Podda  
**Inviato:** venerdì 18 ottobre 2013 12.33  
**A:** gesuina.m demurtas  
**Cc:** Succu Antonio Onorato; antonio campiglio  
**Oggetto:** Parere su moduli di resezione.

**Allegati:** doc20131018122235.pdf



doc2013101812223  
5.pdf (42 KB)

Al Servizio Provveditorato

Si allega il parere tecnico di competenza, precisando che il modulo di resezione bipolare era stato espressamente previsto in gara tra le opzioni al fine di poter eventualmente consentire ai chirurghi l'implementazione di metodiche più avanzate e sicure.

Distinti saluti,

Barbara PODDA

----- Original Message -----

From: <ingegneriaclinica@asloristano.it>

To: <barbara.podda@asloristano.it>

Sent: Friday, October 18, 2013 1:22 PM

> -----  
> KM-4050  
> [00:c0:ee:44:19:20]  
> -----  
>