

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Servizio Emergenza - Urgenza 118

Prot. n. 89/14 S.E.T. 118

Oristano 10 Aprile 2014

OGGETTO: - Richiesta "MAD 300" . NUOVA DOTAZIONE.

Alla Cortese Attenzione del Responsabile  
del Servizio Farmacia Territoriale  
Az. U.S.L. N. 5  
ORISTANO

Si richiede l'acquisto del dispositivo sottoindicato. Tale richiesta equivale anche alla "programmazione" per anno 2014.

\* "MAD 300" (Mucosal Atomization Device) PZ. 50 *1190069*  
per la somministrazione dei farmaci attraverso le mucose nasali

PZ. 10 per Postazione 118 Oristano

PZ. 5 per Postazione 118 Ales

PZ. 5 per Postazione 118 Bosa

PZ. 5 per Postazione 118 Ghilarza

**Motivazione della richiesta**

Il MAD 300 é un dispositivo per la somministrazione dei farmaci attraverso le mucose nasali. Trova applicazione nelle Ambulanze del Servizio Emergenza - Urgenza 118 Aziendale (postazioni Oristano, Ales, Bosa e Ghilarza) perché consente di sfruttare al meglio la somministrazione di farmaci per via endonasale (Es. sedazione di adulti e bambini, somministrazione di analgesici).

**Nuova dotazione.**

Il Direttore del Dipartimento  
Emergenza - Urgenza e Cure Intensive  
Dr. Salvatore Manca



Il Coordinatore Infermieristico S.E.U. 118  
Natalina Orrù

Allegato n° 2 alla determinazione  
Serv. Provveditorato N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Composto di n° 2 fogli

**Teleflex**

Servizio Sanitario Regione Sardegna ASL n° 5 - ORISTANO Dipartimento Amministrativo Servizio Provveditorato	
- 9 MAG 2014	
Arrivato il	32916
Prot. N. Pg. 2014	del 12/05/2014

Teleflex Medical S.r.l.  
Via Tonno 5  
20814 Varedo MB  
Italy  
Tel. + 39 0362 589 01  
Fax + 39 0362 589 040  
info.it@teleflex.com  
www.teleflex.com

Cap soc. 100.000 Euro i.v.  
R.E.A. MB 1088982  
REG. IMPR. 06324460150  
C.F. 06324460150  
P.IVA IT 02804530968  
Socio Unipersonale  
Unicredit S.p.A.  
IT 53W 020082041000500067604  
BIC-SWIFT UNCRITMINOLO

Spettabile  
ASL ORISTANO  
VIA CARDUCCI 35  
09170 ORISTANO

Varedo, 09/05/2014

Offerta n: 3312/2014/DF

Oggetto: Invito a presentare offerta per la fornitura di dispositivo medico. Vs. Rif. Prot. PG/2014/31260/PG del 06/05/2014.

La sottoscritta Claudia Borgonovo nata a Milano MI il 10/02/1967, residente in Via Isola, 48 - S. Zenone al Lambro MI, in qualità di PROCURATORE (come da regolare procura speciale atto del 17/02/2010 Notaio Fiorella Gasparro Repertorio N. 22.906 - Raccolta N. 10.748) della TELEFLEX MEDICAL SRL con sede in VIA TORINO, 5 - 20814 VAREDO MB - telefono 0362/58911 - fax 0362/589040 - CODICE FISCALE: 06324460150 - PARTITA IVA 02804530968 con la presente sottopone le nostre migliori quotazioni per l'eventuale fornitura di:

Codice	Descrizione	Q.tà Conf.	Prezzo offerto unitario	IVA%	CND	N. Repertorio
MAD300	MAD Nasal® Device per atomizzazione nasale, misura particelle 30 microns, spazio morto 0,99 ml, diametro della punta 0,43 cm, lunghezza totale 4,25 cm (ex cod. 7300MAD)	25 PZ	€ 4,75000 (QUATTRO/75 000)	22	R060101	288087/R


Quantità richiesta: 500 pezzi

Totale offerta  
€ 2.375,00000 IVA esclusa (DUEMILATRECENTOSETTANTACINQUE/00000)

Distinti Saluti.

TELEFLEX MEDICAL SRL

Claudia Borgonovo  
Procuratore



**R: offerta per la fornitura di MAD300**

**Da :** Donatella Fascia <donatella.fascia@teleflex.com>

ven, 16 mag 2014, 09:45

**Oggetto :** R: offerta per la fornitura di MAD300

**A :** paola gasparotto <paola.gasparotto@asloristano.it>

**Cc :** Maria Gesuina Demurtas <gesuina.m.demurtas@asloristano.it>

Buongiorno dr.ssa Gasparotto,  
confermiamo la validità della nostra offerta n.3312/2014/DF del 09/05/2014, per il quantitativo presunto di n.50 pezzi.

Restiamo a disposizione per ulteriori necessità, porgiamo cordiali saluti.

**Donatella Fascia**

Ufficio Gare

Teleflex Medical S.r.l.

Via Torino, 5

20814 Varedo MB - Italy

Tel. Ufficio +39 0362 58 90 250

Fax : +39 0362 543179

E-mail: [donatella.fascia@teleflex.com](mailto:donatella.fascia@teleflex.com)

[www.teleflex.com](http://www.teleflex.com)

Servizio Sanitario Regione Sardegna	
ASL n° 5 - ORISTANO	
Dipartimento Amministrativo	
Servizio Provveditorato	
16 MAG 2014	
Arrivato il _____	
Prot. N. _____	del _____

 **Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail! Respect our planet: don't print out this message if you really don't need it!**

Questa Email è da intendersi al solo ed esclusivo utilizzo dei destinatari e potrebbe contenere informazioni aziendali o private o confidenziali. Qualsiasi modifica, utilizzo, inoltro o distribuzione non autorizzata è proibita. Se avessi erroneamente ricevuto questo messaggio senza apparire nella lista dei destinatari, contatta il mittente rispondendo a questo messaggio e distruggi tutte le copie del messaggio originale. Grazie

This e-mail message is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and/or privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Thank you

**Da:** paola gasparotto [mailto:paola.gasparotto@asloristano.it]

**Inviato:** giovedì 15 maggio 2014 13:29

**A:** Fascia, Donatella

**Cc:** Maria Gesuina Demurtas

**Oggetto:** offerta per la fornitura di MAD300

Buongiorno Dr.ssa Fascia

Le comunico che nella nostra richiesta di preventivo per la fornitura del dispositivo medico "MAD300", si intendeva l'acquisto di n.50 pezzi e non 500 come erroneamente indicato.

Si chiede la conferma dell'offerta n.3312/2014/DF del 09/05/2014, per il quantitativo presunto di n.50 pezzi.

Si resta in attesa di un sollecito riscontro e si porgono cordiali saluti

Paola Gasparotto

Servizio Provveditorato.