

15/5/14  
P.O. San Martino – U.O.C. di Farmacia Ospedaliera

Oristano, 14/05/14

Prot. NP/2014/5231

Al Responsabile Servizio Provveditorato

Dr.ssa M.Gesuina De Murtas


SEDE

Oggetto: Richiesta fornitura sensori monouso per saturimetro per il reparto pediatria

Si trasmette per quanto di competenza, la richiesta inoltrata al Direttore della Farmacia Ospedaliera Osp.S.Martino – Oristano, in data 14/05/2014 da parte del Direttore della Pediatria Dr.Zanda, per l'acquisto dei dispositivi in oggetto, dedicati all'apparecchio già in dotazione del Reparto, per i quali non è presente un contratto per Asl5. Nulla osta a quanto richiesto.

Si porgono distinti saluti

Il Direttore della Farmacia  
Dr. Luigi Cozzoli



Dr.ssa Miriam Sparasci





ASLOristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia, P.O. "San Martino"

Oristano, 18/12/2013

Prot. N° 27/13 PED

FARMACIA P.O. SAN MARTINO

Arrivato il 14 MAG. 2014

Prot. N°

Al Direttore

U.O. Farmacia Ospedaliera

P.O. San Martino

**Richiesta sensori per saturimetro**

Per l'anno 2014 si richiede la fornitura di sensori per saturimetro e per monitor multiparametrico.

Tali sensori devono avere le seguenti caratteristiche: devono essere dotate di cerotto adesivo di alta qualità rigenerabile per riposizionamento, di schiuma di gomma, latex-free, adatti al monitor Datascope Passport 2 in dotazione all'Unità Operativa e dotate di diodo emittente e fotorecettore con sistema Masimo che permette una continuità di monitoraggio anche in presenza di movimenti, frequenti in età neonatale e pediatrica.

La quantità annuale prevista è la seguente.

- 100 pezzi codice prodotto 1651 COD. ARSAS 1196091
- 400 pezzi codice prodotto 1798 COD. ARSAS 1138677
- 100 pezzi codice prodotto 1025 COD. ARSAS 1196090


I sensori richiesti possono essere forniti, con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, solo ed esclusivamente dalla Ditta Masimo Corporation, concessionaria Te.S.Med. Snc, via Nazionale 59 09033 Decimomannu, tel 070961042 e che non sono disponibili in commercio altri prodotti ugualmente idonei allo scopo.

Si precisa pertanto che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 57 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 163/06 e s.m.l.

**il Direttore**  
dr. Giovanni Zanda

U.O. di Pediatria e Neonatologia  
Direttore: dr. Giovanni Zanda  
tel. 0783320060  
fax 0783320204  
e-mail pediatrica@tiscali.it

P.O. San Martino  
Viale Fondazione Rockefeller  
09170 Oristano  
SARDEGNA  
[www.asloristano.it](http://www.asloristano.it)



Cerca						demetria.piras	
Email	Contatti	Agenda	Impegni	Valigetta	Preferenze	Re:	
Chiudi	Rispondi	Rispondi a tutti	Inoltra	Elimina	Spam		Azioni
Da: Farmacia Ospedale San Martino Oristano							
A: demetria.piras							

Considerato che sono proprio quelli che il  
Dr.Zanda ha chiesto nella sua dichiarazione di  
scelta, direi che non ci sono dubbi sul parere  
positivo.

Grazie

M.Sparasci

SISTEMA SANITARIO DELLA SARDEGNA

A.S.L. N. 5 ORISTANO

Direttore: Dr. Luigi Cozzoli

P.O. San Martino

U.O.C.di Farmacia Ospedaliera

Tel. +39 0783 320020

Fax. +39 0783 360055

famaciaor@aslорistano.it