

Allegato n° 1 alla determinazione
Serv. Provveditorato n° _____ del _____
Composto di n° 3 fogli

Foe

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5
ORISTANO

12/6/14

Prot. NP/2014/6261

Oristano, li 10.06.2014

UFFICIO PROTESI - DISTRETTO

OGGETTO: richiesta acquisto presidi sanitari
L.R. 39/91 art. 17 e integrative
straordinarie del 01.08.1996, n. 34.

Servizio Sanitario Regione Sardegna A.S.L. n° 5 - ORISTANO Dipartimento Amministrativo Servizio Provveditorato
11 GIU 2014
Arrivato il _____
Prot. N. _____ del _____

Al Servizio Acquisizione Beni

In riferimento alla richiesta della Sig.ra _____, prot. n° 40071 del 10.06.2014, tendente ad ottenere la fornitura di presidi sanitari, in quanto affetta da _____ allegato alla presente si trasmette la richiesta di acquisto per i presidi sanitari di cui all'oggetto, dell'assistito _____

- PULSOSSIMETRO stabile, portatile, completo di cavo interfaccia paziente, con batteria interna ricaricabile, con lunga autonomia, allarmi visibili ed acustici su saturazione di O2 e su frequenza cardiaca, risposta rapida su saturazione;


Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

- Dr. Antonio Delabona -

L'OPERATORE AMMINISTRATIVO

Fausto Spanu



Servizio Sanitario - Regione Sardegna
 Azienda U.S.L. N. 5 di Oristano

Allegato 1

ASSISTENZA PROTESICA E INTEGRATIVA
Modello di Prescrizione Specialistica

ASSISTITO

NOME _____ COGNOME _____ ETÀ: _____
 Nato a _____ il _____ C.F. _____
 Residente in _____ Via _____ N. 74

VALUTAZIONE DELLA DISABILITA' E PROGRAMMA RIABILITATIVO

Diagnosi clinica _____
 Valutazione del deficit _____
 Valutazione funzionale e abilità residue Impossibilità a respirare spontaneamente

Valutazione delle attività, azioni da supportare e/o compensare Supportare la ventilazione

Obiettivi riabilitativi in relazione alla valutazione delle abilità motorie, intellettive e ambientali compatibili con il presidio proposto
Mantenere un'adeguata ossigenazione costante

Tempi di impiego previsti: 5-10 die

PRESIDI PROPOSTI

DESCRIZIONE PRESIDIO	Codice Tariffario	Codice ISO	Quantità
<u>il sistema stabile, portatile completo di cura interfaccia pz, con sistema interno ricaricabile con lunga autonomia, allarmi visibili ed acustici su Saturazione O₂ e su frequenza cardiaca risposta rapida alla saturazione</u>			<u>1</u>

Qualora il presidio non sia espressamente contemplato nel NT e sia riconducibile, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del VI 332/99 per omogeneità funzionale, apporre la dicitura "riconducibile per omogeneità funzionale"

caso di fornitura successiva alla prima indicare:

- a. se trattasi di fornitura che ha superato i tempi minimi di rinnovo ed è guasto rotto usurato
 data dell'ultima fornitura _____ dichiaro che non è convenientemente riparabile

b. se trattasi di fornitura che ha non superato i tempi minimi di rinnovo

(condizioni di cui al co. 3 dell'art. 5 del D.M. 332/99).

trattasi di presidio: guasto rotto usurato sostituzione componenti usurate
 Altro _____ dichiaro che non è convenientemente riparabile

(condizioni di cui al co. 2 dell'art. 5 del D.M. 332/99).

modifica dello stato psico-fisico (allegare relazione dettagliata)
 particolari necessità terapeutiche (allegare relazione dettagliata)

c. se trattasi di minore di anni 18

rinnovo dovuto ad esigenze correlate all'età evolutiva
 rinnovo non dovuto ad esigenze correlate all'età evolutiva ma ai casi di cui sopra (indicare)

Situazione dell'avente diritto

Lettera a dell'art. 2 del D.M. 332/99

- invalido già riconosciuto (invalido civile, di guerra, di servizio, privo di vista, sordomuto)
- invalido già riconosciuto per il quale viene richiesta assistenza protesica non correlata alla invalidità riconosciuta
- trattasi di invalido con invalidità > al 33% e fino al 100% senza indennità di accompagnamento riconosciuta: la minorazione riportata nella presente prescrizione comporta una invalidità superiore al 33% secondo le tabelle indicative del D.M. 05.02.1992
- trattasi di invalido al 100% con indennità di accompagnamento riconosciuta: la minorazione riportata nella presente prescrizione comporta una invalidità superiore ai 33% secondo le tabelle indicative del D.M. 05.02.1992
- minore di anni 18, per prevenzione, cura e riabilitazione di una menomazione e/o disabilità permanente

Lettera b dell'art. 2 del D.M. 332/99

- istante in attesa di accertamento di invalidità
- trattasi di assistito per il quale sussistono le condizioni di cui alla legge 18/80 in quanto si trova nella "impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua": la minorazione riportata nella presente prescrizione comporta una invalidità superiore al 33% secondo le tabelle indicative del D.M. 05.02.1992

Lo Specialista

DATA 29/05/14

Note:

la presente prescrizione deve essere accompagnata dalla prescrizione dei presidi su ricettario SSN

Dettaglio articolo

Allegato n° 2 alla determinazione
Stato Provvedimento N° del
Composto di 3 fogli

Page 1 of 1

SCHEDA DI DETTAGLIO

Fornitore: SIM ITALIA S.R.L.
Acquisti Verdi -
Marca: BEDING CHOICE
Codice Articolo Produttore: MD 300
Nome Commerciale: Saturimetro portatile con memoria
Articolo fornitore: MD 300
Prezzo: 399,00
Unita di Misura: Pezzo
Quantita' Vendibile x unita' di misura: 1
Lotto minimo per unita' di misura: 1
Tempo di Consegna: 10
Disponibilita Minima Garantita: 100
Condizioni di Pagamento: 60 GG DF

immagine non disponibile

Servizio Sanitario Regione Sardegna
ASL n° 5 - CRISTANO
Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato
13 GIU 2014
Arrivato il _____
Prot. N. _____ del _____

Allegato: 1
Descrizione: Saturimetro portatile con memoria
Tipo Contratto: Acquisto
Area di Consegna: Tutta Italia
Codice CND: Z1203020408
Identificativo di Registrazione SD/RDM: 308001
Anno/Versione: 2011
Tipologia: Da tavolo
Pazienti destinatari: Per adulti e bambini
Schermo: luminoso grafico a colori tipo oleds
Dimensioni (cm LxAxP): mm. 60 (L) x 125 (A) x 30 (P)
Peso (kg): 0,308
Alimentazione: caricabatteria da tavolo incluso
Parametri monitorati e opzioni incluse: possibilità di memorizzare i parametri, frequenza cardiaca, saturazione,
Parametri/opzioni richiedibili (non incluse nel prezzo): su richiesta è disponibile il sensore pluriuso pediatrico
Data ultimo aggiornamento: 2013-09-10 08:41:03,935

INDIETRO AGGIUNGI AL CARRELLO AGGIUNGI A PREFERITI SALVA PER IL CONFRONTO

*ce fonta Confano e puente rchro for
F.E.
13/06/14*

M. L.

ASL. N°
P.O. "S..."
U.O. Anestesia e Rianimazione

SATURIMETRO PORTATILE CON MEMORIA

MOD. MD300

- Possibilità di memorizzare i parametri rilevati fino a 72 ore
- Software per Windows XP e Windows 7 a 32 bit incluso:
 - consente l'archiviazione dei tracciati paziente, il loro approfondimento e comparazione secondo modelli impostabili dal Personale Medico.
 - ideale per realizzare studi clinici comparati, il software elimina automaticamente i "disturbi" nel tracciato.
 - elabora un report paziente, ampiamente configurabile, contenente tutte le informazioni relative ai dati rilevati.
- Robusto, Preciso, Leggero, Tascabile
- Rilevazione rapida dei dati
- Ampio display grafico a colori
- Soglie di allarme (minima e massima) impostabili e memorizzabili
- Funzionamento tramite batterie interne ricaricabili fornite in dotazione o direttamente a rete tramite alimentatore/caricabatteria da tavolo incluso
- Allarme sia visivo che sonoro
- Intensità degli allarmi sonori regolabile a piacere
- Possibilità di selezionare curva o barra pleisimografica
- Sensore SpO2 pluriuso per adulti incluso - su richiesta è disponibile il sensore pluriuso pediatrico
- Cavo prolunga sensore incluso
- Dotato di cavo per il trasferimento dei dati a PC seriale/USB finalizzato alla stampa o all'archiviazione
- Borsa imbottita per il trasporto inclusa
- Alimentatore/caricabatteria da tavolo incluso
- Guscio in silicone antiurto incluso




Printed by Simitalia s.r.l. E.C.D.P. Dpl. 31.05.2012

Distribuito in esclusiva da:

 **Simitalia s.r.l.**[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: Info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it



- Dimensioni: 60mm (L) x 125mm (A) x 30mm (P)
- Peso: 308g (strumento + abase da tavolo + batterie interne ricaricabili)
- Indicatori luminosi (Indicatore allarme/malfunzionamento: si accende quando l'allarme è attivo e quando lo strumento ha un malfunzionamento, Indicatore alimentazione esterna/interna, Indicatore batterie interne ricaricabili scariche: si accende in concomitanza con l'Indicatore luminoso di allarme quando le batterie interne ricaricabili sono scariche, Indicatore di ricerca pulsazione, Indicatore allarme spento)
- Memorizzazione parametri rilevati fino a 72 ore
- Cavo dati a PC tipo USB finalizzato alla stampa o all'archiviazione
- Temperature di esercizio: 5°C ~ 40°C
- Temperatura di immagazzinamento: -20°C ~ 55°C
- Strumento di gruppo I, tipo B
- Strumento privo di protezioni contro l'Ingresso di acqua
- Può funzionare continuamente
- Strumento non utilizzabile in presenza di miscele di gas anestetici infiammabili IEC 60601-1 (Safety of Electric Medical Equipment)
- Strumento che rientra nella classe B in relazione al livello di rumore emesso, Livello B in relazione all'immunità dal rumore IEC60601-1-2 (2003) (Electromagnetic Compatibility Requirements)

Saturazione

- Campo di misurazione 0~100%
- Accuratezza $\pm 2\%$ (80~100%), $\pm 3\%$ (7079%)

Frequenza cardiaca

- Campo di misurazione 20~235bpm
- Accuratezza: $\pm 2\text{bpm}$ or 2%

Display

- Grafico a colori tipo OLED

Batterie interne ricaricabili

- 3 batterie ricaricabili NIMh 1.2 Vc.c. 2.5A
- Tempo necessario per la ricarica delle batterie ricaricabili interne: circa 8 ore
- Autonomia massima batterie interne ricaricabili: circa 30 ore (se completamente cariche)

Alimentatore

- Input : 100-240 Vc.a., 50/60Hz, 0,4A
- Output : +5 Vc.c., 2A

Sensori

- Campo di misurazione: 70~100%
- Accuratezza: $\pm 2\%$ (70~100%)
- Specifiche Leds: ROSSO - lunghezza d'onda $660\pm 2\text{nm}$, energia irradiata 1,8mW
INFRAROSSO - lunghezza d'onda $940\pm 10\text{nm}$, energia irradiata 2mW
- Classificazione: Classe IIa, Regola 10 (MDD 93/42 /CEE)
- Standards: EN601-1/EN865, ISO 10993-1, ISO 10993-5 (EN30993-5)
- Compatibilità: Neilcor/KTMED/BCI

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Allegato n° 3 alla determinazione
Cassa Programmazione n° 001
Comparto di n° 3 lotti

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	1414132
CIG	Z4A0F880C7
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	BSS - BENI SPECIFICI PER LA SANITA'
Categoria (Lotto)	BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ
Data Creazione Ordine	
Data Scadenza Documento d'Ordine	
TOTALE (IVA esclusa)	399,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	414,96 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	AUSL 5 ORISTANO
Codice Fiscale Ente	00681110953
Nome Ufficio	SERVIZIO PROVVEDITORATO
Indirizzo ufficio	VIA CARDUCCI N° 35, 09170 - ORISTANO (OR)
Telefono	0783317780
Fax	078373315
e-mail di contatto Punto Ordinante	PROVVEDITORATO@ASLORISTANO.IT
Punto Ordinante	MARIA GESUINA DEMURTAS
Codice Fiscale Punto Ordinante	DMRMGS56H63L202M
Ordine Istruito da	ELEONORA FAA

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	SIM ITALIA S.R.L.
Partita IVA	01228210371
Indirizzo Sede Legale	VIA NAZARIO SAURO N. 29 - 40100 - BOLOGNA(BO)
Telefono	051810572
Fax	051817845
e-mail di contatto	UFFICIOGARE@SIMITALIA.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	01228210371
Provincia sede registro imprese	BO
Numero iscrizione registro imprese	REA 242165
Codice Ditta INAIL	3903123
Numero P.A.T.	48127040/02 - 48200228/01 - 48305614/13 - 12429214/14

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Matricola aziendale INPS	1306691088
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI SANITARI

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: PULSOSSIMETRI

Articolo Fornitore	MD 300
Marca	BEIJING CHOICE
Articolo Produttore	MD 300
Denominazione Commerciale	Saturimetro portatile con memoria
Prezzo	399,00
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	10
Disponibilita Minima Garantita	100
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	60 GG DF
Allegato	
Descrizione	Saturimetro portatile con memoria
Tipo Contratto	Acquisto
Codice Cnd	Z1203020408
identificativo Di Registrazione Bd/rdm	308001
Anno/versione	2011
Tipologia	Da tavolo
Pazienti Destinatari	Per adulti e bambini
Schermo	luminoso grafico a colori tipo oleds
Dimensioni (cm Lxaxp)	mm. 60 (L) x 125 (A) x 30 (P)
Peso (kg)	0,308
Alimentazione	caricabatteria da tavolo incluso
Parametri Monitorati E Opzioni Incluse	possibilità di memorizzare i parametri, frequenza cardiaca, saturazione,
Parametri/opzioni Richiedibili (non Incluse Nel Prezzo)	su richiesta è disponibile il sensore piuriso pediatrico
Quantita' totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	4,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
---------	------------------	---------------------	--------------	---------	--------------------

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

1	Saturimetro portatile con memoria	399,00	1.00 (Pezzo)	15,96 €	414,96 €
					TOTALE 414,96 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIA ROCKFELLER - 09170 - ORISTANO - (OR)

La fattura dell'importo complessivo 414,96 € IVA incl., 399,00 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

AUSL 5 ORISTANO

CF/P.IVA

00681110953

indirizzo

VIA CARDUCCI N° 35 - 09170 - ORISTANO - (OR)

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine.

CONSEGNA PRESSO UNITA' OPERATIVA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE P.O. SAN MARTINO-PER IL PZ. FLORE E.-

NEL DOCUMENTI DI CONSEGNA E NELLA FATTURA INDICARE NUMERO ORDINE AREAS : EC-2014 -..... DEL

I.V.A. AL 4% AI SENSI DELLA L. 263/89.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".

Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.