

*BE DA
per req. in provvedimento*



Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Unità Operativa Ginecologia ed Ostetricia

ASL N. 5 - ORISTANO	
Resp. Proc. _____	PERVENUTO IL
- 9 DIC. 2015	
Prot. n. _____ del _____	
Altri _____	

Oristano, 26 Novembre 2015

PROV. N. 2015/13097 DEL 4/12/15

Al Direttore Servizio Provveditorato

e p.c. Al Commissario Straordinario
Al Direttore Sanitario
Al Direttore Amm.vo
Al Direttore farmacia

Oggetto: Richiesta apertura procedura comparativa per fornitura di sistema resettoscopico.

Oggetto della presente richiesta è un sistema per resettoscopia bipolare per il trattamento della patologia uterina endocavitaria costituito dai seguenti elementi :

- ottica da 12°, 4mm
- elemento passivo operativo
- camicia interna in acciaio da 8 mm
- camicia esterna in acciaio con 2 rubinetti da 8.5 mm
- cavo elettrico per elettrobisturi
- contenitore per sterilizzazione di tutto il materiale
- autoclavabilità delle componenti pluriuso
- possibilità di utilizzo di anse elettrificate bipolari monouso con elettrodo in unica ansa per ottiche da 12° di almeno 3 misure
- possibilità di anse non elettrificate da scollamento pluriuso
- la possibilità di riconoscimento dell'elettrodo da parte del generatore (elettrobisturi) già presente nel nostro blocco operatorio (per autosestaggio istantaneo dei parametri migliori di utilizzo) deve costituire criterio preferenziale di scelta
- garanzia full-risk sulle parti pluriuso con possibilità di sostituzione integrale in caso di danneggiamento o malfunzionamento con procedura snella
- eventuale-garanzia di sostituzione dello strumentario in caso di aggiornamento tecnologico prima della scadenza della garanzia

Si ritengono necessari 3 sistemi completi per garantire una continuità per almeno 3 anni.

Per Il Direttore
Dott. Antonio Onorato Succu
Dott. A. Campiglio

Azienda Sanitaria n. 5 - Oristano
P.O. "San Martino"
UO Ostetricia e Ginecologia
Dr. Antonio Campiglio



Seibe
*06/04/16*SERVIZIO GINECOLOGIA E OSTETRICIA**Oristano** li 6.4.16Prot. 3554Al Direttore del Servizio Provveditorato
Al Direttore F.F Farmacia Ospedaliera**OGGETTO:** Fornitura in service sistema resettoscopico.

Facendo seguito alla nota prot. n. 2015/13097 del 04/12/2015 concernente la richiesta apertura procedura comparativa per la fornitura di sistema resettoscopico e alla mail del 04/04/2016 con la quale è stato comunicato l'esito dell'indagine di mercato, si chiede, nelle more dell'espletamento di una nuova gara aziendale e/o regionale, la fornitura in comodato d'uso gratuito di n. 2 sistemi per resettoscopia bipolare per il trattamento della patologia uterina endocavitaria, compatibile con i generatori Valleylab e i Sistemi Chirurgici Olympus mod. Thunderbeat presenti presso il Blocco Operatorio del P.O. San Martino di Oristano.

Si comunica che la suddetta fornitura riveste carattere d'urgenza per far fronte alle lunghe liste d'attesa e alla carenza di strumentario dedicato all'attività sopra citata, e che pertanto al fine di evitare gravi disservizi nell'assistenza sanitaria dei pazienti di questa ASL si rende necessario l'acquisto per il periodo di sei mesi di un quantitativo presunto pari a n. 150 anse bipolari.

Si evidenzia che, data la presenza nel Blocco Operatorio del generatore Olympus, il sistema resettoscopico fornito in service dalla Ditta Olympus Italia Srl risulta insostituibile con altri prodotti e che il cambiamento di fornitore e di materiali con caratteristiche tecniche differenti comporterebbe incompatibilità dei medesimi con tale Generatore .

L'alternativa è rappresentata dal sistema Gynacare con le proprie anse monouso distribuito dalla Ditta Prodifarm di Sassari.

Per quanto sopra si comunica che per la fornitura in oggetto ricorrono le condizioni di cui all'art. 57 comma 3 lett. b) del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

Distinti saluti.

Servizio Sanitario Regione Sardegna ASL n° 5 - ORISTANO Dipartimento Amministrativo Servizio Provveditorato
- 6 APR 2016
Arrivato il _____
Prot. N. _____ del _____

**Per Il Direttore del Servizio
Ginecologia e Ostetricia**

Dr. Antonio Onorato Succu

Il Responsabile della Pratica

Dott. A. Campiglio



Oggetto: ANSE BIPOLARI COMPATIBILI CON GENERATORI OLYMPU E VALLEYLAB**Mittente:** Farmacia Ospedale San Martino Oristano <farmaciaor@asloristano.it>**Data:** 06/04/2016 13.10**A:** Provveditorato 2 <provveditorato2@asloristano.it>**CC:** Maria Teresa Deidda <maria.teresa.deidda@asloristano.it>

Buongiorno,
in merito alla richiesta di anse bipolari compatibili con i generatori
attualmente di presenti al Blocco Operatorio,
si esprime parere favorevole
grazie
Dr Daniela C

SISTEMA SANITARIO DELLA SARDEGNA
A.S.L. N. 5 ORISTANO

Direttore: F.F. Dr.ssa Giuliana Flore

P.O. San Martino
U.O.C.di Farmacia Ospedaliera

Tel. +39 0783 320020

Fax. +39 0783 360055

farmaciaor@asloristano.it

Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla
societ in indirizzo e sono da intendersi confidenziali e riservate.

Ogni trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste informazioni a
persone o societ differenti dal destinatario proibita.

Se ricevete questa comunicazione per errore, contattate il mittente e cancellate
le informazioni da ogni computer.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which
it is addressed and may contain confidential and/or privileged material.

Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any
action in reliance upon, this information by persons or entities other than the
intended recipient is prohibited.

If you received this in error, please contact the sender and delete the material
from any computer.

----- Messaggio originale -----

Da: farmaciaor@asloristano.it

A: "farmaciaor" <farmaciaor@asloristano.it>

Inviato: Mercoledì, 6 aprile 2016 13:10:07

This E-mail was sent from "RNP239E16" (Aficio MP 4001).

Scan Date: 06.04.2016 13:10:06 (+0200)

Queries to: farmaciaor@asloristano.it

---Allegati:-----

20160406131007227.pdf

67,6 KB

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

Spettabile
ASL 5 ORISTANO
SERVIZIO PROVVEDITORATO
VIA CARDUCCI, 5 – 09170 ORISTANO

Alla cortese attenzione di:
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Oggetto: RFQ_307269. INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER RESETTOSCOPIA BIPOLARE DA DESTINARE AL COMPARTTO OEPRAATIVO DEL P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO.

La scrivente Olympus Italia S.r.l. - Società unipersonale, Via Modigliani 45, 20090 Segrate (MI), iscritta nella competente CCIAA di Milano al Nr. 10994940152 Tribunale di Milano, codice fiscale/partita IVA Nr. 10994940152, Ufficio delle Imposte dirette territorialmente competente Milano 3, Via Bistolfi 5 cap 20134, a nome di un suo Procuratore Maria Bianchi nata a Lodi (LO) il 24/09/1954, con la presente:

DICHIARA

Che i prodotti offerti nonché tutti i prodotti Olympus presenti nei listini ufficiali di OLYMPUS ITALIA S.R.L. – Società Unipersonale, sono commercializzati in esclusiva sul territorio italiano dalla scrivente, quale Filiale Italiana di OLYMPUS EUROPA SE & CO.KG – HAMBURG, Società Capogruppo per l'Europa di OLYMPUS MEDICAL SYSTEM CORPORATION – TOKYO.

Olympus Italia S.r.l. – Società Unipersonale

Un Procuratore
Maria Bianchi

UGC/gm - Segrate, 12.04.2016

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488

Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

rfq_307269 – Fornitura in service Sistemi Resettoscopici bipolari

Cognome e nome	Data e Ora
Maria Teresa Deidda	11/04/2016 10:57:18 - Fuso orario: GMT + 1:00

Responsabile	Struttura Aziendale	Unità aziendale
Maria Teresa Deidda	Provveditorato	

Informazioni Bando di Gara

Codice Elenco Negoziazioni	Descrizione Bando di gara	Protocollo Elenco Negoziazioni
tender_204376	Provveditorato-Maria Teresa Deidda	

Dati Generali

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Oggetto Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_307269	Fornitura in service Sistemi Resettoscopici bipolari
Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	
Stato	
Da Approvare	
Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	
Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Nascondi Valore ai Fornitori:
20.000	Sì
Valuta:	Valuta della Risposta
EUR	EUR
Gara in busta chiusa (RDO) di prova	
No	
Invia Email Certificata	
Sì	
Richiedi Firma digitale delle risposte del fornitore	
Sì	
Consenti Risposte da Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI)?	
No	

Attributi RdO

Tipologia RdO
Tipologia Procedura

Informazioni Aggiuntive

Sezione	Descrizione sezione	
Informazioni sulla Procedura		
Etichetta	Descrizione	Risposta
CIG/Smart CIG	CIG/Smart CIG	
CUP	CUP	
Tipologia Procedura	* Selezionare la Tipologia di Procedura	Aff. in economia affidamento diretto
Sezione	Descrizione sezione	
Selezione Fornitori		

Etichetta	Descrizione	Risposta
Note su Elenco Fornitori invitati	* "Indicare, nel presente campo, le motivazioni che hanno portato alla modifica dell'elenco dei Fornitori invitati (ad es: gara ad evidenza pubblica). I documenti che autorizzano la modifica potranno essere inseriti nella sezione ""Allegati - non visibili ai fornitori"".	Affidamento diretto a seguito di dichiarazione di scelta
Esito Selezione Fornitori	* Esito della selezione dei fornitori da invitare sulla base dell'estrazione effettuata dal sistema.	 rfq_307269-11-04-2016-10-41-42.pdf (33 KB)

Categoria
AN63AB22 - STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA GENERALE E MULTIDISCIPLINARE

Impostazioni Temporal

Modalità consultazione buste	
In busta chiusa (apertura sequenziale)	
Invito trasmesso automaticamente	Data di trasmissione automatica invito
No	
Data limite richiesta chiarimenti	Ora limite richiesta chiarimenti
18/04/2016	14:00
Data di Chiusura	Ora di Chiusura
22/04/2016	14:00

Informazioni Temporal

Gara in busta chiusa (RDO) Ultima modifica-Data	Gara in busta chiusa (RDO) Ultima modifica-Ora
11/04/2016	10:53:30

Struttura RDO

Busta di Qualifica	Richiedi Firma Digitale Risposte Fornitori
Sì	Sì
Busta Tecnica	Richiedi Firma Digitale Risposte Fornitori
Sì	Sì
Busta Economica	Richiedi Firma Digitale Risposte Fornitori
Sì	Sì

Strategia di Aggiudicazione

Strategia di ordinamento delle Offerte	Miglior Prezzo
Strategia Busta Economica	Prezzo Più Basso

Offerte Anomale

Calcolo offerte anomale	No
-------------------------	----

Area Visibile ai Fornitori

Percorso	Descrizione	Dimensione cartella
root (2)		2.397 KB
Nome File	Scaricabile	Data - ultima modifica
Dichiarazione sostitutiva.doc	Sì	11/04/2016
Lettera d'invito prot. n. 21849 del 11.04.16 Ditta Olympus.pdf	Sì	11/04/2016
		Descrizione
		Dichiarazione sostitutiva
		Lettera d'invito
		Dimensione File
		78 KB
		2.320 KB

Area Interna

Percorso	Descrizione	Dimensione cartella
root (0)		
La Cartella è vuota		

Fornitori confermati in selezione

Fornitori	Comune	Nome di riferimento	Tel. Fisso	Data d'invito
OLYMPUS ITALIA SRL	segrate	BIANCHI MARIA	02/269721	

Busta di Qualifica

Consenti Allegati Generici?
Non attivo

Busta di Qualifica: 1.1 Documentazione Amministrativa

	Descrizione	Descrizione	Tipo Parametro
1.1.1	Lettera d'invito	* Allegare lettera d'invito firmata digitalmente per accettazione	Allegato firmato
1.1.2	Dichiarazione sostitutiva	* Allegare dichiarazione sostitutiva debitamente compilata firmata digitalmente	Allegato firmato
1.1.3	Dichiarazione di commercializzazione in esclusiva	Allegare eventuale dichiarazione di commercializzazione in esclusiva firmata digitalmente	Allegato firmato

Parametri Tecnici

Consenti Allegati Generici?
Non attivo

Parametri Tecnici: 2.1 Documentazione tecnica

	Descrizione	Descrizione	Tipo Parametro
2.1.1	Schede tecniche	* Allegare schede tecniche firmate digitalmente dei dispositivi offerti	Allegato firmato
2.1.2	Certificazioni	* Allegare ogni certificazione e documentazione dalla quale si evidenzi che quanto offerto è conforme alle disposizioni di legge vigenti ed alle norme UE firmate digitalmente	Allegato firmato
2.1.3	CND - RDM	* Allegare documentazione indicante la classificazione nazionale dispositivi medici offerti, il numero di registrazione al repertorio nazionale e la classe di rischio, firmata digitalmente	Allegato firmato
2.1.4	Garanzia, assistenza e consegna	* Allegare documentazione indicante termini di garanzia, assistenza e tempi di consegna firmata digitalmente	Allegato firmato

Parametri Economici

Consenti Allegati nelle Risposte?	
Attivo	
Nuova Intestazione Colonna TCO	TCO Visibile ai Fornitori
	No

Parametri Economici: 3.1 Offerta Economica

	Riferimento	Descrizione	Note	Mostra note	Unità di misura	Quantità	Prezzo di Riferimento	Prezzo Unitario Minimo	Prezzo Unitario Massimo
3.1.1		* Inserire offerta economica complessiva senza IVA per il lotto unico partecipato, come da lettera di invito	Si precisa che il materiale di consumo (anse bipolari) verrà ordinato a seconda delle esigenze del reparto a seguito di proposta d'ordine della Farmacia Ospedaliera (contratto di somministrazione).	Si	Euro	1			

Parametri Economici: 3.2 Offerta economica

	Descrizione	Descrizione	Tipo Parametro
3.2.1	Offerta economica	* Allegare offerta economica contenente il prezzo unitario per ciascun prodotto (fabbisogno presunto per sei mesi delle anse bipolari n. 150 pezzi), il codice prodotto, il confezionamento, il prezzo complessivo, con e senza IVA, l'aliquota IVA, firmata digitalmente	Allegato firmato

Oggetto: Fwd: Re: Richiesta parere preventivo di conformità

Mittente: Gian Marco Zoncu <gianmarco.zoncu@asloristano.it>

Data: 13/05/2016 9.29

A: Deidda Maria Teresa <maria.teresa.deidda@asloristano.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Re: Richiesta parere preventivo di conformità

Data: Fri, 13 May 2016 09:20:13 +0200 (CEST)

Mittente: antonio.campiglio@asloristano.it

A: Gian Marco Zoncu <gianmarco.zoncu@asloristano.it>

CC: Farmacia Ospedale Oristano <farmaciaor@asloristano.it>, giuliana.flore
<giuliana.flore@asloristano.it>

In merito a quanto proposto dalla ditta Olympus si attesta che è conforme a quanto richiesto da questa UO.

Cordialmente

A. Campiglio

*Da: *"Gian Marco Zoncu" <gianmarco.zoncu@asloristano.it>

*A: *"Farmacia Ospedale Oristano" <farmaciaor@asloristano.it>, "giuliana.flore" <giuliana.flore@asloristano.it>, "antonio.campiglio" <antonio.campiglio@asloristano.it>

<antonio.campiglio@asloristano.it>

*Inviato: *Martedì, 26 aprile 2016 17:56:33

*Oggetto: *Richiesta parere preventivo di conformità

Buongiorno,

Si trasmette nota a firma del direttore del servizio provveditorato avente ad oggetto la richiesta formulazione parere preventivo di conformità su fornitura in service di sistemi di resettoscopia....

Saluti

* _____ *

Gian Marco Zoncu

Servizio Provveditorato

mail: gianmarco.zoncu@asloristano.it <<mailto:gianmarco.zoncu@asloristano.it>>

tel: 0783/317781

fax: 0783/73315

Oggetto: SISTEMA RESETTOSCOPIA

Mittente: Farmacia Ospedale San Martino Oristano <farmaciaor@asloristano.it>

Data: 14/05/2016 9.41

A: Gian Marco Zoncu <gianmarco.zoncu@asloristano.it>

CC: Maria Teresa Deidda <maria.teresa.deidda@asloristano.it>, Provveditorato 2 <provveditorato2@asloristano.it>, "antonio.campiglio" <antonio.campiglio@asloristano.it>, "giuliana.flore" <giuliana.flore@asloristano.it>

Buongiorno,

per quanto di nostra competenza di esprime parere favorevole e si comunicano i seguenti codici areas

976142 - ELETTRODO PER RESEZIONE HF ANSA PICCOLA 24 FR OTTICA 12° *WA22301D*

1251203 - ELETTRODO PER RESEZIONE HF ANSA MEDIA 24 FR OTTICA 12° *WA22302D*

976143 - ELETTRODO RESEZIONE HF ANSA GRANDE 24FR OTTICA 12° *WA22503D*

1251204 - ELETTRODO PER ENUCLEAZIONE ANSA 24 FR OTTICA 12° E 30° *WA22558C*

grazie

Dr Daniela C

SISTEMA SANITARIO DELLA SARDEGNA

<https://192.168.5.50/archweb/bin/redirect.asp?URL=http://www.sardegna salute.it/>

A.S.L. N. 5 ORISTANO

*Direttore: F.F. Dr.ssa Giuliana Flore

*P.O. San Martino

U.O.C.di Farmacia Ospedaliera

Tel. +39 0783 320020 <tel:%2B39%200783%20320020>

Fax. +39 0783 360055 <tel:%2B39%200783%20360055>

famaciaor@asloristano.it <mailto:famaciaor@asloristano.it>

Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla societ in indirizzo e sono da intendersi confidenziali e riservate.

Ogni trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste informazioni a persone o societ differenti dal destinatario proibita.

Se ricevete questa comunicazione per errore, contattate il mittente e cancellate le informazioni da ogni computer.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material.

Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited.

If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

*Da: *"Gian Marco Zoncu" <gianmarco.zoncu@asloristano.it>

*A: *"Farmacia Ospedale Oristano" <farmaciaor@asloristano.it>, "giuliana.flore" <giuliana.flore@asloristano.it>, "antonio.campiglio" <antonio.campiglio@asloristano.it>

*Inviato: *Martedì, 26 aprile 2016 17:56:33

*Oggetto: *Richiesta parere preventivo di conformità

Buongiorno,

Si trasmette nota a firma del direttore del servizio provveditorato avente ad oggetto la richiesta formulazione parere preventivo di conformità su fornitura in service di sistemi di resettoscopia....

Saluti

* _____ *

Gian Marco Zoncu

Servizio Provveditorato

mail: gianmarco.zoncu@asloristano.it <<mailto:gianmarco.zoncu@asloristano.it>>

tel: 0783/317781

fax: 0783/73315

-Allegati:-----

logo.jpg	0 bytes
Richiesta conformità.pdf	411 KB
Richiesta ginecologia.pdf	931 KB
Lettera d'invito prot. n. 21849 del 11.04.16 Ditta Olympus.pdf	2,3 MB
Schede tecniche.pdf	1,9 MB
Certificazioni .pdf	1,5 MB
Garanzia%2C assistenza e consegna.pdf	408 KB

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

Allegato n° 6 alla deliberazione
N° _____ del _____
Composto di n° 3 fogli.

Spettabile
ASL 5 ORISTANO
Via Carducci, 35
09170 Oristano

Oggetto: rfq_307269 – Invito a presentare offerta per la fornitura in service di Sistemi per resettoscopia bipolare da destinare al Comparto Operatorio del P.O. San Martino di Oristano

Egregi Signori,
la scrivente Olympus Italia S.r.l. - Società unipersonale, Via Modigliani 45, 20090 Segrate (MI), iscritta nella competente CCIAA di Milano al Nr. 10994940152 Tribunale di Milano, codice fiscale/partita IVA Nr. 10994940152, Ufficio delle Imposte dirette territorialmente competente Milano 3, Via Bistolfi 5 cap 20134, a nome di un suo Procuratore Maria Bianchi, nata a Lodi il 24/09/1954, presenta:

Proposta Nr. ES-39464/149P/gm del 12.04.2016

Si propone in comodato d'uso gratuito per la durata di 12 mesi (rinnovabile per accordo delle parti):

Codice	Descrizione	Codice CND	Codice Repertorio	Qtà	P.zo Listino Unitario	P.zo Listino Totale
WA22367A	ELEMENTO OEPRATIVO PASSIVO PER TURIS	Z12010904	56426	2	2.810,00	5.620,00
WA2T412A	OTTICA "OES ELITE", 4 MM, 12°, HD, AUTOCLAVABILE	Z12020701	1256655/R	2	3.140,00	6.280,00
A42011A	CAMICIA INTERNA 8 MM PER ISTERORESETTORE OLYMPUS	Z12020785	110640	2	827,00	1.654,00
A42021A	CAMICIA ESTERNA 8,5 MM ISTERORESETTORE ROT 2 RUBINETTI	Z12020785	110644	2	1.290,00	2.580,00
WA00014A	CAVO HF PER ESG-400, TURIS, POLIUSO	Z12010980	447905	2	281,00	562,00
WA05970A	CONTENITORE PER STERILIZZAZIONE GRANDE, CON COPERCHIO	S9080	116222	2	1.250,00	2.500,00
IL VALORE TOTALE PRESUNTO DELLE APPARECCHIATURE OFFERTE IN COMODATO VIENE STIMATO IN EURO 19.196,00 + IVA						

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488
Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

Codice	Descrizione	Codice CND	Codice Repertorio	Pz. per Conf.	P.zo Offerto al pezzo	P.zo Offerto a Confezione
MATERIALE DI CONSUMO: FABBISOGNO 150 PEZZI						
WA22301D	ELETTRODO TURis, ANSA PICCOLA, 12° MONOUSO	U090202	91033	12	150,00	1.800,00
WA22302D	ELETTRODO TURis, ANSA MEDIA, 12° MONOUSO	U090202	91136	12	150,00	1.800,00
WA22503D	ELETTRODO TURis, ANSA LARGA, 12° MONOUSO	U090202	54267	12	150,00	1.800,00
WA22558C	ELETTRODO TURis, ANSA ANGOLATA PER TUEB, 12°-30°, MONOUSO	U090202	56221	12	170,00	2.040,00
WA22355A	ELETTRODO TURis, AGO ANGOLATO A 45°, 12°-30°, PLURIUSI	U090202	91663	1	150,00	150,00
A22261A	CURETTE, 24-26-28 FR, PER OTTICA 12° E 30° OLYMPUS	L050901	101538	1	140,00	140,00

Tutti i prezzi indicati sono I.V.A. esclusa. IVA 22% a Vs. carico. – Le confezioni non sono divisibili.

Prezzo medio calcolato si fabbisogno semestrale: € 22.700,00

ONERI SICUREZZA (rif. D.Lgs 81/08, Art.26, comma6): pari allo 0,03% sul prezzo di offerta, già ricompresi nell'importo complessivo di fornitura.

CONDIZIONI DI FORNITURA

<u>RIF. OFFERTA Nr.:</u>	ES-39464/149P/gm del 12.04.2016
<u>PAGAMENTO:</u>	BB 60 gg. data fattura
<u>I.V.A.:</u>	A Vs. carico aliquota a norma di legge.
<u>IMBALLO:</u>	A nostro carico.
<u>TRASPORTO:</u>	Porto Franco.
<u>CONSEGNA:</u>	I beni offerti in comodato d'uso entro 30 giorni data ricevimento ordine; il materiale di consumo entro 5 giorni data ricevimento ordine.
<u>GARANZIA:</u>	I beni offerti in comodato d'uso sono coperti da garanzia Full Risk per tutta la durata del contratto; Il materiale di consumo viene offerto con garanzia 12 mesi contro i difetti di fabbricazione.
<u>VALIDITA' OFFERTA:</u>	I prezzi della presente offerta hanno validità di 180 gg. a decorrere dalla data di presentazione offerta.

Olympus Italia S.r.l. dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010, convertito in Legge 217/2010.

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488
Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 5 e 6 della L.136/2010 ed onde poter ottemperare agli obblighi di legge, per il caso in cui il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e/o Codice Unico Progetto (C.U.P.) relativi alla procedura per la quale la presente offerta viene depositata non siano ancora stati resi noti, Olympus Italia S.r.l. richiede di essere posta al corrente dei suddetti C.I.G. e C.U.P. oppure del fatto che la procedura non è soggetta ad attribuzione".

Inoltre ai sensi della determinazione nr. 4 del 07.07.2011 si richiede, per procedure multilotto, di comunicare alla scrivente il numero di CIG MASTER.

Con riferimento alla normativa relativa alla fatturazione elettronica, DM 55/2013, vi invitiamo a voler cortesemente riportare in ogni documento d'ordine destinato alla nostra Società, il Codice Univoco Ufficio (CUF) di pertinenza.

Vi preghiamo di riportare sempre il ns. numero di offerta in caso di gradito ordine che potrà essere inviato ai seguenti nr. fax 02.26972.353 o 02.26972.370 o 06.5758492.

Nel restare a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o necessità, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Olympus Italia S.r.l. – Società Unipersonale

Un procuratore

Maria Bianchi

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG

Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488

Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_204376	Provveditorato-Maria Teresa Deidda	

CONFIGURAZIONE

rfq_307269	Fornitura in service Sistemi Resettoscopici bipolari	
------------	--	--

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	Sì	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Valutazione Finale

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la pubblicazione: 11/04/2016 18:50

Data e Ora di Chiusura 22/04/2016 14:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 26/04/2016 13:35

Valutazione iniziata da: Gian Marco Zoncu

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati: 1

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 1

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Tecnica: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore	Data della Risposta	Note
OLYMPUS ITALIA SRL	18/04/2016 15:39:19	

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
OLYMPUS ITALIA SRL	18/04/2016 15:39:19 da BIANCHI MARIA

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

Data apertura Busta di Qualifica

26/04/2016 13:35

Busta di Qualifica aperta da

Gian Marco Zoncu

Commissione Apertura Buste

No

BUSTA DI QUALIFICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
1	0	0	3	Disabilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	3

Fornitore	OLYMPUS ITALIA SRL
Rifiuto risposta di Qualifica	No
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente	QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (46 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	1.1 Documentazione Amministrativa

Parametro	Descrizione
1.1.1 Lettera d'invito	Allegare lettera d'invito firmata digitalmente per accettazione
Valore	
Lettera d'invito prot. n. 21849 del 11.04.16 Ditta Olympus.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.2 Dichiarazione sostitutiva	Allegare dichiarazione sostitutiva debitamente compilata firmata digitalmente
Valore	
Dichiarazione sostitutiva.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.3 Dichirazione di commercializzazione in esclusiva	Allegare eventuale dichiarazione di commercializzazione in esclusiva firmata digitalmente
Valore	
Dichirazione di commercializzazione in esclusiva .pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente-Gruppo di Valutazione di Qualifica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Deidda Maria Teresa	OLYMPUS ITALIA SRL	18/05/2016 09:48
Zoncu Gian Marco	OLYMPUS ITALIA SRL	26/04/2016 13:36

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Gian Marco Zoncu	26/04/2016 13:40	1	0

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

RISPOSTE TECNICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
OLYMPUS ITALIA SRL	18/04/2016 15:39:19 da BIANCHI MARIA

APERTURA BUSTA TECNICA

Data di apertura offerta tecnica

26/04/2016 13:40

BUSTA TECNICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Tecnica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
1	0	0	4	Disabilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE TECNICHE

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	4

Fornitore	OLYMPUS ITALIA SRL		
Rifiuto Risposta Tecnica	No		
Note di esclusione/inclusione ufficiali			
Allegato Busta Tecnica firmata digitalmente	TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (47 KB); Firma digitale controllata senza errori		
Nome Sezione	2.1 Documentazione tecnica		
Parametro	Descrizione		
2.1.1 Schede tecniche	Allegare schede tecniche firmate digitalmente dei dispositivi offerti		
Valore			
Schede tecniche.pdf.p7m			Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione		
2.1.2 Certificazioni	Allegare ogni certificazione e documentazione dalla quale si evidenzia che quanto offerto è conforme alle disposizioni di legge vigenti ed alle norme UE firmate digitalmente		
Valore			
Certificazioni .pdf.p7m			Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione		
2.1.3 CND - RDM	Allegare documentazione indicante la classificazione nazionale dispositivi medici offerti, il numero di registrazione al repertorio nazionale e la classe di rischio, firmata digitalmente		

Valore	
CND - RDM.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione
2.1.4 Garanzia, assistenza e consegna	Allegare documentazione indicante termini di garanzia, assistenza e tempi di consegna firmata digitalmente
Valore	
Garanzia, assistenza e consegna.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE TECNICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE TECNICA

Utente-Gruppo di Valutazione Tecnica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Maria Teresa Deidda	OLYMPUS ITALIA SRL	18/05/2016 09:51
Gian Marco Zoncu	OLYMPUS ITALIA SRL	26/04/2016 13:40

CONGELAMENTO VALUTAZIONE TECNICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Gian Marco Zoncu	18/05/2016 09:55	1	0

ESITO VALUTAZIONE TECNICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
OLYMPUS ITALIA SRL	18/04/2016 15:39:19 da BIANCHI MARIA

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Data apertura offerta economica 18/05/2016 09:55
 Offerta economica aperta da Gian Marco Zoncu
 Commissione Apertura Buste No

BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	1	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	2

Fornitore	OLYMPUS ITALIA SRL
Escludi risposta fornitore?	No
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta	EUR
Prezzo totale complessivo	22.700
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (49 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	3.1 Offerta Economica
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	22.700

Parametro	Descrizione	
3.1.1	Inserire offerta economica complessiva senza IVA per il lotto unico partecipato, come da lettera di invito	
Quantità	Prezzo unitario	Totale
1	22.700	22.700

Nome Sezione	3.2 Offerta economica
---------------------	-----------------------

Parametro	Descrizione	
3.2.1 Offerta economica	Allegare offerta economica contenente il prezzo unitario per ciascun prodotto (fabbisogno presunto per sei mesi delle anse bipolari n. 150 pezzi), il codice prodotto, il confezionamento, il prezzo complessivo, con e senza IVA, l'aliquota IVA, firmata digitalmente	
Valore		
	Offerta economica.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Maria Teresa Deidda	OLYMPUS ITALIA SRL	18/05/2016 10:01
Gian Marco Zoncu	OLYMPUS ITALIA SRL	18/05/2016 09:55

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
--	------------	-----------------------	-------------------

Gian Marco Zoncu	25/05/2016 09:56	1	0
------------------	------------------	---	---

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ESCLUSIONE FORNITORE

Fornitore	Stato Ausiliario Fornitore	Escluso dall'Aggiudicazione
OLYMPUS ITALIA SRL		No

STORICO DEGLI STATI

Data Modifica	Area Modificata	Descrizione Modifica	Modificato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione azione
25/05/20 16 09: 56:43		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Zoncu Gian Marco			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
18/05/20 16 09: 55:07		La Busta Economica è stata aperta	Zoncu Gian Marco			La Busta Economica è stata aperta
18/05/20 16 09: 55:04		La fase di Valutazione Tecnica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Zoncu Gian Marco			La fase di Valutazione Tecnica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
26/04/20 16 13: 40:20		La Busta Tecnica è stata Aperta	Zoncu Gian Marco			La Busta Tecnica è stata Aperta
26/04/20 16 13: 40:17		La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Tecnica.	Zoncu Gian Marco			La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Tecnica.
26/04/20 16 13: 35:58		La Busta di Qualifica è stata aperta	Zoncu Gian Marco			La Busta di Qualifica è stata aperta
26/04/20 16 13: 35:57		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.	Zoncu Gian Marco			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.
26/04/20 16 13: 35:46		Valutazione RdO Iniziata	Zoncu Gian Marco			Data di Chiusura RdO: 22/04/2016 14:00:00
11/04/20 16 18: 50:39		La richiesta per la Pubblicazione della RDO è stata approvata.	Demurtas Maria Gesuina			La richiesta per la Pubblicazione della RDO è stata approvata.,La RDO si conclude in data: 22/04/2016 14:00:00 .
11/04/20 16 10: 53:30		È stata richiesta l'Approvazione per la Pubblicazione della RDO.	Deidda Maria Teresa			È stata richiesta l'Approvazione per la Pubblicazione della RDO.

FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER RESETTOSCOPIA BIPOLARE DA DESTINARE AL COMPARTO OPERATORIO DEL P.O. DI ORISTANO
PER IL PERIODO DI 6 MESI

N. 2 Sistemi per resettoscopia in comodato d'uso gratuito

CODICE AREAS	QUANTITA' PRESUNTA	CODICE DITTA	DESCRIZIONE	CND	RDM	N. PEZZI CONFEZIONE	APREZZO UNITARIO	PREZZO CONFEZIONE	IMPORTO IVA ESCLUSA
976142	125	WA22301D	ELETTRODO TURIS, ANSA PICCOLA, 12° MONOUSO	U090202	91033	12	€ 150,00	€ 1.800,00	€ 18.750,00
1251203		WA22302D	ELETTRODO TURIS, ANSA MEDIA, 12° MONOUSO	U090202	91136	12	€ 150,00	€ 1.800,00	
976143		WA22503D	ELETTRODO TURIS, ANSA LARGA, 12° MONOUSO	U090202	54267	12	€ 150,00	€ 1.800,00	
1251204	25	WA22558C	ELETTRODO TURIS, ANSA ANGOLATA PER TUEB, 12°-30°, MONOUSO	U090202	56221	12	€ 170,00	€ 2.040,00	€ 4.250,00

IMPORTO IVA ESCLUSA € 23.000,00

IVA 22% € 5.060,00

IMPORTO IVA COMPRESA € 28.060,00

Allegato n° 8 alla deliberazione
N° del
Composto di n° 1 fogli.