

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO**

Proposta n. 458 del 06/04/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 430 DEL 06/04/2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

Ing. Giorgio Tuveri

OGGETTO: Presa d'atto del programma biennale 2017/2018 delle verifiche di sicurezza elettrica (VSE) e controlli funzionali (CF) delle apparecchiature biomedicali di media e bassa tecnologia della ASSSL di Oristano. Approvazione stralcio 1° semestre 2017.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Rag. Salvatore Seoni _____

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Giorgio Tuveri _____

La presente Determinazione del Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Oristano è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

X

Si attesta che la presente Determinazione del Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Oristano viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSSL di Oristano dal 19/04/2017 al 03/05/2017

Per Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Dott. Giuseppe Melis

IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

Viste

- la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n° 5 di Oristano n° 186 del 9.10.2008 con la quale sono state attribuite ai Dirigenti le funzioni previste dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i;
- la Disposizione della Direzione Generale dell'ASL n° 5 di Oristano prot. n. NP/2014/12209 del 13.11.2014 con la quale sono state rimodulate le competenze dei servizi tecnici aziendali secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale e contestualmente, nelle more della definizione di un assetto definitivo, è stato affidato ad interim, all'Ing. Giorgio Tuveri, l'incarico di Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica;

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

Richiamata la Raccomandazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 9/2009 avente come obiettivo la riduzione degli eventi avversi riconducibili al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali;

Premesso

- che per ridurre al minimo il rischio derivante dall'utilizzo delle attrezzature biomedicali, deve esistere un piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria oltreché effettuare su di esse le verifiche di sicurezza elettrica, le prove funzionali ed i controlli di qualità con le periodicità opportune dettate da un piano operativo in ottemperanza alle seguenti disposizioni:
 - Norme CEI 62.5, CEI 62.122, Norme CEI particolari
 - Raccomandazione n.9 dell'Aprile 2009 emanata dal Ministero della Salute
 - D.P.R. del 14 Gennaio 1997, nella sezione REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI GENERALI - Punto 4 "Gestione delle risorse tecnologiche"

Precisato che il patrimonio biomedicale della ASSL di Oristano consta di circa 4.606 asset di proprietà con un valore stimato presunto dell'installato di circa € 33.505.000,00 Iva esclusa, ripartito in alta, media e bassa tecnologia;

Dato atto che non essendo attivo in questa ASSL un servizio di "Global Service" per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali di alta tecnologia e attrezzature critiche, sono stati attivati per queste tipologie di apparecchiature dei contratti manutentivi direttamente con le case madri, al fine di ottemperare alle norme in materia;

Preso atto

- che per le restanti attrezzature di proprietà stimate in circa 3.000 asset è stato disposto, con Deliberazione del Commissario della ASL di Oristano n° 1056 del 24/11/2010, in favore della "A.T.I. Elettronica Biomedicale di Foligno (Pg) con Elettronica Professionale di Sassari", l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata d'appalto per l'affidamento

dei servizi di revisione inventariale, verifiche di sicurezza elettrica, verifiche di funzionalità e collaudi di apparecchiature elettromedicali presenti presso diverse strutture sanitarie della ASL n° 5 di Oristano, per il periodo di mesi ventiquattro (24), al costo complessivo di € 74.431,50 Iva esclusa, di cui € 73.619,00 I/E (importo a ribasso) e € 812,50 I/E (importo oneri sicurezza);

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL di Oristano n. 862 del 19/12/2016 è stato prorogato per mesi sei (6), fino alla data del 30/06/2017, il servizio di cui sopra per la cifra presunta di € 17.951,75 Iva esclusa;

Visto il piano biennale 2017-2018 proposto dall' "A.T.I. Elettronica Biomedicale di Foligno (Pg) con Elettronica Professionale di Sassari", ripartito teoricamente su base biennale, di cui lo stralcio del primo semestre 2017 è afferente ai reparti critici e contestuale strumentario biomedicale, relativamente alle verifiche di sicurezza elettrica e ai controlli funzionali di n. 665 asset di proprietà, per un costo indicativo di € 13.681,00 Iva esclusa, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. n. 1;

Atteso che si ritiene pertanto necessario approvare lo stralcio inerente il 1° semestre 2017 del piano in argomento, al fine di ridurre al minimo gli eventi avversi riconducibili al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali;

Attestato che tutta la documentazione relativa al presente provvedimento è acquisita in formato cartaceo agli atti del servizio;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa

1. **di approvare** lo stralcio inerente il 1° semestre 2017 del programma biennale 2017/2018 (All. 1) delle verifiche di sicurezza elettrica (VSE) e dei controlli funzionali (CF) delle apparecchiature biomedicali di media e bassa tecnologia presenti presso la ASSL di Oristano, per un totale di 665 asset di proprietà, per un costo indicativo di € 13.681,00 Iva esclusa;
2. **di nominare** Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del Servizio Ingegneria Clinica e Direttore dell'Esecuzione il Dirigente del Servizio Ingegneria Clinica;
3. **di trasmettere** copia del presente atto al servizio proponente per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

Ing. Giorgio Tuveri