

LOTTO 3
Apparecchiature per Cardiologia
Ambulatoriale

| | |
|-------|----------------|
| Data: | Timbro e Firma |
|-------|----------------|

Articolo C.03.01

N. 3 Sistema digitale di elettrocardiografia dinamica secondo Holter

da destinare:

1 Poliambulatorio di Oristano

1 Poliambulatorio di Ales

1 U.O. Medicina del P.O. "A.G. Mastino" di Bosa

Caratteristiche tecniche:

- Conforme alla normativa 93/42CE (**specificare allegare dichiarazione di conformità**)
- N° 3 registratori digitali portatili:
 - di dimensioni contenute c.ca (55x85x15 mm) (**specificare**)
 - alimentati a batterie (**specificare**)
 - leggeri del peso di circa 70 g (**specificare**)
 - con dati ECG completi a 2-3 canali (**specificare**)
 - con memoria integrata (tecnologia a stato solido) di almeno 32 MB (**specificare**)
 - acquisizione simultanea di 3 o 12 derivazioni (**specificare**)
 - tempo di acquisizione di almeno 24 ore (**specificare**)
 - rilevazione impulsi Pace Maker (**specificare**)
 - dotato di dispositivo segnalazione eventi da parte del paziente (**specificare**)
 - possibilità di scaricare i dati registrati, su PC (**specificare**)
- N° 1 PC workstation e Software dedicato per la gestione, l'analisi e l'elaborazione dei parametri registrati, operante in ambiente windows, con almeno le seguenti caratteristiche (**specificare le caratteristiche hardware del PC : RAM ,Hard disk, frequenza di processore, tipologia di processore, sistema operativo, ecc**):
 - Analisi aritmie con possibilità di riclassificazione dei battiti da parte dell'operatore; (**specificare**)
 - Modalità di scansione automatica; (**specificare**)
 - Analisi di tratto S-T; (**specificare**)
 - Analisi di tratto Q-T; (**specificare**)
 - Analisi Pace maker (**specificare**)
 - Canali bipolari indipendenti (**specificare**)
 - Rianalisi su canali a scelta (**specificare**)
 - Personalizzazione del menù (**specificare**)
 - Rilevamento della fibrillazione atriale (**specificare**)
 - Creazione automatica dei Report di stampa con possibilità di personalizzazione da parte dell'operatore. (**specificare**)

| | |
|-------|----------------|
| Data: | Timbro e Firma |
|-------|----------------|

Valutazione Qualità (60 punti)

Caratteristiche tecniche qualificanti in termini di sicurezza, ergonomia, potenzialità funzionali, quantità e qualità degli accessori forniti in serie per:

- registratori portatili (punti 20)
- PC workstation e sistema di interfacciamento tra registratori e PC (punti 10)
- software di analisi (punti 20)
- durata della garanzia e qualità assistenza tecnica in garanzia e post garanzia in relazione al contratto di assistenza tecnica proposto per l'intero lotto (punti 10)

| | |
|-------|----------------|
| Data: | Timbro e Firma |
|-------|----------------|