

LOTTO 4

Lettini per vista ambulatoriale

Data:	Timbro e Firma
-------	----------------

Articolo C.04.01

N. 5 LETTINI per Visita Ambulatoriale

da destinare:

al Poliambulatorio di Oristano

Caratteristiche tecniche comuni a tutti i letti:

- Conforme alla normativa 93/42CE (**specificare allegare dichiarazione di conformità**)
- su ruote (**specificare**)
- piano imbottito inespanso ad alta densità (**specificare**)
- rivestito in similpelle lavabile (**specificare**)
- regolazione elettrica dell'altezza (da cm. 40 a cm. 95) (**specificare**)
- interruttore di comando a pedale pneumatico (**specificare**)
- testata regolabile verso l'alto e verso il basso da 20° a 60° (**specificare**)
- testata regolabile in positivo e negativo con molla a gas; (**specificare**)
- porta lenzuolino incluso; (**specificare**)
- dimensioni pari a 195cmx80cm (**specificare**)
- in grado di reggere un peso almeno pari a 150 Kg (**specificare**)

Nota bene. Come specificato all'art. 8 del Capitolato Tecnico il suddetto Lotto verrà valutato al prezzo più basso verificata la rispondenza ai requisiti di minima pena esclusione sopra riportati.

Data:	Timbro e Firma
-------	----------------