

---

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici impiantabili per cardiopatici.

CHIARIMENTO n° 1 del 20.10.2010

**Quesito n° 1:** "Lotto 15: il defibrillatore bicamerale completo di elettrocatteteri ha un prezzo indicativo di € 7.250 rispetto al lotto 27 ( leggi 17) dove si chiede un defibrillatore monocamerale con relativo elettrocatteteri ad un prezzo indicativo di € 12.500,00. C'è un errore di trascrizione dei prezzi?"

**Risposta:** Il prezzo unitario indicato non è a base d'asta e pertanto l'eventuale superamento in sede di offerta di tale prezzo indicativo è ammesso. L'aggiudicazione del lotto 15 come degli altri lotti è prevista in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri indicati negli atti di gara.

**Quesito n° 2:** "Lotti 19-20 Non vengono menzionati gli elettrocatteteri per stimolazione ventricolare sinistra, non essendo presente nel capitolato un lotto dedicato a tali elettrocatteteri i lotti 19 e 20 s'intendono comprensivi degli stessi?"

**Risposta:** Si conferma che per i lotti 19-20 i defibrillatori devono essere completi di entrambi i cateteri ventricolari dedicati (ventricolare destro e ventricolare sinistro). Si precisa che nel modulo offerta, nel caso il prezzo offerto per ciascun catetere sia differente, dovrà essere indicato separatamente il prezzo unitario del catetere ventricolare destro e di quello sinistro.

**Quesito n° 3 :** Cosa si intende per "indicare codifica relativa al lotto per cui si presenta offerta come da art. 3 del Capitolato e da Allegato Tecnico" dal momento che comunque sono già indicati il numero del lotto, il tipo di pace maker e così via o intendete che si ripetano anche le caratteristiche essenziali richieste?"

**Risposta:** Il modello offerta pubblicato, per motivi di spazio, ovviamente non riporta tutti i lotti di gara per cui la Ditta che intende presentare offerta per diversi lotti dovrà aggiungere le righe necessarie riportando il numero del lotto offerto e il tipo di dispositivo come indicato nell'art. 3 del Capitolato e dell'Allegato Tecnico. Non devono essere ripetute le caratteristiche tecniche del dispositivo offerto ma, come indicato, il modello e codice prodotto fornitore per l'esatta identificazione del dispositivo presentato nella corrispondente documentazione tecnica.

**Quesito n° 4** : Per motivi di spazio possiamo riprodurre il prospetto Offerta Economica "modello A" su carta bianca (che andrà poi debitamente timbrata, datata e firmata) riportando ovviamente ogni singolo dato richiesto per i lotti di ns interesse, o si deve tassativamente utilizzare il Vs. prospetto con il Vs. logo? Il bollo da applicare sull'offerta lo intendete ogni 4 pagine o ogni 100 linee e frazioni di esse?.

**Risposta:** Nell'art. 10 del C.S.A. è precisato che "l'offerta economica dovrà essere formulata **utilizzando o seguendo la traccia del modello** predisposto dalla ASL 5" e pertanto il modello può essere riprodotto anche riportando i soli lotti di interesse purchè vengano indicati gli elementi del modello stesso (n° lotto, modello e codice prodotto fornitore, prezzo unitario ecc. ecc.) necessari per la corretta formulazione dell'offerta. Per quanto riguarda l'applicazione delle marche da bollo sull'offerta economica la Ditta dovrà attenersi a quanto indicato nel primo capoverso dell'art. 10 del C.S.A.

**Quesito n° 5:** nel prospetto dell'offerta economica relativamente all'ultima casella da compilare ossia "prezzo offerto iva esclusa per singola voce" deve intendersi la ripetizione della prima casella "prezzo unitario offerto in cifre iva esclusa", in quanto sembrerebbe un doppione.

**Risposta:** Nella casella "prezzo offerto iva esclusa per singola voce" dovrà essere indicato il **totale offerto per la singola voce (riga)** cioè il risultato della moltiplicazione tra prezzo unitario e quantità annuali. Nei lotti dove c'è una unica voce gli importi "prezzo offerto per singola voce" e "importo annuale del lotto" saranno coincidenti mentre nei lotti in cui deve essere indicato distintamente il prezzo dell'elettrocattetero dedicato ci sarà più di una voce i cui totali andranno ovviamente sommati per ottenere l'importo complessivo annuale del lotto.

#### **Chiarimenti caratteristiche tecniche ed aggiornamento tecnologico:**

Tenuto conto della evoluzione tecnologica del settore si precisa che:

1) la "possibilità di controllo in remoto" del dispositivo, prevista in diversi lotti (Lotti 8-11-13-15-17-19) quale caratteristica preferenziale, può essere assicurata, in linea con le innovazioni più recenti, mediante linee telefoniche cellulari (GPRS, 3G) in alternativa alla modalità ivi prevista (via modem).

2) nel lotto 14 Defibrillatore bicamerale completo di catetere ventricolare dedicato la "risposta in frequenza guidata da sensore di attività" può essere assicurata, in linea con gli studi scientifici più recenti, da qualunque tipo di sensore di attività in alternativa al riferimento ivi previsto (ventilazione minuto)