

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici impiantabili per cardiopatici.

CHIARIMENTO n° 2 del 28.10.2010

Quesito: "Come mai i Defibrillatori bicamerali di cui ai lotti 13-14 e 15 vengono richiesti corredati solo di cateteri ventricolari e non anche di quelli "atriali"?"

Risposta: I dispositivi di cui ai lotti 13-14 e 15 vengono richiesti corredati solo di cateteri ventricolari e non anche di quelli "atriali" in quanto per questi ultimi possono essere utilizzati quelli ricompresi nei successivi lotti 21-22-23 e 24 e quindi non necessariamente "dedicati".