

Capitolato Speciale

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA
DI AMBULANZE OCCORRENTI AL
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA URGENZA
ED ALLA DIREZIONE SANITARIA DEL P.O.
SAN MARTINO DI ORISTANO**

Sommario

<u>PARTE I – DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL’APPALTO.....</u>	<u>6</u>
<u>CAPO I – Definizioni generali.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 1 Definizioni.....</u>	<u>6</u>
<u>CAPO II – Oggetto dell’appalto</u>	<u>6</u>
<u>Art. 2 Oggetto dell’appalto.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 3 Lotti di gara - caratteristiche generali.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 4 Valore dell'appalto.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 5 Ordine di validità dei documenti d’appalto.....</u>	<u>7</u>
<u>CAPO I – Modalità di scelta del contraente.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 6 Procedura e criterio di aggiudicazione.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 7 Elementi di valutazione e fattori ponderali.....</u>	<u>7</u>
<u>CAPO II – Modalità di compilazione dell’offerta e composizione del plico.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 8 Compilazione dell’offerta economica.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 9 Requisiti dell’offerta.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 10 Validità delle offerte.....</u>	<u>9</u>
<u>Art.11 Composizione del plico.....</u>	<u>9</u>
<u>Art.12 Documentazione amministrativa.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 13 Documentazione tecnica.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 14 Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 15 CIG e contributo di partecipazione alla gara.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 16 Informazioni e Chiarimenti.....</u>	<u>1</u>
<u>CAPO III – Modalità di svolgimento della gara.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 17 Seggio di gara.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 18 Commissione Giudicatrice.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 19 Adempimenti del seggio di gara e della commissione giudicatrice.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 20 Presenza dei soggetti candidati.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 21 Aggiudicazione.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 22 Offerte anormalmente basse.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 23 Stipulazione del contratto.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 24 Cause espresse di esclusione.....</u>	<u>4</u>
<u>PARTE III - RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE.....</u>	<u>4</u>
<u>CAPO I - Partecipazione e costituzione.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 25 Soggetti ammessi alla gara.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 26 Raggruppamenti temporanei di imprese.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 27 Costituzione del raggruppamento di imprese.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 28 Contenuti dell’atto di costituzione.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 29 Concorrenza sleale.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 30 Fatturazione e liquidazione a favore di raggruppamenti temporanei d’impresa.....</u>	<u>7</u>



PARTE IV - CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE.....	7
CAPO I - Garanzie.....	7
Art. 31 Cauzione provvisoria.....	7
Art. 32 Restituzione cauzione provvisoria ai soggetti non aggiudicatari.....	8
Art. 33 Cauzione definitiva.....	8
PARTE V - AGGIUDICAZIONE.....	8
CAPO I - Adempimenti soggetto aggiudicatario.....	8
Art. 34 Documentazione.....	8
PARTE VI – Capitolato tecnico	9
CAPO I – Disciplinare di fornitura	9
Art. 35 Apparecchiature, installazioni, gestione del servizio.....	9
Art. 36 Inadempienze.....	9
Art. 37 Penalità.....	9
Art. 38 Risoluzione del contratto.....	9
Art. 39 Garanzia.....	10
Art. 40 Assistenza operativa e tecnica durante il periodo di fornitura.....	10
Art. 41 Prezzi.....	10
Art. 42 Modalità di fatturazione e pagamenti.....	10
Art. 43 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni.....	11
Art. 44 Osservanza delle leggi, disposizioni generali e rinvii.....	11
Art. 45 Foro Competente.....	11
Art. 46 Tracciabilità dei flussi finanziari	11
Art. 47 Allegati	11

PARTE I – DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL'APPALTO

CAPO I – Definizioni generali

Art. 1 Definizioni

Nel testo del presente capitolato speciale d'appalto valgono le seguenti definizioni:

- a) **Azienda sanitaria.** Per Azienda sanitaria si intende l'Azienda Sanitaria Locale ASL 5;
- b) **ASL 5 .** Per ASL 5 si intende l'Azienda Sanitaria Locale ASL 5 ;
- c) **Soggetto candidato.** Per soggetto candidato si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma singola che in forma associata;
- d) **Soggetto concorrente.** Per soggetto concorrente si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma singola che in forma associata;
- e) **Soggetto aggiudicatario.** Per soggetto aggiudicatario si intende quel soggetto candidato risultato aggiudicatario dell'appalto secondo le modalità di cui al presente capitolato.
- f) **Soggetto escluso.** Per soggetto escluso si intende quel soggetto candidato escluso dalla partecipazione alla gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme tale da comportare, a norma del presente capitolato, l'esclusione della gara.
- g) **Legale rappresentante.** Si definisce legale rappresentante del soggetto candidato qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto candidato. Legale rappresentante del raggruppamento di imprese è il legale rappresentante dell'impresa mandataria quale risulta dall'atto di costituzione del raggruppamento medesimo.

CAPO II – Oggetto dell'appalto

Art. 2 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di n.10 ambulanze, la cui descrizione è indicata nel Capitolato Tecnico parte IV del presente Capitolato.

Art. 3 Lotti di gara - caratteristiche generali

La fornitura sarà aggiudicata in tre diversi lotti, aggiudicabili separatamente, per tutto quanto compreso nel lotto.

Art. 4 Valore dell'appalto

Il valore totale di €.565.000 a base d'asta della fornitura è così suddiviso:

LOTTO 1 – n.2 ambulanze per Dipartimento emergenza/urgenza, n.1 Tipo A1 e n.1 Tipo A – importo a base d'asta €.115.000 IVA esclusa

LOTTO 2 – n.2 AMBULANZE TIPO A1 Dipartimento emergenza/urgenza– IMPORTO a base d'asta €.120.000 IVA esclusa

LOTTO 3 - n.6 AMBULANZE TIPO A di cui n.3 per il Dipartimento emergenza/urgenza e n.3 per la Direzione Sanitaria Ospedaliera – IMPORTO a base d'asta €.330.000 IVA esclusa

Si evidenzia che non sono ammesse offerte in aumento o condizionate, pena l'immediata esclusione dalla procedura di gara del concorrente.

Art. 5 Ordine di validità dei documenti d'appalto

L'aggiudicatario dovrà tenere conto nel caso di discrepanza fra i documenti di appalto e di

contratto del seguente ordine di validità e d'importanza dei documenti:

- Contratto
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Offerta dell'aggiudicatario

Il contratto è il documento che riveste l'importanza maggiore ed a seguire gli altri documenti elencati precedentemente.

Se all'interno dello stesso documento vi fossero punti o elementi di diversa interpretazione, verrà interpretato la condizione più favorevole per l'ASL 5.

PARTE II - DISCIPLINARE DI GARA

CAPO I – Modalità di scelta del contraente

Art. 6 Procedura e criterio di aggiudicazione

La procedura di scelta del contraente è la procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii. sulla base della percentuale di ribasso offerto rispetto alla base d'asta indicata per ciascun lotto al precedente articolo 4.

L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto, in favore della/e Ditta/e che avrà/nno presentato l'offerta al prezzo più basso. **La mancanza anche di uno solo degli articoli che costituiscono il lotto, determinerà l'esclusione dalla gara del concorrente.**

Ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827 del 23.05.1924, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per ciascun lotto, purché tecnicamente valida ed economicamente congrua ai sensi del presente capitolato.

Art. 7 Elementi di valutazione e fattori ponderali

L'aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii., **per ciascun lotto**, in favore dell'offerta al prezzo più basso a condizione della rispondenza tecnica dei mezzi e delle attrezzature offerte ai requisiti tecnici indicati nell'allegato 1.

le società concorrenti possono presentare offerta per uno o più lotti e anche per tutti i lotti.

CAPO II – Modalità di compilazione dell'offerta e composizione del plico

Art. 8 Compilazione dell'offerta economica

L'offerta economica, **per ciascun lotto**, deve essere resa legale mediante l'apposizione di una o più marche, debitamente annullate, per un valore complessivo di € 14,62 (quattordici/62) ogni quattro fogli usati. Qualora le offerte non siano in regola con la legge sul bollo e ciò nel caso in cui l'imposta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, saranno trasmesse per la loro regolarizzazione al competente Ufficio del Registro.

L'offerta, per essere valida deve essere sottoscritta in ogni sua pagina e pervenire dal fornitore, se trattasi di persona fisica, o da un soggetto avente la qualità di legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica. L'offerta può anche essere fatta a mezzo di persona munita di procura. In tal caso unitamente all'offerta economica il soggetto candidato dovrà trasmettere, in originale o in copia conforme, la procura, che deve essere speciale, e cioè riguardare lo specifico appalto, o, in genere, tutti gli appalti per le forniture delle amministrazioni pubbliche.

La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente per presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la forma dell'atto pubblico, essere cioè redatta a norma dell'art. 2699 c.c., con le richieste formalità, da un notaio o

da altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme).

L'offerta economica dovrà essere formulata utilizzando o seguendo la traccia del modello predisposto dalla ASL 5 ed allegato al presente capitolato sotto la voce **Modello " A "** .

Art. 9 Requisiti dell'offerta

I prezzi offerti devono intendersi comprensivi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Tecnico con la sola esclusione dell'I.V.A.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, o facenti riferimento a parametri di mercato non prevedibili al momento dell'aggiudicazione o ad altra offerta, propria o altrui. Non sono ammesse offerte plurime, alternative, incomplete.

Il concorrente nel formulare l'offerta, dovrà valutare attentamente tutti i costi inerenti l'appalto sia indiretti che diretti sollevando in questo modo la ASL 5 dal pagamento di ulteriori oneri per garantire la corretta funzionalità dello stesso.

Art. 10 Validità delle offerte

L'offerta, ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per il periodo di gg. 180 a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere da essa

Art.11 Composizione del plico

Il concorrente potrà presentare un unico plico offerta contenente le seguenti buste:

<p>a) Busta n. 1- contenente l'offerta economica relativa al lotto di interesse, una Busta n.1 per ciascun lotto per il quale s'intende presentare offerta.</p>
<p>All'esterno di tale busta, siglata sui lembi di chiusura e chiusa con nastro adesivo trasparente, a pena di esclusione, deve essere riportata:</p> <ol style="list-style-type: none">1. l'indicazione del soggetto candidato offerente;2. la seguente dicitura: BUSTA 1 – offerta economica fornitura AMBULANZE: LOTTO N..... <p>In tale busta deve essere contenuta:</p> <ol style="list-style-type: none">3. l'offerta economica formulata secondo quanto indicato nell'art. 8 (Modello "A" -)
<p>b) Busta n. 2, contenente la documentazione amministrativa.</p>
<p>All'esterno di tale busta, siglata sui lembi di chiusura e chiusa con nastro adesivo trasparente, a pena di esclusione, deve essere riportata:</p> <ol style="list-style-type: none">4. l'indicazione del soggetto candidato offerente

5. la seguente dicitura: **BUSTA 2 - Documentazione amministrativa per la PARTECIPAZIONE PROCEDURA APERTA FORNITURA AMBULANZE**
6. In tale busta deve essere contenuta la documentazione di cui al successivo art. 12.

- c) **Busta n. 3 - contenente la documentazione tecnica relativa al lotto di interesse, una Busta n.3 per ciascun lotto per il quale intende presentare offerta.**

All'esterno di tale busta, siglata sui lembi di chiusura e chiusa con nastro adesivo trasparente, a pena di esclusione, deve essere riportata:

7. l'indicazione del soggetto candidato offerente
8. la seguente dicitura: **BUSTA 3 – Documentazione tecnica per la fornitura AMBULANZE: LOTTO N.....**
9. In tale busta deve essere contenuta la documentazione di cui al successivo art. 13.

Le suddette buste a pena di esclusione, devono a loro volta essere inserite in un plico grande **chiuso con nastro adesivo trasparente e siglato sui lembi di chiusura**. Tale plico deve riportare in maniera chiara e leggibile, la seguente dicitura:

l'indicazione del soggetto candidato offerente (nome e ragione sociale della ditta concorrente);

la seguente dicitura:

NON APRIRE - Offerta relativa alla gara per la fornitura DI AMBULANZE.

Il suddetto plico, indirizzato all'Azienda Sanitaria Locale n. 5, Via Carducci, n. 35 09170 Oristano, deve pervenire, **pena l'esclusione**, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara, direttamente o a mezzo posta.

Nel caso di consegna a mano del plico si ricorda che l'Ufficio Protocollo di questa ASL è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore **9,00** alle ore **13,00** (Tel. 0783.317836).

Art.12 Documentazione amministrativa

La documentazione amministrativa da includere nella busta n. 2, **pena l'esclusione**, è la seguente:

1. **istanza di partecipazione**, in lingua italiana e **dichiarazione sostitutiva** resa dal Legale Rappresentante o Procuratore dell'impresa offerente ai sensi degli artt. 38, 39, 41, 42 del D.Lgs. n. 163/2006 redatta secondo l'unito Modello B, corredato del prospetto dei principali contratti espletati nel settore oggetto di gara ;
2. Dichiarazione di accettazione di tutte le clausole contenute nel presente **Capitolato speciale d'appalto, nel Capitolato tecnico e relativi allegati**;
3. dichiarazione di cui al **modello C** ai fini della specifica approvazione delle clausole onerose ai sensi dell'art. 1341 del c.c.;
4. elenco senza prezzi, a pena di esclusione, delle ambulanze offerte e relative dotazioni e accessori per renderle perfettamente funzionanti così come richiesto nel Capitolato Tecnico, con riferimento alle sezioni e numeri d'ordine indicato;

5. documento attestante **l'avvenuto versamento della cauzione provvisoria** (v. Parte IV del capitolato). Qualora il deposito cauzionale sia prestato in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, tale documento è costituito da copia della quietanza di versamento presso la Tesoreria della ASL 5. Qualora invece detto deposito cauzionale sia prestato mediante polizza fideiussoria o assicurativa, tale documento è costituito da copia della polizza medesima;
6. **Dichiarazione a pena di esclusione di impegno di un fideiussore** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 75 comma 8 del Dlgs n°163/06 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario
7. **Copia di avvenuto** pagamento contributo autorità di vigilanza secondo le modalità indicate nell'art. 15
8. **Eventuale procura**, nel caso in cui l'offerta economica sia sottoscritta da un procuratore;

NB: la firma in calce alle dichiarazioni non necessita di autenticazione; le dichiarazioni dovranno però essere accompagnate, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore delle stesse.

In caso di partecipazione in RTI, l'istanza e la dichiarazione di cui al punto 1, dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI costituito o costituendo. I documenti di cui ai punti 2, 3, 4, 5 dovranno essere sottoscritti da tutte le Imprese in RTI o Consorziato. La documentazione attestante il pagamento del contributo all'AVCP di cui al punto 7 dovrà essere presentata, in caso di RTI costituito o costituendo, dall'impresa mandataria.

La cauzione provvisoria e l'impegno del fideiussore di cui ai punti 5 e 6 dovrà essere prodotta: **a)** in caso di RTI costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento; **b)** in caso di RTI costituendo, dalla mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande.

Inoltre, dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. o Consorzio:
già costituito:

1) copia dell'atto di conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico individuato come mandatario ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio e dichiarazione del Legale Rappresentante o di persona dotata di idonei poteri di firma, dell'Impresa mandataria o del Consorzio, in cui dovranno essere specificati i servizi che saranno eseguiti dalle singole Imprese, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs, 163/2006;

non costituito:

2) dichiarazione del Legale Rappresentante della ditta mandataria, sottoscritta da tutte le imprese in RTI o consorziate attestante:

a) a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero l'Impresa che sarà designata quale Referente responsabile del Consorzio;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37, comma 8, del D. Lgs. N. 163/2006;

c) la specificazione dei servizi che saranno eseguiti dalle singole Imprese, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. N. 163/2006.

La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o di uno solo dei documenti richiesti di cui all'art. 12, comporterà l'esclusione dalla gara.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art.46 del D.Lgs. n.163/06, inviterà, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 13 Documentazione tecnica.

Per quanto riguarda la documentazione tecnica da includere nella busta n. 3 si raccomanda di seguire nella descrizione dell'offerta tecnica, punto per punto, quanto richiesto nel Capitolato Tecnico completando l'offerta tecnica quando occorre anche di disegni e/o immagini esplicative.

Si precisa che sui documenti interni all'offerta tecnica di cui al presente articolo **non dovrà essere riportata** qualsivoglia indicazione diretta e/o indiretta di carattere economico, pena l'esclusione automatica del concorrente dalla procedura di gara.

La mancata presentazione della documentazione tecnica di cui al Capitolato tecnico, non consentendo un'adeguata valutazione tecnica, comporterà l'esclusione dell'offerta.

Si precisa che la Commissione Giudicatrice ai fini della valutazione di conformità dei prodotti offerti potrà richiedere chiarimenti solamente sulla documentazione prodotta dal concorrente in sede di gara.

Art. 14 Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Azienda Sanitaria procederà a verifiche, a campione, secondo quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006. Tali verifiche saranno effettuate dall'Azienda Sanitaria, con sorteggio pubblico, su un numero pari al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore. L'Azienda Sanitaria si riserva altresì di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione.

Art. 15 CIG e contributo di partecipazione alla gara

Il **CIG** (Codice Identificativo Gara) assegnato alla presente procedura dal sistema SIMOG, **per ciascun lotto**, da indicare in sede di versamento del contributo di partecipazione alla gara, è indicato nella tabella di cui al presente articolo.

Ai sensi dell'art.1, comma 67 della L. 266/2005 e della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e Forniture 15 febbraio 2010, come successivamente modificata in data 03.11.2010, le ditte partecipanti sono tenute al pagamento del contributo di partecipazione alla gara secondo le nuove modalità precisate nell'avviso del 31.03.2010, pubblicato sul sito dell'AVCP, **entrate in vigore dal 01.05.2010**.

Il pagamento della contribuzione, se dovuta, dovrà avvenire con le modalità previste per gli operatori economici dall'art. 2.2 delle succitate nuove istruzioni operative.

A riprova dell'avvenuto pagamento la Ditta partecipante dovrà allegare all'offerta **a pena di esclusione** copia della ricevuta di pagamento, trasmessa via e-mail dal sistema di riscossione, nel caso di pagamento on-line con carta di credito, ovvero, originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita nel caso di pagamento effettuato presso i punti vendita della rete Lottomatica Servizi, abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

Lotto	N° CIG	Contributo a carico della ditta	Contributo a carico ASL	Importo a base di gara
LOTTO 1	35445742FF	ESENTE	€30,00	€115.000,00
LOTTO 2	3544879EAD	ESENTE	€30,00	€120.000,00
LOTTO 3	3544931998	€35,00	€225,00	€330.000,00

Si rappresenta che la ASL 5 è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al

controllo anche tramite l'accesso al SIMOG dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato nella ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Art. 16 Informazioni e Chiarimenti

Ai sensi dell'art. 71, comma 2 D.Lgs. n. 163/2006, potranno essere richiesti alla ASL 5 di Oristano eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Capitolato Speciale e della restante documentazione di gara. Qualsiasi richiesta di informazione/chiarimento circa le modalità di esecuzione della procedura o relativa al contenuto degli atti a base della procedura, dovrà essere inoltrata, solo ed esclusivamente, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica provveditorato@asloristano.it, o il fax n° 0783/73315, e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno **03.01.2012 alle ore 12,30**.

Sempre che siano state chieste in tempo utile, entro la scadenza del termine dianzi indicato, le informazioni complementari ed i chiarimenti agli atti di gara saranno comunicate, stesso mezzo, dalla ASL 5 di Oristano almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, come per legge. I quesiti e i relativi chiarimenti saranno pubblicati sul sito internet www.asloristano.it nella sezione "Bandi e Gare".

CAPO III – Modalità di svolgimento della gara

Art. 17 Seggio di gara

La gestione della procedura di gara è affidata al Seggio di gara, composto da un Presidente e due testimoni, di cui uno anche con funzioni di segretario verbalizzante, nominato dal Direttore Generale. Il Presidente è designato tra i dirigenti dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 18 Commissione Giudicatrice

La valutazione tecnica delle offerte è rimessa al giudizio di una Commissione Giudicatrice nominata con proprio atto dal Direttore Generale successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La Commissione è composta da un numero dispari non superiore a cinque componenti, esperti nella specifica materia cui si riferisce l'appalto. Il Presidente è designato tra i dirigenti dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 19 Adempimenti del seggio di gara e della commissione giudicatrice

Al seggio di gara, durante la seduta pubblica, competono le seguenti operazioni volte ad individuare l'offerta al prezzo più basso:

1. verifica della regolarità esterna dei plichi generali pervenuti, della loro integrità e dell'osservanza dei termini e modalità di presentazione;
2. apertura dei plichi e verifica della presenza delle buste N° 1, 2, 3, confezionate come indicato all'art. 11 del presente capitolato, pena l'esclusione;
3. apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (**BUSTA N° 2**) e delle buste contenenti la documentazione tecnica (**BUSTA N.3**);
4. verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa inviata a corredo dell'offerta in ossequio a quanto previsto dall'art.12 del presente capitolato;
5. apposizione della data e firma sulla documentazione tecnica presentata;
6. ammissione alla fase successiva delle imprese la cui documentazione è risultata completa e conforme a quanto richiesto o esclusione, adeguatamente motivata,

delle stesse;

7. raccolta delle buste chiuse contenenti le offerte economiche (**BUSTA N° 1**) inviate dalle ditte partecipanti alla gara e inclusione delle stesse in un plico che, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, debitamente conservato dal Segretario del Seggio di Gara, verrà aperto nella successiva seduta pubblica di gara.

8. svolgimento sorteggio ex art. 48 D. Lgs. n. 163/2006;

9. inoltro alla commissione tecnica di cui all'art. 18 delle buste contenenti la documentazione tecnica (**BUSTA N° 3**);

Alla Commissione Giudicatrice in seduta riservata compete

1. l'esame e valutazione della documentazione tecnica (**BUSTA N° 3**);
2. l'attestazione di conformità o non conformità dell'offerta tecnica alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico;
3. invio al seggio di gara del verbale relativo alle conclusioni della suddetta verifica tecnica

Al seggio di gara durante la seconda seduta pubblica compete:

1. rendere note le risultanze della dimostrazione da parte della ditta estratta del possesso dei requisiti ex art. 48 D.lgs 163.06;
2. rendere note le conclusioni della verifica di conformità tecnica delle offerte effettuata dalla Commissione Giudicatrice;
3. apertura del plico in cui sono incluse le buste chiuse contenenti le offerte economiche;
4. apertura delle buste chiuse contenenti le offerte economiche e lettura dei prezzi offerti e della percentuale di sconto praticata sull'importo a base d'asta dalle sole ditte ammesse a questa fase della gara, anche in applicazione dell'art.284 del DPR 270 del 05.10.2010;
5. formazione della graduatoria provvisoria di aggiudicazione.

Art. 20 Presenza dei soggetti candidati

Alle sedute pubbliche del seggio di gara di cui al punto precedente possono presenziare ed intervenire richiedendo l'iscrizione a verbale, i legali rappresentanti dei soggetti candidati o persone da essi delegate munite di specifica procura.

Art. 21 Aggiudicazione

L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con provvedimento del Direttore Generale dell'ASL. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione per esigenze di pubblico interesse, per eccessiva onerosità e/o per incongruità dell'offerta nel suo insieme.

Il responsabile del procedimento entro 5 giorni dall'aggiudicazione comunica l'esito di essa al soggetto aggiudicatario e ai concorrenti che seguono nella graduatoria mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'aggiudicazione è peraltro condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia nonché derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati dall'articolo 32 quater c.p., ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 22 Offerte anormalmente basse

Il seggio di gara, in seduta pubblica, procederà secondo quanto previsto dall'art. 284 del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010.

Art. 23 Stipulazione del contratto

A seguito del provvedimento di aggiudicazione si procederà alla stipulazione del contratto. Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 24 Cause espresse di esclusione

La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute nei punti sotto indicati comporta l'automatica esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a presidio della par condicio, segretezza e imparzialità:

1. mancata presentazione della dichiarazione di accettazione del Capitolato speciale e del Capitolato tecnico e relativi allegati;
2. mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo dell'offerta (artt. 8,12,13);
3. presenza di indicazioni di prezzo nell'offerta tecnica (art. 13) e nell'elenco, senza prezzi, dei prodotti offerte da includere nella documentazione amministrativa (art. 12)
4. in caso di offerta pervenuta oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara. A tal fine fa fede la data di arrivo apposta dall'Ufficio Protocollo della ASL 5 ;
5. mancata chiusura con nastro adesivo trasparente o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura dei plichi e delle buste;
6. in caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo inosservanza delle disposizioni contenute nella PARTE III (artt. 25, 26, 27, 28,29);
7. inosservanza dell'art. 29 ("concorrenza sleale");

PARTE III - RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

CAPO I - Partecipazione e costituzione

Art. 25 Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente appalto le imprese individuali, le società commerciali e i raggruppamenti di imprese.

Art. 26 Raggruppamenti temporanei di imprese

Sono ammessi alle gare i raggruppamenti temporanei ed i consorzi negli appalti di lavori. La costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese sono disciplinati dall'art. 37 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che testualmente recita:

1. omissis
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

3. omissis
4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
6. omissis
7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34 D. Lgs. n. 163/2006, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34 D. Lgs. n. 163/2006, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
11. omissis
12. In caso di procedure ristrette o negoziate, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della ASL 5 per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, La ASL 5

può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni La ASL 5 può recedere dall'appalto.

19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Art. 27 Costituzione del raggruppamento di imprese

L'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo, che deve risultare da scrittura privata con autentica notarile, deve avvenire entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 28 Contenuti dell'atto di costituzione

L'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, deve contenere:

- a) l'elenco delle imprese che aderiscono al raggruppamento;
- b) l'estratto dei verbali dei consigli di amministrazione o equivalenti organi deliberanti di ciascuna impresa in cui è approvata la partecipazione al raggruppamento temporaneo;
- c) l'oggetto e lo scopo del raggruppamento che nel caso di specie è costituito dalla partecipazione alla gara disciplinata dal presente capitolato;
- d) l'indicazione dell'impresa capogruppo;
- e) l'irrevocabilità e gratuità del mandato;
- f) che la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti della ASL 5 ;
- g) che la presentazione dell'offerta determina per le imprese la responsabilità solidale nei confronti della ASL 5 ;
- h) che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della ASL 5 per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo e fino all'estinzione di ogni rapporto previsto e conseguente al presente capitolato, fatto salvo il diritto della ASL 5 di far valere le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti;
- i) che lo scioglimento del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggiudicazione dell'appalto, è subordinato all'estinzione di tutti gli obblighi e garanzie previste dal presente capitolato.

Art. 29 Concorrenza sleale

Qualora un soggetto candidato partecipi alla presente gara all'interno di un raggruppamento temporaneo d'impresе non può parteciparvi anche in forma singola o facente parte di altro raggruppamento.

Il mancato rispetto di tale divieto comporta l'esclusione dalla gara del soggetto candidato che ha presentato l'offerta in forma singola oltre che all'interno del raggruppamento temporaneo, mentre rimane valida l'offerta presentata dal raggruppamento temporaneo. Nel caso in cui una medesima ditta partecipi contemporaneamente a due o più raggruppamenti temporanei l'esclusione si estende ad entrambi i raggruppamenti. Analoghe disposizioni si applicano in caso di offerte presentate da consorzi.

Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che di fatto costituiscono, con la creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. In tale ultima fattispecie i relativi atti sono trasmessi all'Autorità che vigila sulla libera concorrenza.

Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui

all'art. 2359 del codice civile o **in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.**

Art. 30 Fatturazione e liquidazione a favore di raggruppamenti temporanei d'impresa

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unicamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

PARTE IV - CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE

CAPO I - Garanzie

Art. 31 Cauzione provvisoria

L'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D.lgs n° 163/2006 e s.m.i., dovrà essere corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo stimato di gara, come indicato nell'art. 3 del presente Capitolato.

Lotto di gara	Importo cauzione
LOTTO 1	€.2.300,00
LOTTO 2	€.2.400,00
LOTTO 3	€.6.600,00

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve attestare mediante specifica dichiarazione il possesso del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti (documentazione in copia conforme all'originale, delle certificazioni di qualità - vedi artt. 18-19 del D.P.R. n° 445/2000).

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 32 Restituzione cauzione provvisoria ai soggetti non aggiudicatari

La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente e sarà restituita ai soggetti non aggiudicatari entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività della deliberazione di aggiudicazione definitiva.

Art. 33 Cauzione definitiva

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 163/06 e s.m.i.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma precedente deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 31 del presente Capitolato.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e deve coprire l'intero periodo di validità del contratto compreso quello relativo alla manutenzione ordinaria.

PARTE V - AGGIUDICAZIONE

CAPO I - Adempimenti soggetto aggiudicatario

Art. 34 Documentazione

Entro trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvenuta notifica dell'esito della gara, il soggetto aggiudicatario dovrà far pervenire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica dichiarati in sede di partecipazione alla gara, in particolare i seguenti documenti:

1) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio - Registro delle imprese - rilasciato in data non anteriore a mesi sei, contenente gli estremi dell'atto costitutivo ed eventuali atti successivi che abbiano modificato od integrato l'atto medesimo e l'annesso statuto; il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società e l'attestazione che la società stessa non si trovi in stato di fallimento, che la medesima non ha presentato domanda di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

Tale certificato deve altresì contenere la dicitura "antimafia" ex art. 9 del D.P.R. 252/1998;

Per i soggetti aggiudicatari non residenti in Italia sono ammessi certificati analoghi rilasciati dai competenti uffici stranieri ovvero la presentazione di una dichiarazione giurata o di idonea certificazione attestante dette iscrizioni.

2) documentazione prevista negli articoli 41-42 del D.Lgs 163.06 e ss.mm.ii. per la dimostrazione della capacità economica, finanziaria e tecnica delle imprese concorrenti (estratti di bilancio, certificazione originale di clienti);

3) Deposito cauzionale definitivo di cui all' articolo 33 del presente capitolato;

4) Attestazione di regolarità fiscale ai sensi del comma 1 lett. g dell'art. 38 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i. - (certificazione dei carichi pendenti) - Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne il Certificato del Casellario Giudiziale e la certificazione di regolarità contributiva ai sensi della L.266/2002 sarà cura della ASL 5 provvedere alla richiesta del medesimo presso i competenti uffici.

Il termine di 30 giorni può essere, a richiesta del soggetto aggiudicatario, prorogato per

ulteriori giorni quindici. Trascorso inutilmente tale termine è in facoltà della ASL 5 dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione. In tale caso l'ASL 5 si riserva la facoltà di aggiudicare a favore della ditta seconda classificata e sarà immediatamente incamerata la cauzione provvisoria del concorrente a titolo di risarcimento dell'amministrazione.

PARTE VI – Capitolato tecnico

CAPO I – Disciplinare di fornitura

Art. 35 Automezzi, apparecchiature, installazioni, gestione dei servizi connessi alla vendita

LOTTO 1 CIG 35445742FF: N.2 AMBULANZE: N.1 AMBULANZA DI TIPO A1 – N.1 AMBULANZA DI TIPO A, PER SERVIZIO DI EMERGENZA – URGENZA 118

AMBULANZA TIPO A1

AMBULANZA DI TIPO A1 COSTRUITA IN CONFORMITA' AL D.M. N° 487 DEL 20/11/97	
CARATTERISTICHE DEL VEICOLO	
1	Automezzo a gasolio di colore bianco ,di cilindrata non inferiore a 1999 cc , potenza minima non inferiore a 150 cv c
2	Conforme alla normativa ecologica più recente minimo euro 4
3	Trazione a 4 ruote motrici con i più moderni sistemi di controllo della trazione
4	Sospensioni a 4 ruote indipendenti, adeguate all'uso quale ambulanza
5	Airbag conducente e airbag passeggero
6	Cambio manuale o automatico
7	Dotato di sistema frenante almeno con ABS e ESP
8	Dotato di servo sterzo
9	Fendinebbia anteriori incassati nel paraurti e retronebbia
10	Alzacristalli elettrici in cabina
11	Batteria principale potenziata
12	Batteria ausiliaria del tipo senza manutenzione completamente sigillata, con sistema separato per le utenze sanitarie,dotata di partitore di carica e stacca batteria automatico per isolare l'impianto ausiliario
13	Alternatore maggiorato
14	Porta scorrevole alta sulla fiancata dx dotata di idonee maniglie per apertura/chiusura e di un sistema di sicurezza che consente di aprire dall'interno senza chiave e dall'esterno con chiave
15	Porta posteriore a due battenti con altezza e larghezza massima disponibile in

	relazione alla struttura del veicolo con apertura di almeno di 180° per entrambi i battenti, dotata, di un sistema di sicurezza che consenta di aprire dall'interno senza chiave e dall'esterno con chiave.
16	Avvisatore acustico di retromarcia
17	Specchi retrovisori elettrici
18	Tutti i vetri del vano sanitario devono essere opacizzati per $\frac{3}{4}$ dell'altezza ed avere due strisce trasparenti intercalate nell'area opacizzata
CARATTERISTICHE DELL'ALLESTIMENTO	
19	Tutte le parti che vengono alterate per rispondere ai requisiti minimi, devono essere soggette ad un trattamento anticorrosivo

CABINA DI GUIDA	
20	Cabina di guida con 2 posti singoli per pilota e passeggero, muniti di poggiatesta e cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore automatico. Entrambi i sedili devono rispondere a tutte le norme in vigore per l'omologazione degli autoveicoli della categoria M1
21	sedile di guida regolabile in altezza e profondità
22	vano per l'alloggiamento di due apparati ricetrasmittenti o di un apparato ricetrasmittente e di un apparecchio GPS. Cablaggio consistente in cavi di alimentazione elettrica 12 V. (non sottochiave) con alimentazione diretta da batteria protetta da fusibili e cavi di massa
23	supporto contenente una centralina elettronica dotata di interruttori del tipo retroilluminato a membrana e indicatori "on" con segnalazione luminosa di avvenuta accensione e di scritte identificative illuminate per ogni interruttore, da posizionare sul cruscotto, in posizione di accessibilità per il pilota. Inoltre, deve essere fornito un sistema di gestione, in sicurezza delle utenze proprie dell'Ambulanza, da parte del conducente, attraverso comandi azionabili sul volante o comunque senza staccare le mani dallo stesso
24	faretto orientabile, con tecnologia led, per lettura dello stradario, da installare nel sottotetto
	faro di ricerca portatile, con batteria interna di tipo ermetico ricaricabile, con cono giallo di plastica da applicare alla lampada sul fascio di luce per simulare una torcia di segnalazione
25	Estintore non inferiore a 2 kg, a polvere, da applicare in cabina di guida lato passeggero
26	Interfono con il vano sanitario dotato di sistema a viva voce escludibile
27	Dispositivi di comunicazione conformi ai regolamenti nazionali

ALLESTIMENTO ESTERNO	
28	Sirena bitonale elettronica più sirena elettronica di emergenza

29	quattro fari lampeggianti con tecnologia led ad alta luminosità, di colore blu, da installare nei quattro angoli del tetto, in appositi spoiler che riducono al minimo la sporgenza fuori dalla sagoma del veicolo
30	spoiler da applicare nella parte posteriore del tetto, sopra le porte, per l'installazione dei lampeggiatori e dei faretto di servizio
31	due faretto di illuminazione a luce bianca da installare nello spoiler posteriore per illuminare la zona del veicolo dove avverrà il caricamento e lo scaricamento della lettiga. L'accensione dei faretto dev'essere sincronizzata con l'apertura delle porte posteriori e l'alimentazione degli stessi fornita all'atto dell'accensione delle luci di posizione
32	due faretto a luce arancione nello spoiler posteriore, a destra e sinistra dei faretto bianchi, per segnalare la sosta del veicolo durante le operazioni di soccorso, con funzionamento sincronizzato all'apertura delle porte posteriori ed escludibili tramite apposito interruttore alloggiato nei pressi delle porte posteriori
33	scritta "AMBULANZA", nella parte anteriore del mezzo, dritta o rovesciata in immagine speculare con dimensioni 12 x 115 cm
34	Grafica come in uso al 118 Sardegna, Mezzo Soccorso Avanzato ASL n° 5 , Regione Autonoma Sardegna
35	4 croci di Esculapio , una per lato
36	simbolo identificativo sul tetto del veicolo visibile da un elicottero
37	antenna pieghevole e predisposizione radio UHF o VHF con schermatura metallica e massa, con stesura del cavo antenna senza interruzioni fino al raggiungimento del vano predisposto per gli apparati ricetrasmittenti e linee di alimentazione da 12V
38	antenna GPS, con stesura del cavo antenna senza interruzioni fino al raggiungimento del vano predisposto per gli apparati
IMPIANTO ELETTRICO	
39	Impianto elettrico a 12V, realizzato secondo le norme vigenti e opportunamente canalizzato con cavi autoestinguenti atossici e di adeguata sezione per supportare l'utenza alimentata in tutta sicurezza; ogni utenza 220 V dev'essere protetta da interruttore magnetotermico riarmabile e differenziale salvavita.
40	l'impianto dev'essere sezionato e diviso in nodi per garantire la continuità nella alimentazione dei vari servizi anche in caso di guasto di una delle unità di potenza.
41	presa esterna lato conducente, di tipo ermetico, per collegamento a rete esterna 220 V per alimentazione delle batterie (principale ed ausiliaria), completa di sistema inibitore di avviamento motore se la presa è collegata alla rete esterna a 220 V., con segnalazione acustica e luminosa, su centralina comandi in cabina, di presa inserita. Inoltre dev'essere previsto un sistema di sicurezza by pass che garantisce la messa in moto nel caso di malfunzionamento del sistema blocco motore

42	sei prese di alimentazione tensione 12 V da non meno di 6 A ciascuna, di cui non meno di 4 in prossimità del sistema di fissaggio delle attrezzature elettromedicali e una nella parte posteriore del veicolo
43	una presa di alimentazione per tensione 12V da 16A di tipo normalizzato CEI dedicata all'incubatrice neonatale
44	inverter ad onda sinusoidale pura, alimentato a 12 V e capace di fornire 220V a 50Hz 1000W per l'alimentazione delle prese 220V
45	Almeno due prese 220V da installare in prossimità delle apparecchiature di rianimazione. Le prese devono avere integrate nel pannello un interruttore magnetotermico e differenziale salvavita, uno per ogni presa
46	caricabatteria automatico, totalmente elettronico, potenza minima 25 Amp , provvisto di due uscite e di tutte le protezioni.
47	illuminazione realizzata in modo tale da non creare zone di ombra all'interno del vano sanitario, che garantisce un livello di intensità luminosa di non meno di 300 lux nell'area del paziente , 50 lux nell'area circostante con possibilità di abbassare il livello nell'area del paziente ad almeno 150 lux.
48	centralina del vano sanitario con interruttori per il comando dei servizi attivi sul veicolo. Gli interruttori devono essere del tipo retroilluminato con segnalazione luminosa di avvenuta accensione e con scritte identificative illuminate per ogni interruttore. La centralina con display a cristalli liquidi integrato deve segnalare lo stato di carica delle due batterie in V e la simbologia con evidenza delle varie utenze utilizzate.
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	
49	impianto di climatizzazione caldo/freddo, consistente in due gruppi evaporatori distinti a funzionamento indipendente, uno per la cabina di guida e l'altro per il vano sanitario, dotati di comandi indipendenti. L'impianto deve essere a norma di quanto previsto dalla UNI EN 1789:2007
50	impianto di aerazione 12 V che consente 20 ricambi di aria ogni ora a veicolo fermo.
ARREDI	
51	supporti dedicati al contenimento di attrezzature elettromedicali (Defibrillatore - Monitor multiparametrico, ventilatore polmonare, aspiratore) ben fissati a strutture di ancoraggio rinforzate in modo tale da resistere ad una accelerazione di direzione longitudinale al veicolo (nei due versi) e con direzione trasversale (nei due versi). I supporti devono avere la certificazione rilasciata da ente accreditato comprovante l'avvenuta prova di resistenza
52	spazi e alloggi con ancoraggio per i dispositivi per l'emergenza (es. barella a cucchiaio, tavola spinale, sedia portantina, materasso a depressione, steccobende, zaini etc) per consentire un rapido utilizzo in condizioni di emergenza. Tali spazi devono essere completi di adeguati dispositivi di sgancio/aggancio rapido. La

	resistenza degli ancoraggi di stivaggio deve essere a norma della UNI EN 1789:2007. La Certificazione di avvenuta prova e verifica relativamente a quanto previsto dalla norma UNI EN 1789:2007 inerente gli ancoraggi deve essere rilasciata da ente accreditato
53	alloggiamento per l'impianto di ossigenoterapia in posizione idonea alla specifica funzione per lo stivaggio di due bombole di ossigeno da lt. 10
54	tutti i rivestimenti delle pareti e degli arredi del vano sanitario sono realizzati con materiale resistente agli urti e alle sollecitazioni, di bassa porosità, autoestinguente (D.M. n553/87), con caratteristiche tali da non essere intaccati se sottoposti a disinfezione e privi di spigoli vivi e sporgenze contundenti (previsto dalla UNI EN 1789:2007)
55	l'arredamento interno dovrà essere disposto secondo il seguente schema: nella parte anteriore sinistra dovranno essere previsti almeno due cassette, un piano per alloggiamento di apparecchi elettromedicali con bordino perimetrale e sistemi di fissaggio in posizione idonea alla specifica funzione. Nella parte intermedia è previsto un mobile suddiviso in minimo due ripiani e dotato di ante scorrevoli o basculanti. La parte posteriore prevede un piano di appoggio per le attrezzature sanitarie dotate di sistemi di fissaggio. Nella parte superiore della parete sinistra possono essere previsti sistemi di ancoraggio per presidi. Nella parete destra nello spazio sovrastante il divanetto sono previsti sistemi di ancoraggio per attrezzature. Nello spazio sovrastante il sedile contromarcia, nella parte alta della parete divisoria, è previsto un vano chiuso, atto a contenere lenzuola, coperte, ecc. (tutte le installazioni nel comparto sanitario devono avere i bordi a norma con la UNI EN 1789:2007)
56	rivestimento del piano di calpestio, deve essere realizzato con materiale ad alta resistenza meccanica, ignifugo, antiscivolo anche se bagnato e imputrescente, privo di fessure o giunzioni; non deve consentire il ristagno e la penetrazione di liquidi; deve essere lavabile anche con un getto d'acqua
57	i sedili del compartimento sanitario devono essere solidamente ancorati al pianale del veicolo. Gli ancoraggi dei sedili e dei sistemi di trattenuta degli occupanti devono rispondere a quanto previsto dalla norma ECE R17. Devono avere la Certificazione di conformità alla norma attraverso prove dinamiche, rilasciata da ente accreditato. I sedili devono essere rivestiti con materiale lavabile, ignifugo classe I.
58	Sedile a scomparsa contromarcia e divanetto a due posti posizionato su passaruote
59	Tutte le installazioni nel comparto sanitario devono avere i bordi a norma con la UNI EN 1789:2007
60	estintore a polvere da Kg 3 installato nel vano sanitario in zona facilmente accessibile.
CARATTERISTICHE DELLE DOTAZIONI MEDICALI	
61	impianto di gas medicali dotato di minimo tre prese ossigeno del tipo UNI ad innesto rapido

62	impianto di ossigeno terapia è realizzato con tubazioni ad alta resistenza, posizionato in modo da non essere esposto ad urti, conforme alla normativa europea vigente. Deve essere dotato di un flussometro e di un manometro che indica la pressione di esercizio dell'impianto in bassa pressione
63	fornitura di due bombole ossigeno da lt. 10 omologate a 200 atmosfere, complete di riduttore di pressione con manometro di lettura, per il collegamento al circuito centralizzato. Devono essere forniti scambiatore e manometro che indicano la pressione di esercizio dell'impianto in bassa pressione, valvola di chiusura impianto e scambio tra bombola vuota e bombola piena.
64	fornitura di una bombola ossigeno asportabile, di 5 litri di capacità, completa di riduttore di pressione con manometro di lettura e flussometro erogatore, che deve essere installata in zona idonea e di facile individuazione
65	aspiratore fisso, completo di tutti i componenti necessari al corretto funzionamento e con le seguenti caratteristiche: alimentazione 12V, silenzioso, semplice da pulire e disinfettare, recipiente trasparente monouso da 1000cc per la raccolta dei secreti e valvola antiriflusso.
66	supporto barella ammortizzato ,traslabile a destra e a sinistra,dotato di fermi e bloccaggi di sicurezza compatibili con la lettiga primaria e vano sottostante per lo stivaggio di una spinale e di una barella atraumatica estraibile verso l'esterno dotata di molle a gas che agevola la manovra di carico/scarico della barella.Il supporto è realizzato in modo tale che,per le operazioni di carico/scarico non si rendano necessarie ulteriori manovre.
67	Lettiga primaria autocaricante in lega di alluminio altamente resistente,regolabile a varie altezze di carico,dotata di sistema di caricamento facilitato e di sistema Anti-Caduta,rispondente alla norma EN 1865 e EN 1789.
68	Frigorifero con le seguenti caratteristiche: alimentazione 12 Volt; capienza 14 litri; sistema digitale per l'impostazione e il monitoraggio della temperatura; regolazione termica con un range compreso tra i +1 gradi C° e +50 C°
69	Riscaldatore elettrico termoventilatore, potenze selezionabili min. 1000 W. e max. 2000 W. funzionante solo con l'inserimento della presa esterna a rete.

AMBULANZA TIPO A

AMBULANZA TIPO A COSTRUITA IN CONFORMITA' AL D.M.N° 553 DEL 17/12/87 E AL D.M. N° 487 DEL 20/11/97	
CARATTERISTICHE DEL VEICOLO	
1	Furgone con carrozzeria a struttura portante completamente metallica
2	dimensioni veicolo come previsto dal DM n° 553 del 17/12/87 e n° 487 del 20/11/98
3	motorizzazione: Turbodiesel di ultima generazione
4	conforme alla normativa ecologica più recente minimo Euro 4

5	Cilindrata circa 3000 cc
6	trazione anteriore a due ruote motrici
7	airbag conducente ed airbag passeggero
8	cambio manuale o automatico
9	dotato di sistema frenante con ABS e ESP
10	dotato di servosterzo
11	batteria principale potenziata
12	batteria ausiliaria, del tipo “senza manutenzione” completamente sigillata, tipologia AGM, con sistema separato per le utenze sanitarie, dotata di partitore di carica e staccabatteria automatico per isolare l’impianto ausiliario
13	alternatore maggiorato
14	sospensioni posteriori autolivellanti di tipo pneumatico adeguate all’uso quale ambulanza
15	porta scorrevole sulla fiancata destra, dotata di idonee maniglie per apertura/ chiusura e di un sistema di sicurezza che consente di aprire dall’interno senza chiave e dall’esterno con chiave
16	porta posteriore a due battenti, con apertura a 180° per entrambi i battenti, dotata di un sistema di sicurezza che consente di aprire dall’interno senza chiave e dall’esterno con chiave
17	fendinebbia anteriori incassati nel paraurti e retronebbia
18	chiusura centralizzata
19	alzacristalli elettrici in cabina
CARATTERISTICHE DELL'ALLESTIMENTO	
20	Tutte le parti che vengono alterate per rispondere ai requisiti minimi, devono essere soggette ad un trattamento anticorrosivo
VETRATURE	
21	Compartimento sanitario deve essere prevista almeno una finestra su ogni fiancata apribile solo dall'interno. Una finestra della parete destra deve essere apribile solo dall'interno con ante scorrevoli intersecanti (in conformità al D.M. n. 553/87).
22	tutti i vetri del vano sanitario devono essere temperati ed opacizzati per 3/4 dell'altezza ed avere due strisce trasparenti intercalate nell'area opacizzata
23	i finestrini devono essere fatti con materiale conforme ai requisiti della Direttiva 92/22/CEE
24	devono esserci due vetri nelle porte posteriori
CABINA DI GUIDA	
25	Cabina di guida con 2 posti singoli per pilota e passeggero, muniti di poggiatesta e cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore automatico. Entrambi i sedili devono rispondere a tutte le norme in vigore per l’omologazione degli autoveicoli della

	categoria M1
26	sedile di guida regolabile in altezza e profondità
27	vano per l'alloggiamento di due apparati ricetrasmittenti o di un apparato ricetrasmittente e di un apparecchio GPS. Cablaggio consistente in cavi di alimentazione elettrica 12 V. (non sottochiave) con alimentazione diretta da batteria protetta da fusibili e cavi di massa
28	supporto contenente una centralina elettronica dotata di interruttori del tipo retroilluminato a membrana e indicatori "on" con segnalazione luminosa di avvenuta accensione e di scritte identificative illuminate per ogni interruttore, da posizionare sul cruscotto, in posizione di accessibilità per il pilota. Inoltre, deve essere fornito un sistema di gestione, in sicurezza delle utenze proprie dell'Ambulanza, da parte del conducente, attraverso comandi azionabili sul volante o comunque senza staccare le mani dallo stesso
29	faretto orientabile, con tecnologia led, per lettura dello stradario, da installare nel nel sottotetto
30	faro di ricerca portatile, con batteria interna di tipo ermetico ricaricabile, con cono giallo di plastica da applicare alla lampada sul fascio di luce per simulare una torcia di segnalazione
31	Estintore da 3 kg., a polvere, da applicare in cabina di guida lato passeggero
32	Interfono con il vano sanitario dotato di sistema a viva voce escludibile
33	Dispositivi di comunicazione conformi ai regolamenti nazionali
ALLESTIMENTO ESTERNO	
34	Sirena bitonale elettronica da installare sul tetto del veicolo, in posizione anteriore, su apposito spoiler che permette di limitarne l'ingombro in altezza
35	quattro fari lampeggianti con tecnologia led ad alta luminosità, di colore blu, da installare nei quattro angoli del tetto, in appositi spoiler che riducono al minimo la sporgenza fuori dalla sagoma del veicolo
36	spoiler da applicare nella parte posteriore del tetto, sopra le porte, per l'installazione dei lampeggiatori e dei faretti di servizio
37	due faretti di illuminazione a luce bianca da installare nello spoiler posteriore per illuminare la zona del veicolo dove avverrà il caricamento e lo scaricamento della lettiga. L'accensione dei faretti dev'essere sincronizzata con l'apertura delle porte posteriori e l'alimentazione degli stessi fornita all'atto dell'accensione delle luci di posizione
38	due faretti a luce arancione nello spoiler posteriore, a destra e sinistra dei faretti bianchi, per segnalare la sosta del veicolo durante le operazioni di soccorso, con funzionamento sincronizzato all'apertura delle porte posteriori ed escludibili tramite apposito interruttore alloggiato nei pressi delle porte posteriori
39	pedana installata sotto la porta laterale scorrevole destra, dotata di un piano di calpestio antiscivolo con funzionamento sincrono con l'apertura/chiusura della porta scorrevole. Una spia di segnalazione "pedana fuori" dev'essere apposta nella

	centralina elettronica comandi in cabina guida. Inoltre dev'essere previsto un sistema manuale di rientro in caso di mancanza di energia elettrica.
40	pedana posteriore, nella zona sottostante le porte, dotata di rivestimento antiscivolo, in alluminio.
41	la carrozzeria di colore bianco
42	scritta "AMBULANZA", nella parte anteriore del mezzo, diritta o rovesciata in immagine speculare con dimensioni 12 x 115 cm
43	grafica come in uso al 118 Sardegna (Mezzo Soccorso Avanzato ASL n° 5 Regione Sardegna) 4 croci di Esculapio ,1 per lato
44	simbolo identificativo sul tetto del veicolo visibile da un elicottero
45	antenna pieghevole e predisposizione radio UHF o VHF con schermatura metallica e massa, con stesura del cavo antenna senza interruzioni fino al raggiungimento del vano predisposto per gli apparati ricetrasmittenti e linee di alimentazione da 12V
46	antenna GPS, con stesura del cavo antenna senza interruzioni fino al raggiungimento del vano predisposto per gli apparati
IMPIANTO ELETTRICO	
47	Impianto elettrico a 12V, realizzato secondo le norme vigenti e opportunamente canalizzato con cavi autoestinguenti atossici e di adeguata sezione per supportare l'utenza alimentata in tutta sicurezza; ogni utenza 220 V dev'essere protetta da interruttore magnetotermico riarmabile e differenziale salvavita.
48	l'impianto dev'essere sezionato e diviso in nodi per garantire la continuità nella alimentazione dei vari servizi anche in caso di guasto di una delle unità di potenza.
49	presa esterna lato conducente, di tipo ermetico, per collegamento a rete esterna 220 V per alimentazione delle batterie (principale ed ausiliaria), completa di sistema inibitore di avviamento motore se la presa è collegata alla rete esterna a 220 V., con segnalazione acustica e luminosa, su centralina comandi in cabina, di presa inserita. Inoltre dev'essere previsto un sistema di sicurezza by pass che garantisca la messa in moto nel caso di malfunzionamento del sistema blocco motore
50	sei prese di alimentazione tensione 12 V da 6 A cadauna, di cui cinque in prossimità del sistema di fissaggio delle attrezzature elettromedicali e una nella parte posteriore del veicolo
51	una presa di alimentazione per tensione 12V da 16A di tipo normalizzato CEI dedicata all'incubatrice neonatale
52	inverter ad onda sinusoidale pura, alimentato a 12 V e capace di fornire 220V a 50Hz 1000W per l'alimentazione delle prese 220V
53	Minimo due prese 220V da installare in prossimità delle apparecchiature di rianimazione. Le prese devono avere integrato nel pannello un interruttore magnetotermico e

	differenziale salvavita, uno per ogni presa
54	caricabatteria da 30Ahcirca , automatico, totalmente elettronico, alimentato dalla presa esterna 220V di collegamento a rete per la ricarica delle due batterie (servizio e motore), provvisto di due uscite e di tutte le protezioni. Il caricabatterie dev'essere in grado di riconoscere la tipologia della batteria e adeguare automaticamente l'attività di ricarica
55	illuminazione realizzata in modo tale da non creare zone di ombra all'interno del vano sanitario, che garantisca un livello di intensità luminosa di 500 lux nell'area del paziente con possibilità di abbassare il livello a 100 lux. Illuminazione di 200 lux nell'area circostante. Le lampade utilizzate per il sistema centrale di illuminazione devono essere del tipo a risparmio energetico e devono avere il circuito di alimentazione antidisturbo. L'impianto deve possedere idonea certificazione di avvenuta prova relativa alla potenza di illuminazione minima richiesta.
56	centralina del vano sanitario con sistemi di interruttori per il comando dei servizi attivi sul veicolo. La centralina dei comandi deve essere realizzata con comandi retroilluminati, dotati di segnalazione acustica o luminosa di avvenuta accensione e di scritte identificative per ogni interruttore . La centralina con display a cristalli liquidi integrato deve segnalare lo stato di carica delle due batterie in V e la simbologia con evidenza delle varie utenze utilizzate.
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	
57	impianto di climatizzazione caldo/freddo, consistente in due gruppi evaporatori distinti a funzionamento indipendente, uno per la cabina di guida e l'altro per il vano sanitario, dotati di comandi indipendenti. L'impianto deve essere a norma di quanto previsto dalla UNI EN 1789:2007
58	impianto di aerazione 12 V .
ARREDI	
59	supporti dedicati al contenimento di attrezzature elettromedicali :Defibrillatore - Monitor multiparametrico, ventilatore polmonare, aspiratore, ben fissati a strutture di ancoraggio rinforzate in modo tale da resistere ad una accelerazione di direzione longitudinale al veicolo (nei due versi) e con direzione trasversale (nei due versi). I supporti devono avere la certificazione rilasciata da ente accreditato comprovante l'avvenuta prova di resistenza
60	spazi e alloggi con ancoraggio per i dispositivi per l'emergenza (es. barella a cucchiaio, tavola spinale, sedia portantina, materasso a depressione, steccobende, zaini etc) per consentire un rapido utilizzo in condizioni di emergenza. Tali spazi devono essere completi di adeguati dispositivi di sgancio/aggancio rapido. La resistenza degli ancoraggi di stivaggio deve essere a norma della UNI EN 1789:2007. La Certificazione di avvenuta prova e verifica relativamente a quanto previsto dalla norma UNI EN 1789:2007 inerente gli ancoraggi deve essere rilasciata da ente accreditato.
61	alloggiamento per l'impianto di ossigenoterapia in posizione idonea alla specifica

	funzione per lo stivaggio di due bombole di ossigeno da lt. 10
62	I materiali di rivestimento devono essere ignifughi o autoestinguenti ed avere caratteristiche tali da non essere intaccati se sottoposti a disinfezione, non sono ammesse soluzioni che utilizzino lamiere o profilati metallici (D.M. 487 20/11/97), devono essere ridotte al minimo le soluzioni di continuità tra i vari componenti del rivestimento, devono essere privi di spigoli vivi e sporgenze contudenti (previsto dalla UNI EN 1789:2007)
63	Tutti gli arredi devono avere spigoli arrotondati (previsto dalla UNI EN 1789:2007) L'allestimento interno dovrà essere concordato in corso di realizzazione.
64	rivestimento del piano di calpestio, deve essere realizzato con materiale ad alta resistenza meccanica, ignifugo, antiscivolo anche se bagnato e imputrescente, privo di fessure o giunzioni; non deve consentire il ristagno e la penetrazione di liquidi; deve essere lavabile anche con un getto d'acqua
65	i sedili del compartimento sanitario devono essere solidamente ancorati al pianale del veicolo. Gli ancoraggi dei sedili e dei sistemi di trattenuta degli occupanti devono rispondere a quanto previsto dalla norma ECE R17. Devono avere la Certificazione di conformità alla norma attraverso prove dinamiche, rilasciata da ente accreditato. I sedili devono essere rivestiti con materiale lavabile, ignifugo classe I.
66	poltrona contromarcia e divanetto a due posti posizionato sul passaruote destro con mobiletto sottostante, dotato di apertura superiore a gavone.
67	l'arredamento interno dovrà essere disposto secondo il seguente schema: nella parte anteriore sinistra dovranno essere prevista una cassettera con integrato vano per i rifiuti e dotata superiormente di un piano per alloggiamento di apparecchi elettromedicali con bordino perimetrale e sistemi di fissaggio in posizione idonea alla specifica funzione e al di sopra la centralina dei comandi. Nella parte intermedia è previsto un mobile suddiviso in minimo due ripiani e dotato di ante scorrevoli. La parte posteriore prevede un mobile basso altezza passaruota con apertura superiore a gavone e un piano di appoggio per le attrezzature sanitarie dotate di sistemi di fissaggio. Nella parte superiore della parete sinistra possono essere previsti vani chiusi con sistema basculante o ante scorrevoli. Nella parete destra nello spazio sovrastante il divanetto sono previste due mensole con bordo rialzato e superiormente vani chiusi da ante basculanti o scorrevoli per alloggiamento di materiale sanitario e /o attrezzature. Nello spazio sovrastante il sedile contromarcia, nella parte alta della parete divisoria, è previsto un vano chiuso atto a contenere lenzuola, coperte, ecc. (tutte le installazioni nel comparto sanitario devono avere i bordi a norma con la UNI EN 1789:2007) Ulteriori modifiche potranno essere apportate in fase di allestimento concordate col fornitore.
68	estintore a polvere da Kg 3 installato nel vano sanitario in zona facilmente accessibile, su fiancata destra, a pavimento dietro il sedile frontemarcia anteriore
CARATTERISTICHE DELLE DOTAZIONI MEDICALI	
69	impianto di gas medicali dotato di minimo tre prese ossigeno del tipo UNI ad innesto rapido

70	impianto di ossigeno terapia è realizzato con tubazioni ad alta resistenza, posizionato in modo da non essere esposto ad urti, conforme alla normativa europea vigente. Deve essere dotato di un flussometro e di un manometro che indica la pressione di esercizio dell'impianto in bassa pressione
71	fornitura di due bombole ossigeno da lt, 10 omologate a 200 atmosfere, complete di riduttore di pressione con manometro di lettura, per il collegamento al circuito centralizzato. Devono essere forniti scambiatore e manometro che indicano la pressione di esercizio dell'impianto in bassa pressione, valvola di chiusura impianto e scambio tra bombola vuota e bombola piena.
72	fornitura di una bombola ossigeno asportabile, di 5 litri di capacità, completa di riduttore di pressione con manometro di lettura e flussometro erogatore, che deve essere installata in zona idonea e di facile individuazione
73	aspiratore fisso, completo di tutti i componenti necessari al corretto funzionamento e con le seguenti caratteristiche: alimentazione 12V, silenzioso, semplice da pulire e disinfettare, recipiente trasparente monouso da 1000cc per la raccolta dei secreti e valvola antiriflesso.
74	supporto barella ammortizzato dotato di sospensione idropneumatica, autoregolante in funzione del peso del paziente, per garantire il massimo confort anche nelle condizioni più difficili, bloccabile con un comando a pulsante, dotato di fermi e bloccaggi di sicurezza compatibili con la lettiga primaria, fornito di pulsantiera integrata al supporto e sistema automatico di sicurezza in caso di mancanza di energia elettrica che permette il facile carico e scarico della barella. Inoltre deve essere fornito di un sistema automatico di inclinazione e ritorno in posizione orizzontale del piano estraibile con possibilità di posizioni illimitate in posizione orizzontale.
75	Lettiga primaria auto caricante in lega di alluminio altamente resistente, regolabile a varie altezze di carico, dotata di sistema di caricamento facilitato e di sistema Anti-Caduta, rispondente alla norma EN1865 e EN 1789.
76	Frigorifero con le seguenti caratteristiche: alimentazione 12 Volt; capienza 14 litri; sistema digitale per l'impostazione e il monitoraggio della temperatura; regolazione termica con un range compreso tra i +1 gradi C° e +50 C°
77	lampada orientabile a soffitto, di tipo scialitico, con illuminazione di 1650 lux misurata ad una distanza di 750mm ed un'area con diametro 200mm.
78	Riscaldatore elettrico termoventilatore, potenze selezionabili min. 1000 W. e max. 2000 W. funzionante solo con l'inserimento della presa esterna a rete.

LOTTO 2 CIG 3544879EAD : N.2 AMBULANZE DI TIPO A1 - SERVIZIO DI EMERGENZA/URGENZA 118

79	Caratteristiche delle ambulanze di Tipo A1 le medesime indicate per il Lotto 1
----	--

LOTTO 3 CIG 3544931998 : N.6 AMBULANZE DI TIPO A di cui n.3 per il SERVIZIO DI EMERGENZA/URGENZA 118 e N.3 PER LA DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA

80	Caratteristiche delle ambulanze di tipo A le medesime indicate per il lotto 1. unica variante per n.3 ambulanze destinate alla Direzione Sanitaria Ospedaliera: devono essere omologate per il trasporto della culla termica neonatale
----	--

LOTTO 1, LOTTO 2, LOTTO 3

Servizi connessi alla vendita da fornirsi compresi nel prezzo per tutti i lotti	
1	Assistenza tecnica in garanzia per vizi e per mancanza di qualità promesse ed essenziali all'uso cui è destinata la cosa, dovuta <i>ex lege</i> (artt. 1490 e 1497 cod. civ.), nonché la garanzia di buon funzionamento prevista dall'art.1512 cod. civ. per un periodo di 24 mesi. A questo scopo il fornitore dovrà indicare almeno un centro di assistenza tecnica nella Regione Sardegna ovvero si impegna a costituire, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, un centro di assistenza di assistenza nella Regione.
2	Luogo di Consegna dei mezzi presso l'ospedale San Martino di Oristano a cure e spese dell'aggiudicatario. Si richiede che vengano indicati i tempi di consegna dalla data di ricevimento dell'ordine.
3	Tempi di consegna: LOTTO 1 : 60 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine. Il termine è essenziale <u>ai sensi dell'art.1457 del codice civile</u> . Il mancato rispetto del termine produrrà la rescissione del contratto LOTTO 2 : 120 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine LOTTO 3 : 120 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine
4	Introduzione all'uso del mezzo e delle attrezzature installate da effettuarsi all'atto della consegna ed accettazione/collaudo e del quale sarà riportata evidenza sul verbale di collaudo
5	Immatricolazione con oneri e spese a totale carico dell'aggiudicatario
6	Manutenzione meccanica ordinaria (tagliandi) fino a 150.000 Km di percorrenza ovvero fino a tre anni dalla immatricolazione, secondo le cadenze indicate dalla casa costruttrice del mezzo e comprensive delle parti o componenti soggetti a normale usura (pastiglie freni, filtri, olio e liquidi) esclusi i pneumatici. A questo scopo devono essere indicate le cadenze periodiche, con tolleranza di 1000 km, e le modalità di presa in carico per manutenzione e restituzione del veicolo

Art. 36 Inadempienze

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, si provvederà all'applicazione delle penali secondo quanto specificato nel seguente art. 37.

Art. 37 Penalità

Le penali sono state quantificate dall'amministrazione così come segue :

Si rammenta che il termine di consegna stabilito per il Lotto 1 è essenziale ai sensi dell'art.1457 cc ed il mancato rispetto comporta la rescissione del contratto in danno della società aggiudicataria	
Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella consegna dei mezzi rispetto alle indicazioni dell'offerta verrà applicata una penale pari all'0,1% dell'importo stimato del Lotto indicato all'art.3, che verrà dedotto dall'amministrazione in sede di liquidazione delle fatture relative alla fornitura.	0,1%
Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella riconsegna del veicolo dopo la manutenzione ordinaria rispetto alle indicazioni dell'offerta verrà applicata una penale pari all'0,1% dell'importo stimato del Lotto indicato all'art.3, che verrà dedotto dall'amministrazione mediante escussione della cauzione definitiva.	0,1%

Art. 38 Risoluzione del contratto.

Il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del provvedimento stesso nei seguenti casi:

- a) per i motivi di accertata e motivata non conformità dei beni consegnati nella fase di esecuzione;
- b) per ritardo protratto oltre i 60 gg, nella consegna per cause imputabili esclusivamente all'aggiudicatario;
- c) in caso di cessione della Ditta Aggiudicataria, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta Aggiudicataria;
- d) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- e) per violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l'Azienda, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria.

Il provvedimento deliberativo di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà altresì gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti della ASL 5 che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale con la ditta appaltatrice.

Art. 39 Garanzia

La ditta aggiudicataria deve garantire che tutti i materiali, attrezzature, componenti, della fornitura siano nuovi di fabbrica e di note e di primarie case costruttrici.

Tutte le parti fornite devono essere esenti da qualsiasi difetto di progettazione, assemblaggio e messa a punto. Esse devono essere idonee a funzionare perfettamente in esercizio secondo gli scopi cui sono destinate.

Art. 40 Assistenza operativa e tecnica durante il periodo di fornitura

Il concorrente nel formulare l'offerta economica dovrà tenere conto anche dell'onere relativo all'assistenza operativa e tecnica e di personale qualificato necessario durante tutto il periodo dell'appalto.

Art. 41 Prezzi

I prezzi offerti sono sempre vincolanti per l'aggiudicatario e sono intesi onnicomprensivi di tutto quanto indicato nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Tecnico, ad esclusione dell'IVA.

I prezzi di aggiudicazione si intendono per merce resa, in porto franco, presso il P.O. S. Martino di Oristano.

Art. 42 Modalità di fatturazione e pagamenti

L'aggiudicatario **potrà emettere fattura** e la stessa sarà vincolante per l'amministrazione, al fine del pagamento, **solo ad avvenuto superamento del collaudo funzionale**.

Nella fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine, del documento di trasporto della merce con l'indicazione della sede presso la quale i beni sono stati consegnati, **il numero CIG**.

I pagamenti dei corrispettivi avverranno nelle seguenti modalità:

- per le ambulanze destinate al Servizio di Emergenza/Urgenza, entro 90 giorni dalla data della fattura e dell'avvenuto collaudo favorevole
- per le n.3 ambulanze destinate alla Direzione Sanitaria, per il 70% dell'importo il pagamento avverrà a 60 giorni dalla data della fattura e dell'avvenuto collaudo favorevole, per il 30% solo a seguito dell'accreditamento da parte dell'ARIS (orientativamente entro tre mesi dal pagamento del 70%) come previsto nella DGR 45/17 del 21.12.2010 .

Art. 43 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.

Tutte le riserve che il soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla ASL 5 e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Art. 44 Osservanza delle leggi, disposizioni generali e rinvii

L'appaltatore è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale, di tutte le leggi, decreti e circolari, anche non espressamente citati, ed in particolare il D.Lgs. 163/2006 e il DLgs. 81/08, sia di carattere amministrativo che di carattere tecnologico, ambientale, ecc..

A questo proposito si ricorda che l'appaltatore dovrà procedere alla redazione dell'offerta edotto di tutte le normative di settore vigenti e per questo non potrà richiedere nessun onere aggiuntivo o ristoro all'amministrazione invocando eventuali omissioni o carenze.

Per quanto non previsto espressamente nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nei relativi allegati e nel bando di gara, si farà riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture nonché al Codice Civile.

Art. 45 Foro Competente

Per eventuali controversie, che potranno insorgere tra l'ASL 5 e la Ditta fornitrice durante o al termine del contratto è competente il foro di Oristano.

Art. 46 Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito con Legge n°217/2010.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla Azienda ASL gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Art. 47 Allegati

Sono parti integranti e sostanziali del presente Capitolato Speciale d'Appalto i seguenti allegati:

- Modello A) bozza offerta economica
- Modello B) istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
- Modello C) dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 c.c.

"MODELLO A"

PROSPETTO OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: **Offerta economica per la fornitura di AMBULANZE: LOTTO N°.....**

CIG.....

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____,
residente a _____ in via _____ n. _____,
nella sua qualità di _____ della ditta
_____ con sede legale
in _____ CF/P.IVA _____
_____, ai fini della partecipazione alla gara di cui in oggetto, presenta la propria migliore offerta
economica come sotto specificato:

a) Indicare la marca, modello, ecc del veicolo offerto (allestito ed equipaggiato come indicato nel capitolato di gara compresi i servizi successivi alla vendita)	Quantità	Prezzo unitario in cifre IVA esclusa	Prezzo unitario in lettere IVA esclusa	Prezzo totale per quantità (del lotto offerto) esclusa(cifre)
.....
		IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO		(cifre)
c) RIBASSO PERCENTUALE IN CIFRE E IN LETTERE, SULL'IMPORTO A BASE D'ASTA - (INDICARE LA PERCENTUALE DI RIBASSO CON DUE CIFRE DECIMALI IN RELAZIONE ALL'IMPORTO TOTALE OFFERTO PER IL LOTTO)				
Percentuale ribasso		(lettere)		(cifre)

Il prezzo offerto per il lotto è inteso onnicomprensivo di tutto quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Capitolato Tecnico

*IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e sottoscrizione in originale)

N.B. La presente offerta va resa su carta da bollo e con firma per esteso, ai sensi di legge:

dal titolare per le imprese individuali;
dall'amministratore o da chi rappresenta la società

in caso di R.T.I. la dichiarazione va resa dal mandatario e da ciascun mandante

"MODELLO B"

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

**All'A.S.L. N. 5 ORISTANO
Via G. Carducci n. 35
09170 ORISTANO**

Procedura aperta per la fornitura di ambulanze occorrenti al Dipartimento di emergenza urgenza ed alla Direzione Sanitaria del P.O. San Martino

In riferimento alla gara in oggetto la sottoscritta:

Ditta.....
con sede legale nel Comune di prov..... via/p.zza
.....codice fiscale
partita I.V.A.....
nella persona del Legale Rappresentante :
nato (luogo e data di nascita):
residente nel Comune di prov.
via/p.zza

Indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni in merito alla gara:

via/p.zza
c.a.p. Comune diprov.
telefono n.
fax n. posta elettronica certificata.....

presenta istanza di partecipazione alla gara in oggetto per il LOTTO UNICO:

Il sottoscritto, in nome e per conto della Ditta partecipante, consapevole della responsabilità penale che assume in caso di mendace dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero secondo la legislazione vigente nello Stato estero di residenza, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- che il Legale Rappresentante è il soggetto indicato nell'intestazione della presente dichiarazione;
 - che, nei propri confronti e, avendone piena conoscenza, e nei confronti di tutte le persone componenti l'organo di amministrazione non sono mai state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
 - che, nei propri confronti e, avendone piena conoscenza, nei confronti di tutte le Persone componenti l'Organo di amministrazione non sono mai state pronunciate condanne e/o le stesse persone abbiano subito condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione, (in tal caso specificandole);
- I)** in relazione ai requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, così come indicato alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) impegnandosi ad eseguire la fornitura, in caso di aggiudicazione, a regola d'arte e a norma di Legge in vigore, sollevando l'ASL da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla mancata osservanza delle disposizioni normative in vigore;
- II)** espressamente di essere in regola con le norme e le procedure previste dalla Legge n. 68/99, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- III)** che, al fine dei **requisiti di idoneità professionale**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, comma 1, del D.Lgs n. 163 e ss.mm.ii. la ditta è regolarmente **iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, per**

prestazioni nel settore oggetto di gara con il N. del Comune di;

(in caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia indicare l'iscrizione al Registro professionale o commerciale, secondo la legislazione vigente nello Stato estero di residenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, commi 2 e 3 , del del D.Lgs n. 163 e ss.mm.ii.);

IV) in relazione alla **capacità economico-finanziaria**, ai sensi di quanto stabilito all'art. 41, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 si dichiara che il fatturato globale dell'Impresa negli ultimi tre esercizi è stato pari a :

anno 2008.....
anno 2009.....
anno 2010.....;

e che l'importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, è pari a:

anno 2008.....
anno 2009.....
anno 2010.....;

V) in relazione alla **capacità tecnica**, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 42, comma 1, lett. a) del D.lgs N° 163/2006, si dichiara che l'elenco delle principali forniture eseguiti negli ultimi tre anni (2008-2009-2010, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, è quello risultante dal **prospetto allegato alla presente dichiarazione**;

VI) di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, e dagli atti tutti di gara.

Il sottoscritto dichiara di essere in grado di presentare la documentazione e le certificazioni concernenti tutti gli elementi innanzi dichiarati.

Il sottoscritto apponendo la sottoscrizione in calce alla presente, si rende consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili assunte in caso di dichiarazioni false o incomplete, altresì consapevole che la ASL potrà effettuare i dovuti controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione secondo la legislazione vigente.

Il sottoscritto attesta, infine, il possesso dei requisiti mediante la presente dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445.

....., lì

*IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e sottoscrizione in originale)

.....
La firma dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di documento d'identità in corso di validità.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dagli offerenti saranno raccolti presso l'A.S.L. N. 5 di Oristano, per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del Contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del Contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'Aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'eventuale convenzione/contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di Legge.

Il trattamento dei dati conferiti a soggetti pubblici sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 196/03. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dell'A.S.L. N. 5 di Oristano, titolare del trattamento.

Con riferimento ai dati di questa Azienda Sanitaria, la Ditta che risulterà aggiudicataria del presente appalto, si conformerà a quanto disposto dal citato Decreto in materia di trattamento dei dati e tutela della privacy.

Titolare del trattamento dei dati inerenti alla presente procedura di gara è l'A.S.L. N. 5 di Oristano, mentre Responsabile del trattamento è la Ditta aggiudicataria.

Ai sensi del citato D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il sottoscritto, firmatario dell'offerta di gara, in qualità di Titolare, Rappresentante Legale o suo delegato

autorizza

l'utilizzo dei propri dati ai soli fini della partecipazione alla gara d'appalto per la quale i dati stessi sono prodotti nonché per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della Stazione Appaltante e ai contro interessati ai predetti procedimenti, fermo restando quanto previsto al Capo IV, n. 2, lett. c) del Provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 10.05.1999, pubblicato sulla G.U. del 14.05.1999.

Firma del Dichiarante

DICHIARAZIONE ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Oggetto: **Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 c.c. per la Procedura aperta per la fornitura di ambulanze occorrenti al Dipartimento di emergenza urgenza ed alla Direzione Sanitaria del P.O. San Martino**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____,
residente a _____ in via _____ n. _____, nella
sua qualità di _____ della ditta
_____ con sede legale
in _____ CF/P.IVA

DICHIARA

- a norma dell'art. 1341 c.c. di aver particolarmente considerato nella formulazione della propria offerta tecnico economica espressamente quanto disposto dai seguenti articoli, 2,3,4,10,13,24,29,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45 del Capitolato Speciale d'Appalto.

In fede

*(Firma del legale rappresentante)

* *La firma dovrà essere corredata da fotocopia di documento d'identità in corso di validità.*