



Fornitura e Posa in Opera di N°1 TAC 16 (sedici) strati, N°2 Sistemi radiologici telecomandati polifunzionali con tecnologia DR e N° 1 mammografo con tecnologia DR per i Presidi Ospedalieri di Bosa e Ghilarza

CHIARIMENTI n.4 pubblicati il 22.03.2012

CHIARIMENTI richiesti il 08.03.2012 su Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3

Quesito 1 (amministrativo)

in Rif. all'art.41 Capitolato Speciale – Modalità di fatturazione e pagamenti si chiede di meglio specificare quando la stazione Appaltante intende fissare il termine per il pagamento delle forniture all'aggiudicatario.

L'attuale formulazione, infatti, descrive i tempi in base ai quali la S.A. Riceverà i finanziamenti regionali ma non permette di capire quando gli impieghi saranno utilizzati per il pagamento al fornitore. La determinazione sulla base di tale scaletta degli eventuali tempi di pagamento della fornitura non è peraltro possibile posto che la cronologia descritta è in conflitto con i tempi dell'espletamento del contratto.

Risposta al Quesito 1

Si ribadisce come indicato all'art.41 del Capitolato Speciale, che l'aggiudicatario potrà emettere fattura e la stessa sarà vincolante per l'amministrazione, al fine del pagamento, solo ad avvenuto superamento del collaudo funzionale. Data la modalità di erogazione del finanziamento questa amministrazione provvederà al pagamento con la fissazione dei seguenti termini:

- il 45% della somma fatturata entro 30 giorni dal collaudo positivo,
- il pagamento a saldo del restante 55% dell'importo fatturato, entro 90 giorni dal precedente pagamento.

QUESITO n.2

rif. Art.4 Capitolato tecnico – Istruzione del personale

si prega di fornire interpretazione autentica e chiarire il senso del penultimo paragrafo laddove si prevede l'attribuzione di crediti ECM ai discendenti degli eventi formativi previsti dalle regole di gara a carico delle società partecipanti. (omissis)

RISPOSTA al quesito n.2

Come indicato all'articolo 4 (penultimo paragrafo) **“la didattica rivolta al personale per il quale è previsto la formazione, potrà essere inserita dall'Azienda interessata in iniziative formative rispondenti ai criteri fissati dalla ASL stessa per il conseguimento dei Crediti Formativi ECM. Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria nei modi e entro i termini richiesti.”**

Pertanto l'organizzazione e la gestione di **eventuali** eventi accreditati ECM per il personale a cui è rivolta la formazione sarà svolta a cura dell'Ufficio Formazione Continua della ASL N°5 di Oristano nel rispetto

della normativa vigente, l'azienda aggiudicataria dovrà garantire standard elevati dei corsi di formazione in termini di contenuti, docenti e materiale didattico.

QUESITO n.3

Rif. al modello A: "Prospetto Offerta Economica" - Riscatto

si chiede di specificare se per l'eventuale riscatto si intende disinstallazione, ritiro e valorizzazione delle vecchie apparecchiature previste per i lotti 2 e 3 e specificate nell'articolo 2 del capitolato tecnico.

RISPOSTA al quesito n.3

Si, come chiaramente indicato all'articolo 2 del Capitolato Tecnico.

QUESITO n.4

Rif. Lotto n.1: n.1 TAC 16 (sedici) strati per la Radiologia del P.O. "Delogu" di Ghilarza

Si richiede di conoscere le lavorazioni da computare per l'installazione della TAC e quelle da non computare poichè saranno realizzate dalla stazione appaltante.

RISPOSTA al quesito n.4

Quanto indicato all'articolo 8 è valido per tutti i lotti compreso il lotto N°1 relativo alla TAC. In sintesi entro dieci giorni dalla stipula del contratto il progetto esecutivo (relazione descrittiva con dettaglio sul layout distributivo, opere radioprotezionistiche, impiantistiche a supporto della sala, elaborati grafici, computo metrico, calcoli delle strutture e degli impianti) al fine di consentire all'Azienda Sanitaria Locale N°5 la predisposizione impiantistica dei locali a supporto delle sale e la predisposizione degli adeguamenti edili e protezionistici. Ogni altra installazione interna alla sala necessaria alla messa in esercizio dell'apparecchiatura risulterà invece a carico della Ditta Aggiudicataria come indicato all'articolo 8 del Capitolato Tecnico.

