

Quesito 7

(Pubblicazione sito www.asloristano.it in data 23/03/2012)

Appalto per affidamento della fornitura di un sistema informatico RIS PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque, con termine ricevimento offerte ore 12.00 del giorno 12/04/2012:

QUESITO 7 pervenuto in data 21/03/2012

Punto 1: Gradiremmo ricevere tutti i dettagli relativi alla compatibilità Dicom di tutte le modalità installate nei vari presidi.

RISPOSTA: Le diagnostiche indicate al punto 1 dell'art. 5.2 del Capitolato Tecnico e la TAC del P.O. Di Bosa risultano complete delle seguenti classi DICOM: Storage, Worklist, Query/Retrive e Print. Il mammografo digitale e le diagnostiche DR della Siemens sono inoltre accessoriate della classe MPPS.

La TAC e la RMN indicate al punto 2 sono in modalità DICOM con la sola classe Print.

Le altre diagnostiche radiologiche non risultano di recente acquisizione le loro caratteristiche sono valutabili in fase di sopralluogo e per esse dovrà essere previsto tutto quanto necessario per il loro perfetto interfacciamento così come indicato da capitolato tecnico.

Punto 2: La tabella riportata all'art. 5 Contesto aziendale del Capitolato tecnico fa riferimento alle prestazioni per esterni e P.S. dell'anno 2010, gradiremmo ricevere i volumi di attività relativi alle prestazioni effettuate per i pazienti interni.

RISPOSTA: Volumi di attività

Prestazioni per interni RADIOLOGIA Oristano anno 2010:

- 1777 ecografie;
- 347 RM;.
- 3918 TC;
- 16 mammografie;
- 11173 RX.

La radiologia di Ghilarza e Bosa hanno erogato nel 2011 un totale di 33753 prestazioni:

- 22387 RX da dividere al 50% tra i due presidi;
- 8050 ecografie da dividere con il criterio precedente;
- 3298 TC eseguite esclusivamente a Bosa delle quali circa 1500 per interni.



Poliambulatorio di Oristano 2011:

- 3156 ecografie;
- 4037 esami di tradizionale.

Poliambulatorio Ales 2011:

- 2920 esami di tradizionale;
- 1073 ecografie;
- 294 mammografie.

Pol. Terralba 2011

- 367 ecografie.

Punto 3: Di specificare i volumi di attività relativi al Laboratorio di analisi per poter dimensionare il sistema di archiviazione sostitutiva.

RISPOSTA: LABORATORIO DI ANALISI CIRCA 300.000 REFERTI ANNUALI FIRMATI DIGITALMENTE , a cui si aggiunge un 10% in considerazione che non tutto viene firmato digitalmente.

Punto 4: Gradiremmo ricevere un chiarimento relativo alla fornitura della rete di trasmissione dati dedicata che colleghi le tre strutture ospedaliere, per capire se sarà di competenza dell'aggiudicataria o di competenza dell'ente.

RISPOSTA: Costi di connettività (di traffico) a carico della ASL di Oristano.

Punto 5: In riferimento alla procedura in oggetto, data la complessità della stessa, al fine di poter predisporre una proposta più confacente alle Vostre esigenze e poter predisporre tutta la documentazione da Voi richiesta per poter svolgere tutte le attività richieste, chiediamo che il termine per la presentazione delle offerte venga prorogato di almeno 30 giorni.

RISPOSTA: Atteso che questa S.A. ha provveduto a pubblicare relativo bando e i documenti tutti di gara sulla GUUE in data 20/01/2012 e, nel profilo Committente, in data 19/01/2012, assicurando, in tal senso, termini anche più ampi rispetto a quelli previsti dal D. Lgs. N. 163/2006, art. 70, restano confermati i termini di scadenza stabiliti negli atti di gara.

