

Quesito 10

(Pubblicazione sito www.asloristano.it in data 30/03/2012)

Appalto per affidamento della fornitura di un sistema informatico RIS PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque, con termine ricevimento offerte ore 12.00 del giorno 12/04/2012.

QUESITO pervenuto in data 22/03/2012


1) Al fine di poter dimensionare correttamente le attività di installazione/formazione/avviamento si richiede il numero di reparti interni coinvolti nel progetto. **RISPOSTA punto 1: il numero è pari a trenta reparti.**

2) Al fine di dimensionare correttamente le attività di formazione ed avviamento, si richiede il numero di utenti coinvolti nel progetto, divisi per figura professionale (medici radiologi, TSRM, personale amministrativo, personale dei reparti, ingegneria clinica, fisica sanitaria). **RISPOSTA punto 2: si veda Risposta al Chiarimento 3, punto 9, del 22.03.2012, ovvero: 22 medici radiologi, 26 tecnici di radiologia, 10 infermieri, 7 tecnici S.I.A. (Servizio Informativo Aziendale) . Ad integrazione dello stesso si aggiungono i seguenti dati: 30 reparti con in media 15 medici e 25 infermieri per ciascun reparto.**

3) Si chiede di chiarire se è già presente un sistema CIS/PACS dell'emodinamica. Nel caso in cui fosse presente si chiede di chiarire le eventuali integrazioni necessarie. **RISPOSTA punto 3: richiamando un assistito da entrambi i sistemi deve essere possibile vedere la stessa storia clinica.**

4) Si chiede di specificare le classi DICOM (Storage e Worklist) presenti sulle apparecchiature da integrare. **RISPOSTA punto 4: vedi tabelle classi DICOM allegate a precedente Chiarimento N. 8, punto 2.**

5) Relativamente alla fornitura del materiale di consumo si chiede conferma che i quantitativi da indicare nello schema di offerta economica (Allegato "A" al disciplinare amministrativo, relativi ai



consumabili da fornire saranno ricavati sulla base del documento di progetto "scheda numero 20 piano di lavoro.

Infatti in tale documento verrà riportato il cronoprogramma di implementazione e messa in produzione del sistema, con conseguente dettaglio dei tempi e delle modalità di passaggio ad una gestione filmless delle U.U.O.O. di Radiologia. **RISPOSTA punto 5: i quantitativi da indicare dovranno essere coerenti col progetto offerta proposto.**

6) Si chiedono i volumi anche per i pazienti interni. **RISPOSTA punto 6:**

VOLUMI DI ATTIVITA':

Prestazioni per interni RADIOLOGIA Oristano anno 2010:

- 1777 ecografie;
- 347 RM;.
- 3918 TC;
- 16 mammografie;
- 11173 RX.

La radiologia di Ghilarza e Bosa hanno erogato nel 2011 un totale di 33753 prestazioni:

- 22387 RX da dividere al 50% tra i due presidi;
- 8050 ecografie da dividere con il criterio precedente;
- 3298 TC eseguite esclusivamente a Bosa delle quali circa 1500 per interni.

Poliambulatorio di Oristano 2011:

- 3156 ecografie;
- 4037 esami di tradizionale.

Poliambulatorio Ales 2011:

- 2920 esami di tradizionale;
- 1073 ecografie;
- 294 mammografie.

Poliambulatorio Terralba 2011


- 367 ecografie.

7) In riferimento a pag. 7 del Capitolato Tecnico:

"Si prevede:

...la fornitura del materiale di consumo di quanto oggetto di fornitura es. pellicole, toner, CD al Dipartimento per un periodo complessivo di cinque anni (compreso il periodo di garanzia), e che annualmente sarà regolamentato, secondo modalità che saranno stabilite con il Gruppo di Monitoraggio; "

Si chiede conferma che i consumabili da fornire siano esclusivamente i seguenti:



- pellicole e buste
- CD
- inchiostri/toner per stampante etichette CD
- cartelline porta CD

RISPOSTA punto 7: poiché ogni Ditta dovrà predisporre un proprio elaborato non si è in grado di stabilire esattamente "cosa" è oggetto di fornitura e quindi il relativo materiale di consumo. I consumabili da fornire saranno pertanto tutti quelli necessari per la realizzazione del progetto offerto dalla Ditta Concorrente.

8) In riferimento a pag. 21 del Capitolato Tecnico:

"Infine, si evidenzia che, nelle singole UU.OO. di Diagnostica per Immagini, sono già presenti alcune componenti (ad esempio PC, CR, stampanti). Si richiede alle Ditte concorrenti di evidenziare eventuali riutilizzo di componenti già in dotazione. Nel caso di utilizzo delle attrezzature esistenti, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta alla relativa assistenza, manutenzione ed eventuale sostituzione che si rendesse necessaria."

Al fine di garantire la par condicio tra le ditte offerenti, si chiede che non sia possibile riutilizzare le attrezzature già presenti nelle UU.OO. di Diagnostica per Immagini e che tutti i sistemi siano da fornire nuovi di fabbrica. **RISPOSTA punto 8: il riferimento citato (pag. 21) del Capitolato Tecnico è un refuso. Si precisa che non esistono attrezzature di proprietà in quanto tutte le Cr e le stampanti sono in Service e per i vecchi sistemi di stampa a liquido è prevista a carico delle Ditte Concorrenti la dismissione.**

9) In relazione alla complessità del progetto da presentare, visto il poco tempo a disposizione dal ricevimento dei chiarimenti oggi richiesti e vista la scadenza dell'offerta nella settimana successiva alla Santa Pasqua (comunque periodo festivo), si chiede di prorogare tale scadenza al fine di poter approntare un progetto più consono alle esigenze richieste. **RISPOSTA punto 9: atteso che questa S.A. ha provveduto a pubblicare relativo bando e i documenti tutti di gara sulla GUUE in data 20/01/2012 e, nel profilo Committente, in data 19/01/2012, assicurando, in tal senso, termini anche più ampi rispetto a quelli previsti dal D. Lgs. N. 163/2006, art. 70, restano confermati i termini di scadenza stabiliti negli atti di gara.**