

Quesito 13

(Pubblicazione sito www.asloristano.it in data 30/03/2012)

Appalto per affidamento della fornitura di un sistema informatico RIS PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque, con termine ricevimento offerte ore 12.00 del giorno 12/04/2012:

QUESITO pervenuto in data 26/03/2012

1) Capitolato tecnico pag. 44 art.9.8.1 Specifiche delle Stazioni di Refertazione

"Corredato di tutte le certificazioni di conformità alle normative vigenti e alle direttive CEE in particolare Direttiva 93/43/EEC e agli adeguamenti alla predetta normativa indicati nella 07/47/EEC applicabili al suddetto sistema."

Chiarire se l'indicazione della Direttiva 93/43/EEC sia un errore di trascrizione e sia invece da intendere con Direttiva 93/42/EEC. **RISPOSTA punto 1: trattasi di errore di trascrizione. Il riferimento è la 93/42/EEC e gli adeguamenti alla predetta normativa indicati nella 07/47/EEC.**

2) Capitolato tecnico pag. 21 art. 8.1

**Le responsabilità dell'integrazione con i sistemi di gestione ospedaliera saranno interamente a carico della Ditta aggiudicataria. A tal fine, le Ditte concorrenti, in fase di offerta tecnica, dovranno produrre una dichiarazione di integrazione tecnica con i diversi sistemi installati (si rimanda all'art. 4 "Condizioni essenziali" del presente Capitolato). Nell'offerta economica dovranno essere espressi i costi relativi alle singole attività di integrazione. "*

Si chiede di specificare se i costi di integrazione sostenuti dai fornitori terzi per i sistemi di gestione ospedaliera sono a carico della ditta aggiudicataria e se l'Ente, per la determinazione di tali costi, si può fare carico di interpellare tutti i loro fornitori terzi interessati. **RISPOSTA punto 2: i costi di integrazione sono interamente a carico della Ditta aggiudicataria. Per quanto inerente alla seconda parte del quesito, ovvero "se l'Ente, per la determinazione di tali costi, si può fare carico di interpellare tutti i loro fornitori terzi interessati" si fa rinvio alla risposta al chiarimento N. 6, punto 1.**

3) Disciplinare amministrativo art. 32 Modalità di fatturazione e pagamenti,


Il pagamento dei corrispettivi avverrà nel termine di 90 giorni dal ricevimento delle fatture, secondo le seguenti modalità:

***per le forniture:** le relative fatture, che dovranno riportare dettagliata indicazione delle forniture effettuate, saranno ammesse a relativo pagamento solo ad avvenuto superamento di collaudo funzionale;*

***per i servizi:** le relative fatture saranno emesse trimestralmente e posticipatamente, a partire dal secondo anno contrattuale, e dovranno riportare dettagliata indicazione dei servizi effettuati;*

***per i materiali di consumo:** le relative fatture saranno emesse previa indicazione dei*

relativi ordini effettuati da questa ASL, con specificazione di numero ordine, tipologia, quantità e destinazione dei materiali.



In base all'art. 32 modalità di pagamento e allo schema d'offerta economica, si richiede se i materiali di consumo previsti concorrono alla formazione della quota di fornitura del progetto e quindi verranno liquidati al superamento positivo del collaudo funzionale, di conseguenza l'indicazione delle modalità di pagamento per i materiali di consumo sono relative ad eventuali richieste dell'Ente per le quantità non previste nel progetto stesso. **RISPOSTA punto 3: in merito si fa rinvio alla risposta data al Chiarimento n. 10, punto 7; in relazione al pagamento dei materiali di consumo si confermano le modalità indicate all'art. 32 del Disciplinare Amministrativo.**

4) Capitolato tecnico pag. 11 art. 5.1, Volumi di attività.

Nella tabella vengono indicati solo i volumi di attività per le prestazioni per Esterni e di Pronto Soccorso, si chiede di indicare quali sono i volumi di attività delle prestazioni per interni. **RISPOSTA punto 4:**

VOLUMI DI ATTIVITA':

Prestazioni per interni RADIOLOGIA Oristano anno 2010:

- 1777 ecografie;
- 347 RM;
- 3918 TC;
- 16 mammografie;
- 11173 RX.

La radiologia di Ghilarza e Bosa hanno erogato nel 2011 un totale di 33753 prestazioni:

- 22387 RX da dividere al 50% tra i due presidi;
- 8050 ecografie da dividere con il criterio precedente;
- 3298 TC eseguite esclusivamente a Bosa delle quali circa 1500 per interni.

Poliambulatorio di Oristano 2011:

- 3156 ecografie;
- 4037 esami di tradizionale.

Poliambulatorio Ales 2011:

- 2920 esami di tradizionale;
- 1073 ecografie;
- 294 mammografie.

Poliambulatorio Terralba 2011

- 367 ecografie.

5) Disciplinare amministrativo art.10, Documentazione tecnica, punto 16 "documentazione tecnica ex art.13 del Capitolato Tecnico"

si chiede se la Vostra richiesta debba essere interpretata come l'elenco delle referenze. **RISPOSTA punto 5: SI**

6) Capitolato tecnico pag. 39 art.9.7.2, Architettura dell'archivio

assumendo una dimensione media degli esami radiologici stimabile in circa 40 MB, e supponendo un fattore di compressione di 2:1, è da escludere che i tempi indicati si riferiscano ad accessi effettuati in rete geografica, poiché per far transitare 20 MB su una rete, ad esempio, con una banda minima garantita pari a 4Mbit/sec, in 15 secondi passerebbero esattamente 60 Mbit, e cioè 7,5 MB. Per far passare 20 MB in 15 secondi si dovrebbe avere disponibilità di una banda minima garantita pari a ad

oltre 10 Mbit/sec la quale, se disponibile, da parte del carrier prescelto, sarebbe sicuramente molto onerosa per la ASL. Se poi consideriamo che le immagini sono spesso di dimensioni maggiori, allora le connessioni tra i poli della rete geografica dovrebbero avere una banda che probabilmente al momento non è nemmeno disponibile sul mercato per i siti indicati in progetto. Pertanto, si chiede conferma del fatto che la Vostra richiesta debba essere interpretata nel senso che i tempi di retrieve indicati nella tabella sono relativi a query eseguite in locale, e che quindi la disponibilità del singolo dato dipenderà dall'architettura proposta dal concorrente. **RISPOSTA punto 6: relativamente alla rete WAN i costi del traffico sono a carico della S.A. il progetto dovrà essere redatto riferendosi all'offerta del Sistema Pubblico di Connettività (SPC vedi DIGIT PA) Servizi di Trasporto ALWAYS-ON con modalità flat tenendo presente che per alcune componenti di accesso non vi è copertura nei nostri territori.**

