
N° 9 RIUNITI ODONTOIATRICI CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

Sistemi di moderna concezione ergonomici sicuri e confortevoli per pazienti e operatori completi di:

- Destinazione d'uso: ambulatorio odontoiatrico (**specificare**)
- pannello di comando lato medico (**specificare**)
- pannello comandi lato assistente e comando poltrona anche nella pedaliera (**specificare**)
- tavoletta portastrumenti grande lato medico contenente due cannule d'aspirazione (**specificare**)
- sistema antiretrazione spray (**specificare**)
- metodo automatico di decontaminazione dei circuiti idrici degli spray ed alimentazione separata (**specificare**)
- lampada per fotopolimerizzare di ultima generazione lato assistente (**specificare**)
- fonte di luce ad intensità regolabile (**specificare**)
- sistema per l'aspirazione chirurgica (**specificare**)
- poltrona con posizione operatorie programmabili completa di n°2 braccioli (**specificare**)
- movimenti della poltrona: ribaltamento dello schienale, slittamento della seduta in avanti, trendelenburg e azzeramento automatico a fine lavoro (**specificare**)
- imbottitura senza cuciture (**specificare**)
- seggiolino operatore ed assistente per ogni riunito (le sedie dovranno essere montate su ruote e rivestite in analogia alla poltrona odontoiatrica) (**specificare**)
- circuiti idrici con sistema antiristagno e raccogliore di amalgama (**specificare**)
- RX digitale RVG per endorali (**specificare**)
- La dotazione strumentale dovrà essere di:
 - siringa multifunzione aria acqua a tre vie (**specificare**)
 - modulo turbina titanizzato a fibre ottiche ed autoclavabile completo di manipolo a fibre ottiche (**specificare**)
 - modulo micromotore con fibre ottiche con possibilità di regolare il numero di giri (**specificare**)

-
- modulo ablatore del tartaro piezoelettrico completo di punte autoclavabile **(specificare)**
 - Mobili odontoiatrici da associare ad ogni riunito:
 - modulo a N°6 Cassetti **(specificare)**
 - modulo con anta **(specificare)**
 - servomobile con ruote **(specificare)**
 - modulo con lavello **(specificare)**

L'installazione si intende con la formula chiavi in mano, comprensiva di adeguati sistemi quali compressori, motori aspiranti ed ogni altra attrezzatura/macchinario che dovesse rendersi necessaria per mettere in esercizio il riunito offerto. La Ditta dovrà pertanto verificare in fase di sopralluogo ogni elemento necessario per la corretta installazione del sistema offerto quali allaccio al sistema idrico, fognario, elettrico, ecc. In caso di aggiudicazione, in fase di esecuzione del contratto tutti i lavori di installazione dovranno essere eseguiti conformemente alle normative CEI valide per i locali ad uso medico e ai requisiti regionali per l'accreditamento.

Destinazione Riuniti:**n. 3 unità al Poliambulatorio di Oristano****n. 1 unità al Poliambulatorio di Samugheo****n. 2 unità al Poliambulatorio di Ales****n. 1 unità al Poliambulatorio di Villa Sant'Antonio****n. 1 unità al Poliambulatorio di Mogoro****n. 1 unità al Poliambulatorio di Ghilarza**