

Procedura negoziata per la fornitura di due iniettori per le TAC dei PP.OO. San Martino di Oristano e Delogu di Ghilarza.**CHIARIMENTO N. 1 del 14.06.2012**
(Quesiti pervenuti il 12.06.2012)**Quesiti:**

1. Tutte le caratteristiche tecniche richieste dall'art. 3 relative all'iniettore sono a pena di esclusione?
2. In particolare, il punto 14) dell'art. 3 è parametro vincolante o preferenziale??

Risposta:

1. Tutte le caratteristiche tecniche richieste dall'art. 3 del Capitolato Tecnico (eccezion fatta per quella di cui al punto 14) sono richieste a pena di esclusione.
2. La caratteristica di cui al punto 14) dell'art. 3 del Capitolato Tecnico "pannello di controllo per impostazione dei parametri di infusione collegato all'apparecchio in modalità wireless ovvero senza cavi" è da considerarsi preferenziale.