

**Procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento della fornitura in n. 3 lotti distinti di carta originale, etichette e carta compatibile per apparecchiature elettromedicali per un periodo di trentasei mesi occorrenti all'ASL n. 5 di Oristano.**

**QUESITO N. 1 DEL 08.08.2013**

Gentili Signori,

relativamente al lotto 1, desideriamo segnalare:

\* che le carte SONY 2010 e SONY 1010 non sono più prodotte dalla SONY da oltre un anno e non sono più disponibili;

\* che accorpate nello stesso lotto carte originali SONY e MITSUBISHI (per sistemi ad ultrasuoni) e carte NIHON KOHDEN (per elettrocardiografi) nonché carta TEC (non meglio identificata) comporta problemi notevoli. Infatti, la Ditta che è il primo distributore in Europa per le carte SONY e MITSUBISHI avrebbe notevoli difficoltà a procurarsi carta originale Nihon Kohden che notoriamente sono riservate ai distributori esclusivisti regionali. E anche se, dopo lunghe ricerche, fosse possibile trovare una fonte di rifornimento, il prezzo che ne risulterebbe per voi sarebbe sicuramente molto elevato. Pertanto anche nel vostro interesse sarebbe opportuno suddividere il lotto in carte originali SONY e MITSUBISHI e carte originali per ECG. Tra l'altro rileviamo che entrambi i prezzi a base d'asta da voi indicati per le carte originali Nihon Kohden sono sicuramente riferiti a carte compatibili, visto che le carte originali hanno un costo molto più elevato.

In attesa di cortese riscontro

Cordiali saluti

Risposta:

1) Per quanto riguarda i prodotti del lotto n. 1 si prende atto della non disponibilità delle carte SONY 2010 e SONY 1010 in quanto non più prodotte. I prodotti n. 1.7 e n. 1.8 pertanto si escludono dal prospetto "Allegato A Modello A" al Disciplinare di gara - capitolato speciale.

2) Viene ammessa la scorporazione del lotto n. 1, in 3 distinti lotti (1, 1 bis e 1 ter) rispettivamente per le carte originali SONY e MITSUBISHI, per le carte originali per apparecchiatura T.E.C. TYMATRON II/IV tipo Cod. CP110 e per la carta originale Nihon Kohden.

3) L'importo a base d'asta del prodotto 1.14 rimodulato nel prodotto 1 ter 1 - Carta originale per Defibrillatore Cardio Life Nihon Kohden Tek 5531 K Cod. FQS 50-2-100 - f.to 50 mm x 20 mt - si intende variato da € 1,29 a € n. 2,75.

Nel nuovo prospetto "Allegato A - parte seconda al Disciplinare di gara - capitolato speciale", messo a disposizione sulla piattaforma CSamed nell'ambito della documentazione

di gara, vengono di conseguenza rideterminati gli importi posti a base di gara dei singoli lotti e l'importo complessivo a base di gara dell'intera procedura.

## **QUESITO N. 2 DEL 22 .08.2013**

Vi chiedo la possibilità di poter partecipare alla gara, qualora sia possibile apportare modifiche alla procedura

- divisione in due lotti delle carte compatibili - lotto n. 3 - (uno per i dischi diagrammati e autoclavi e l'altro per le carte diagnostiche), procedere alla richiesta di campionatura, dopo l'aggiudicazione provvisoria possibilmente 1 per tipo e non 2, in quanto per alcuni prodotti, la campionatura risulterebbe maggiore della quantità annuale richiesta;
- evitare la richiesta dei ribbon per etichette.
- chiedere per ogni prodotto il tipo di confezionamento, e specificare che la fornitura minima sia la confezione. E' dispendioso e difficile la fornitura di (per esempio) n.3 rotoli del campimetro (voce 58) o 3 rotoli dello spirometro Cosmed (voce 60) e tanti altri prodotti del lotto n.3
- si chiede infine di specificare le misure delle voci 53 e 75 del lotto n.3

Grazie

Risposta:

- 1) Si conferma il lotto n. 3 come lotto unico, comprensivo dei dischi diagrammati - autoclavi e carte diagnostiche. Si conferma inoltre la richiesta della campionatura come da Disciplinare di gara - capitolato speciale, in quanto oggetto di esame unitamente alla documentazione tecnica, da parte della Commissione Giudicatrice per la verifica della conformità dei prodotti, non rinviabile alla fase successiva dell'aggiudicazione provvisoria. Si conferma altresì la richiesta di n. 2 campioni per ciascuna tipologia dei prodotti specificati, anche in considerazione del fatto che le quantità della fornitura potranno essere aumentate rispetto a quanto previsto nell'Allegato A, nel corso di vigenza del contratto.
- 2) Si conferma la richiesta dei ribbon per le etichette.
- 3) Si precisa che l'indicazione del confezionamento è richiesto in apposita colonna per ciascun prodotto dell'Allegato A parte seconda, nella parte riservata alla Ditta.
- 4) Si confermano le descrizioni delle voci 53 e 75 del lotto n. 3 in quanto le misure vengono indicate compiutamente.

CHIARIMENTI DELLA S.A.

Il prodotto 1.13 " Carta termica originale per Defibrillatore Cardio Life Nihon Kohden Mod. Tek 553 K Cod. FQS 50-3-100", in seguito a successiva verifica, viene eliminato dall'iniziale prospetto Allegato A. Si rimanda a questo proposito all'articolazione del lotto 1 ter del nuovo prospetto "Allegato A - parte seconda al Disciplinare di gara - capitolato speciale", messo a disposizione sulla piattaforma CSAméd.

