

Elenco Richieste d'Informazione

Relative alla Trattativa avente per oggetto:

"Cottimo Fiduciario mediante procedura telematica per la fornitura, in un solo lotto non frazionabile, di n.8 ventilatori polmonari portatili per l'emergenza da destinare alle ambulanze dell'ASL n.5 di Oristano"

N.B. L'elenco non riporta le richieste di informazione a cui l'ente non ha ancora risposto nè quelle a cui è stata data risposta privata (quindi con visibilità limitata al solo fornitore che ha inoltrato la domanda).

2

Data richiesta 18/10/2013

Richiesta PRECISAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Data risposta 18/10/2013

Risposta Al fine di consentire una più ampia partecipazione si può derogare alla dimensione del DISPLAY che può avere dimensioni di almeno 5 pollici e I PARAMETRI possono essere regolati anche con sistemi diversi da quelli "touchscreen".

Tipo risposta PUBBLICA

1

Data richiesta 15/10/2013

Richiesta Buongiorno, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti : 1. Poiché sono richiesti in totale 8 ventilatori di cui 7 per le Ambulanze ed uno per la Rianimazione, quanti ventilatori devono essere dotati dell'accessorio sistema di aggancio per ambulanza e quanti ventilatori devono essere dotati di borsa da trasporto? 2. Si richiede di dettagliare se la configurazione di ciascun ventilatore debba includere il modulo per la misurazione della EtCO2 o se possa anche bastare che il software di ciascun ventilatore sia predisposto per il monitoraggio della EtCO2. 3. si chiede di specificare se l'attacco ossigeno medicale per l'ambulanza sia di tipo afnor o uni e se l'attacco sia dello stesso tipo per il ventilatore destinato al Reparto di Rianimazione. Grazie

Data risposta 18/10/2013

Risposta 1) devono essere tutti ugualmente accessoriati. 2) Non deve essere incluso, è sufficiente la predisposizione. 3) per le ambulanze attacchi UNI. Anestesia P.O. Bosa ATTACCO AFNOR

Tipo risposta PUBBLICA