

Elenco Richieste d'Informazione

Relative alla Trattativa avente per oggetto:

"Procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di n. 1 Autoemoteca e servizi connessi da destinare al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale"

N.B. L'elenco non riporta le richieste di informazione a cui l'ente non ha ancora risposto nè quelle a cui è stata data risposta privata (quindi con visibilità limitata al solo fornitore che ha inoltrato la domanda).

1

Data richiesta 23/07/2014

Richiesta in riferimento alla gara in oggetto siamo con la presente a chiedere i seguenti chiarimenti : 1) nel Vs. capitolato tecnico viene richiesto un automezzo che sia dotato 170/180 kw; i mezzi con 170/180Kw richiesti equivalgono ad un motore con 250cv, pochi per un allestimento del genere con quelle cilindrate. Si chiede pertanto se è possibile offrire un mezzo che sia dotato di minimo 228 Kw con una cilindrata di 8700cc anzichè 7000/8000. 2) il passo da Voi indicato di circa 5000/5500 non è compatibile con la lunghezza richiesta di circa 11 metri. Per arrivare a tale lunghezza dobbiamo usare un mezzo con un passo di 6700 mm. Si chiede pertanto se possiamo offrire tale mezzo con passo 6700 mm . 3) viene richiesto un sistema di sospensioni ad aria. Si chiede di specificare se tali sospensioni devono essere solo nel posteriore oppure sia posteriore che anteriore.

Data risposta 26/08/2014

Risposta Risposta al quesito n.1: E' possibile offrire un mezzo con cilindrata e potenza superiore rispetto a quanto previsto nel capitolato, non inferiore. Risposta al quesito n.2: E' possibile fornire un mezzo con passo superiore, non inferiore. Risposta al quesito n.3: Tale tipo di sospensioni deve essere presente sia nel posteriore che nell'anteriore del veicolo offerto.

Tipo risposta PUBBLICA