

Elenco Richieste d'Informazione

Relative alla Trattativa avente per oggetto:

"Procedura aperta telematica in Unione di Acquisto per la fornitura in lotti unici non frazionabili, di dispositivi medici per apparato gastrointestinale (CND lett. G) e di protesi esofagee e gastrointestinali (CND lett. P05) per un periodo di 36 mesi"

N.B. L'elenco non riporta le richieste di informazione a cui l'ente non ha ancora risposto nè quelle a cui è stata data risposta privata (quindi con visibilità limitata al solo fornitore che ha inoltrato la domanda).

60

Data richiesta	23/03/2015
Richiesta	CHIARIMENTO SPONTANEO DELLA STAZIONE APPALTANTE N. 12 DEL 23/03/2016
Data risposta	23/03/2015
Risposta	Lotto 317b: per un errore materiale è stato riportato - nell'elenco prodotti All. a parte 2^ del CSA (file "CSA All. A parte seconda DEF. CON AGGIORNAMENTI" pubblicato in data 18/03/2015) e nel file di offerta messo a disposizione delle Ditte concorrenti sulla piattaforma elettronica CSAMed - il CIG 60461787EB in luogo di quello corretto 6046118668, che deve intendersi, a tutti gli effetti, l'unico valido.
Tipo risposta	PUBBLICA

59

Data richiesta	23/03/2015
Richiesta	CHIARIMENTO SPONTANEO DELLA STAZIONE APPALTANTE N. 11 DEL 23/03/2015
Data risposta	23/03/2015
Risposta	A parziale rettifica e a specificazione del chiarimento fornito in data 17/03/2015 in risposta al quesito n. 48 del 09/03/2015, punto 5, si fa presente che la documentazione in lingua inglese di cui al punto 2c dell'art. 14 del CSA - che testualmente recita: "relazione dettagliata clinico-funzionale sul prodotto, supportata da un'adeguata documentazione scientifica con relativa bibliografia, laddove presente e ritenuta necessaria o opportuna. I lavori devono essere indicati in lingua italiana o inglese....." - può anche essere NON accompagnata da relativa traduzione in lingua italiana. Resta fermo l'obbligo di accompagnare i lavori da traduzione in lingua italiana se redatti in lingua differente dall'inglese.
Tipo risposta	PUBBLICA

58

Data richiesta	20/03/2015
Richiesta	CHIARIMENTO SPONTANEO DELLA STAZIONE APPALTANTE N. 10 DEL 20/03/2015
Data risposta	20/03/2015
Risposta	In data 18/03/2015 è stato messo a disposizione sulla piattaforma telematica il nuovo elenco prodotti (all.A parte 2^ del CSA) recante le modifiche effettuate a seguito dei chiarimenti forniti, nonché l'all. E al CSA recante, tra l'altro, gli aggiornamenti degli importi delle cauzioni e dei versamenti all'ANAC. Nei due prospetti, come evidenziato nell'avviso pubblicato in data 18/03/2015, sono indicati anche i nuovi importi annuali e triennali della gara pari rispettivamente a € 12.964.719,75 e € 38.894.159,25. L'elenco prodotti allegato A parte 2^ al CSA nella versione pubblicata in data 18/03/2015 è l'unico da utilizzare per la presentazione dell'offerta.
Tipo risposta	PUBBLICA

57

Data richiesta	20/03/2015
Richiesta	CHIARIMENTO SPONTANEO DELLA STAZIONE APPALTANTE N. 9 DEL 20/03/2015
Data risposta	20/03/2015
Risposta	Nel prospetto allegato E al CSA pubblicato in data 18/03/2015, le quantità indicate nel lotto n. 252 devono intendersi 1800 e non 1500.
Tipo risposta	PUBBLICA

56

Data richiesta	20/03/2015
Richiesta	CHIARIMENTO SPONTANEO DELLA STAZIONE APPALTANTE N. 8 DEL 20/03/2015
Data risposta	20/03/2015
Risposta	Lotto 344 (sub lotti a/b) e 346: deve essere presentata una sola offerta e può essere presentato solo il campione per l'adulto ove non ci siano differenze sostanziali con il prodotto pediatrico.
Tipo risposta	PUBBLICA

55

Data richiesta	20/03/2015
Richiesta	CHIARIMENTO SPONTANEO DELLA STAZIONE APPALTANTE N. 7 DEL 18/03/2015
Data risposta	20/03/2015
Risposta	Il chiarimento spontaneo della S.A. n. 1 del 26/02/2015 si intende sostituito dal seguente: "A causa di un mero errore, il prezzo a base d'asta del prodotto 188a "Ago per perforazione e svuotamento palloncino intragastrico (BIB), guaina esterna in materiale plastico", deve intendersi modificato da € 1.100,00 a € 210,00. Il valore del sub lotto 188a deve intendersi quindi variato da € 113.300,00 a € 21.630,00 annuali e da € 339.900,00 a € 64.890,00 triennali. Il valore complessivo del lotto 188 invece deve intendersi variato da € 238.172,00 a € 146.502,00 annuali e da € 714.516,00 a € 439.506,00 triennali. Con successivo prospetto "Allegato A al CSA - parte seconda" che verrà messo in pubblicazione - entro il termine ultimo stabilito dal timing di gara per la pubblicazione del verbale del forum - nell'ambito della documentazione di gara, verranno aggiornati gli importi del lotto e dell'intera procedura di gara come rideterminati a seguito della presente variazione."
Tipo risposta	PUBBLICA

54

Data richiesta	17/03/2015
Richiesta	CHIARIMENTO SPONTANEO DELLA STAZIONE APPALTANTE N. 6 DEL 17/03/2015

Data risposta	17/03/2015
Risposta	Lotto 127: la descrizione del prodotto deve intendersi modificata nel seguente modo "Sfinterotomo monouso per l'incannulamento difficile della via biliare con catetere da 5,5 Fr con filo di taglio monofilamento da 25 mm, punta dritta, premontato con guida da 0,021 a 0,035 pollici (0,53 mm), lunghezza 480 cm". Con successivo prospetto "Allegato A al CSA - parte seconda" che verrà messo in pubblicazione - entro il termine ultimo stabilito dal timing di gara per la pubblicazione del verbale del forum - nell'ambito della documentazione di gara, verrà aggiornata la descrizione del lotto 127 come rideterminata a seguito della presente variazione.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 53	
Data richiesta	17/03/2015
Richiesta	CHIARIMENTO SPONTANEO DELLA STAZIONE APPALTANTE N. 5 DEL 17/03/2015
Data risposta	17/03/2015
Risposta	Lotto 348b: per un errore materiale, nella descrizione del prodotto è stata indicato il rinvio al lotto 347A in luogo del lotto 348A. La descrizione corretta del lotto è quindi la seguente: "Sacche di raccolta di ricambio da 2500/3000 ml dedicate per dispositivo di cui al prodotto 348A". Con successivo prospetto "Allegato A al CSA - parte seconda" che verrà messo in pubblicazione - entro il termine ultimo stabilito dal timing di gara per la pubblicazione del verbale del forum - nell'ambito della documentazione di gara, verrà aggiornata la descrizione del lotto 348a come rideterminata a seguito della presente variazione.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 52	
Data richiesta	17/03/2015
Richiesta	CHIARIMENTO SPONTANEO DELLA STAZIONE APPALTANTE N. 4 DEL 17/03/2015
Data risposta	17/03/2015
Risposta	Lotto n. 47: per un errore di battitura, è stato erroneamente indicato il prezzo di € 14,30 in luogo di quello corretto pari a € 143,00. Il valore complessivo del lotto 47 deve intendersi quindi variato da € 4.204,20 a € 42.042,00 annuali e da € 12.612,60 a € 116.126,00 triennali. Con successivo prospetto "Allegato A al CSA - parte seconda" che verrà messo in pubblicazione - entro il termine ultimo stabilito dal timing di gara per la pubblicazione del verbale del forum - nell'ambito della documentazione di gara, verranno aggiornati gli importi dei suddetti lotti e dell'intera procedura di gara come rideterminati a seguito della presente variazione.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 51	
Data richiesta	17/03/2015
Richiesta	CHIARIMENTO SPONTANEO DELLA STAZIONE APPALTANTE N. 3 DEL 17/03/2015
Data risposta	17/03/2015
Risposta	Lotti nn. 206 e 210: per un mero errore di battitura, non erano state considerate le quantità richieste dalla ASL 7 di Carbonia per i lotti 206 e 210, entrambe pari a 6 unità. Il valore complessivo del lotto 206 deve intendersi quindi variato da € 31.020,00 a € 33.000,00 annuali e da € 93.060,00 a € 99.000,00 triennali, mentre il valore complessivo del lotto 210 deve intendersi quindi variato da € 28.325,00 a € 29.975,00 annuali e da € 84.975,00 a € 89.925,00 triennali. Con successivo prospetto "Allegato A al CSA - parte seconda" che verrà messo in pubblicazione - entro il termine ultimo stabilito dal timing di gara per la pubblicazione del verbale del forum - nell'ambito della documentazione di gara, verranno aggiornati gli importi dei suddetti lotti e dell'intera procedura di gara come rideterminati a seguito della presente variazione.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 50	
Data richiesta	09/03/2015
Richiesta	In riferimento al lotto 115 si chiede se la dicitura "punte" permetta di offrire dispositivi di diversa forma e lunghezza della punta di dissezione; in caso affermativo si chiede di specificare la modalità di inserimento in documentazione tecnica di diversi codici articolo sul singolo lotto. Infine si chiede di specificare se il dispositivo debba avere una lunghezza specifica e se la lunghezza del dispositivo possa essere parametro di valutazione e assegnazione punti qualità
Data risposta	17/03/2015
Risposta	Si accettano offerte di dispositivi di diversa forma e lunghezza della punta. Si precisa che dovrà essere presentata la documentazione tecnica relativa alle diverse forme e lunghezze delle punte, mentre dovrà essere presentata un'unica offerta economica. La lunghezza del dispositivo deve essere compatibile con gastroscopi e videocolonscopi.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 48	
Data richiesta	09/03/2015
Richiesta	1. Con riferimento al chiarimento n. 22.1) chiediamo se i 180 gg di validità della cauzione debbano decorrere dal 30/03/15 (termine ultimo di caricamento della documentazione amministrativa e tecnica) o dal 07/07/2015 (termine ultimo per l'up load dell'offerta economica). 2. Facciamo presente che per propri standard operativi, alcuni istituti bancari emettono la cauzione provvisoria in un documento inscindibile dall'impegno fidejussorio. Chiediamo conferma della regolarità di un simile documento. 3. Con riferimento al chiarimento 22.11), si chiede conferma che, entro il 30/03/15 la documentazione tecnica andrà firmata e MARCATA temporalmente (soltanto nelle cartelle, costituite lotto per lotto o generali, raggruppanti i vari file), e che, diversamente dall'offerta economica, non si aprirà alcuna finestra temporale per l'inserimento del rispettivo numero seriale prodotto. 4. 4.1. La relazione tecnica sul servizio post vendita può essere prodotta in un unico file valido per tutti i lotti? 4.2. In tal caso, il file va comunque raccolto in una cartella (da firmare e marcare temporalmente)? 4.3. Si chiede anche se e quanto, detta relazione, vada ad influire sulla determinazione del punteggio. 5. L'eventuale documentazione scientifica con relativa bibliografia da accludere alla relazione clinico funzionale del prodotto, in molti casi è in lingua straniera. Si chiede conferma che ciò costituisca una lecita eccezione alla norma di presentare la documentazione tecnica in lingua italiana. Grazie.
Data risposta	17/03/2015
Risposta	1. La decorrenza è fissata dal 30/03/2015. 2. Sì, è regolare. 3. Si conferma quanto indicato dalla Ditta. La firma digitale e la marcatura temporale andranno apposte, entro le ore 12:00 del giorno 30/03/2015, sulle cartelle zip dei singoli lotti contenenti i file per la partecipazione agli stessi e sulla cartella zip contenente i file comuni a tutti i

lotti. Non viene richiesto l'inserimento a sistema di alcun numero seriale relativo alle marcature temporali applicate sui file contenenti la documentazione tecnica. 4.1. Si. 4.2. Si. Come indicato nell'art. 14 del CSA "Nel caso di documentazione di carattere generale, riferita a tutti i lotti, come per esempio quella di cui ai punti 1) e 3) dell'art. 14, sarà possibile predisporre una cartella denominata "file comuni a tutti i lotti partecipati" nella quale inserire i singoli documenti (file) contenenti sul frontespizio, espresso riferimento al numero e alla posizione indicata nell'art. 14." è possibile creare un'unica cartella (punto 1: elenco prodotti offerti /lotti per i quali si partecipa + punto 3: relazione post vendita) da firmare e marcare digitalmente. 4.3. Per la partecipazione alla gara, è obbligatoria la presentazione del documento "relazione post-vendita" nelle forme descritte dal CSA, senza incidenza sulla determinazione del punteggio. Si precisa che i contenuti di tale relazione devono rispettare i relativi contenuti minimi indicati nei diversi articoli del Capitolato Tecnico e del CSA e rispettivi allegati, che devono essere tutti integralmente accettati. 5. Si conferma la possibilità di presentare documentazione scientifica con relativa bibliografia in lingua inglese come risulta al punto 2c) dell'art. 14 del CSA, purchè accompagnata dalla relativa traduzione (vedasi in proposito l'art. 14 del CSA che testualmente recita: "Tutta la documentazione tecnica di cui ai punti indicati 1, 2, 3 del presente articolo, deve essere redatta in lingua italiana o, in caso contrario, deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana."

Tipo risposta PUBBLICA

45

Data richiesta 06/03/2015

Richiesta in riferimento al lotto 318 riteniamo che la richiesta sia frutto di un refuso perché non è possibile presentare il set prolunga per bottone se non ci si aggiudica prima il lotto dei bottoni . Per questa ragione infatti riteniamo che i lotti 317 e 318 devono diventare un unico lotto ed essere aggiudicati insieme. Potete darci conferma di aver interpretato in maniera corretta la richiesta?

Data risposta 17/03/2015

Risposta Si ammette la costituzione di un lotto unico per i prodotti 317 e 318. Il nuovo lotto n. 317 sarà costituito di due prodotti (317a, in sostituzione del precedente 317 e 317b, in sostituzione del 318), mentre il lotto 318 viene eliminato; la numerazione del lotto successivo riprenderà dal n. 319 ed i restanti, successivi, lotti manterranno la precedente numerazione. L'importo del lotto è pari a € 17.006,00 annuali e € 51.018,00 triennali, ossia pari alla somma dei due lotti precedenti 317 e 318. Con successivo prospetto "Allegato A al CSA - parte seconda" che verrà messo in pubblicazione - entro il termine ultimo stabilito dal timing di gara per la pubblicazione del verbale del forum - nell'ambito della documentazione di gara, verrà aggiornata la rappresentazione dei lotti 317 e 318 come rideterminata a seguito della presente variazione.

Tipo risposta PUBBLICA

43

Data richiesta 04/03/2015

Richiesta In riferimento al lotto 116, si chiede allo Spett.le Ente se la dicitura "Lunghezza circa 203cm" inserita nel Documento "Allegato A: Capitolato Tecnico" è da considerarsi un refuso, dato che non siamo a conoscenza della commercializzazione dei dispositivi da Voi richiesti aventi tale lunghezza. Siamo a chiedere quindi la possibilità di poterVi offrire un dispositivo di equivalenti caratteristiche ma con lunghezza pari a 1800mm. Grazie e cordiali saluti

Data risposta 17/03/2015

Risposta Per un errore materiale è stata erroneamente indicata la lunghezza di circa 203cm. Sono ammesse offerte per prodotti con lunghezze da cm 180 e 230 cm circa.

Tipo risposta PUBBLICA

36

Data richiesta 02/03/2015

Richiesta Buongiorno, la presente per chiedervi chiarimenti in merito ai seguenti lotti: LOTTO 21: nel nostro set di aghi manca l'ago da 19 G con fuoriuscita da 4 mm, ma lo possiamo offrire da 6mm, è tollerata questa misura? LOTTO 27: è tollerata bene una lunghezza operativa da 1800 mm? LOTTO 89: possiamo offrire il dispositivo interamente monofilamento sia nella parte distale che prossimale? LOTTI 126 - 129 -130 : I dispositivi sono da intendersi monouso o poliuso? LOTTO 134: un dispositivo a doppio lume con tre vie è comunque considerato equivalente? LOTTO 155: Il set di drenaggio che possiamo offrire ha come diametro massimo 9 Fr e non 10 Fr come da capitolato e come lunghezza 2900 mm. Sono comunque tollerate queste misure? LOTTO 156: Il set di drenaggio che possiamo offrire ha come diametri quello da 5 Fr e da 7 Fr (manca il diametro da 6 Fr come in capitolato) e come lunghezza 2900 mm. Sono comunque tollerate queste misure? LOTTO 165 - SUBLOTTO C: la guaina metallica di cui alla descrizione in capitolato è da intendersi intracanalare o d'emergenza? LOTTI 168 - 169: si possono offrire dispositivi in acciaio anziché in nitinol? LOTTO 184: La dicitura "compatibile con i prodotti di cui ai lotti 184 e 186" è da intendersi "compatibile con i prodotti di cui ai lotti 183 e 186"? LOTTO 186 - SUBLOTTO E: E' possibile offrire un cestello con lunghezza totale da 400 cm? LOTTO 216: Lo spazzolino richiesto è da intendersi che accetti filo guida o che abbia il filo guida già incluso? E' tollerata una lunghezza del catetere da 1800 mm? LOTTO 263: La protesi richiesta è da intendersi di tipo pigtail? In tal caso, possono essere offerte le protesi monopigtail o quelle a doppio pigtail? LOTTO 270: Sono tollerate lunghezze della protesi (misura tra le alette) da 3 cm anziché 2,5 cm? LOTTO 278: Possono essere offerte protesi con diametro unico da 10 mm e con lunghezze da 40 a 100 mm oppure questo è motivo di esclusione? LOTTO 279: Cosa vuole intendere il richiedente per autoconformante? Cordiali Saluti

Data risposta 17/03/2015

Risposta Lotto 21: no. Lotto 27: no. Con tale misura l'offerta può essere effettuata sul lotto 28 per il quale viene richiesta una misura minima di mm 1650. Lotto 89: no. Lotto 126, 129 e 130: i dispositivi si intendono monouso. Lotto 134: no. Lotto 155: no. Lotto 156: no. Lotto 165c: la guaina è da intendersi intracanalare. Lotto 168, 169: no. Lotto 184: sì, per errore materiale di battitura è stato erroneamente indicato 184 in luogo di 183. Lotto 186e: no. Lotto 216: Lo spazzolino richiesto è da intendersi che accetti filo guida. Sì, è tollerata tale lunghezza. Lotto 263: no, non è da intendersi tipo pigtail. Lotto 270: No. Lotto 278: no. Lotto 279: per autoconformante si intende la capacità della protesi di adattarsi alla morfologia del dotto biliare.

Tipo risposta PUBBLICA

44

Data richiesta 06/03/2015

Richiesta Si richiede cortesemente riscontro alla richiesta di chiarimento n. 27 del 24.02.2015. Grazie

Data risposta 13/03/2015

Risposta Vedi risposta al quesito n. 27, pubblicata in data 13/03/2015.

Tipo risposta PUBBLICA

27

Data richiesta	24/02/2015
Richiesta	Buongiorno si richiedo alcune precisazioni per i Lotti di seguito menzionati : 1)Relativamente al Lotto n. 324 : a) è necessario presentare offerta per tutte le misure richieste CH9/10,12,14 e 16 oppure è possibile offrirne anche una sola? b) è possibile offrire la misura Ch 8? 2)Relativamente al Lotto n. 328 : a) qual'è la lunghezza di riferimento ? b)quali misure in FR che dovranno essere offerte? 3)Relativamente al Lotto n. 331 : a) è possibile offrire solo una misura? 4)Relativamente al Lotto n. 341 si chiede conferma del prezzo base d'asta unitario indicato. Grazie
Data risposta	13/03/2015
Risposta	Lotto 324 a): è necessario presentare un'unica offerta per tutte le misure; b) no, non è richiesta. Lotto 328 a): lunghezza circa 110cm; b) vedi risposta quesito 26, le misure sono da CH 6 a CH 18. Lotto 331: no. Deve essere presentata un'unica offerta per tutte le misure richieste. Lotto 341: si conferma la base d'asta.
Tipo risposta	PUBBLICA

26

Data richiesta	23/02/2015
Richiesta	Buongiorno, si richiedono i seguenti chiarimenti: • LOTTO 319 I: Non abbiamo la misura da 30ml, come gran parte delle altre aziende nel mercato, vi chiediamo se la mancanza della misura specifica è motivo di esclusione? • LOTTO 323 C: Non abbiamo la misura specifica che è facilmente sostituibile con calibro maggiore o inferiore nel normale utilizzo, vi chiediamo se la mancanza della misura specifica è motivo di esclusione? • LOTTO 328: Non abbiamo la misura da 7CH ma multipli pari, per cui possiamo offrire la misura da ch6 a salire? • LOTTO 342 B: Si richiedono siringhe graduate "su due lati", noi come quasi tutti i nostri concorrenti, abbiamo siringhe graduate su un solo lato è motivo di esclusione?
Data risposta	13/03/2015
Risposta	Lotto 319: si. La Ditta potrà comunque avvalersi, per la partecipazione alla gara, degli strumenti previsti dalla normativa vigente. Lotto 323: vedere risposta al quesito 17. Lotto 328: si. Lotto 342b: si, è motivo di esclusione.
Tipo risposta	PUBBLICA

38

Data richiesta	02/03/2015
Richiesta	In merito al prezzo a base d'asta del lotto n. 82 chiediamo chiarimento circa un prezzo a base d'asta così elevato, anche alla luce dei prezzi posti a base d'asta per i lotti 83 e 84, relativi a prodotti pressoché identici. E' possibile modificare tale cifra? Grazie
Data risposta	12/03/2015
Risposta	Il prezzo a base d'asta s'intende rettificato da € 220,00 a € 2,20. Il valore complessivo del lotto 82 deve intendersi quindi variato da € 154.000,00 a € 1.540,00 annuali e da € 462.000,00 a € 4.620,00 triennali. Con successivo prospetto "Allegato A al CSA – parte seconda" che verrà messo in pubblicazione - entro il termine ultimo stabilito dal timing di gara per la pubblicazione del verbale del forum - nell'ambito della documentazione di gara, verrà aggiornato l'importo del suddetto lotto e dell'intera procedura di gara come rideterminati a seguito della presente variazione.
Tipo risposta	PUBBLICA

49

Data richiesta	09/03/2015
Richiesta	Buongiorno...Volevo chiedere entro quale giorno deve essere spedita la campionatura. Grazie
Data risposta	11/03/2015
Risposta	Come previsto dal timing di gara di cui all'art. 15 del CSA, la campionatura deve PERVENIRE all'Ufficio protocollo della S.A. ASL n. 5 di Oristano entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 30/03/2015.
Tipo risposta	PUBBLICA

47

Data richiesta	06/03/2015
Richiesta	Buonasera, con riferimento a quanto indicato a pag. 19 art- 14 del capitolato speciale "Tutta la documentazione tecnica di cui all'art. 14, fatta eccezione per quella di cui ai punti 1) e 3) dovrà essere caricata per ogni singolo lotto. Ciascun documento presentato, riferito ai singoli prodotti del lotto, semplice o composto, dovrà riportare sul frontespizio: il lotto, il numero di posizione e la descrizione (anche sintetica) con cui viene identificato nel succitato art. 14, punto 2" chiediamo: e' possibile, oltre al numero di lotto, indicare sulla prima pagina della scheda tecnica solo "RIF. PUNTO 2 ART. 14 CAPITOLATO SPECIALE"? o è obbligatorio fare una pagina aggiuntiva (frontespizio) che elenca i paragrafi di cui al punto 2) succitato? grazie cordialità
Data risposta	11/03/2015
Risposta	E' necessario attenersi a quanto riportato nelle istruzioni di cui all'art. 14 del CSA, nel senso che deve essere chiaro, per la S.A. in sede di esame della documentazione tecnica, non solo quale sia il lotto di riferimento, ma anche quale siano - nell'ambito del lotto - i documenti presentati come richiesti dagli atti di gara.
Tipo risposta	PUBBLICA

46

Data richiesta	06/03/2015
Richiesta	Con la presente chiediamo se tutta la documentaziona tecnica da presentare richiesta all'art. 14 del CSA debba essere firmata prima su cartaceo e poi scansionata, firmata digitalmente e marcata.
Data risposta	11/03/2015
Risposta	Tutta la documentazione tecnica deve essere marcata e firmata digitalmente. Non è proprio prevista la sottoscrizione della documentazione tecnica rientrante nel punto 2 dell'art. 14 del CSA costituita da schede tecniche/certificazioni provenienti da altri soggetti/ o dalla casa produttrice. E' preferibile, per i documenti costituiti da dichiarazioni/attestazioni/relazioni predisposte dalla Ditta concorrente (punti 1, 2c, 2d, 2e, 3), oltre alla firma digitale e alla marcatura, l'apposizione della sottoscrizione anche sul cartaceo.
Tipo risposta	PUBBLICA

42

Data richiesta	04/03/2015
Richiesta	Buonasera, siamo con la presente a richiedere se verranno accettate certificazioni CE ed ISO in lingua inglese. Gli enti che rilasciano i certificati sono internazionali e la certificazione di conseguenza e' in lingua inglese. In ogni caso accompagneremo le certificazioni da una dichiarazione in italiano. Cordiali saluti, Cook Italia

Data risposta	11/03/2015
Risposta	Si, verrà accettata documentazione tecnica anche in lingua inglese, purchè accompagnata da traduzione in italiano, come prescritto dall'art. 14 del CSA, che testualmente recita: "Tutta la documentazione tecnica di cui ai punti indicati 1, 2, 3 del presente articolo, deve essere redatta in lingua italiana o, in caso contrario, deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana."
Tipo risposta	PUBBLICA
# 41	
Data richiesta	04/03/2015
Richiesta	La cauzione provvisoria, rilasciata mediante polizza fidejussoria, deve essere firmata digitalmente anche dalla banca?
Data risposta	11/03/2015
Risposta	No.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 40	
Data richiesta	03/03/2015
Richiesta	Se si fa ricorso all'avvalimento nel modello "B" Istanza di Partecipazione e Dichiarazione Sostitutiva nel punto IV) 1 e 2 capacità economica/finanziaria e punto V) capacità tecnica si devono indicare i fatturati dell'impresa ausiliaria e dove va dichiarato che si fa ricorso all'avvalimento?
Data risposta	11/03/2015
Risposta	Come precisato all'art. 13 del CSA (pag. 16, in basso), nel caso ci si avvalga dell'istituto previsto dall'art. 49 (Avvalimento) del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente deve presentare, caricandoli nell'ambito della documentazione amministrativa, gli ulteriori documenti previsti dalla norme citate, come riepilogati nell'articolo 47 dello stesso CSA. Anche nel modello B "Istanza di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva", la Ditta dovrà fare rinvio alla documentazione inerente l'avvalimento per quanto necessario, in stretta aderenza con i contenuti dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 39	
Data richiesta	02/03/2015
Richiesta	Buongiorno, vista la difficoltà a raggiungere una capacità economica finanziaria di ingente portata (con conseguente preclusione alla partecipazione alla procedura agli operatori economici di dimensioni ridotte in termini di fatturato), si richiede una modifica al ribasso dei prezzi posti a base d'asta, che per la maggiorparte dei lotti sono fuori mercato attuale, alla luce delle aggiudicazioni più recenti delle ASL in Sardegna relativamente al settore oggetto di gara, e costituiscono dunque un ostacolo alla più ampia partecipazione possibile, nell'interesse di tutti gli operatori economici e della stessa stazione appaltante. Grazie
Data risposta	11/03/2015
Risposta	L'indicazione dei prezzi a base d'asta nella presente procedura non preclude la partecipazione delle Ditte alla gara in quanto ciascuna potrà effettuare il ribasso che riterrà più opportuno. Eventuali ribassi troppo elevati saranno oggetto apposita verifica.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 37	
Data richiesta	02/03/2015
Richiesta	Buongiorno, facendo riferimento alla richiesta di comprovare le forniture effettuate nel triennio di importo pari alle forniture effettuate in un anno per il totale dei lotti per cui si partecipa, dato l'importo elevato chiediamo di comprovare tale importo con l'inoltro dell'elenco delle fatture anche in considerazione che gli enti pubblici non rilasciano piu' le certificazioni di buona fornitura a seguito della legge 183711 art. 15, questo per permettere la partecipazione anche a medie piccole imprese che non hanno fatturati di importo così elevato
Data risposta	11/03/2015
Risposta	Come richiesto dagli atti di gara (art. 6, art. 13 punto 1 del CSA, punto V dell'allegato B al CSA "Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva") non è necessario presentare alcun elenco fatture. E' necessario invece allegare all'istanza di partecipazione unicamente un prospetto riepilogativo riportante i principali contratti relativi a forniture e servizi nel settore oggetto di gara, prestati nel triennio di riferimento (2011-2012-2013), con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture e servizi stessi.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 35	
Data richiesta	02/03/2015
Richiesta	In merito al lotto 252 viene richiesto il set composto da 150 confezioni di cartucce da 3 sfere. Il prezzo a base d'asta è del pezzo singolo, mentre i quantitativi richiesti dalle diverse ASL paiono riferiti alle confezioni e pertanto la base d'asta segnalata in gara sul totale del lotto risulta nettamente inferiore al valore economico reale. Chiediamo pertanto un Vs. chiarimento sui reali quantitativi e, nel caso riteniate fondata la nostra ipotesi, un aggiornamento dell'importo della base d'asta.
Data risposta	11/03/2015
Risposta	Si conferma la base d'asta. I quantitativi invece si intendono modificati per ASL 1 di SS da 10 a 1500; le quantità totali sono aggiornate a n. 1800 in luogo di 310. Il valore complessivo del lotto deve intendersi quindi variato da € 1.023,00 a € 5.940,00 annuali e da € 3.069,00 a € 17.820,00 triennali. Con successivo prospetto "Allegato A al CSA - parte seconda" che verrà messo in pubblicazione - entro il termine ultimo stabilito dal timing di gara per la pubblicazione del verbale del forum - nell'ambito della documentazione di gara, verranno aggiornati gli importi del lotto e dell'intera procedura di gara come rideterminati a seguito della presente variazione.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 34	
Data richiesta	27/02/2015
Richiesta	Buongiorno, la funzione "Autocertificazione versamento cauzione e contributo CIG" non è utilizzabile, non indica l'elenco dei lotti. Come ci si deve regolare?
Data risposta	11/03/2015
Risposta	In data 02/03/2015 il Gestore della Piattaforma CSA Med ha confermato che è possibile per le ditte procedere con

	l'autocertificazione telematica dei lotti.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 17	
Data richiesta	16/02/2015
Richiesta	Al lotto 323 - rif. c (sondini nasogastrici sterili in Poliuretano ecc.), viene richiesta la misura CH 7, che, a quanto ci risulta, non è mai stata utilizzata nei vostri reparti. Chiediamo se venga confermata tale misura o se si tratti di un refuso. Grazie.
Data risposta	11/03/2015
Risposta	Il prodotto 323c viene cassato. I relativi quantitativi sono stati distribuiti nei medesimi prodotti con CH 6 e 8. Il valore complessivo del lotto non risulta modificato. E' invece variato l'importo dei sub lotti 323d (ora 323c) da € 2.673,00 a € 4.158,00 annuali e da € 8.019,00 a € 12.474,00 triennali e 323e (ora 323d) da € 2.475,00 a € 3.465,00 annuali e da € 7.425,00 a € 10.395,00 triennali. Con successivo prospetto "Allegato A al CSA - parte seconda" che verrà messo in pubblicazione - entro il termine ultimo stabilito dal timing di gara per la pubblicazione del verbale del forum - nell'ambito della documentazione di gara, verranno aggiornati gli importi dei singoli sub lotti come rideterminati a seguito della presente variazione.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 31	
Data richiesta	26/02/2015
Richiesta	Buongiorno, in fase di compilazione dell'allegato A parte seconda.xls è possibile eliminare le righe dei lotti non offerti, inviando solo quelle di nostra pertinenza? Grazie
Data risposta	27/02/2015
Risposta	Sì. E' possibile presentare l'allegato A-parte seconda contenente solo i lotti per i quali la Ditta partecipa.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 30	
Data richiesta	24/02/2015
Richiesta	Il termine ultimo per l'inserimento dell'offerta economica è il 30/03/2015? Cosa si intende per upload dell'offerta economica da effettuarsi in data 7/07/2015? (pag 26 di 51 CSA)
Data risposta	27/02/2015
Risposta	Le due date rappresentano fasi fondamentali della procedura di gara, tra loro collegate seppur differenti. In breve si riassumono di seguito i principali contenuti di ciascuna. Per quanto concerne la prima scadenza, quella del 30/03/2015, si ricorda che entro le ore 12:00:00 le ditte devono caricare sul sistema la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica richiesta negli appositi spazi a disposizione nella scheda trattativa. Devono inoltre, entro lo stesso termine, compilare e salvare il form on line di autocertificazione lotti fornitori (come indicato nel timing di gara tale attività deve essere compiuta nel lasso temporale tra il 26/01/2015 alle ore 9:00 e il 30/03/2015 ore 12:00) per la definizione dei lotti di partecipazione. Le ore 12:00:00 del 30/03/2015 sono inoltre il termine ultimo perentorio entro il quale i fornitori devono compilare, firmare digitalmente e marcare temporalmente sul proprio computer il file offerta.xls relativo all'offerta economica. Dalle ore 13:00:00 alle ore 17:00:00 dello stesso giorno (30/03/2015) i fornitori devono inserire e salvare sul sistema il numero seriale, identificativo univoco, della marcatura temporale applicata precedentemente alle ore 12:00:00 sul file di offerta economica. Per quel che riguarda invece la scadenza del giorno 07/07/2015 dalle ore 09:00:00 alle ore 13:00:00, dopo quindi la fase di valutazione tecnica delle offerte, i fornitori devono caricare sul sistema (upload) il file offerta.xls firmato digitalmente e marcato temporalmente entro le ore 12:00:00 del 30/03/2015 e di cui hanno inserito a sistema il numero seriale della marcatura temporale. Sempre il 07/07/2015 dalle ore 09:00:00 alle ore 13:00:00 devono caricare a sistema, nell'apposito spazio denominato "invio ulteriore documentazione", un file .zip firmato digitalmente e marcato temporalmente contenente il dettaglio dell'offerta economica come specificato a pagina 26 del Capitolato Speciale di gara.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 28	
Data richiesta	24/02/2015
Richiesta	Come deve avvenire l'autocertificazione telematica dei lotti ai quali si desidera partecipare? (pag.18 di 51 - art.13 del CSA). E' sufficiente inserire nella documentazione amministrativa la ricevuta di pagamento del CIG e la cauzione?
Data risposta	27/02/2015
Risposta	Come previsto dall'art 13 del CSA che testualmente riporta: "La ditta deve altresì procedere, obbligatoriamente, all'autocertificazione telematica dei lotti di partecipazione, nei tempi indicati nel timing di gara, attraverso apposita compilazione di form presente nella scheda trattativa, così come di seguito indicato: gli Operatori Economici devono autocertificarsi indicando i lotti a cui intendono partecipare, il totale dell'importo delle cauzioni provvisorie costituite e il totale della somma dei contributi CIG versati, attraverso il form presente nella scheda trattativa", il fornitore, oltre a inserire nella documentazione amministrativa tutto quanto previsto dall'art. 13 del CSA, deve compilare un form on line presente nella scheda trattativa, semplicemente selezionando i lotti per i quali intende partecipare e salvando la pagina. Tale attività deve essere eseguita nei termini previsti dal timing di gara, ossia dal 26/01/2015 alle ore 9:00 al giorno 30/03/2015 ore 12:00.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 22	
Data richiesta	20/02/2015
Richiesta	1. Da quale data deve decorrere il periodo di validità di 180 gg della cauzione provvisoria? 2. art. 13 punto 1 CSA: la documentazione deve essere costituita da un unico file? 3. Le dichiarazioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. b, c, mter del Dlgs 163/06 vanno allegate a tale file? 4. art. 13 punto 4 CSA: con tale documento si intende: il modello A allegato al CSA, corredato dell'Allegato A parte II senza l'indicazione dei prezzi? 5. Art. 13 punto 7 CSA. Si chiede conferma che, qualora non sia previsto alcun versamento all'AVCP, non occorre presentare alcuna dichiarazione che ne dia giustificazione. 6. Art. 13 punto 9 CSA. Si chiede conferma che è sufficiente presentare un unico esemplare del documento d'identità, e che, pertanto, tutti i documenti della sezione amministrativa potranno esserne sprovvisti. 7. Modello B: 7.1. Punto M-bis: trattandosi di fattispecie attinente al settore lavori, dobbiamo accettarlo o annullarlo? 7.2. Punto M-ter: qualora tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza non siano mai stati vittime dei reati richiamati (come meglio esplicitato nella dichiarazione da rendere da ciascun soggetto di cui all'art. 38 comma 1 lett. b, c), il punto va lasciato in bianco? 7.3. Punto M-quater: stante la formulazione al negativo del punto I pagg. 47-48-49, si chiede conferma che delle tre opzioni va annullata quella che ci interessa, mentre vanno lasciate in bianco le due non di nostro interesse. 8. Art. 14 punto 1 CSA. Si tratta del medesimo

	documento di cui all'art. 13 punto 1 del CSA (il modello A allegato al CSA corredato dell'Allegato A parte II senza l'indicazione dei prezzi)? 9. Le schede tecniche, i depliant, i certificati CE, possono anche non essere sottoscritti con firma autografa? 10. Documentazione tecnica: si chiede conferma che la firma digitale va apposta soltanto sulle cartelle zippate – in relazione al lotto o ai documenti comuni – senza, pertanto, apporla sui singoli file in pdf in esse contenute. 11. Si chiede conferma che la disposizione di apporre la marcatura temporale sui documenti tecnici corrisponde ad un refuso, riguardando soltanto l'offerta economica. 12. Le informazioni riferite alla classe di appartenenza (punto c pag. 19 CSA), presenza assenza lattice (punto d pag. 19 CSA), n. repertorio (punto e pag. 19 CSA), anziché essere riportate in apposite dichiarazioni, possono essere contenute nelle schede tecniche dei prodotti? 13. Con riferimento ai lotti per i quali viene richiesta la campionatura di n. 1 pz, si chiede conferma che: 13.1 qualora nell'ambito del medesimo lotto e/o sottomotto venga offerto un codice declinato in diverse misure, è sufficiente campionare – per lotto e/o sottomotto – 1 misura qualsiasi; 13.2. qualora nell'ambito di ciascun lotto e/o sottomotto dovessero essere offerti codici diversi, andrà campionato – per lotto e/o sottomotto – 1 pezzo per codice (una misura qualsiasi). Cordiali saluti.
Data risposta	27/02/2015
Risposta	1. Come precisato dall'art. 13 del CSA, punto 5, la durata della cauzione provvisoria deve essere non inferiore ai 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 2. Si. 3. Si. 4. Si. Il modello (sia parte 1^ che parte 2^ elenco prodotti) deve essere compilato in ogni sua parte con l'inserimento di tutte le informazioni fatta eccezione per i prezzi. 5. La Ditta che partecipa alla gara per i lotti per i quali non è previsto il pagamento all'ANAC non deve presentare alcuna giustificazione. 6. E' sufficiente presentare un unico documento di identità se il sottoscrittore di tutta la documentazione di gara è uno solo. Dovranno comunque essere rispettate tutte le altre prescrizioni previste in materia dal CSA e dalla vigente normativa, con particolare riferimento al caso di partecipazione alla gara da parte di RTI o consorzi. 7. Si fa presente che l'allegato B, all'interno del quale sono indicate tutte le dichiarazioni di cui ai punti m-bis), m-ter) ed m-quater), è un modello/fac-simile predisposto dalla S.A. che le Ditte partecipanti alla gara possono, se lo ritengono opportuno, adattare alle proprie necessità e/o situazioni fermo restando che debbono essere comunque rese tutte le dichiarazioni previste dalla normativa vigente. 8. Si. 9. Si, possono non essere sottoscritti con firma autografa. Devono essere però rispettate tutte le altre disposizioni in merito prescritte dal CSA (indicazione del n. di lotto a cui si riferiscono, predisposizione in cartelle, marcatura e firma digitale, ecc.). 10. Si. 11. Si conferma la marcatura temporale sulla documentazione tecnica. 12. Si presume che la richiesta di chiarimento in merito al punto c) di pag. 19 del CSA sia in effetti riferita al precedente punto b) della stessa pag. 19 del CSA. In generale può ammettersi anche la presentazione delle informazioni previste dalle lettere b), d) ed e) dell'art. 14 punto 2) del CSA anche all'interno del punto a) (schede tecniche) dello stesso art. 14 punto 2), sempre che tali informazioni siano riportate chiaramente nelle schede nonché facilmente e chiaramente rinvenibili da parte della Commissione Giudicatrice deputata alla disamina ed alla valutazione qualitativa di tutta la documentazione tecnica e la campionatura. E' preferibile in ogni caso attenersi scrupolosamente alla separata presentazione della documentazione nei punti a), b), c), d) ed e). 13. Nell'ambito dei lotti composti e/o dei lotti unici per i quali si fa riferimento al medesimo prodotto con diverse misure, è possibile presentare un solo campione.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 12	
Data richiesta	09/02/2015
Richiesta	Si richiede cortesemente la possibilità di modificare la base d'asta del lotto N.257 in quanto l'importo da Voi indicato risulta essere alquanto inferiore al prezzo di mercato. Pertanto si richiede che venga aumentato al prezzo € 2.500,00= anziché € 1.650,00=
Data risposta	27/02/2015
Risposta	Il prezzo a base d'asta è modificato da € 1.650,00 a € 2.300,00. Il valore complessivo del lotto deve intendersi quindi variato da € 95.700,00 a € 133.400,00 annuali e da € 287.100,00 a € 400.200,00 triennali. Con successivo prospetto "Allegato A al CSA – parte seconda" che verrà messo in pubblicazione - entro il termine ultimo stabilito dal timing di gara per la pubblicazione del verbale del forum - nell'ambito della documentazione di gara, verranno aggiornati gli importi del lotto e dell'intera procedura di gara come rideterminati a seguito della presente variazione.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 10	
Data richiesta	06/02/2015
Richiesta	LOTTO 347 LA CAPACITA' DELLA SACCA (sacca di raccolta graduata da 1 litro)è VINCOLANTE OPPURE SI Può PARTECIPARE CON UNA SACCA CON CAPACITA' MAGGIORE?GRAZIE
Data risposta	27/02/2015
Risposta	E' possibile presentare offerta per le sacche con capacità sino a 1,5 litri.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 33	
Data richiesta	26/02/2015
Richiesta	CHIARIMENTO SPONTANEO DELLA STAZIONE APPALTANTE N. 2 DEL 26/02/2015
Data risposta	26/02/2015
Risposta	Per un mero errore materiale, è stato riportato nel timing di gara di cui all'art. 15 del CSA l'adempimento relativo all'upload dell'offerta economica telematica (file offerta.xls) e del dettaglio di offerta economica al termine dello scadenario e non in ordine cronologico. Si ricorda che tale attività inizia il 07/07/2015 alle ore 9:00:00 e termina alle ore 17:00:00 del medesimo giorno, inserendosi successivamente alla data del 06/07/2015 prevista quale termine ultimo di valutazione tecnico-qualitativa da parte della commissione giudicatrice e precedentemente alla pubblicazione della graduatoria per ogni lotto stabilita dal timing di gara per il giorno 09/07/2015.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 32	
Data richiesta	26/02/2015
Richiesta	CHIARIMENTO SPONTANEO DELLA STAZIONE APPALTANTE N. 1 DEL 26/02/2015
Data risposta	26/02/2015
Risposta	A causa di un mero errore, il prezzo a base d'asta del prodotto 188a "Ago per perforazione e svuotamento palloncino intragastrico (BIB), guaina esterna in materiale plastico". Deve intendersi modificato da € 1.100,00 a € 210,00. Il valore complessivo del lotto deve intendersi quindi variato da € 113.300,00 a € 21.630,00 annuali e da € 339.900,00 a € 64.890,00 triennali. Con successivo prospetto "Allegato A al CSA – parte seconda" che verrà messo in pubblicazione - entro il termine ultimo stabilito dal timing di gara per la pubblicazione del verbale del forum -

	nell'ambito della documentazione di gara, verranno aggiornati gli importi del lotto e dell'intera procedura di gara come rideterminati a seguito della presente variazione.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 29	
Data richiesta	24/02/2015
Richiesta	La separate e autonoma dichiarazione sostitutiva da rendere da parte di tutti I soggetti può essere fatta utilizzando un proprio modulo? (pag 16 art.13 CSA)
Data risposta	26/02/2015
Risposta	Si. Deve risultare però in modo chiaro l'indicazione di tutti i contenuti previsti nel CSA.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 25	
Data richiesta	23/02/2015
Richiesta	Gentilissimi la quantità dei campioni si evince dall'allegato A quando nel campo quantità troviamo 1 di deve intendere un pezzo nella confezione originale di vendita oppure un'intera confezione di vendita
Data risposta	26/02/2015
Risposta	Il campione è regolarmente presentato se la Ditta fornisce un pezzo.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 24	
Data richiesta	23/02/2015
Richiesta	Sollecitiamo una risposta al chiarimento n. 2 grazie
Data risposta	26/02/2015
Risposta	Chiarimento fornito in data 26/02/2015.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 23	
Data richiesta	20/02/2015
Richiesta	Buongiorno, vista la possibilità di offrire lo stesso prodotto per più lotti, per far fronte agli ingenti costi di campionatura, è possibile presentare un unico campione valevole per tutti i lotti in cui viene offerto? Grazie
Data risposta	26/02/2015
Risposta	No.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 15	
Data richiesta	13/02/2015
Richiesta	lotto 31 - si tratta di materiale destinato alle endoscopie polmonari per procedure di TBNA o materiale per gastroenterologia? Vorremmo sapere la tolleranza in percentuale ammessa rispetto alle misure indicate a capitolato
Data risposta	26/02/2015
Risposta	Il materiale di cui al lotto 31 è destinato alle endoscopie del tratto G.I.. Le indicazioni fornite sono pertanto relative al canale operativo ed alla lunghezza operativa del device in utilizzo in endoscopia del tratto G.I.. Possono essere offerti dei devices con misure differenti, ma con canale operativo di minimo 2,8 mm e lunghezza operativa minima pari a 1650 mm.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 14	
Data richiesta	09/02/2015
Richiesta	LOTTO 188 - La pinza e l'ago si intendono pluriuso o monouso?
Data risposta	26/02/2015
Risposta	La pinza e l'ago di cui rispettivamente ai lotti 188a e 188b si intendono monouso.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 13	
Data richiesta	09/02/2015
Richiesta	Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti in merito alla "FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER APPARATO GASTROINTESTINALE (CND G) E DI PROTESI ESOFAGEE E GASTROINTESTINALI (CND P 05) IN UNIONE D'ACQUISTO TRA LE AA.SS.LL. DELLA REGIONE SARDEGNA, LE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE DI CAGLIARI E SASSARI E L'AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU, PER IL PERIODO DI 36 MESI": 1. all'Art. 13 del C.S.A. (pag. 16) si indica che "ciascuno dei soggetti Amministratori o soggetti muniti del potere di rappresentanza, DOVRÀ PRODURRE E UNIRE, come precisato nel Mod. B "ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA", allegato B), APPOSITA, SEPARATA e AUTONOMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi del D.P.R. N° 445/2000 e corredata da copia del rispettivo documento di identità in corso di validità, sulle circostanze di cui alle lett. b) e c) ed m-ter dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006". Poichè gli Amministratori non sono muniti singolarmente di propria firma digitale, è sufficiente che la dichiarazione sia firmata su cartaceo dagli Amministratori o si preferisce che tali dichiarazioni siano firmate su cartaceo dagli stessi Amministratori e anche digitalmente da colui (Procuratore Speciale) che firma la restante documentazione di gara? 2. al p.to 5 dell'Art. 13 del C.S.A. (pag. 15) si richiede "copia integrale scannerizzata, firmata digitalmente, di documento attestante l'avvenuto versamento della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., relativamente al lotto/i per cui si partecipa alla gara e di importo corrispondente a quanto precisato nell'art. 35 del Capitolato Speciale". E' sufficiente la copia scannerizzata della fideiussione bancaria con firma digitale di colui (Procuratore Speciale) che firma la restante documentazione di gara? 3. al p.to 6 dell'Art. 13 del C.S.A. (pag. 16) si richiede "copia integrale scannerizzata, firmata digitalmente, della dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario". E' sufficiente la copia scannerizzata della lettera d'impegno con firma digitale di colui (Procuratore Speciale) che firma la restante documentazione di gara? 4. a pagg. 19/20 del C.S.A. per la descrizione dei lotti si fa più volte riferimento all'Art. 14, punto 2", poichè nella documentazione di gara non è presente un articolo 14 che includa la descrizione dei lotti, si chiede se per tale descrizione è possibile utilizzare quella presente nell'All. A al C.S.A. "Elenco Prodotti"; 5. a pag. 19 del C.S.A. si indica che il frontespizio dei documenti tecnici presentati dovrà riportare "il lotto, il numero di

	posizione e la descrizione". Per "posizione" si intende il n. del subplotto riportato nell'All. A al C.S.A. "Elenco Prodotti"? 6. all'Art. 15 del C.S.A. (pag. 26) si indicano le modalità di upload dell'offerta economica telematica che dovrà esser caricata in data 07/07/2015 dalle h. 9,00 alla h. 13,00 specificando che parallelamente all'upload del foglio di offerta in excel (descritto a pag. 23) si richiede di caricare nello spazio "invio ulteriore documentazione" il "dettaglio offerta economica", costituito dal frontespizio allegato A) + l'elenco prodotti allegato A) redatti su carta intestata della Ditta. Tale dettaglio offerta dovrà "esser reso disponibile anche in formato editabile": cosa significa? Se tale dettaglio deve essere firmato su cartaceo e bollato con marca da € 16,00 come è possibile renderlo editabile (dovremmo infatti caricare un documento non editabile: ossia scannerizzato in formato pdf e firmato digitalmente)? Si intende forse che oltre alla copia del dettaglio scannerizzata con marca da bollo e firma sul cartaceo (non editabile) deve essere inviata anche una copia del medesimo dettaglio in semplice formato pdf (senza marca da bollo e firma sul cartaceo) ma semplicemente firmata digitalmente? 7. All'interno dell'All. A al C.S.A. "Elenco Prodotti" la descrizione del prodotto richiesto al Lotto 347 - Sublotto 347b è "Sacche di raccolta di ricambio dedicate per dispositivo di cui al prodotto 346A". Tale descrizione contiene un refuso in quanto la descrizione corretta dovrebbe essere "Sacche di raccolta di ricambio dedicate per dispositivo di cui al prodotto 347A". Si prega di rettificare. Restiamo in attesa di un Vs. riscontro. Cordiali saluti. Fabrizio Rossetti Tel. + 39 06.89789949-17 Fax + 39 06.89789907 Mail: fabrizio.rossetti@convatec.com; gare.convatec@pec.it
Data risposta	26/02/2015
Risposta	1) Le singole dichiarazioni dovranno essere firmate su cartaceo dai relativi Amministratori e anche digitalmente da colui (Rappresentante Legale/Procuratore) che presenta tutta la documentazione di gara, compresa l'istanza di partecipazione. 2) Si. 3) Si. 4) L'art. 14 - tramite espresso rinvio al punto 4) della documentazione amministrativa - fa espresso riferimento, come riportato al punto 1) dello stesso, all'elenco prodotti di cui al modello A) - parte seconda. In ogni caso è sufficiente riportare sulla documentazione tecnica l'indicazione del lotto (e del sub lotto ove esistente) come da elenco prodotti. 5) Si. 6) I documenti da trasmettere sono due. Il primo fa riferimento ai files allegato A + allegato A parte seconda (elenco prodotti) in PDF con marca da bollo sottoscritti e firmati digitalmente. Il secondo è costituito dall'elenco prodotti (allegato A - parte seconda) in formato excel. 7) Per un mero errore materiale di battitura è stato indicato nella descrizione del prodotto 347b il riferimento al prodotto 346a in luogo di quello corretto 347a. Con successivo prospetto "Allegato A al CSA - parte seconda" che verrà messo in pubblicazione - entro il termine ultimo stabilito dal timing di gara per la pubblicazione del verbale del forum - nell'ambito della documentazione di gara, verrà aggiornata la descrizione del lotto 347, come rettificata a seguito del presente chiarimento.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 9	
Data richiesta	05/02/2015
Richiesta	LOTTO 348a 348b la capacità di 2500/3000ml delle sacche di raccolta è vincolante oppure si può partecipare anche con con quelle da 1500ml?
Data risposta	26/02/2015
Risposta	No.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 2	
Data richiesta	20/01/2015
Richiesta	LOTTO 248 CHIEDIAMO INFORMAZIONI PIU' DETTAGLIATE IN MERITO AL RETRATTORE ANALE RICHIESTO STERILE MONOUSO (MISURE, CON O SENZA MANDRINO, PUNTA A OGIVA?)
Data risposta	26/02/2015
Risposta	Il prodotto di cui al lotto 248 deve avere la punta arrotondata, trasparente e atraumatico, diametro 22 mm ca, senza mandrino.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 21	
Data richiesta	19/02/2015
Richiesta	ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PAG. 50 PUNTO IV) dopo aver indicato i fatturati totali d'impresa anni 2011-2012-2013 nella seconda riga successiva e pertanto con un valore complessivo nel triennio pari a euro.... il valore da indicare è la somma del totale a base d'asta (triennale) per i lotti per cui si partecipa alla gara?
Data risposta	20/02/2015
Risposta	Come specificato anche al punto c) dell'art. 6 del CSA in merito ai "Requisiti per la partecipazione alla gara", viene richiesto "un fatturato globale d'impresa non inferiore all'importo complessivo biennale, IVA esclusa, a base d'asta per ciascun lotto per cui si partecipa alla gara, realizzato negli esercizi finanziari 2011-2012-2013, o nel periodo di attività, se inferiore a tre anni. Nel caso di partecipazione per più lotti il fatturato globale richiesto deve essere almeno pari alla somma del valore biennale previsto per ciascun lotto." Ciò significa che nell'istanza di partecipazione al punto IV, 1), dopo aver indicato l'importo globale del fatturato dell'Impresa negli ultimi tre esercizi finanziari (2011, 2012 e 2013), è necessario indicare i lotti per i quali si partecipa ed il relativo complessivo valore a base d'asta BIENNALE. Il fatturato globale d'impresa sopra indicato per i tre esercizi finanziari deve essere pari o superiore a tale valore biennale.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 20	
Data richiesta	19/02/2015
Richiesta	PER LA PARTECIPAZIONE ALLA TRATTATIVA E' PREVISTA LA CREAZIONE DEL PASS OE? SE SI, VOGLIAMO SEGNALARE CHE SUL SITO DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA I CIG RISULTANO NON PRESENTI.
Data risposta	20/02/2015
Risposta	No, trattandosi di gara telematica (indetta con deliberazione del DG del 24/12/2014), non è prevista la creazione del PASS-OE.
Tipo risposta	PUBBLICA
# 19	
Data richiesta	18/02/2015
Richiesta	Buonasera, in riferimento alla campionatura, per quanto riguarda i lotti con valore elevato, è possibile fornirli in visione per gara?
Data risposta	20/02/2015

Risposta	No.
Tipo risposta	PUBBLICA

18

Data richiesta	17/02/2015
Richiesta	In merito alla prestazione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, partecipando la Società a diversi lotti per un importo a base d'asta consistente, si chiede se è possibile presentare più polizze fideiussorie (quindi rilasciate da più di una compagnia) che coprano ognuna un certo numero di lotti, fino a fornire la copertura per tutti i lotti di partecipazione. Ringraziamo per l'attenzione e porgiamo cordiali saluti
Data risposta	20/02/2015
Risposta	Si, è possibile presentare, con le stesse modalità e gli stessi elementi richiesti nel C.S.A., più polizze sino alla copertura totale per tutti i lotti partecipati. In ciascuna polizza dovranno essere chiaramente indicati i relativi lotti per i quali la Ditta partecipa, in modo da consentire alla S.A. la verifica sugli importi della singola cauzione.
Tipo risposta	PUBBLICA

16

Data richiesta	13/02/2015
Richiesta	In riferimento alla ns precedente domanda, relativamente alla tolleranza in percentuale ammessa rispetto alle misure indicate a capitolato si intende per tutti i lotti in gara grazie
Data risposta	20/02/2015
Risposta	Al fine di consentire alla S.A. una risposta al quesito proposto è necessario precisare i lotti per i quali il chiarimento è richiesto.
Tipo risposta	PUBBLICA

11

Data richiesta	09/02/2015
Richiesta	Si richiede se è possibile utilizzare l'avvalimento sui requisiti di partecipazione (fatturato globale e fatturato specifico) da più soggetti terzi detti ausiliari.
Data risposta	20/02/2015
Risposta	Si, come già previsto dall'art. 47 del C.S.A..
Tipo risposta	PUBBLICA

8

Data richiesta	04/02/2015
Richiesta	Buongiorno, è prevista una tolleranza sulle misure dei dispositivi richiesti? Se si, qual è l'intervallo percentuale di tolleranza? Grazie Cordialmente Giacomo Perra Cardiomed Srl
Data risposta	20/02/2015
Risposta	Al fine di consentire alla S.A. una risposta al quesito proposto è necessario precisare i lotti per i quali il chiarimento è richiesto.
Tipo risposta	PUBBLICA

7

Data richiesta	30/01/2015
Richiesta	Salve, per quanto riguarda l'importo del fatturato specifico, come ultimi tre anni di esercizio, possono essere indicati gli anni 2012-2013-2014? In virtù del fatto che il dispositivo con il quale vorremmo partecipare è un prodotto di recente commercializzazione? Grazie
Data risposta	03/02/2015
Risposta	No, è necessario attenersi al triennio indicato negli atti di gara.
Tipo risposta	PUBBLICA

6

Data richiesta	30/01/2015
Richiesta	Salve, per quanto riguarda l'importo del fatturato specifico, come ultimi tre anni di esercizio, possono essere indicati gli anni 2012-2013-2014? In virtù del fatto che il dispositivo con il quale vorremmo partecipare è un prodotto di recente commercializzazione? Grazie
Data risposta	03/02/2015
Risposta	No, è necessario attenersi al triennio indicato negli atti di gara.
Tipo risposta	PUBBLICA

5

Data richiesta	22/01/2015
Richiesta	Lotto 82: le piastre devono essere monopartite o bipartite ? per adulti/pediatrie o neonatali ? hanno il cavo incorporato ? lotto 83: le piastre devono essere monopartite o bipartite ? per adulti/pediatrie o neonatali ? lotto 84: le piastre sono per adulti/pediatrie o neonatali ? servono i modelli degli elettrobisturi (avete indicato solo la marca "Erbe, Olympus e Bowa") Grazie
Data risposta	03/02/2015
Risposta	Lotto 82: le piastre devono essere bipartite e per adulti. Non è richiesto il cavo incorporato ma la compatibilità con i bisturi indicati. Lotto 83: le piastre devono essere bipartite e per adulti. Lotto 84: le piastre devono essere per adulti. E' specificata la compatibilità con i seguenti bisturi elettrici per endoscopia digestiva: Erbe: VIO-200D, VIO-200s, ICC-200. Olympus: ESG-100. BOWA: Serie ARC.
Tipo risposta	PUBBLICA

4

Data richiesta	20/01/2015
Richiesta	LOTTO 251 DISPOSITIVO PER LEGATURA EMORROIDI A TRAZIONE. NON ABBIAMO TROVATO NELLA TRATTATIVA UN LOTTO CON GLI ANELLINI PER LAGATURA. I LEGATORI DEVONO QUINDI ESSERE FORNITI CON ANELINI IN DOTAZIONE?
Data risposta	03/02/2015

Risposta	Il dispositivo richiesto deve essere fornito con gli specifici anellini per la legatura.
Tipo risposta	PUBBLICA

3

Data richiesta	20/01/2015
Richiesta	LOTTO 250 DISPOSITIVO PER LEGATURA EMORROIDI AD ASPIRAZIONE. NON ABBIAMO TROVATO NELLA TRATTATIVA UN LOTTO CON GLI ANELLINI PER LAGATURA. I LEGATORI DEVONO QUINDI ESSERE FORNITI CON ANELINI IN DOTAZIONE?
Data risposta	03/02/2015
Risposta	Il dispositivo richiesto deve essere fornito con gli specifici anellini per la legatura.
Tipo risposta	PUBBLICA

1

Data richiesta	20/01/2015
Richiesta	LOTTO 232 LUBRIFICANTE PER INTRODUZIONE DEGLI STRUMENTI STERILE TIPO K-JELLI IN TUBO POSSIAMO PARTECIPARE CON UN TUBO DI GEL NON STERILE DA 250 ML? SUL MERCATO ESISTONO TUBI DI GEL IN CONFEZIONI DA 120-150-250 ML COME SARA' FATTA AGGIUDICAZIONE? IL PREZZO PIU' BASSO AL TUBO E' DISCRIMINANTE PER CONFEZIONAMENTI CON MAGGIORE CONTENUTO DI GEL.
Data risposta	03/02/2015
Risposta	Si conferma, come chiaramente indicato nella descrizione del Lotto, che il prodotto deve essere sterile. Per ciò che riguarda il contenuto, si precisa che il tubo deve essere da 80-100 grammi circa. Il prezzo a base d'asta è modificato da € 8,80 a € 4,00. Il valore complessivo del lotto deve intendersi quindi variato da € 88.880,00 a € 40.400,00 annuali e da € 266.640,00 a € 121.200,00 triennali. Con successivo prospetto "Allegato A al CSA - parte seconda" che verrà messo in pubblicazione - entro il termine ultimo stabilito dal timing di gara per la pubblicazione del verbale del forum - nell'ambito della documentazione di gara, verranno aggiornati gli importi del lotto e dell'intera procedura di gara come rideterminati a seguito della presente variazione.
Tipo risposta	PUBBLICA