ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Oristano

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA
N. 1 DEL 26/09/2017

Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6, D.Lgs. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma telematica Sardegna CAT, per la fornitura di attrezzature varie, in n°6 lotti distinti di aggiudicazione, da destinare al Centro dialisi ad Assistenza Limitata di Bosa. CUP J69H12000070006

L'anno **2017** il giorno 2**6** del mese di **settembre**, alle ore **10:30**, nella Sede dell'ATS – ASSL Oristano, presso il Servizio Provveditorato, si è riunito il Seggio di gara preposto ai lavori per l'affidamento dell'appalto in oggetto.
Sono presenti i Signori:

- Dott.ssa Rosalba Muscas - Direttore Servizio Provveditorato - con funzioni di Presidente;
- Dott.ssa Maria Gavina Daga – Collaboratore Amministrativo esperto Servizio Provveditorato – con funzioni di testimone;
- Sig.ra Maria Francesca Bianchi – Collaboratore Amministrativo Servizio Provveditorato - con funzioni di testimone e segretario verbalizzante;

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Deliberazione del C.S. n.582 del 13/07/2017 è stato approvato il Disciplinare di gara e suoi allegati, il Capitolato tecnico e suoi allegati, per la fornitura, in n°6 lotti distinti di aggiudicazione, di attrezzature destinate al Centro dialisi ad Assistenza Limitata di Bosa ;
- che la documentazione di gara è stata pubblicata, sul profilo del committente, nella Sezione: "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti", sulla piattaforma telematica Sardegna CAT dove è stata inserita la documentazione necessaria per la partecipazione, a disposizione dei concorrenti;
- che la procedura di gara è espletata sulla piattaforma telematica Sardegna CAT e che sono stati invitati a presentare offerta, con nota prot.PG/2017/278368 del 04.08.2017, n.162 fornitori presenti nella categoria AN23 APPARECCHIATURE MEDICHE;
- che entro il termine previsto negli atti di gara, sono pervenute richieste di chiarimento forniti ai partecipanti e pubblicati sulla piattaforma, **allegato 1;**
- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12.09.2017 ore 13:00;
- che con deliberazione del Direttore ASSL di Oristano n.779 del 20.09.2017 è stata nominata la Commissione di aggiudicazione della gara, composta da un Seggio di gara e dalla Commissione Giudicatrice
- che è stata notificata a tutti i soggetti invitati, con messaggio in data 25/09/2017 sulla piattaforma di gara, la nomina della Commissione e della seduta pubblica in data odierna;
- che la gara è costituita dai seguenti n.6 distinti lotti:

Lotto 1 - Fornitura di n°8 Letti bilancia – Importo a base di gara: €30.000,00 oltre Iva di legge **CIG 7171891FAA**

Lotto n° 2 – Fornitura di n°1 autoclave di sterilizzazione – Importo a base di gara: € 5.000,00 oltre Iva di legge **CIG 71719142A9**

Lotto n° 3 Fornitura di n°1 Defibrillatore monitor – Importo a base di gara: € 10.000,00 oltre Iva di legge **CIG 717193432A;**
Lotto n° 4 Fornitura di n°1 Elettrocardiografo portatile – Importo a base di gara: € 7.000,00 oltre Iva di legge **CIG 71719429C2;**
Lotto n° 5 Fornitura di n°1 Bioimpedenziometro per pazienti sottoposti a dialisi – Importo a base di gara: € 15.000,00 oltre Iva di legge **CIG 7171985D3D;**
Lotto n° 6 Fornitura di n°1 Centrifuga da banco per microematocrito – Importo a base di gara: € 2.500,00 oltre Iva di legge **CIG 7171996653**

TUTTO CIO' PREMESSO

il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica.
Non risulta presente all'odierna seduta pubblica di gara alcun Rappresentante delle ditte partecipanti.

Il Seggio avvia le operazioni di gara accedendo alla piattaforma telematica Sardegna CAT al eseguente indirizzo: www.sardegnacat.it

Il Presidente procede preliminarmente all'accesso alla sezione delle buste di qualifica, dando atto che risulta presentata la documentazione da parte delle seguenti ditte:
1) Ditta 5.9 SRL CARE WEITHING SYSTEM
2) AXOSAN di MICHELE CARBONI
3) DEPECO APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL
4) ELMED SAS
5) ESTOR SPA
6) FAVERO HEALTH PROJET SPA
7) MORTARA INSTRUMENTS EUROPE SRL
8) SAGO MEDICA SRL
9) SANIFARM SRL
10) SURGICAL SRL
11) TERAPON SRL

Si procede con l'apertura e l'esame dei file costituenti la documentazione amministrativa presentata in formato digitale a corredo dell'offerta "**Busta di qualifica**", verificando la completezza e la regolarità dei documenti amministrativi elencati nell'art.6 e seguenti del Disciplinare di gara, ed in particolare:

1) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o Procuratore dell'impresa offerente redatta secondo il Modello Allegato "A" al Disciplinare;
2) Eventuale procura,
3) PASSOE come indicato all'art.10 del Disciplinare.

Il Seggio di gara riscontra le seguenti risultanze:
1) Ditta **5.9 SRL CARE WEITHING SYSTEM** – la società dichiara di partecipare per il Lotto 1, l'importo delle forniture nel corso del triennio 2014-2015-2016 è superiore all'importo a base di gara, risulta allegato l'elenco delle principali forniture ed il PASSOE;
2) **AXOSAN di MICHELE CARBONI**, la società dichiara di partecipare per il Lotto 4 e per il Lotto 5, l'importo delle forniture nel corso del triennio 2014-2015-2016 è superiore all'importo a base di gara, **NON** risulta allegato l'elenco delle principali forniture ed il PASSOE;
3) **DEPECO APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL:** la società dichiara di partecipare per il Lotto 2 e per il Lotto 6 sulla piattaforma, mentre nella dichiarazione sostitutiva è riportato il solo Lotto 6, l'importo delle forniture nel corso del triennio 2014-2015-2016 è superiore all'importo a base di gara, risulta allegato l'elenco delle principali forniture **NON** risulta presente il PASSOE;
4) **ELMED SAS**: la società dichiara di partecipare per il Lotto 6, l'importo delle forniture nel corso del triennio 2014-2015-2016 è superiore all'importo a base di gara, **NON** risulta allegato l'elenco delle principali forniture ed il PASSOE, risulta invece allegato il depliant della centrifuga Z216M;

5) **ESTOR SPA:** la società dichiara di partecipare per il Lotto 5, l'importo delle forniture nel corso del triennio 2014-2015-2016 è superiore all'importo a base di gara, risulta allegato l'elenco delle principali forniture, **NON** il PASSOE;
6) **FAVERO HEALTH PROJET SPA**: la società dichiara di partecipare per il Lotto 1, l'importo delle forniture nel corso del triennio 2014-2015-2016 è superiore all'importo a base di gara, risulta allegato l'elenco delle principali forniture ed il PASSOE;
7) **MORTARA INSTRUMENTS EUROPE SRL:** la società dichiara di partecipare per il Lotto 4, l'importo delle forniture nel corso del triennio 2014-2015-2016 è superiore all'importo a base di gara, risulta allegato il PASSOE **NON** l'elenco delle principali forniture;
8) **SAGO MEDICA SRL** la società dichiara di partecipare per il Lotto 3, l'importo delle forniture nel corso del triennio 2014-2015-2016 è superiore all'importo a base di gara, risulta allegato l'elenco delle principali forniture, **NON** il PASSOE;
9) **SANIFARM SRL :** la società dichiara di partecipare per il Lotto 2 e per il Lotto 4, l'importo delle forniture nel corso del triennio 2014-2015-2016 è superiore all'importo a base di gara, risulta allegato l'elenco delle principali forniture ed il PASSOE;
10) **SURGICAL SRL:** la società dichiara di partecipare per il Lotto 3 e per il Lotto 4, l'importo delle forniture nel corso del triennio 2014-2015-2016 è superiore all'importo a base di gara, risulta allegato l'elenco delle principali forniture ed il PASSOE;
11) **TERAPON SRL:** la società dichiara di partecipare per il Lotto 4, l'importo delle forniture nel corso del triennio 2014-2015-2016 è superiore all'importo a base di gara, risulta allegato l'elenco delle principali forniture ed il PASSOE.
La documentazione presentata risulta regolare per le società **5.9 SRL CARE WEITHING SYSTEM,** , **FAVERO HEALTH PROJET SPA, SANIFARM SRL, SURGICAL SRL, TERAPON SRL** che pertanto vengono ammesse alla successiva fase di gara.

In applicazione dell'art.14 del disciplinare e della normativa vigente relativa al soccorso istruttorio, alle società **AXOSAN di MICHELE CARBONI, DEPECO APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL, ELMED SRL, ESTOR SPA, MORTARA INSTRUMENTS EUROPE SRL, SAGO MEDICA SRL,** sarà richiesto mediante messaggistica sulla piattaforma di depositare **entro le ore 10 del giorno 28/09/2017** la documentazione mancante sopra evidenziata.

Il Presidente dà atto che la fase di ammissione delle ditte alla procedura è pertanto sospesa fino alla data del 28/09/2017, allorquando il Seggio si riunirà per verificare il caricamento dei documenti richiesti e concludere le operazioni di gara conseguenti.

La seduta del presente Seggio viene, pertanto, aggiornata per il giorno 28/09/2017, alle ore 10:30.

L'odierna seduta pubblica si chiude alle ore 14:00.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente:
Dr.ssa Rosalba Muscas _____

I Testimoni:
Dott.ssa Maria Gavina Daga _____

Sig.ra Maria Francesca Bianchi _____
anche con funzioni di Segretario verbalizzante.

Allegato al VERBALE SEGGIO DI GARA DEL 26/09/2017 composto da 2 fogli

Aiuto

SardegnaCAT
Centrale Regionale di Committenza

Torna alla Lista | Chiamata di Esportazione | Duplica Gara in busta chiusa (RDO) | •••

RdO : rfq_314750 - Lotto n° 3 Fornitura di n°1 Defibrillatore monitor

Da valutare

Bando : **tender_206672** - ATTREZZATURE DIALISI BOSA
Data di Chiusura RdO: 12/09/2017 13:00:00

Dettagli | **Monitoraggio** | **Impostazioni Valutazione** | Messaggi (Non Letti 0) | Visualizza Lotti Multipli (6)

Crea Messaggio | Messaggi Ricevuti | Messaggi Inviati | Bozza dei Messaggi | Messaggi Inoltrati

Torna indietro

Messaggio

Inoltra | Stampa

Data
05/09/2017 15:13

Oggetto
Re: Lotto 3 - Dimensioni monitor

Proprio messaggio
buongiorno,
in merito alla dimensione del monitor il servizio di Ingegneria Clinica risponde che: Le caratteristiche indicate nelle schede tecniche sono da intendersi "minime, a pena di esclusione"
cordiali saluti
servizio provveditorato

Messaggio a tutti
No

Lista dei destinatari

Destinatari
1Terapon S.r.l.

Aiuto

SardegnaCAT
Centrale Regionale di Committenza

Torna alla Lista

Chiamata di Esportazione | Duplica Gara in busta chiusa (RDO) | •••

RdO : rfq_314750 - Lotto n° 3 Fornitura di n°1 Defibrillatore monitor

Da valutare

Bando : **tender_206672** - ATTREZZATURE DIALISI BOSA

Data di Chiusura RdO: 12/09/2017 13:00:00

Dettagli | **Monitoraggio** | **Impostazioni Valutazione** | Messaggi (Non Letti 0) | Visualizza Lotti Multipli (6)

Crea Messaggio | Messaggi Ricevuti | Messaggi Inviati | Bozza dei Messaggi | Messaggi Inoltrati

Torna indietro

Messaggio

Inoltra | **Stampa**

Data
04/09/2017 09:06

Oggetto
risposta richiesta chiarimenti

Messaggio
DOMANDE:
Richiesta modalità semiautomatica:
1) Qualora offerta la modalità semiautomatica, chiediamo se debba essere utilizzabile anche sui pazienti pediatrici sotto i 25 Kg/8 anni come da linee guida o se non è necessario"
2) Chiediamo se sono richieste le piastre rigide pluriuso o se siano sufficienti le piastre monouso"
RISPOSTE:
Risposta quesito 1 : si, deve essere utilizzabile anche sui pazienti pediatrici

Risposta quesito 2: sono sufficienti le piastre monouso

Messaggio a tutti
Sì