

Oggetto: Re: Schede di dettaglio
Mittente: Pneumologia Poliambulatorio OR <pneumologia.or@asloristano.it>
Data: 22/02/2018 13.00
A: Michela Granese <michela.granese@asloristano.it>

ALL 2

Buongiorno

dopo aver esaminato attentamente le schede tecniche, siamo giunti a voler scegliere il seguente prodotto:

- Bilancia professionale pesapersone elettronica digitale a colonna con altimetro e funzione "BMI".

Fornitore: AIESI HOSPITAL SERVICE

Codice art. fornitore: AIESI 6004040 + 6012020.

Le motivazioni che portano ad effettuare tale scelta sono:

- maggior capacità di peso, 250 kg rispetto ai 200 kg degli altri concorrenti;
- alimentazione elettrica rispetto ai concorrenti che indicano alimentazione a batteria.
- il prodotto proposto dalla Ditta Chinesport non include nessun altimetro.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Si porgono Distinti Saluti

Da: "Michela Granese" <michela.granese@asloristano.it>
A: "pneumologia or" <pneumologia.or@asloristano.it>
Cc: "r muscas" <r.muscas@atssardegna.it>
Inviato: Mercoledì, 21 febbraio 2018 13:42:56
Oggetto: Re: Schede di dettaglio

Buongiorno

facendo seguito alla vostra e-mail del 16.02.2018 e in accoglimento del parere da voi espresso, si inviano altre schede di dettaglio, chiedendo che venga **ben dettagliato il parere tecnico**, ovvero le motivazioni della scelta di un prodotto rispetto ad un altro.

Per il Direttore del Servizio Provveditorato
Il Collaboratore
Michela Granese