

Oggetto: FORNITURA IN UN LOTTO UNICO DEL SERVICE DI SISTEMI DI CHIMICA CLINICA ED IMMUNOMETRIA PER IL LABORATORIO ANALISI AZIENDALE NEI PRESIDI OSPEDALIERI DI ORISTANO, GHILARZA E BOSA DELL'AZIENDA SANITARIA N°5 DI ORISTANO PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI

In merito alle richieste di chiarimento pervenute:

Quesito 18: In riferimento alle sottocitate domande:

Tabella N.2 – Caratteristiche della strumentazione, domanda:

Parametri presenti in tabella 1 e 2 analizzabili dallo strumento indicato come principale

e

Tabella N.3 – Caratteristiche della strumentazione di backup, domande:

Parametri presenti in Tabella 2 analizzabili dallo strumento indicato come backup

Parametri di Chimica Clinica e/o Immunometria presenti in Tabella 2 alloggiati a bordo misurabili simultaneamente dal sistema di Backup

Si chiede, gentilmente, a cosa si riferisce e/o qual è/cos'è la **Tabella 2 (parametri presenti)**.

Risposta al Quesito 18 Nei citati punti:

- Tabella 2 al punto “*Parametri presenti in Tabella 1 e 2 analizzabili dallo strumento indicato come principale in automazione*” la frase “**e 2**” rappresenta un errore di battitura e deve essere eliminata e si deve fare riferimento all’insieme dei parametri in Tabella 1 oggetto dell’offerta.
Il punto deve essere letto “*Parametri presenti in Tabella 1 analizzabili dallo strumento indicato come principale in automazione*”

Tabella 3 ai punti “*Parametri presenti in Tabella 2 analizzabili dallo strumento indicato come backup*” e “*Parametri di Chimica Clinica e/o Immunometria presenti in Tabella 2 alloggiati a bordo misurabili simultaneamente dal sistema di Backup*”: anche qui si tratta di un errore di battitura.

Nel primo caso deve essere inteso come “*Parametri presenti in Tabella 1 analizzabili dalla strumentazione indicata come backup*”.

Nel secondo caso deve essere inteso come ““*Parametri di Chimica Clinica e/o Immunometria presenti in Tabella 1 alloggiati a bordo misurabili simultaneamente dal sistema di Backup*”.

In entrambi i casi la frase corretta è presente nella *Tabella 10 Riassunto delle caratteristiche che saranno oggetto di valutazione per quanto riguarda la QUALITA' E IL VALORE TECNICO DELL'OFFERTA*: ai punti

- “(A.3) *Completezza del sistema diagnostico offerto in rapporto al pannello di analiti in Tabella 1 (fino a 8 punti)*” comma 3 “*Parametri presenti in Tabella 1 analizzabili dalla strumentazione indicata come backup (A.3 fino a 1)*”



e

- (A.4) *Caratteristiche del sistema in rapporto alla continuità di erogazione del servizio (Strumentazione di backup) (fino a 5 punti) al comma 1 “Parametri di Chimica Clinica e/o Immunometria presenti in Tabella 1 alloggiati a bordo misurabili simultaneamente dal sistema di Backup (valutazione direttamente proporzionale) (A.4 fino a 1,5)”.*