
*SERVIZIO
PROVVEDITORATO*

OGGETTO: CHIARIMENTI.

richiesta di chiarimenti pervenuta il 14.01.2010 sul prodotto di cui al LOTTO 1, identificato con il codice C.01.04 Apparecchiatura per magnetoterapia:

domanda: 1) si richiede di specificare cosa si intende per apparecchi portatili data la richiesta di carrello, 2) si richiede di specificare quali applicatori deve avere l'apparecchio.

Risposta: 1) l'apparecchiatura deve essere portatile, il carrello è richiesto come ripiano di appoggio dedicato per l'utilizzo presso l'ambulatorio. 2) gli applicatori devono essere piccoli ed a contatto.