



ASL Oristano

Allegato n° 01 alla deliberazione

N° ... del ...

Composto di n° 06 fogli

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5 ORISTANO

VERBALE SEGGIO DI GARA N. 1 IN DATA 08/06/2010

PROCEDURA NEGOZIATA

PER LA FORNITURA, IN N. 2 DISTINTI LOTTI UNICI NON FRAZIONABILI, DI N° 3 ELETTROBISTURI DI CUI N. 1 UNITA' (A GAS ARGON) DA DESTINARE ALL'U.O. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. "SAN MARTINO" DI ORISTANO E N° 2 UNITA' DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' DI CHIRURGIA AMBULATORIALE DEI POLIAMBULATORI DI ORISTANO E ALES.

L'anno duemila e dieci, il giorno otto del mese di giugno, alle ore 10,04 nella Sede legale ed amministrativa dell'A.S.L. N. 5 di Oristano, presso il Servizio Provveditorato, si è riunito il Seggio di gara preposto ai lavori di aggiudicazione della procedura in oggetto.

Sono presenti i Signori:

Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas	Direttore. Servizio Provveditorato	Presidente
Dr.ssa Maria Gavina Daga	Collab. amm.vo esp. Servizio Provveditorato	Testimone
Dr. Paolo Sanna	Collab. amm.vo Servizio Provveditorato	Testimone,

ricopre le funzioni di Segretario verbalizzante il Dr. Paolo Sanna.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con atto deliberativo commissariale n. 450 del 04.05.2010 è stata indetta, ai sensi del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii., procedura negoziata a cottimo fiduciario, per la fornitura, in N. 2 distinti lotti non frazionabili di aggiudicazione, di N. 3 Elettrobisturi di cui n. 1 unità a gas argon da destinare all'U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. "San Martino" di Oristano (lotto 1, importo presunto a base di gara € 50.000,00 Iva esclusa) e n. 2 unità da destinare all'attività chirurgica ambulatoriale dei Poliambulatori di Oristano e Ales (lotto 2, importo presunto a base di gara € 15.000,00 Iva esclusa), per un costo presunto complessivo a base di gara di € 65.000,00 (Iva esclusa);
- che con il medesimo succitato atto è stato approvato relativo elenco di Ditte specializzate nel settore nonché relativo schema di Invito e suoi allegati (all. 1 Capitolato Speciale e rispettivi suoi allegati 1: "Caratteristiche tecniche Elettrobisturi, e all. 2 "Disciplinare Amministrativo" e rispettivi suoi allegati "A" Modulo Offerta Economica" e "B" Istanza di Partecipazione e Dichiarazione Sostitutiva");
- che con nota prot. n. 34469 del 10/05/2010 del Direttore del Servizio Provveditorato sono state invitate alla presente procedura N. 11 Ditte diverse di cui al summenzionato elenco come appresso specificate:
GIMA SPA, Gessate (MI), **JOHNSON & JOHNSON MEDICAL HOLDING SPA**, Pratica Di Mare (RM), **SANIFARM SRL**, Cagliari (CA), **ARS CHIRURGICA SRL**, San Giovanni In Persiceto (BO), **ENDOCHIR UNIX MEDICA SRL**, San Giovanni In Persiceto (BO), **BURDENT SRL**, Bolzano (BZ), **CLASSIMPLANT SRL**, Roma, **NEW TECHNOLOGIES SUPPLIES SRL**, Latina (LT), **WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL**, Trento (TN), **ERBE ITALIA SRL**, Milano (MI), **SIRIO MEDICAL SRL**, Sassari (SS);

[Handwritten signature]

-che con Deliberazione Commissariale n. 524 del 07/06/2010 è stata nominata la Commissione preposta ai lavori di aggiudicazione della presente gara, distinta in Seggio di gara e Commissione giudicatrice.

Il Presidente dopo aver verificato la regolarità delle convocazioni e la presenza delle persone sopra menzionate, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà atto e fa constatare palesemente che nel termine ultimo, fissato nell'Invito di gara prot. n. 34469 del 10/05/2010 per il giorno 04.06.2010, ore 13,00, sono pervenute le seguenti n. 03 (tre) offerte da parte delle Ditte appresso specificate (in ordine di protocollo di arrivo):

DITTE
ERBE ITALIA SRL, Milano , prot. n. 40060 del 03/6/2010, arrivo 01/6/2010, ore 9,52
SIRIO MEDICAL SRL, Sassari , prot. n. 40705 del 07/6/2010, arrivo 04/6/2010, ore 12,59
SANIFARM SRL, Cagliari , prot. n. 40710 del 07/6/2010, arrivo 04/6/2010, ore 12,12

Il Seggio di gara procede quindi alla verifica della regolarità esterna dei pieghi generali contenenti le offerte di gara delle n. 3 Ditte concorrenti, apponendo sugli stessi le firme di tutti i Componenti del Seggio.


Concluso l'esame esteriore, il Presidente procede all'apertura dei pieghi generali contenenti le soprascritte offerte di gara e quindi all'apertura e disamina della documentazione amministrativa ex art. 6 del Disciplinare Amministrativo, verificando la presenza dei documenti amministrativi ivi richiesti, quali l'Allegato "B" al Disciplinare Amministrativo (istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva), copia del Disciplinare Amministrativo e del Capitolato Speciale e suoi allegati sottoscritti in ogni pagina per accettazione, apponendo, sulla documentazione di cui sopra, la firma di tutti i Componenti del Seggio.

Il Presidente procede, quindi, alla verifica della materiale presenza della busta contenente la documentazione tecnica di gara e quella relativa all'offerta economica così come previsto, rispettivamente, dagli artt. 7 e 2 del Disciplinare Amministrativo, sul frontespizio dei quali viene apposta la firma di tutti i Componenti del Seggio.

La verifica documentale di cui sopra ha il seguente esito:

DITTE	DOCUMENTAZIONE/LOTTO-LOTTI
ERBE ITALIA SRL, Milano (Mi)	Regolare, lotti 1 e 2
SIRIO MEDICAL SRL, Sassari (Ss)	Regolare, lotti 1 e 2
SANIFARM SRL, Cagliari (Ca)	Regolare, lotto 2

Il Presidente dà atto che, da parte di tutte le n. 3 (tre) Ditte, come sopra descritte, la documentazione amministrativa e quella generale risulta regolare, e, pertanto le stesse sono ammesse alle fasi successive di gara.



Terminato l'esame della documentazione generale ed amministrativa si procede al sorteggio previsto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, cui provvede il Sig. Massimo Melis, in rappresentanza della Ditta "Erbe Italia", con il seguente esito: Ditta sorteggiata: "Sirio Medical" di Sassari; quest'ultima dovrà provvedere a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti negli atti di gara.

Il Presidente stabilisce di aggiornare i lavori ad altra seduta pubblica, nella quale si procederà, per singolo lotto di gara, a dare atto delle risultanze della valutazione tecnico-qualitativa relativa ai lotti nn. 1 e 2 di gara da parte della Commissione giudicatrice, quindi si procederà all'apertura delle offerte economiche delle offerte regolarmente ammesse e all'attribuzione dei relativi punteggi ai fini dell'aggiudicazione della presente procedura negoziata d'appalto.


Eseguite le soprascritte operazioni, i plichi relativi alla documentazione amministrativa e alle offerte economiche vengono presi in custodia dal Segretario del Seggio di gara mentre i plichi, debitamente sigillati, contenenti la documentazione tecnica delle offerte ammesse, verranno trasmessi alla Commissione giudicatrice, preposta all'anzidetta valutazione tecnico-qualitativa.

La seduta si chiude alle ore 10,18.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:


Il Presidente:

Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas




I Testimoni:

Dr.ssa Maria Gavina Daga



Dr. Paolo Sanna



quest'ultimo facente funzioni di Segretario verbalizzante.

SIRIO MEDICAL SRL, Sassari, prot. n. 40705 del 07/6/2010, arrivo 04/6/2010, ore 12,59

Estratto da

SANIFARM SRL, Cagliari, prot. n. 40710 del 07/6/2010, arrivo 04/6/2010, ore 12,12

Non estratto da

ERBE ITALIA SRL, Milano, prot. n. 40060 del 03/6/2010, arrivo 01/6/2010, ore 9,52

Non estratto da

Allegato "RD" al VERBALE N. 1 del Seggio di gara in data 08.06.2010



SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO

ELENCO RAPPRESENTANTI DITTE PRESENTI ALLA SEDUTA DI GARA DEL GIORNO 08/06/2010

Rif.	NOMINATIVO (IN STAMPATELLO)	DITTA RAPPRESENTATA (IN STAMPATELLO)	FIRMA	PRESENTE IN QUALITÀ DI:		
				Legale Rappresentante	Delegato in forma scritta (indicare con X)	Partecipante senza delega formale
1	ASL ORISTANO	ASL ORISTANO	ASL ORISTANO		X	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Spettabile
AZIENDA SANITARIA
LOCALE N. 5
VIA CARDUCCI 35
09170 ORISTANO

Milano, 25/05/2010
Ns rif. EIVQ1000457/as/022
prot.n. 34469 del 10/05/10

oggetto: procedura negoziata di cottimo fiduciario per la fornitura in n. 2 lotti unici non frazionabili di n. 3 elettrobisturi di cui n. 1 unità a GAS ARGONA da destinare all'U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. San Martino di Oristano (lotto 1, CIG 0479961C55) e n. 2 unità per Chirurgia Ambulatoriale da destinare ai Poliambulatori di Oristano e Ales (lotto n. 2)

La sottoscritta ditta ERBE ITALIA S.r.l. con sede legale e amministrativa in Milano Viale Sarca n. 336/F, codice fiscale e P/IVA 06349620960, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano n. 06349620960 dal 17/10/2008 R.E.A. n. MI - 1886530, Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente in Milano, codice attività 51462 nella persona del suo Amministratore Delegato, Dott. Paolo Botta, nato a Milano il 25.08.1965 e residente in 23038 Valdidentro (SO) in Via Bagni Nuovi n. 12, codice fiscale BTTPLA65M25F205Y

DELEGA

il Sig. Massimo Malis a rappresentarlo in occasione dell'esperimento della suddetta gara che si terrà il giorno 08/06/10 alle ore 10.00 presso la sede legale e amministrativa della ASL n. 5 in Via Carducci 35 Oristano, 6° piano.

In fede.

Dr Paolo Botta
(nato a Milano il 25/08/1965)
Amministratore Delegato
ERBE ITALIA S.r.l.





ASL Oristano

Allegato n° 02 alla deliberazione
N° del
composto di n° 17 fogli

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5 ORISTANO

VERBALE SEGGIO DI GARA N. 2 DEL 22/07/2010

PROCEDURA NEGOZIATA

PER LA FORNITURA, IN N. 2 DISTINTI LOTTI UNICI NON FRAZIONABILI, DI N° 3 ELETTROBISTURI DI CUI N. 1 UNITA' (A GAS ARGON) DA DESTINARE ALL'U.O. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. "SAN MARTINO" DI ORISTANO E N° 2 UNITA' DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' DI CHIRURGIA AMBULATORIALE DEI POLIAMBULATORI DI ORISTANO E ALES.

L'anno duemila e dieci, il giorno ventidue del mese di luglio, alle ore 9.40 nella Sede legale ed amministrativa dell'A.S.L. N. 5 di Oristano, presso il Servizio Provveditorato, si è riunito il Seggio di gara preposto ai lavori di aggiudicazione della procedura in oggetto.

Sono presenti i Signori:

Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas	Direttore. Servizio Provveditorato	Presidente
Dr.ssa Maria Gavina Daga	Collab. amm.vo esp. Servizio Provveditorato	Testimone
Dr. Paolo Sanna	Collab. amm.vo Servizio Provveditorato	Testimone,

ricopre le funzioni di Segretario verbalizzante il Dr. Paolo Sanna.

PREMESSO E CONSIDERATO

che con con Verbale del Seggio di gara N. 1 del 08.06.2010 si è proceduto, in seduta pubblica, all'apertura dei pieghi generali contenenti la documentazione di gara presentati entro il termine ultimo, fissato per il giorno 04/06/2010, ore 13,00, delle seguenti n. 3 Ditte:ERBE ITALIA SRL di Milano, SIRIO MEDICAL SRL di Sassari e SANIFARM SRL di Cagliari, e proceduto alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta e, a seguito della positiva verifica di cui sopra, alla conseguente ammissione alle fasi successive di gara delle suddette Ditte;

- che in data 09.06.2010, con nota prot. 2609604, il Presidente del Seggio di gara, per i successivi adempimenti relativi alla valutazione tecnico qualitativa e di conformità tecnica, provvedeva a trasmettere, al Presidente della Commissione Giudicatrice, le buste sigillate contenenti la documentazione tecnica presentata dalle Ditte ERBE ITALIA Srl di Milano, SIRIO MEDICAL Srl di Sassari e SANIFARM Srl di Cagliari, nonché copia del citato Verbale del Seggio di gara n°1 del 08.06.2010, unitamente a copia dei relativi Capitolato Speciale e del Disciplinare e rispettivi allegati;

- che il Presidente della Commissione Giudicatrice ha trasmesso al Presidente del Seggio di gara n° 2 Verbali relativi ai lavori per la verifica di conformità tecnica e l'attribuzione dei punteggi tecnico-qualitativi (allegati in originale con il n. 1 al presente Verbale, composti complessivamente da n° 08 fogli);

- che della seduta in data odierna è stata data comunicazione, a mezzo fax, alle citate Ditte ammesse alle fasi successive di gara, giusta ns. nota prot. n. 51776 del 19/07/2010.

Handwritten initials

Handwritten initials

Tutto ciò premesso, il Presidente, dopo aver verificato la regolarità delle convocazioni delle Ditte ammesse e dei Componenti il Seggio di gara, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti, in rappresentanza delle Ditte, i Signori sottoscrittori dell'unito Allegato "RD" al presente Verbale di gara.

Il Presidente ad inizio seduta evidenzia che la graduatoria finale e relativa aggiudicazione scaturirà dalla sommatoria del punteggio qualitativo e del punteggio per il prezzo per entrambi i lotti, specificando che, così come disposto dall'art. 7 del Capitolato Speciale, le offerte per le quali la Commissione abbia attribuito un punteggio inferiore a 40/60 punti saranno escluse dalle fasi successive di gara.

Il Presidente del Seggio procede, quindi, in conformità a quanto prescritto dall'art. 8 del Disciplinare Amministrativo, ad illustrare i contenuti di cui ai Verbali n° 1 del 23/06/2010 e n° 2 del 30.06.2010 della Commissione Giudicatrice di gara, nei quali la medesima Commissione dà atto dell'attività di analisi documentale delle offerte tecniche presentate dalle succitate Ditte, dando lettura integrale dei criteri tecnico qualitativi e dei punteggi qualitativi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice per ciascun lotto di gara.

Il Presidente prende atto, inoltre, che dalle risultanze della soprascritta verifica tecnico qualitativa delle offerte di gara, la Ditta SIRIO Medical Srl di Sassari ha presentato offerta di gara per il solo lotto 1 e non anche per il lotto 2 (ovvero contrariamente ai riferimenti di lotto riportati dalla stessa Ditta nella descrizione apposta sul frontespizio delle buste 1 e 2, contenenti, rispettivamente, l'offerta economica e la documentazione amministrativa-generale di gara) come pure verbalizzato da questo Seggio nel Verbale N. 1 del 08/06/2010.

Il Presidente procede, quindi alla lettura delle risultanze di tali verifiche così riassunte:

LOTTO N. 1: N. 1 Elettrobisturi a gas argon Importo base: € 50.000,00 (Iva/E)

Criteri di cui all'allegato 1 al Capitolato Speciale	Erbe Italia	Sirio Medical
Criterio 1: Caratteristiche tecniche costruttive (materiali impiegati, dimensione dello strumento, congruità delle dimensioni in termini di ingombro e peso) (Max 15 punti)	12	<i>Dall'analisi dell'offerta tecnica si evince che tra le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1, intese come tassative in riferimento ai requisiti minimi richiesti per ogni sistema, per quanto riguarda il pedale, si richiedeva un "bipedale dotato di tasto per il controllo remoto dei vari parametri pre-impostati", come evincibile dall'offerta economica senza prezzi la Ditta ha offerto il pedale codice 901-021 indicato nel depliant illustrativo come semplice comando a pedale doppio. Dallo stesso depliant emerge che esiste un pedale codice 901-031 indicato come pedale doppio completo di tasto commutatore, tale pedale non è stato offerto. L'offerta pertanto non risulta conforme.</i>
Criterio 2: Caratteristiche delle uscite monopolari e bipolari, automatismi nel controllo della potenza e della corrente erogata, possibilità di configurazione hardware e software (Max 20 punti)	20	
Criterio 3: Caratteristiche di sicurezza (Max 5 punti)	5	
Criterio 4: Ergonomia e facilità di utilizzo, interfaccia utente, intuitività dei comandi e delle indicazioni (Max 10 punti)	10	
Criterio 5: Garanzia, condizioni di assistenza tecnica, disponibilità di apparecchiatura sostitutiva per fermo macchina superiore ai 5 giorni contratto di manutenzione post vendita e formazione del Personale (Max 10 punti)	10	
Totale Punteggio	57	

A seguito della lettura integrale dei Verbali della Commissione giudicatrice in relazione alle risultanze della disamina tecnico-qualitativa delle offerte tecniche presentate per il lotto 1 di gara, il Rappresentante Legale della Ditta Sirio Medical di Sassari chiede di unire al presente Verbale (allegato "A") proprie osservazioni in merito alle motivazioni addotte dalla Commissione giudicatrice sull'esclusione della propria offerta di gara.

Anche il Rappresentante della Ditta "Erbe Italia" chiede di unire al presente Verbale propria dichiarazione che viene allegata al presente Verbale con la lett. "B".

Il Seggio di gara, per quanto verbalizzato dalla Commissione giudicatrice con propri succitati Verbali, dà atto che la Ditta Sirio Medical di Sassari è esclusa, con riferimento al lotto 1, dalle fasi successive di gara.

LOTTO N.2: N.2 Elettrobisturi per chirurgia amb. Importo base € 15.000,00 (Iva/E)

Criteri di cui all'allegato 1 al Capitolato Speciale	Erbe Italia	Sanifarm
<i>Criterio 1: Caratteristiche tecniche generali</i> (Max 5 punti)	5	5
<i>Criterio 2: Caratteristiche elettriche dell'apparecchiatura</i> (Punti 15)	15	7
<i>Criterio 3: Caratteristiche tecniche del pannello di comando</i> (Max 10 punti)	10	6
<i>Criterio 4: Caratteristiche di sicurezza ed ergonomia del sistema</i> (Punti 10)	10	10
<i>Criterio 5: Caratteristiche tecniche del carrello</i> (Punti 5)	5	2
<i>Criterio 6: Caratteristiche degli accessori inclusi in offerta</i> (Punti 5)	5	5
<i>Criterio 7: Durata della garanzia ordinaria (minima mesi 24), qualità assistenza tecnica in garanzia e post-garanzia in relazione al contratto di assistenza tecnica proposto per l'intero lotto 2, formazione del Personale</i> (punti 10)	8	9
Totale Punteggio	58	44

I Componenti del Seggio e il Presidente procedono, quindi, ad apporre sui plichi contenenti le offerte economiche di gara delle Ditte ammesse, per ciascun lotto di gara, la propria firma e la data.

Quindi, il Presidente del Seggio procede all'apertura dei relativi plichi contenenti le offerte economiche di gara.

Il Presidente procede all'apertura e lettura delle offerte economiche presentate da ciascuna Ditta, per singolo lotto di gara, e all'attribuzione del punteggio secondo le modalità indicate nell'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

A seguito dell'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche delle Ditte ERBE ITALIA (lotti 1 e 2) e Sanifarm (lotto 2) il Presidente dà atto della mancanza, all'interno degli stessi, di copia del documento di identità dei Sottoscrittori delle relative offerte, così come disposto negli atti di gara a pena di esclusione.

In considerazione, però, di recenti orientamenti giurisprudenziali intervenuti nel merito di tale fattispecie di esclusione (rif. Sentenza T.A.R. Puglia N. 01972/2010 del 21/05/2010), ovvero riconoscendo comunque prodotta tale documentazione se ed in quanto comunque allegata

alla documentazione di gara (nel caso specifico nella dichiarazione sostitutiva ed istanza di partecipazione allegato "B" al Disciplinare Amministrativo), il Seggio ritiene non sussistano le condizioni per l'esclusione delle succitate Ditte dalle fasi successive di gara.

Si procede, quindi, alla trascrizione delle offerte in apposito prospetto (allegato al presente Verbale con il n. 2 per farne parte integrante e sostanziale), nel quale vengono riportati, per ciascuna Ditta, il punteggio qualità, prezzo e totale, per singolo lotto di gara.

Il Presidente dà lettura dei punteggi totali raggiunti da ciascuna Ditta, **per singolo lotto di gara**, e dichiara l'aggiudicazione provvisoria del presente appalto, con le risultanze così riassunte:

Lotto 1:

Ditta aggiudicataria provvisoria	Punteggio Totale (Qualità/ Prezzo)	Prezzo Totale Offerto
ERBE ITALIA	97,00/100,00	€ 35.897,35 (Iva esclusa)

Lotto 2: NON aggiudicato (offerte economiche ammesse entrambi superiori al prezzo fissato a base di gara, ovvero in contrasto con l'art. 3 del Disciplinare Amministrativo, offerte Ditte Erbe Italia e Sanifarm sono, pertanto, escluse).


Come prescritto dall'art. 86 comma 2 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii. , formata la graduatoria provvisoria, si procede alla verifica delle offerte risultate eventualmente anomale in quanto, sia il punteggio per il prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel Capitolato Speciale di gara (48 punti per la qualità – 32 punti per il prezzo); dalla disamina si evince che per quanto attiene al lotto 1, l'offerta della Ditta ERBE ITALIA è risultata anomala.

La seduta si chiude alle ore 10,30.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:


Il Presidente:

Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas




I Testimoni:

Dr.ssa Maria Gavina Daga



Dr. Paolo Sanna



quest'ultimo facente funzioni di Segretario verbalizzante.

02 1 21/07/2010
08

VERBALE DI GARA N°1 IN DATA 23/06/2010 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ogg. Appalto per l'affidamento della fornitura, in n.2 distinti lotti non frazionabili di aggiudicazione, di N.3 elettrobisturi di cui n.1 unità a gas argon da destinare all'U.O. Endoscopia digestiva del P.O. "San Martino" di Oristano e n.2 unità per chirurgia ambulatoriale da destinare ai Poliambulatori di Oristano e Ales

L'anno duemiladieci il giorno ventitré del mese di Giugno, alle ore 11.00 nel P.O. San Martino di Oristano, presso lo studio del Responsabile dell'Ingegneria Clinica, in seduta non pubblica, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con atto deliberativo del n° 524 del 07/06/2010 preposta alla valutazione dell'offerta tecnica della gara in oggetto secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Sono presenti i Signori:


1. Dott. Ing. Barbara Podda, con funzioni di Presidente;
2. Dott.ssa Rosalia Gregu, con funzione di Componente;
3. Dott. Antonio Delabona, con funzione di Componente.

Assume le Funzioni di Segretario Verbalizzante il Dott. Ing. Barbara Podda

PREMESSO

- che in data 09.06.2010 con nota Protocollo n. 2609604 il Presidente del seggio di gara ha trasmesso alla Commissione Giudicatrice:
 1. copia del Verbale del seggio di gara del giorno 08.06.2010;
 2. le offerte tecniche in originale, in appositi plichi sigillati delle Ditte Ammesse alle successive fasi di gara;
 3. copia dei Capitolati (Speciale e Tecnico) e relativi allegati.
- che in conformità con quanto stabilito dall'art. 8 del Disciplinare Amministrativo alla Commissione Giudicatrice in seduta riservata compete:
 1. l'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica;



2. l'esame e la valutazione delle relazioni tecniche presentate dalle Ditte Concorrenti per quanto attiene ^{2 n.2 B} il lotto n.1 in relazione ai punteggi sulla qualità prefissati, per ciascun parametro tecnico-qualitativo, così come espressi negli allegati al capitolato tecnico di gara, ~~per il quale la Commissione deve procedere alla sola verifica di conformità tecnica delle offerte rispetto a quanto analiticamente descritto e richiesto nell'allegato 3 al suddetto Capitolato Tecnico.~~ 

3. invio al seggio di gara del verbale di attribuzione dei relativi punteggi tecnici per il lotto unico di gara.

- Che all'articolo 6 del Capitolato Speciale d'Appalto intitolato "Documentazione Tecnica" si precisa che le imprese concorrenti sono tenute a presentare a pena di esclusione, la documentazione tecnica specificata nel medesimo articolo.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente si dà atto che sono pervenuti n° 3 plichi chiusi riportanti all'esterno la dicitura "documentazione tecnica" tutti debitamente datati e firmati all'esterno dai Componenti del Seggio di gara nella seduta del 08/06/10 così come di seguito specificato.

Sanifarm srl	Una busta: lotto 2
Sirio Medical srl	Una busta : lotto 1
Erbe Italia srl	Una busta Lotti 1 e 2

La commissione accertata la regolarità dei plichi contenenti la documentazione tecnica, i quali risultano tutti idoneamente sigillati, e il Presidente può procedere all'apertura degli stessi.

Si verifica che dentro la busta della Erbe Italia sono contenute ulteriori due buste sigillate relative ai lotti 1 e 2 rispettivamente.

Si inizia con l'apertura dei plichi relativi al **Lotto 1**


Erbe Italia srl

offre il prodotto della ERBE ITALIA VIO 200D completo di APC-2 COAG

Criterio 1: Caratteristiche tecniche costruttive (materiali impiegati, dimensione dello strumento, congruità delle dimensioni in termini di ingombro e peso)(15 punti)

L'elettrobisturi offerto è di moderna concezione costruito con materiali di alta qualità; sia il peso che l'ingombro contenuto sono compatibili con le esigenze dell'Unità Operativa utilizzatrice.

Punti 12

Criterio 2: Caratteristiche delle uscite monopolari e bipolari, automatismi nel controllo della potenza e della corrente erogata, possibilità di configurazione hardware e software (20 punti)

L'elettrobisturi dispone di due uscite monopolari, una bipolare ed una multifunzione, consente di modulare al minimo la potenza sulla base dell'impedenza tissutale. L'hardware ed il software del sistema risultano completamente modulari, aggiornabili e modificabili nel tempo.

Punti 20

Criterio 3: Caratteristiche di sicurezza (5 punti)

Oltre alla comuni caratteristiche di sicurezza degli elettrobisturi, la funzione ENDOCUT impedisce l'erogazione di un eccesso di corrente. La presenza del pedale completo di tasto commutatore consente inoltre all'operatore di poter modificare i parametri senza interrompere la procedura.

Punti 5

Criterio 4: Ergonomia e facilità di utilizzo, interfaccia utente, intuitività dei comandi e delle indicazioni (10 punti)

L'apparecchiatura è montata su un carrello ergonomico e sicuro, l'interfaccia utente è di immediata comprensione e le impostazioni eventualmente variate vengono visualizzate oltre che con un valore numerico anche con una intuitiva rappresentazione grafica. Il display a colori associa i colori giallo e blu (riportati anche nei pedali) alle funzioni di taglio e coagulo.

Punti 10

Criterio 5: Garanzia, condizioni di assistenza tecnica, disponibilità di apparecchiatura sostitutiva per fermo macchina superiore ai 5 giorni contratto di manutenzione post vendita e formazione del Personale (10 punti)

Il sistema viene offerto con 24 mesi di garanzia completo di assistenza tecnica in garanzia e post garanzia. Si dichiarano N.2 interventi programmati annui ed interventi su chiamata entro le 8 ore, nonché la possibilità di un'apparecchiatura sostitutiva in caso di guasto prolungato.

La formazione del personale prevede un corso di 8 ore.

Punti 10

Toatale punti: 57

Sirio Medical srl

offre il prodotto della BOWA ARC 200

Dall'analisi dell'offerta tecnica si evince che tra le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1, intese come tassative in riferimento ai requisiti minimi richiesti per ogni sistema, per quanto



riguarda il pedale, si richiedeva un "bipedale dotato di tasto per il controllo remoto dei vari parametri preimpostati", come ³⁸vincibile dall'offerta economica senza prezzi la Ditta ha offerto il pedale codice 901-021 indicato nel depliant illustrativo come semplice comando a pedale doppio. Dallo stesso depliant emerge che esiste un pedale codice 901-031 indicato come pedale doppio completo di tasto commutatore, tale pedale non è stato offerto.

L'offerta pertanto non risulta conforme.

Si prosegue con l'apertura dei plichi relativi al **Lotto 2**

Le offerte risultano tecnicamente conformi. Si rimanda alla prossima seduta la loro analisi.

Alle ore 14.30 termina la seduta e il Presidente ripone la documentazione tecnica in luogo sicuro.

I componenti la commissione giudicatrice

Letto confermato e sottoscritto.

Dott. Ing. Barbara Podda, con funzioni di Presidente;

Dott. Antonio Delabona, con funzione di Componente;

Dott.ssa Rosalia Gregu, con funzione di Componente.

Barbara Podda
Antonio Delabona
Rosalia Gregu

R. Gregu

[Signature]

**VERBALE DI GARA N°2 IN DATA 30/06/2010 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Ogg. Appalto per l'affidamento della fornitura, in n.2 distinti lotti non frazionabili di aggiudicazione, di N.3 elettrobisturi di cui n.1 unità a gas argon da destinare all'U.O. Endoscopia digestiva del P.O. "San Martino" di Oristano e n.2 unità per chirurgia ambulatoriale da destinare ai Poliambulatori di Oristano e Ales

L'anno duemiladieci il giorno trenta del mese di Giugno, alle ore 11.00 nel P.O. San Martino di Oristano, presso lo studio del Responsabile dell'Ingegneria Clinica, in seduta non pubblica, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con atto deliberativo del n° 524 del 07/06/2010 preposta alla valutazione dell'offerta tecnica della gara in oggetto secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Sono presenti i Signori:

1. Dott. Ing. Barbara Podda, con funzioni di Presidente;
2. Dott.ssa Rosalia Gregu, con funzione di Componente;
3. Dott. Antonio Delabona, con funzione di Componente.

Assume le Funzioni di Segretario Verbalizzante il Dott. Ing. Barbara Podda

PREMESSO

- che in data 09.06.2010 con nota Protocollo n. 2609604 il Presidente del seggio di gara ha trasmesso alla Commissione Giudicatrice:
 1. copia del Verbale del seggio di gara del giorno 08.06.2010;
 2. le offerte tecniche in originale, in appositi plichi sigillati delle Ditte Ammesse alle successive fasi di gara;
 3. copia dei Capitolati (Speciale e Tecnico) e relativi allegati.
- che in conformità con quanto stabilito dall'art. 8 del Disciplinare Amministrativo alla Commissione Giudicatrice in seduta riservata compete:
 1. l'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica;

2. l'esame e la valutazione delle relazioni tecniche presentate dalle Ditte Concorrenti per quanto attiene ^{2 m. 2} il lotto n.1 in relazione ai punteggi sulla qualità prefissati, per ciascun parametro tecnico-qualitativo, così come espressi negli allegati al capitolato tecnico di gara, ~~per il lotto n.3 la Commissione deve procedere alla sola verifica di conformità tecnica delle offerte rispetto a quanto analiticamente descritto e richiesto nell'allegato 3 al suddetto Capitolato Tecnico.~~

3. invio al seggio di gara del verbale di attribuzione dei relativi punteggi tecnici per il lotto unico di gara.

- Che all'articolo 6 del Capitolato Speciale d'Appalto intitolato "Documentazione Tecnica" si precisa che le imprese concorrenti sono tenute a presentare a pena di esclusione, la documentazione tecnica specificata nel medesimo articolo.
- Che in data 23.06.2010 la Commissione giudicatrice si è riunita per la valutazione qualitativa delle offerte relative alla fornitura in oggetto.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si prosegue con l'apertura dei plichi relativi al **Lotto 2**

Erbe Italia srl

offre il prodotto della ERBE ITALIA VIO 200S

1) Caratteristiche tecniche generali degli Elettrobisturi (Punti 5)

E' un elettrobisturi di nuova concezione che consente 4 modalità operative e l'impostazione di nove programmi. E' compatto e facilmente integrabile ed espandibile.

Punti 5

2) Caratteristiche elettriche dell'apparecchiatura (Punti 15)

Dispone di 24 modalità di lavoro e consente la regolazione automatica delle correnti erogate mediante la lettura dell'impedenza tissutale.

Punti 15

3) Caratteristiche tecniche del pannello di comando (Punti 10)


Il pannello di controllo è semplice ed intuitivo con un ampio display a colori che consente la visualizzazione grafica oltre che numerica.

Punti 10

4) Caratteristiche di sicurezza ed ergonomia del sistema (Punti 10)

L'apparecchiatura è ergonomica e sicura.

Punti 10



5) Caratteristiche tecniche del carrello (Punti 5)

Il carrello è dotato di 4 ruote antistatiche un cassetto e due ripiani di appoggio.

Punti 5

6) Caratteristiche degli accessori inclusi in offerta (Punti 5)

L'elettrobisturi è offerto completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento

Punti 5

7) Durata della garanzia ordinaria (minima mesi 24), qualità assistenza tecnica in garanzia e post-garanzia in relazione al contratto di assistenza tecnica proposto per l'intero lotto 2, formazione del Personale (Punti 10)

L'apparecchiatura viene offerta con 24 mesi di garanzia. Si garantiscono interventi tecnici entro le 8 ore, 2 visite manutentive programmate all'anno. La Ditta offre un corso di formazione di 8 ore per il personale sanitario

Punti 8

Totale Punti 58.

Sanifarm srl

offre il prodotto della ALSA modello EXCELLMCD5/E250

1) Caratteristiche tecniche generali degli Elettrobisturi (Punti 5)

E' un elettrobisturi 4 modalità operative e dieci programmi impostabili. E' compatto e facilmente aggiornabile mediante una porta seriale.

Punti 5

2) Caratteristiche elettriche dell'apparecchiatura (Punti 15)

E' dotato di 13 correnti per soddisfare ogni necessità operativa.

Punti 7

3) Caratteristiche tecniche del pannello di comando (Punti 10)

Il pannello di controllo è semplice ed intuitivo.

Punti 6

4) Caratteristiche di sicurezza ed ergonomia del sistema (Punti 10)

L'apparecchiatura è ergonomica e sicura

Punti 10



5) Caratteristiche tecniche del carrello (Punti 5)

Il carrello H23 SE è dotato di 4 ruote un ripiani di appoggio.

Punti 2

6) Caratteristiche degli accessori inclusi in offerta (Punti 5)

L'elettrobisturi è offerto completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. Anche se nell'offerta economica senza prezzi viene indicata la quantità 1 per numero due elettrobisturi. Gli accessori dovranno essere conteggiati con quantità pari a due altrimenti l'offerta sarà da intendersi non conforme.



Punti 5

- 7) **Durata della garanzia ordinaria (minima mesi 24), qualità assistenza tecnica in garanzia e post-garanzia in relazione al contratto di assistenza tecnica proposto per l'intero lotto 2, formazione del Personale (Punti 10)**

L'apparecchiatura viene offerta con 24 mesi di garanzia. Si garantiscono interventi tecnici entro le 3 ore, 4 visite manutentive programmate all'anno. La Ditta offre un corso di formazione di 5 ore per il personale sanitario

Punti 9

Totale 44


Si evidenzia che nell'offerta economica senza prezzi viene indicata la quantità 1 per gli accessori necessari a numero due elettrobisturi. Gli accessori dovranno essere conteggiati con quantità pari a due altrimenti l'offerta sarà da intendersi non conforme.

Alle ore 14.30 termina la seduta e il Presidente ripone la documentazione tecnica in luogo sicuro.

I componenti la commissione giudicatrice

Letto confermato e sottoscritto.


Dott. Ing. Barbara Podda, con funzioni di Presidente;
Dott. Antonio Delabona, con funzione di Componente;
Dott.ssa Rosalia Gregu, con funzione di Componente.



"A"

VERBALE N.2 SEGRETO

22/07/2010
01

22/07/2010
8


Oggetto: Arch. medicina

La relazione alle modificazioni ed esclusioni delle liste Anco Medical per il lordo 2010, si fa presente che nelle norme con allegato alle gare da noi sottoscritte si dispone che al fine del 901-021 come indicato nell'allegato e l'articolo 40 della legge di riforma di cui al decreto legislativo n. 118 del 2010, si dispone che il solo preimpiego sull'elaborazione. Pertanto avendo i requisiti richiesti, chiediamo cortesemente un inserimento nelle nostre offerte.

Indirizzo felice

22. luglio 2010

In fede

Luca Russo




GIUG 01/2010

IL SOTTOSCRITTO MASSIMO MELIS, DELEGATO
DA PARTE DELLA DITTA ERBE ITALIA, SEGNALE
CHE LA DITTA "SIRIO MEDICAL" CHE PARTECIPA PER IL
LOTTO 1 DELLA GARA PROT. N° 34469 PER LA FORNITURA
DEI COLGOTTINO FIDUCIARIO DI N° 3 ELETTROBISTURI,
OFFRE UN ELETTROBISTURI BOWA NON CONFORME ALLA
RICHIESTA DI CAPITOLATO IN QUANTO NON PRESENTA
IN OFFERTA LE SONDE AD EMISSIONE LATERALE A 35°.

02 "B" VERBALE SEGRETO
22/07/2010
01

IN FEEF

MASSIMO MELIS



22/07/2010



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO

Procedura Negoziata fornitura N. 3 Elettrobisturi in n. 2 distinti lotti di aggiudicazione

Allegato N. 2 al Verbale N. 2 del Seggio di gara in data 22/07/2010

PROSPETTO DI RAFFRONTO PREZZI E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO QUALITA', PREZZO E PUNTEGGIO TOTALE

LOTTO N. 1: N. 1 ELETTROBISTURI A GAS ARGON

ERBE ITALIA			
Prezzo inferiore	Prezzo	Punteggio prezzo	Punteggio qualità
€ 35,897,35	€ 35,897,35	40,00	57,00
			TOTALE punti
			97,00

Offerta Ditta SIRIO MEDICAL di Sassari tecnicamente NON Conforme (esclusa dalla gara)

LOTTO N. 2: N. 2 ELETTROBISTURI PER CHIRURGIA AMBULATORIALE

ERBE ITALIA			
Prezzo inferiore	Prezzo	Punteggio prezzo	Punteggio qualità
€ 15,883,68	€ 15,883,68	0,00	58,00
			TOTALE punti
			58,00

Offerta economica superiore al prezzo a base di gara, ex art. 3 Disciplinare (offerta esclusa)

SANIFARM			
Prezzo inferiore	Prezzo	Punteggio prezzo	Punteggio qualità
€ 15,523,60	€ 15,523,60	0,00	44,00
			TOTALE punti
			44,00

Offerta economica superiore al prezzo a base di gara, ex art. 3 Disciplinare (offerta esclusa)

Lotto 2 NON aggiudicato

Allegato "RD" al VERBALE N. 2 del Seggio di gara in data 22.07.2010



SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO

ELENCO RAPPRESENTANTI DITTE PRESENTI ALLA SEDUTA DI GARA DEL GIORNO 22/07/2010

Rif.	NOMINATIVO (IN STAMPATELLO)	DITTA RAPPRESENTATA (IN STAMPATELLO)	FIRMA	PRESENTE IN QUALITÀ 'DI:		
				Legale Rappresentante	Delegato in forma scritta	Partecipante senza delega formale
1	PIRELLA GÖTTSCHE LOWE	SILVIO PIRELLA		X		
2	MASSIMO MELIS	E.S.E. ITALIA			X	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Spettabile
AZIENDA SANITARIA
LOCALE N. 5
VIA CARDUCCI 35
09170 ORISTANO

Milano, 19/07/2010
Ns rif. EIVQ1000457/as/022
prot.n. 51776 del 19/07/10

oggetto: procedura negoziata di cottimo fiduciario per la fornitura in n. 2 lotti unici non frazionabili di n. 3 elettrobisturi di cui n. 1 unità a GAS ARGONA da destinare all'U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. San Martino di Oristano (lotto 1, CIG 0479961C55) e n. 2 unità per Chirurgia Ambulatoriale da destinare ai Poliambulatori di Oristano e Ales (lotto n. 2)

La sottoscritta ditta ERBE ITALIA S.r.l. con sede legale e amministrativa in Milano Viale Sarca n. 336/F, codice fiscale e P/IVA 06349620960, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano n. 06349620960 dal 17/10/2008 R.E.A. n. MI - 1886530, Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente in Milano, codice attività 51462 nella persona del suo Amministratore Delegato, Dott. Paolo Botta, nato a Milano il 25.08.1965 e residente in 23038 Valdidentro (SO) in Via Bagni Nuovi n. 12, codice fiscale BTTPLA65M25F205Y

DELEGA

il Sig. Massimo Melis a rappresentarlo in occasione dell'esperimento della suddetta gara che si terrà il giorno 22/07/10 alle ore 9.30 presso la sede legale della ASL n. 5 Servizio Provveditorato, in Via Carducci 35 Oristano, 6° piano.

In fede.

Dr Paolo Botta
(nato a Milano il 25/08/1965)
Amministratore Delegato
ERBE ITALIA S.r.l.



ASL Oristano

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5 ORISTANO

Allegato n° 03 alla deliberazione
del 08/08/2010

VERBALE SEGGIO DI GARA N. 3 DEL 25/08/2010

PROCEDURA NEGOZIATA

PER LA FORNITURA, IN N. 2 DISTINTI LOTTI UNICI NON FRAZIONABILI, DI N° 3 ELETTROBISTURI DI CUI N. 1 UNITA' (A GAS ARGON) DA DESTINARE ALL'U.O. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. "SAN MARTINO" DI ORISTANO E N° 2 UNITA' DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' DI CHIRURGIA AMBULATORIALE DEI POLIAMBULATORI DI ORISTANO E ALES.

L'anno duemila e dieci, il giorno venticinque del mese di agosto, alle ore 11,40 nella Sede legale ed amministrativa dell'A.S.L. N. 5 di Oristano, presso il Servizio Provveditorato, si è riunito il Seggio di gara preposto ai lavori di aggiudicazione della procedura in oggetto.

Sono presenti i Signori:

Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas	Direttore. Servizio Provveditorato	Presidente
Dr.ssa Maria Gavina Daga	Collab. amm.vo esp. Servizio Provveditorato	Testimone
Dr. Paolo Sanna	Collab. amm.vo Servizio Provveditorato	Testimone,

ricopre le funzioni di Segretario verbalizzante il Dr. Paolo Sanna.

PREMESSO E CONSIDERATO

-che con con Verbale del Seggio di gara N. 1 del 08.06.2010 si è proceduto, in seduta pubblica, all'apertura dei pieghi generali contenenti la documentazione di gara presentati entro il termine ultimo, fissato per il giorno 04/06/2010, ore 13,00, delle seguenti n. 3 Ditte:ERBE ITALIA SRL di Milano, SIRIO MEDICAL SRL di Sassari e SANIFARM SRL di Cagliari, e proceduto alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta e, a seguito della positiva verifica di cui sopra, alla conseguente ammissione alle fasi successive di gara delle summenzionate Ditte;

-che con con Verbale del Seggio di gara N. 2 del 22.07.2010 si è proceduto, in seduta pubblica, a prendere atto dei contenuti di cui ai Verbali N° 1 del 23/06/2010 e N° 2 del 30.06.2010 della Commissione Giudicatrice di gara concernenti la valutazione di conformità e l'analisi tecnico-qualitativa delle offerte di gara e relativa attribuzione dei punteggi tecnico-qualitativi assegnati, per singolo lotto di aggiudicazione, con l'esclusione, per quanto inerente al lotto 1 (N. 1 Elettrobisturi a gas argon) dell'offerta della Ditta SIRIO Medical Srl di Sassari per le motivazioni appresso specificate:

LOTTO N. 1: N. 1 Elettrobisturi a gas argon Importo base: € 50.000,00 (Iva/E)

Criteri di cui all'allegato 1 al Capitolato Speciale	Erbe Italia	Sirio Medical
 Criterio 1: Caratteristiche tecniche costruttive (materiali impiegati, dimensione dello strumento, congruità delle dimensioni in termini di ingombro e peso) (Max 15 punti)	12	<i>Dall'analisi dell'offerta tecnica si evince che tra le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1, intese come tassative in riferimento ai requisiti minimi richiesti per ogni sistema, per quanto riguarda il pedale, si richiedeva un "bipedale dotato di tasto per il controllo remoto dei vari parametri pre-impostati", come evincibile dall'offerta economica senza prezzi la Ditta ha offerto il pedale codice 901-021 indicato nel depliant illustrativo come semplice comando a pedale doppio. Dallo stesso depliant emerge che esiste un pedale codice 901-031 indicato come pedale doppio completo di tasto commutatore, tale pedale non è stato offerto. L'offerta pertanto non risulta conforme.</i>
 Criterio 2: Caratteristiche delle uscite monopolari e bipolari, automatismi nel controllo della potenza e della corrente erogata, possibilità di configurazione hardware e software (Max 20 punti)	20	
 Criterio 3: Caratteristiche di sicurezza (Max 5 punti)	5	
 Criterio 4: Ergonomia e facilità di utilizzo, interfaccia utente, intuitività dei comandi e delle indicazioni (Max 10 punti)	10	
 Criterio 5: Garanzia, condizioni di assistenza tecnica, disponibilità di apparecchiatura sostitutiva per fermo macchina superiore ai 5 giorni contratto di manutenzione post vendita e formazione del Personale (Max 10 punti)	10	
 Totale Punteggio	57	

- che al medesimo Verbale sono state allegare talune osservazioni del Rappresentante Legale della Ditta Sirio Medical di Sassari (allegato "A") riguardanti le motivazioni circa l'esclusione della propria offerta di gara e del Rappresentante della Ditta "Erbe Italia" (allegato "B") concernenti taluni aspetti tecnici relativi alle offerte di gara.

Tutto ciò premesso, dato atto che della seduta in data odierna è stata data comunicazione, a mezzo fax, alle Ditte partecipanti alla gara, giusta ns. nota prot. n. 57910 del 18/08/2010, il Presidente, dopo aver verificato la regolarità delle convocazioni delle succitate Ditte e dei Componenti il Seggio di gara, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti, in rappresentanza delle Ditte, i Signori sottoscrittori dell'unito Allegato "RD" al presente Verbale di gara.

Il Presidente ad inizio seduta evidenzia che con propria nota n. 2692376 del 23/07/2010 è stato trasmesso, alla Commissione Giudicatrice di gara, proprio Verbale N. 2 in data 22/07/2010 con allegate osservazioni delle Ditte "Sirio Medical" di Sassari e "Erbe Italia" di Milano al fine di rendere, in merito, le valutazioni di competenza.

Atteso che con Verbale N. 3 del 29/07/2010 (unito al presente con il n. 1 per farne parte integrante e sostanziale) la Commissione Giudicatrice ha reso proprio parere in relazione alle succitate osservazioni poste dalle Ditte come sopra specificate, che confermano, in pieno, le valutazioni tecnico-qualitative già assunte con propri Verbali N° 1 del 23/06/2010 e N° 2 del 30.06.2010, ovvero di non conformità tecnica dell'offerta presentata dalla Ditta "Sirio Medical" di Sassari (lotto 1 di gara).

Tutto ciò esposto, il Seggio di gara prendendo atto delle risultanze di cui sopra, conferma quanto già disposto con proprio Verbale N. 2 del 22/07/2010, ovvero, relativamente al lotto 1, l'esclusione della Ditta "Sirio Medical" di Sassari dalle fasi successive di gara e

Spun
Ucys 2


l'aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta "Erbe Italia" di Milano, con riferimento al lotto 2 la non aggiudicazione del lotto per assenza di offerte valide.

La seduta si chiude alle ore 11,45.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:


Il Presidente:

Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas




I Testimoni:

Dr.ssa Maria Gavina Daga



Dr. Paolo Sanna



quest'ultimo facente funzioni di Segretario verbalizzante.

S.S.D Ingegneria Clinica

Oristano 29.07.2010

Prot. 2699685

**Al Direttore del Seggio di Gara
c.a. Dr.ssa M.G. Demurtas**

OGGETTO: trasmissione del verbale n. ³ della Commissione Giudicatrice

In relazione all'appalto per l'affidamento della fornitura, in n.2 distinti lotti non frazionabili di aggiudicazione, di N.3 elettrobisturi di cui n.1 unità a gas argon da destinare all'U.O. Endoscopia digestiva del P.O. "San Martino" di Oristano e n.2 unità per chirurgia ambulatoriale da destinare ai Poliambulatori di Oristano e Ales si allega il verbale n. ³ del 29.07.2010

Cordiali saluti,

**Il Presidente della Commissione
Giudicatrice
Dott. Ing. Barbara Podda**

VERBALE DI GARA N° 3 IN DATA 29.07.2010 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ogg. Appalto per l'affidamento della fornitura, in n.2 distinti lotti non frazionabili di aggiudicazione, di N.3 elettrobisturi di cui n.1 unità a gas argon da destinare all'U.O. Endoscopia digestiva del P.O. "San Martino" di Oristano e n.2 unità per chirurgia ambulatoriale da destinare ai Poliambulatori di Oristano e Ales

L'anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 11.00 nel P.O. San Martino di Oristano, presso lo studio del Responsabile dell'Ingegneria Clinica, in seduta non pubblica, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con atto deliberativo del n° 524 del 07/06/2010 preposta alla valutazione dell'offerta tecnica della gara in oggetto secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.


Sono presenti i Signori:

1. Dott. Ing. Barbara Podda, con funzioni di Presidente;
2. Dott.ssa Rosalia Gregu, con funzione di Componente;
3. Dott. Antonio Delabona, con funzione di Componente.

Assume le Funzioni di Segretario Verbalizzante il Dott. Ing. Barbara Podda

PREMESSO

- che in data 23.07.2010 è stato trasmesso con nota Prot. 2692376 il verbale N.2 del Sedgio di Gara relativo all'Appalto per l'affidamento della fornitura, in n.2 distinti lotti non frazionabili di aggiudicazione, di N.3 elettrobisturi di cui n.1 unità a gas argon da destinare all'U.O. Endoscopia digestiva del P.O. "San Martino" di Oristano e n.2 unità per chirurgia ambulatoriale da destinare ai Poliambulatori di Oristano e Ales



Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente della Commissione legge le dichiarazioni rese dai Rappresentanti delle Ditte "Sirio Medical" di Sassari" ed "Erbe Italia" di Milano.

Dichiarazione Ditta Sirio Medical

La Commissione conferma quanto indicato nel verbale N.01 del 14.06.2010 ovvero che "Dall'analisi dell'offerta tecnica si evince che tra le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1, intese come tassative in riferimento ai requisiti minimi richiesti per ogni sistema, per quanto riguarda il pedale, si richiedeva un "bipedale dotato di tasto per il controllo remoto dei vari parametri preimpostati", come ~~in~~vincibile dall'offerta economica senza prezzi la Ditta ha offerto il pedale codice 901-021 indicato nel depliant illustrativo come semplice comando a pedale doppio. Dallo stesso depliant emerge che esiste un pedale codice 901-031 indicato come pedale doppio completo di tasto commutatore, tale pedale non è stato offerto."

In aggiunta a quanto già verbalizzato si precisa che dall'analisi della documentazione tecnica originale a pagina 88 emerge anche graficamente che l'articolo offerto codice 901-021 ha solo due pedali mentre l'articolo non offerto 901.031 ha oltre ai due pedali il tasto commutatore come da nostra richiesta, pertanto si conferma quanto dichiarato nel verbale N.01 del 14.06.2010.

Dichiarazione Ditta Erbe Italia

La Ditta sirio Medical nell'allegato 1 dichiara al punto 12 la conformità delle sonde trasendoscopiche richieste sebbene precisi come dati tecnici solo la lunghezza ed il diametro e non l'apertura laterale di 35° come richiesta da capitolato. In relazione a questo articolo la Commissione ha esaminato anche il depliant tecnico dell'articolo offerto 932-149 e 932-150 a pagina 69 della documentazione tecnica originale dove non risulta evidenziato tale dato.

La Commissione, in relazione a questo punto ha pertanto considerato valida la dichiarazione riportata in allegato 1 dalla Ditta.

Alle ore 14.30 termina la seduta e il Presidente ripone la documentazione tecnica in luogo sicuro.


I componenti la commissione giudicatrice

Letto confermato e sottoscritto.

Dott. Ing. Barbara Podda, con funzioni di Presidente;

Dott. Antonio Delabona, con funzione di Componente;

Dott.ssa Rosalia Gregu, con funzione di Componente.



Allegato "RD" al VERBALE N. 3 del Sedgio di gara in data 25.08.2010



SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO

ELENCO RAPPRESENTANTI DITTE PRESENTI ALLA SEDUTA DI GARA DEL GIORNO 25/08/2010

Rif.	NOMINATIVO (IN STAMPATELLO)	DITTA RAPPRESENTATA (IN STAMPATELLO)	FIRMA	PRESENTE IN QUALITÀ DI:		
				Legale Rappresentante	Delegato in forma scritta (indicare con X)	Partecipante senza delega formale
1	MASTROSCALDI	ENBE ITALIA			X	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Spettabile
AZIENDA SANITARIA
LOCALE N. 5
VIA CARDUCCI 35
09170 ORISTANO

Milano, 23/08/2010
Ns rif. EIVQ1000457/as/022
prot.n. 57910 del 18/08/10

oggetto: procedura negoziata di cottimo fiduciario per la fornitura in n. 2 lotti unici non frazionabili di n. 3 elettrobisturi di cui n. 1 unità a GAS ARGONA da destinare all'U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. San Martino di Oristano (lotto 1, CIG 0479961C55) e n. 2 unità per Chirurgia Ambulatoriale da destinare ai Poliambulatori di Oristano e Ales (lotto n. 2)

La sottoscritta ditta ERBE ITALIA S.r.l. con sede legale e amministrativa in Milano Viale Sarca n. 336/F, codice fiscale e P.IVA 06349620960, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano n. 06349620960 dal 17/10/2008 R.E.A. n. MI - 1886530, Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente in Milano, codice attività 51462 nella persona del suo Amministratore Delegato, Dott. Paolo Botta, nato a Milano il 25.08.1965 e residente in 23038 Valdidentro (SO) in Via Bagni Nuovi n. 12, codice fiscale BTTPLA65M25F205Y

DELEGA

il Sig. Massimo Melis a rappresentarlo in occasione dell'esperimento della suddetta gara che si terrà il giorno 25/08/10 alle ore 11.30 presso la sede legale della ASL n. 5 Servizio Provveditorato, in Via Carducci 35 Oristano, 6° piano.

In fede.

Dr Paolo Botta
(nato a Milano il 25/08/1965)
Amministratore Delegato
ERBE ITALIA S.r.l.



Perfection for Life



Allegato n° 04 alla deliberazione
N° _____ del _____
Composto di n° 03 fogli

Handwritten signature and date:
22 Lug. 2010

Spettabile
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
VIA CARDUCCI 35
09170 ORISTANO

Milano, 25/05/2010
Ns rif. EIVQ1000457/as/022
prot.n. 34469 del 10/05/10

oggetto: procedura negoziata di cottimo fiduciario per la fornitura in n. 2 lotti unici non frazionabili di n. 3 elettrobisturi di cui n. 1 unità a GAS ARGONA da destinare all'U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. San Martino di Oristano (lotto 1, CIG 0479961C55) e n. 2 unità per Chirurgia Ambulatoriale da destinare ai Poliambulatori di Oristano e Ales (lotto n. 2)

La sottoscritta ditta ERBE ITALIA S.r.l. con sede legale e amministrativa in Milano Viale Sarca n. 336/F, codice fiscale e P/IVA 06349620960, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano n. 06349620960 R.E.A. n. MI - 1886530, Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente in Milano, nella persona del suo Amministratore Delegato, Dott. Paolo Botta, nato a Milano il 25.08.1965 e residente in Valdidentro (SO) in Via Bagni Nuovi n. 12,

O F F R E

i settoelencati prodotti di produzione ERBE Elektromedizin GmbH alle seguenti

Condizioni di fornitura:

Validità offerta: 180 gg
Consegna: 30 gg
Collaudo: entro 7 gg a ns carico
Pagamento: r.d. 90 gg data fattura
IVA di legge: 20% a Vs carico
Garanzia: 24 mesi

Dott. Paolo Botta
(nato a Milano il 25/08/1965)
Amministratore Delegato
ERBE ITALIA S.r.l.

Handwritten signature and date: 14 AUG. 2010

lotton. 1: N. 1 ELETTROBISTURI A GAS ARGON

Caratteristiche tecniche minime richieste				
Apparecchiatura/Attrezzatura base + accessori ordinari e dotazioni				
DESTINAZIONE D'USO: U.O. Endoscopia Digestiva P.O. di Oristano				
Descrizione Apparecchiatura/Attrezzatura	Q.ta	Cod. Prod.	Prezzo Unitario in cifre	prezzo unitario in lettere
ELETTROBISTURI completo di				
VIO 200 D CON AGG. ENDO-CUT	1 PZ	10140-200END	14.250,00	quattordicimiladuecentocinquanta/00
APC-2 COAG. AD ARGON X VIO	1 PZ	10134-000	10.355,00	diecimilatrecentocinquanta cinque/00
SET FISSAGGIO VIO-APC2/VEM2	1 PZ	20180-130	67,45	sessantasette/45
SET FISSAGGIO VIO CART	1 PZ	20180-131	67,45	sessantasette/45
bombola gas argon				
BOMBOLA GAS ARGON 5 LITRI RIC.	1 PZ	20132-004	201,40	duecentouno/40
riduttore di pressione				
RIDUTTORE DI PRESSIONE X APC 2	1 PZ	20134-002	890,05	ottocentonovanta/05
bipedale				
BIPEDALE RE-MODE VIO D CON ARC	1 PZ	20189-301	1.056,40	millecinquantasei/40
conf. X 50 placche monuso				
50 PLACCA MONO NESSY OMEGA	1 BOX	20193-082	101,65	centouno/65
cavo per placche monouso				
CAVO 4M PLACCHE MONOUSO+MORSE	1 PZ	20194-077	115,90	centoquindici/90
sonde argon flessibili				
SONDA FLEX.GASTRO 2.3/2200MM	4 PZ	20132-177	1.558,00	millecinquecentocinquantotto/00
sonde argon flessibili 35°				
SONDA APC FLEX SIDE FIRE 35€	4 PZ	20132-181	1.862,00	milleottocentosessantadue/00
cavi per sonde argon flessibili				
CAVO COLL.2.5M SONDE FLEX/APC	2 PZ	20132-158	736,15	settecentotrentasei/15
polipectomia				
CAVO COLL.ICC/ELET.ATT.OLYMPUS	2 PZ	20192-119	210,90	duecentodieci/90
altro - carrello				
CARRELLO VIO	1 PZ	20180-000	2.375,00	duemilatrecentosettantacinque/00
1) totale prezzo unitario Lotto 1 (IVA esclusa)			33.847,35	trentatremilaottocentoquarantasette/35
2) totale canone annuale manutenzione full risk post-garanzia ordinaria Lotto 1 (IVA esclusa)			2.050,00	duemilacinquanta/00
3) Totale Prezzi Unitari Lotto 1 = totale punti 1) e 2) (IVA esclusa)			35.897,35	trentacinquemilaottocentonovantasette/35

Dott. Paolo Botta
 (nato a Milano il 25/08/1965)
 Amministratore Delegato
 ERBE ITALIA Srl

allegato A al Disciplinare Amministrativo

Canone annuale manutenzione "full risk" post garanzia ordinaria Lotto 1

Il sottoscritto Dott. Paolo Botta, nato a Milano il 25.08.1965 e residente in Valdidentro (SO) in Via Bagni Nuovi n. 12, nella sua qualità di Amministratore Delegato della ditta ERBE ITALIA S.r.l. con sede legale e amministrativa in Milano Viale Sarca n. 336/F, codice fiscale e P/IVA 06349620960, presenta la propria migliore proposta economica per l'eventuale contratto di manutenzione "full risk", post garanzia ordinaria (eventuale) della durata di anni 3 (tre), come sotto specificato:

Oggetto/lotto	Canone annuo di manutenzione (per n. 1 Elettrobisturi, lotto 1) (IVA esclusa)
n. 1 Elettrobisturi a Gas Argon	€ 2.050,00 (duemilacinquanta/00)
<u>LOTTO N. 1</u>	

Dott. Paolo Botta
(nato a Milano il 25/08/1965)
Amministratore Delegato
ERBE ITALIA Srl