

OSPEDALE SAN MARTINO - ORISTANO
Servizio di MEDICINA di LABORATORIO
Struttura Complessa Laboratorio Analisi Aziendale

Oristano 03 gennaio 2012

Prot. 3522463

Servizio Provveditorato

Ingegneria clinica

pc

- Direttore Generale
Azienda ASL 5 di Oristano

- Direttore Sanitario Aziendale

Oggetto: Acquisizione Frigoriferi per campioni biologici e diagnostici

Il Servizio di Laboratorio Analisi Aziendale nella sede di Oristano per la corretta conservazione dei Reagenti e per la corretta conservazione dei campioni biologici nella fase posta analitica ha la necessità di procedere alla messa fuori uso dei frigoriferi attualmente in uso che risultano non idonei all'utilizzo in laboratorio e all'acquisizione di n. 2 nuovi Frigoriferi - 4 °C e di un nuovo Frigo Congelatore -20 °C.

Si chiede pertanto la fornitura di:


- N. 2 (due) Frigoriferi da Laboratorio da Lt³400 attraverso, se possibile, l'integrazione della gara di fornitura aggiudicata con delibera n. 50 del 19 gennaio 2011.
- N. 2 Congelatore da Laboratorio da 250 Lt con range temperatura - 20 °C - 35 °C


La fornitura è necessaria inoltre per procedere alle valutazioni di Laboratorio connesse al Programma di valutazione dell'idoneità alla guida operato dal SERD su richiesta della Commissione Medica Locale.

Rappresenta inoltre un requisito indispensabile per l'accreditamento della Struttura.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio

Dr. Roberto Irde




L. Sanna

Spett.le
Azienda USL Oristano
Servizio Provveditorato
Via Carducci 35
09170 ORISTANO

Allo. n. 02 alla D. 03

Alla C.A. Dr.ssa Sanna

Roma li 20.01.2012

Oggetto: Vs. richiesta estensione fornitura frigoriferi (rif. Vs. prot 3737)

In riferimento alla Vs. gentile richiesta in oggetto ed in seguito al colloquio telefonico intercorso in data 19.01.12, Vi comunichiamo quanto segue:

-L'estensione della precedente fornitura di n. 2 frigoriferi mod. M-VPV 530 ad =E. 1.990,00 cad non è possibile, in quanto, la quotazione già precedentemente prorogata si riferisce ad una ns. promozione del 2010. Attualmente la quotazione del suddetto frigo, pur scontata, è di E. 2.190,00 cad

-In questo periodo però abbiamo in promozione (scad. 29.02.12) il modello con capacità superiore M-VPT 600 da lt 600 dim. 78X74x200h stesse caratteristiche tecniche ed accessori del mod. M-VPV 530 già forniti, al prezzo di =E. 1.990,00 cad (fino ad esaurimento scorte)

-Qualora non aveste problemi di spazio nell'alloggiare un apparecchio sensibilmente più grande Vi invitiamo a considerare la ns. offerta di n. 2 Frigoriferi mod. M-VPT 600 al prezzo promozionale di E. 1.990,00 cad. Avreste il vantaggio di acquistare allo stesso prezzo un apparecchio di maggiore capacità

-Alleghiamo alla presente la scheda tecnica dell'apparecchio proposto

Restando in attesa di un Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, porgiamo cordiali saluti.

SI.MA di M.G.

Via di Boccea, 421 - 00166 Roma - Tel./Fax 06.61.520.752 - e-mail: si.ma@virgilio.it

Spett.le
ASL N. 5 ORISTANO
Servizio Provveditorato
Via Carducci,35
09170 ORISTANO

SCHEDA TECNICA MOD. M-VPT 600

Quadro comandi

Interruttore generale ON/OFF luminoso
REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA TEMPERATURA a lettura digitale mediante un termoregolatore elettronico di massima precisione

DOPPIO SISTEMA DI ALLARME

-ALLARME ACUSTICO DI MIN. E MAX. TEMPERATURA (alimentazione di rete), con tacitazione manuale, collegabile a distanza (contatto pulito)

-ALLARME AUTONOMO AUDIOVISIVO DI MIN. E MAX. TEMPERATURA, funzionante anche in assenza di alimentazione di rete (sistema anti-blackout)

REGISTRATORE GRAFICO DI TEMPERATURA con disco diagrammabile a rotazione settimanale, autoalimentato a batteria, dotato di sportellino di protezione in plexiglass e chiave di sicurezza

Mobile

Struttura in lamiera di acciaio bianca trattata anticorrosione, porta in doppio vetro dotato di guarnizioni magnetiche e cerniere.

Vasca interna termoformata in materiale atossico, ripiani interni grigliati regolabili ad altezze variabili

Piedini regolabili per il livellamento

ILLUMINAZIONE INTERNA azionata con interruttore esterno

Porte

PORTA AUTOCHIUDENTE IN DOPPIO VETRO ANTIAPPANNANTE

Chiusure automatiche; SERRATURE CON CHIAVI DI SICUREZZA

Isolamento termico

Isolamento realizzato con schiume poliuretaniche espanse, iniettate ad alta densità per una perfetta tenuta della temperatura interna (senza HCFC/CFC)

Ventilazione

Sistema di raffreddamento interno tramite un evaporatore posto sulla superficie posteriore interna dell'apparecchio

VENTILAZIONE INTERNA per garantire una ottimale uniformità della temperatura; sbrinamento completamente automatico con smaltimento dell'acqua di condensa.

Refrigerazione

Gruppo frigorifero ermetico silenziosissimo, montato su tamponi antivibranti, posto nella parte inferiore del frigorifero. Condensazione ad aria. Evaporatore in tubo di rame con alette in alluminio, con ventilazione garantita da un elettroventilatore elicoidale. Sbrinamento automatico

Gas refrigerante R 134 (conforme a norme CE nel rispetto della L.549/93 sulla tutela della fascia d'ozono)

Alimentazione

Alimentazione 220v/50Hz monofase

Conformità

Apparecchio costruito in conformità alle normative vigenti

-M-VPT 600 da litri 600 -1 porta in doppio vetro -n. 5 ripiani-dim.cm. 78x74x200h

Via di Boccea,421 - 00166 Roma - Tel./Fax 06.61.520.752 - e-mail: si.ma@virgilio.it

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Tel. 0783/317780 Fax 0783/73315

rif. Dr. P. Sanna Tel. 0783/317784

Oristano, **17/01/2012**Prot. n. **3737**Nota trasmessa **SOLO a mezzo fax**

Art. 6, comma 2, Legge n. 412/91

Sostituisce l'originale

Spett.le **Ditta "SI.MA. di M.C. Apparecchiature Refrigeranti"**

Via Di Boccea, 421

00166 **ROMA** Fax 06/61 520 752e p.c. al **Direttore U.O. MEDICINA DI LABORATORIO del P.O. di Oristano**Alla c.a. del **Dr. Roberto IRDE** Sede P.O. Oristano

Oggetto: richiesta estensione fornitura di N. 2 Frigoriferi biologici da 400 lt, mod. M-VPV 530 (rif. Deliberazione Commissariale N. 50 del 19/01/2011 e successiva nota n. 38079 del 01/06/2011 di estensione n. 4 unità U.O. Farmacia del P.O. di Oristano).

Con la presente si chiede la conferma-miglioria dei prezzi relativi all'affidamento della fornitura di ulteriori n. 2 frigoriferi biologici da 400 lt, mod. M-VPV 530, da destinare all'U.O. Medicina di Laboratorio presso il P.O. "San Martino" di Oristano, già oggetto di precedente estensione (rif. n. 4 unità consegnate presso l'U.O. Farmacia del P.O. di Oristano, aggiudicazione Deliberazione Commissariale N. 50 del 19/01/2011, Voce "A", n. 13 frigoriferi biologici da 400 lt, rif. Vs. offerta del 05/11/2010) al costo unitario di € 1.990,00, Iva/E, per complessivi € 4.815,80 (Iva 21% compresa).

La presente non vincola all'acquisto questa ASL che, pertanto, si riserva di accettare o non accettare relativo Vs. riscontro.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dr.ssa Maria Gesuina DEMURTAS

Dr. PS
17/01/12
ASL 5 Oristano
Servizio Provveditorato
Direttore del Servizio
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas
Via Carducci, 35
09170 **Oristano**
Tel 0783/317780 Fax 0783/73315
www.asloristano.it
provveditorato@asloristano.it

paolo sanna

Da: roberto irde

Inviato: mar 24/01/2012 11.03

A: paolo sanna

Cc: gesuina.m demurtas

Oggetto: R: Proposta FRIGORIFERI Ditta SIMA di Roma. Riscontro Vs. richiesta n. 3522463 del 03/01/2012, n. 2 frigoriferi da 400 lt, estensione Delibera n. 50/2011

Allegati:

OSPEDALE SAN MARTINO - ORISTANO
Servizio di MEDICINA di LABORATORIO
Struttura Complessa Laboratorio Analisi Aziendale

Oristano 24 gennaio 2012

Prot. 3556944

Servizio Provveditorato

c.a. Dott. Paolo Sanna

Oggetto: Parere Acquisizione Frigoriferi per campioni biologici e diagnostici

In relazione alla proposta della ditta Sima di Roma per l'affidamento della fornitura di n. 2 frigoriferi da laboratorio come da richiesta prot. n. 3522463 del 03/01/2012, le caratteristiche riportate sono confacenti alle esigenze del Laboratorio. Si esprime pertanto parere favorevole all'acquisizione dei modelli di capacità superiore (600 Lt).

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio

Dr. Roberto Irde

Da: paolo sanna

Inviato: mar 24/01/2012 9.46

A: roberto irde

Cc: gesuina.m demurtas

Oggetto: Proposta FRIGORIFERI Ditta SIMA di Roma. Riscontro Vs. richiesta n. 3522463 del 03/01/2012, n. 2 frigoriferi da 400 lt, estensione Delibera n. 50/2011

Ciao Roberto. Ti trasmetto la proposta della ditta Sima di Roma per l'affidamento della fornitura di n. 2 frigoriferi da laboratorio come da Vs. richiesta prot. n. 3522463 del 03/01/2012. Come ti ho anticipato di persona, i

frigo proposti sono offerti, rispetto a quelli da 400 lt (le cui caratteristiche sono quelle di cui alla Voce A dell'unito allegato 1 all'Invito di gara), allo stesso prezzo unitario di € 1.990,00 + Iva, con capacità superiore (600 lt) e, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta, con le medesime caratteristiche di quelli da 400 lt.. Resto in attesa di tuo parere al fine di procedere o meno alla formalizzazione di relativo affidamento. Ti saluto cordialmente. Paolo Sanna, Servizio Provveditorato.