

Francesca.Bianchi

Da: Pinna Lido
A: Francesca.Bianchi; Francesca.Bianchi
Cc:
Oggetto: R: ecografo esaote ghilarza
Allegati:

Inviato: glo 18/10/2012 9.43

In riferimento alla sua richiesta e facendo riferimento alla gara la sonda lineare, l'applicazione senologica e la stampante b/n rientrano nelle opzioni per l'ecografo esaote. La sonda lineare e la relativa applicazione senologica sono fondamentali per l'esecuzione delle ecografie mammarie, tiroidee, muscolo tendinee e per i tessuti superficiali; senza la stampante siamo chiaramente privi della possibilità di effettuare la documentazione iconografica da allegare al referto. La ringrazio e porgo cordiali saluti. Lido Pinna

-----Messaggio originale-----

Da: Francesca.Bianchi
Inviato: mer 17/10/2012 11.03
A: Pinna Lido
Oggetto: R: ecografo esaote ghilarza

Allegato n° 1 alla determinazione
Serv. Provveditorato N° _____ del _____
Composto di n° 1 fogli 0

Buon giorno Dr. Pinna

posso allegare l'atto di acquisto e l'ordine. se non è stata ordinata la sonda che Lei indica è perchè era prevista solo come opzione nella configurazione offerta. su Vostra richiesta motivata è possibile autorizzare l'acquisto di questi accessori e completare l'apparecchiatura.

cordiali saluti

Francesca Bianchi
Servizio Provveditorato ASL 5
telefono 0783317790
fax 078373315
email: francesca.bianchi@aslorigano.it

Da: Pinna Lido
Inviato: mer 17/10/2012 9.53
A: Francesca.Bianchi
Oggetto: ecografo esaote ghilarza

L'ecografo esaote Mylab 70 del servizio di radiologia del PO di ghilarza e' sprovvisto della sonda lineare e della stampante. Ho contattato il Dott. Palmas titolare della ditta fornitrice che mi ha riferito di rivolgermi a lei per capire come procedere per l'eventuale risoluzione di questo problema. la ringrazio anticipatamente ed attendo notizie. Dott. Lido Pinna