



ASL Oristano

Allegato n° 1 alla deliberazione
N° _____ del _____
Composto di n° 1 fogli

Dogo

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

S.C. Pediatria e Neonatologia

Oristano 20.12.2013

Al Direttore del Servizio Provveditorato
c.a. Dott.ssa M.G. Demurtas
0783-73315

OGGETTO: Acquisto URGENTE di N° 2 Nuove Isole Neonatali


In relazione al trasferimento presso i locali del nuovo DEA si rende urgente acquistare N° 2 isole neonatali.

Analizzate le caratteristiche dell'attrezzatura aggiudicata presso l'A.O.U. di Cagliari si precisa che le stesse risultano confacenti alle attuali esigenze.

Si prega di provvedere con urgenza.

Il Direttore della S.C. Pediatria e Neonatologia
Dott. Giovanni Maria Zanda

Zanda



AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA di CAGLIARI



DELIBERAZIONE N. 897

ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE in data 19 NOV. 2013

Oggetto: Fornitura n. 7 isole neonatali per per l'allestimento delle nuove sale parto dell'Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) - Puericoltura e Nido dell'AOU di Cagliari. Aggiudicazione ditta Burke & Burke spa CIG 530093993D;

Il Direttore Amministrativo certifica che la deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria a partire dal 19 NOV. 2013 e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per le consultazioni.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Ennio Filigheddu
Coadiuvato
dal Direttore Amministrativo Dott. Pietro Tamponi
dal Direttore Sanitario Dott. Roberto Sequi

VISTA la Deliberazione del D.G. n. 612 del 25/07/2013 con la quale si autorizzava a procedere con procedura negoziata sulla piattaforma albo fornitori CSAMED all'affidamento della fornitura di n. 7 Isole neonatali per Terapia Intensiva Neonatale, Pediatrica o Sala Parto dotata di doppio sistema di controllo di Temperatura per l'allestimento delle nuove sale parto dell' Unità Operativa TIN - Puericoltura e Nido dell'AOU di Cagliari;

VISTA la richiesta di invito prot. n. 17833 del 28/08/2013 con la quale si richiedeva alle ditte: Abbi.Tec. srl; Burke & Burke spa, Ge Health Care Clinical System srl, Ginevri srl, Bertocchi srl, Tes.Med snc di presentare un'offerta per le isole neonatali in oggetto e che la stessa sarebbe stata valutata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, 83 D.Lgs. 163/2006;

DATO ATTO che alla scadenza del termine previsto hanno presentato un'offerta le ditte: Burke & Burke spa, Ginevri srl, Bertocchi srl;

VISTE le schede tecniche;

VISTE le relazioni in merito alle offerte redatte secondo i criteri previsti dalla lettera d'invito di cui sopra;

DATO ATTO che le offerte tecniche delle ditte Ginevri srl e Bertocchi srl non hanno raggiunto il minimo previsto per proseguire nella valutazione e che l'offerta tecnica della ditta Burke & Burke spa ha riportato un punteggio pari a 46 riparametrato a punti 60;

VISTO il report dei punteggi tecnici e il prospetto finale delle valutazioni prodotto sulla piattaforma CSAMED a seguito dell'apertura dell'offerta economica della sola ditta Burke & Burke spa;

VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

VISTI

La L.R. n° 10/97 e la L.R.n° 10/2006;

il D.Lgs. n° 163 del 12.4.2006;

art 1, comma 65 e 67 della legge 266/2005.

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa

- di affidare la fornitura di n. 7 Isole neonatali per Terapia Intensiva Neonatale, Pediatrica o Sala Parto dotata di doppio sistema di controllo di Temperatura per l'allestimento delle nuove sale parto dell'



Unità Operativa TIN - Puericoltura e Nido dell'AOU di Cagliari alla ditta Burke & Burke spa che ha offerto il prodotto richiesto ad un prezzo pari a € 14.700,00 cad. iva escl.;

- di quantificare la spesa complessiva in € 102.000,00 + I.V.A 22% esclusa;
- di dare atto che la spesa per l'acquisizione dei beni in oggetto, pari a € 125.538,00 iva incl., andrà a gravare sul bilancio relativo all'esercizio di competenza e sul codice di conto n. 0102020401 Attrezzature Sanitarie e Scientifiche del Bilancio d'esercizio di competenza a valere sui fondi di finanziamento del Programma Investimenti ex art. 20 L.67/88 (D.M. 05/03/2012) AUT. 2013/10/;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore della ditta Burke & Burke spa nei termini legali, previa attestazione delle attestazioni di regolarità e conformità della fornitura effettuata, da rilasciarsi a cura del Servizio destinatario della fornitura;
- di demandare al Servizio Bilancio, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. l'acquisizione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati da parte della Ditta aggiudicataria;
- di trasmettere il presente atto alla DIREZIONE GENERALE, al COLLEGIO SINDACALE ed al SERVIZIO BILANCIO per quanto di competenza.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Tamponi

Il Direttore Sanitario
Dott. Roberto Segui

Il Direttore Generale
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore del Servizio Provveditorato Economato
Dott.ssa Maria Teresa Piras

Allegati:
lettera invito
relazione di valutazione tecnica
report punteggi
prospetto finale di valutazione

RELAZIONE / VALUTAZIONE DITTA BURKE

1) Funzionalità caratteristiche unità radiante:

Si richiede unità radiante che abbia la possibilità di una rotazione in entrambi i lati di almeno 90°, la ditta Burke con l'isola modello INFA WARMER può effettuare una rotazione dell'unità radiante, in entrambi i lati, fino a 160°, così come ha la possibilità di effettuare il tilting fino a 13°.

Viene dichiarata che l'emissione radiante appartiene allo spettro dell'infrarosso più lontano FIR.

GIUDIZIO BUONO coefficiente $0,60 \times 25 =$ punti 15

2) Caratteristiche tecniche generali (saturimetria, rianimatore, lettino...ect)

Viene richiesto il termo monitoraggio con valutazione del Delta Termico del neonato tramite doppio sensore di temperatura, la ditta Burke dichiara in relazione ed in scheda tecnica di possedere il monitoraggio della temperatura sia centrale che periferica (doppio sensore) con la valutazione del Delta Termico.

Viene richiesto saturimetro integrato nell'unità di controllo con tecnologia Masimo, viene proposta saturimetria con tecnologia Masimo integrata.

Viene richiesto lettino paziente con dimensioni di almeno 60 cm di larghezza per 70 cm di lunghezza, l'isola proposta è addirittura di 84 cm di larghezza per 110 di lunghezza, dimensioni che la rendono accogliente anche per due pazienti (parti gemellari).

Viene richiesta un'unità di rianimazione manuale completamente integrata nella colonna con impostazione della concentrazione inspiratoria di O₂, viene proposto modulo unità di rianimazione integrato nella colonna con impostazioni di PIP, PEEP, flusso inspiratorio ed essendo dotata di miscelatore integrato anche della concentrazione di O₂.

Viene richiesta bilancia elettronica integrata certificata secondo direttiva NAWI (Non Automatic Weighing Instruments), la ditta Burke propone modulo bilancia integrata nell'isola e fornisce certificato di approvazione NAWI rilasciato da organo competente.

L'INFA-WARMER della ditta Burke è dotata sia di timer digitale per la valutazione dell'indice di Apgar che di cronometro con il "6 sec. timer", utile per manovre CPR come da ultime raccomandazioni ILCOR.

GIUDIZIO ECCELLENTE coefficiente $1 \times 20 =$ punti 20

3) Qualità estetica

L'isola neonatale proposta dalla Burke risulta essere armonica e pulita nelle linee. Le forme sono arrotondate e prive di angoli vivi. Tutti i moduli richiesti sono integrati (rianimatore, saturimetro, bilancia etc.) nella colonna principale tale da renderla funzionale nelle attività di routine e gradevole esteticamente.

GIUDIZIO BUONO coefficiente $0,60 \times 10 =$ punti 6

4) Assistenza Tecnica

La ditta Burke dichiara un'organizzazione dell'assistenza tecnica capillare, presente anche nella Regione Sardegna con tempi e modi di erogazione della stessa soddisfacenti.

GIUDIZIO ECCELLENTE coefficiente $1 \times 5 =$ punti 5

Allegato n° 3 alla deliberazione
N° _____ del _____
Composto di n° 1 fogli

Identità principale

Da: "gesuina.m demurtas" <gesuina.m.demurtas@asloristano.it>
A: "maria.gavina daga" <maria.gavina.daga@asloristano.it>
Data invio: lunedì 23 dicembre 2013 8.46
Oggetto: I: Richiesta conferma prezzi N° 2 isole neonatali BURKE & BURKE

Da: TE.S.MED. [mailto:tesmed.tec@gmail.com]
Inviato: venerdì 20 dicembre 2013 19.20
A: Barbara Podda
Cc: gesuina.m demurtas
Oggetto: Re: Richiesta conferma prezzi N° 2 isole neonatali BURKE & BURKE

Spett.le ASL Oristano

Il sottoscritto Marco Meloni, in qualità di Amministratore e Legale Rappresentante della TE.S.MED. Snc, agenzia e rivenditore esclusivo per la Sardegna della Burke & Burke S.p.A, in forza degli ampi poteri di rappresentanza conferitoci dalla Burke & Burke S.p.A., dichiara di confermare i prezzi della gara espletata dall'A.O.U. di Cagliari, per l'acquisto di N° 2 Isole Neonatali Infa-Warmer-i mod. 103, alle medesime condizioni di aggiudicazione di cui alla delibera dell'A.O.U. di Cagliari N° 897 del 19.11.2013.

Distinti saluti
Marco Meloni

Te.S.Med. S.n.c.
Tel. 070 961042
Fax 070 9530084
Cell. 329 2167244
E-mail tesmed.tec@gmail.com - tesmed@pec.it

Comunicazione ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") Le informazioni contenute nel presente documento e negli eventuali allegati sono riservate al destinatario indicato.
E' proibito qualsiasi uso, copia, divulgazione a colui che riceve questo documento, se non è l'effettivo destinatario (o un dipendente incaricato o la persona responsabile della consegna della comunicazione).
Se questa comunicazione è pervenuta per errore preghiamo di informarci immediatamente e di distruggere il presente documento.

Il giorno 20 dicembre 2013 18:52, Barbara Podda <barbara.podda@asloristano.it> ha scritto:
Alla Ditta TESMED
(esclusivista per la linea BURKE & BURKE)

si richiede la conferma prezzi della Gara espletata dall'AOU di Cagliari per l'acquisto di N° 2 Isole Neonatali alle condizioni di aggiudicazione DELIBERA AOU di Cagliari N° 897 del 19.11.2013

Per ordine del Direttore del Servizio Provveditorato (che legge in copia)

Ing. Barbara PODDA

N.B.

si prega di rispondere oltre che alla mia e-mail all'indirizzo gesuina.m.demurtas@asloristano.it