

Allegato n° 1 alla determinazione  
Serv. Provveditorato I.R. del  
Composio di n° 5 fogli.



ASL Oristano


**Servizio Sanitario - REGIONE  
SARDEGNA**

*Poliambulatorio di Oristano  
Via Michele Pira*

prot: 4341054

Oggetto: Richiesta acquisto  
frigorifero medicale

OR 18/03/2013



AL RESPONSABILE  
del SERVIZIO PROVVEDITORATO  
**SEDE**

*In vista della nuova istituzione, (circa un mese) presso il poliambulatorio di Oristano, del servizio di allergologia si richiede l'acquisto di un frigorifero medicale con queste caratteristiche:*

*struttura: inox*

*dimensioni: 152 x p64 x h84*

*capacità: 140 lt*

*sbrinamento: automatico*

*campo temperatura: 0° +15*

*tipo refrigerazione: ventilato*

*numero ripiani: due*

*numero porte: una*

*tipo porta: Vetro*

*tipo refrigerazione: R134A*

*controllo/Reg. Temp: ECT-f Control: con allarme Alta/bassa temperatura, porta aperta, ON/OFF a password.*

*Apparecchiatura conforme a: Direttive 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE e successive modifiche ed integrazioni.*

*Cordiali saluti*

**ASLORISTANO**  
Distretto Socio Sanitario di Oristano  
Direttore U.O. Cure Primarie e  
Specialistica Ambulatoriale  
Dott.ssa A. Laura Uras



ASL Oristano

23/10/13

*Handwritten signature*

# SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - ASLORISTANO

Piazzale "San Martino" Oristano - Vecchio Ospedale

tel. 0783/317927

fax. 0783/70072

RESPONSABILE DOTT. GIAMPAOLO MINNAI



Prot. n. NP/2013/3998

Oggetto: Richiesta arredi.

Oristano: 23.10.2013.

Servizio Sanitario Regione Sardegna ASL n° 5 - ORISTANO Dipartimento Amministrativo Servizio Provveditorato
24 OTT 2013
Arrivato il _____
Prot. N. _____ del _____

Al Direttore Sanitario  
Al Responsabile Servizio Provveditorato  
S E D E

In riferimento al Progetto aziendale denominato "Piano di interventi per integrazione Ospedale- Territorio esecutivo del progetto Strategico Regionale della Salute Mentale" approvato con deliberazione DG n° 808 del 13.12.2011 (progetto E adeguamento arredi), si chiede alle SS.VV. l'acquisto dei seguenti arredi:

- n° 7 scrivanie con cassetiera e serratura m.1,20 x 80 cm. (CSM Bosa); SI
- n° 6 scrivanie con cassetiera e serratura in legno laminato cm.160X80 (CSM OR); SI
- n° 15 sedie con spalliera (9 per Bosa e 6 per Oristano); SI
- n° 18 sedie in materiale plastico lavabili per sala d'attesa (12 per Bosa e 6 per Oristano); SI
- n° 5 armadi metallici due ante m.2,00x 1,20 con serratura; SI
- n° 3 armadi con vetrina e serratura due ante in legno laminato m.2,00 x 45 x 120 (CSM Oristano); SI
- n° 2 armadi con vetrina con serratura cm. 1,80x m. 2,00x cm.40; SI
- n° 4 angoliere per scrivania; ?
- n° 2 portaombrelli; NO
- n° 2 tavolini portariviste (1 per Bosa 1 per Oristano); NO
- n° 10 schedari metallici con serratura; SI
- n° 1 frigorifero con serratura per la conservazione dei farmaci; SI
- n° 2 carrelli per terapia con accessori cm.70x60 (1 per Bosa 1 per Oristano); SI
- n° 1 borsa con chiave per farmaci e materiali per visite domiciliari; SI
- n° 14 sedie per ambulatorio senza ruote (8 per Bosa e 6 per Oristano); SI
- n° 6 appendiabiti (4 per Bosa e 2 per Oristano); SI
- n° 1 Bacheca m.1,00 x 80; NO

\* *Handwritten note*

\* *Handwritten note*

\* *Handwritten note*

*Zucchi* n° 2 orologi da parete; 200


*ServTec* n° 2 condizionatori. 100

*Meg4war*\* Gli arredi sono per il Centro di Salute Mentale di Bosa, solo quelli specificati sono per il Centro di Salute Mentale di Oristano. Si fa presente che gli arredi attualmente in dotazione sono fatiscenti e recuperati dal magazzino.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Centro di Salute Mentale

Dott.ssa Maria Raffaella Cau



SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA  
A.S.L. n°5 - ORISTANO  
P.O. "G.P. Delogu" - Ghilarza  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

P.IVA 00681110953

Prot.N°

Del 2.9.13

Direzione Amministrativa  
P.O. Delogu Ghilarza

Oggetto: Richiesta frigorifero per farmaci:

SERVIZIO O U.O. WEEK-SURGERY

**Per adeguamento alle norme vigenti riguardo alla tenuta ,conservazione e monitoraggio della temperatura dei farmaci, si richiede l'acquisto di un frigorifero "per farmaci" dotato di sistema di controllo temperatura**

**La dicitura sottostante riguarda le caratteristiche di un "frigorifero per farmaci" tipo, idonee alle esigenze della nostra U.O.**

ET 28 frigorifero 28 lt Jointlab per farmaci  
( ET 28)

Piccolo frigorifero per farmaci Jointlab da 28 lt per applicazioni anche sottobanco; esterno bianco; temperatura 5°C controllata elettronicamente con display; cassetti trasparenti 3; dimensioni esterne l/p/a cm 42x39x58.  
Ventilato; serratura; porta piena con cerniera a destra; luce interna a led; guarnizioni di chiusura magnetiche; allarme porta aperta; memorizzazione della massima e minima temperatura. Ventilato e silenziosissimo.


Il modello ET 28 Jointlab è la soluzione ideale per la conservazione di vaccini, insulina e altri medicinali sensibili al calore che necessitano di una temperatura costante di circa 5°C. Grazie ai ripiani interni, è tutto perfettamente in ordine. Il termometro digitale monitora la temperatura interna, memorizzando i valori massimi e minimi registrati per il controllo di eventuali oscillazioni. Ventilazione interna.

- Luce interna a LED
- Ripiani regolabili per un'ottimale suddivisione dello spazio interno
- Termometro digitale con funzione Memory per salvare l'ultima impostazione
- Allarme acustico per segnalare l'apertura della porta (dopo 20 secondi)
- Temperatura costante grazie alla ventola integrata
- Sbrinamento manuale non necessario grazie alla ventola per il ricircolo aria
- Serratura sulla porta
- Volume interno 28 litri
- Dimensioni esterne l/p/a cm 42x39x58 (termometro escluso)

Il Richiedente del Servizio/ U.O.-----

Il Responsabile del Servizio / U.O.-----

Il Resp.le Funzioni Amm.ve del P.O. Delogu



---

**Da:** Barbara Podda  
**Inviato:** martedì 11 giugno 2013 11.27  
**A:** gesuina.m demurtas; demetria piras  
**Cc:** alessandra battiato; dessupoiu bianca  
**Oggetto:** Re: Frigorifero urgentissimo per Servizio Farmaceutico di Ghilarza  
**Priorità:** Alta

Ricordo che la gara trasmessa contempla ulteriori 4 frigoriferi.

1 per il Poliambulatorio di Oristano ➤

1 per la radiologia DEA ➤

1 per la pediatria ➤

e un secondo frigorifero per il servizio farmaceutico di ghilarza (oltre quello che stiamo acquistando in urgenza) che possa servire per la risoluzione delle emergenze.

Si precisa che questi prodotti sono facilmente reperibili sul Mepa, per cui è possibile espletare l'acquisto direttamente sulla piattaforma del mercato elettronico con la certezza di ricevere buone offerte.

Ieri prima di trasmettere la nota ho verificato velocemente nella vetrina del MePa se vi fossero frigoriferi con tempi di consegna inferiori ai 10 giorni ma non ho trovato niente.

Saluti,

Barbara PODDA

| ----- Original Message -----

| **From:** [gesuina.m demurtas](#)

<https://192.168.5.60/exchange/demetria.piras/Posta%20in%20arrivo/I:%20Frigorifero...> 03.07.2013



ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

SERVIZIO PROVVEDITORATO

**VERBALE N. 1 DEL 08.11.2013**

**PROCEDURA NEGOZIATA  
PER LA FORNITURA DI N. 6 FRIGORIFERI IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DEI  
FARMACI DA DESTINARE A DIVERSI PRESIDI DELL'ASL N. 5 DI ORISTANO.**

L'anno duemilatredici, addì otto del mese di novembre alle ore 10,00

presso gli **Uffici Amministrativi del P.O. Delogu di Ghilarza**, alla presenza dei Signori:

Sig.ra M. Paola Pinna

Sig.ra Demetria Piras

Sig.ra M. Giuliana Medde

si è provveduto ai sensi della vigente normativa in materia di acquisti (L.R. N. 5/2007 e D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.), all'apertura delle offerte richieste in data 08.10.2013 con nota prot. n. PG/2013/69758 alle Ditte **Sima apparecchiature refrigeranti di Roma, KW apparecchi scientifici di Monteriggioni e Fiocchetti di Luzzara** per la fornitura di n. 6 frigoriferi idonei alla conservazione dei farmaci da destinare a diversi presidi dell'ASL n. 5 di Oristano;

Dato atto che la Ditta Kw apparecchi scientifici di Monteriggioni con nota fax del 16.10.2013 fa richiesta di poter proporre per i 5 frigoriferi da 130 litri un frigorifero di altezza superiore di circa 20 cm rispetto alle dimensioni indicate nel capitolato tecnico, dovuto al fatto che l'installazione come richiesto del registratore grafico della temperatura su disco determina un aumento della misura dell'altezza dell'apparecchio;

Atteso che con nota integrativa n° 72755 del 17.10.13 si è proceduto a dare comunicazione a tutte le ditte invitate alla procedura negoziata che per i frigoriferi relativi al lotto 2 possono essere accettate dimensioni superiori in altezza pari a 20 cm ed è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle offerte al giorno 28.10.2013;

Accertato che entro il termine prefissato del giorno 28.10.2013 hanno presentato offerta tutte le ditte invitate alla procedura negoziata;

Si procede, pertanto, all'apertura dei pieghi presentati dalle suddette ditte Ditte **Sima apparecchiature refrigeranti di Roma, KW apparecchi scientifici di Monteriggioni e Fiocchetti di Luzzara** e alla verifica della documentazione generale ed amministrativa richiesta nel succitato Invito.

Si attesta la presenza di tutta la documentazione amministrativa e tecnica richiesta e si constata che l'offerta economica è stata inserita in apposita busta sigillata, come prescritto nell'Invito per garantirne la segretezza.

Si attesta, altresì, che la documentazione tecnica presentata dalle ditte Kw Apparecchi Scientifici di Monteriggioni e Fiocchetti di Luzzara è contenuta in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, come richiesto a pena di esclusione nella lettera d'invito, mentre la documentazione tecnica presentata dalla ditta Sima Apparecchiature Refrigeranti è contenuta in plico sigillato e non controfirmato nei lembi di chiusura e, pertanto, viene esclusa dalla gara come prescritto nella lettera d'invito alla gara.

In data odierna il Servizio Provveditorato di questa A.S.L. provvede a trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica dell'A.S.L. 5 di Oristano, le offerte tecniche in busta chiusa sigillata sui lembi di chiusura ai fini della relativa verifica di conformità.

Per far constatare quanto sopra si è redatto il presente Verbale, che viene sottoscritto come in appresso

Luigi Paolo Rina

dy

G. Leone



ASL Oristano

Allegato n° 5 alla determinazione  
Serv. Provveditorato N° 2 del 2  
Composto di n° 2 fogli.

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Servizio Ingegneria Clinica

**VALUTAZIONE CONFORMITA' TECNICA****FORNITURA N°1 FRIGORIFERO IDONEO ALLA CONSERVAZIONE DEI FARMACI  
da destinare al servizio farmaceutico di Ghilarza****FORNITURA N°5 FRIGORIFERI IDONEO ALLA CONSERVAZIONE DEI FARMACI  
da destinare al Poliambulatorio di Oristano, al servizio di Radiologia del DEA di  
Oristano, Pediatria P.O. San Martino, SERD di Terralba, Week Surgery del P.O.  
Delogu.**

Il giorno 27 del mese di Novembre alle ore 10.00 presso Il Servizio di Ingegneria Clinica alla presenza dei seguenti testimoni:

Ing. Barbara Podda  
Ing. Marcello Serra  
Ass. Tec. Valter Piga

Si procede all'apertura delle offerte della procedura in oggetto da aggiudicare in favore della Ditta proponente il **prezzo più basso**, per lotto unico, a condizione della rispondenza tecnica rispetto a quanto richiesto nell'allegato 1 all'invito.

Per quanto attiene le restanti offerte, si verifica quanto segue:

CARATTERISTICHE TECNICHE ALL.1 N°1 FRIGO PER IL SERVIZIO FARMACEUTICO DI GHILARZA	KW	FIOCCHETTI
Capacità di almeno 350 lt	Si, 400 lt	Si, 400 lt
N°1 porta in vetro	si	si
Regolazione elettronica della temperatura	si	si
Temperatura di esercizio da 0°C a + 15°C	si	si
Dotato di luce interna	si	si
Registratore grafico della T con disco diagrammale a rotazione settimanale	si	SI. Caratteristica equivalente superiore registratore elettronico su SD card estraibile con memoria fino a 10 anni
Struttura interna ed esterna in acciaio INOX anti-corrosione	si	si
Porta auto-chiudente con doppio vetro anti-appannamento dotata di serratura con chiave	si	Si. caratteristiche equivalenti superiori. Triplo vetro, serratura elettronica
Ventilazione interna per un'ottimale	si	si

ASL 5 Oristano

Sede legale: Via Carducci n. 35  
09170 Oristano (OR)  
C.F. e P.I.: 00681110953  
[www.asloristano.it](http://www.asloristano.it)

Servizio Ingegneria Clinica

Tel.: 0783/317330 - 0783/317356

Fax: 0783/779102

e-mail: [ingegneriaclinica@asloristano.it](mailto:ingegneriaclinica@asloristano.it)

Pag. 1 di 1



uniformità della temperatura		
Sbrinamento automatico	si	si
Impianto di allarme autonomo per la T	si	si
Marcatura CE, conformità alle CEI applicabili	si	si
Almeno n°5 ripiani in acciaio INOX anti-corrosione	si	si
Manuale d'uso	si	si
Destinazione d'uso specifica per la conservazione di farmaci	si	si

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE ALL.1</b> <b>N°5 FRIGO PER IL POL. DI OR,</b> <b>RADIOLOGIA DEA OR,</b> <b>PEDIATRIA P.O. SAN MARTINO,</b> <b>SERD TERRALBA, WEEK</b> <b>SURGERY P.O. DELOGU</b>	<b>KW</b>	<b>FIOCCHETTI</b>
Capacità di almeno 130 lt	Si, 150 lt	Si, 140 lt
Dimensioni non superiori a 65x65x90	No, 61x62x105	Si, 52x64x84
N°1 porta in vetro	si	si
Regolazione elettronica della temperatura	si	si
Temperatura di esercizio da 0°C a + 15°C	si	si
Dotato di luce interna	Non specificato	si
Registratore grafico della T con disco diagrammale a rotazione settimanale	si	SI. Caratteristica equivalente superiore registratore elettronico su SD card estraibile con memoria fino a 5 anni
Struttura in materiale anti-corrosione	si	si
Porta auto-chiudente con doppio vetro anti-appannamento dotata di serratura con chiave	si	si
Ventilazione interna per un'ottimale uniformità della temperatura	si	si
Sbrinamento automatico	si	si
Impianto di allarme autonomo per la T	si	si
Marcatura CE, conformità alle CEI applicabili	si	si
Almeno n°2 ripiani in acciaio INOX anti-corrosione	Si, 3	Si, 2
Manuale d'uso	si	si
Destinazione d'uso specifica per la conservazione di farmaci	si	si

#### ASL 5 Oristano

Sede legale: Via Carducci n. 35  
09170 Oristano (OR)  
C.F. e P.I.: 00681110953  
[www.asloristano.it](http://www.asloristano.it)

#### Servizio Ingegneria Clinica

Tel.: 0783/317330 - 0783/317356  
Fax: 0783/779102  
e-mail: [IngegneriaClinica@asloristano.it](mailto:IngegneriaClinica@asloristano.it)

**Servizi accessori alla vendita:**

SERVIZI ACCESSORI ALLA VENDITA ALL. 3 N°1 FRIGO PER IL SERVIZIO FARMACEUTICO DI GHILARZA	KW	FIOCCHETTI
Garanzia 24 mesi	si	si
Tempo di intervento tecnico dalla chiamata	24 h	8 h
Destinazione d'Uso del fabbricante	si	si

SERVIZI ACCESSORI ALLA VENDITA ALL. 3 N°5 FRIGO PER IL POL. DI OR, RADIOLOGIA DEA OR, PEDIATRIA P.O. SAN MARTINO, SERD TERRALBA, WEEK SURGERY P.O. DELOGU	KW	FIOCCHETTI
Garanzia 24 mesi	si	si
Tempo di intervento tecnico dalla chiamata	24 h	8 h
Destinazione d'Uso del fabbricante	si	si

L'offerta della ditta Fiocchetti non comprende **ESPLICITAMENTE** il collaudo in loco e la formazione del personale come invece previsto dall'allegato tecnico n°3 della documentazione di gara. Inoltre la stessa ditta Fiocchetti non include operazioni di facchinaggio, ovvero prevede la consegna al piano solo in presenza di idonei montacarichi.

Ciò significa che nella valutazione dell'offerta economica sarà da sommarsi il prezzo della fornitura, il prezzo del collaudo ed il prezzo della manutenzione programmata ed il prezzo dell'eventuale facchinaggio al piano se quotati a parte nell'offerta economica.

In caso contrario la summenzionata offerta dovrà essere esclusa perchè pur rispondendo alle caratteristiche tecniche in termini di prodotto offerto non garantisce i servizi connessi alla fornitura richiesti a pena di esclusione.

Ing. Barbara Podda  
Ing. Marcello Serra  
Ass. Tec. Valter Piga




ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

SERVIZIO PROVVEDITORATO

**VERBALE N. 2 DEL 10.02.2014**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA  
PER LA FORNITURA DI N. 6 FRIGORIFERI IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DEI  
FARMACI DA DESTINARE A DIVERSI PRESIDI DELL' ASL N. 5 DI ORISTANO.**

L'anno duemilaquattordici addì dieci del mese di febbraio alle ore 10,00, presso l'**U.O. Direzione Amministrativa del P.O. Delogu di Ghilarza**, alla presenza dei Signori:

Sig.ra M. Paola Pinna

Sig.ra Demetria Piras

Sig.ra M. Giuliana Medda

Richiamato il Verbale n. 1 redatto in data otto novembre 2013, dal quale risulta che si è provveduto ai sensi della vigente normativa in materia di acquisti (L.R. N. 5/2007 e D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.), all'apertura delle offerte richieste in data 08.10.2013, nota prot. n. PG/2013/69758 e nota n° 72755 del 17.10.13 alle seguenti tre ditte: **Sima apparecchiature refrigeranti di Roma, KW apparecchi scientifici di Monteriggioni e Fiocchetti di Luzzara**, per la fornitura di n. 6 frigoriferi idonei alla conservazione dei farmaci da destinare a diversi presidi dell' ASL 5 di Oristano.

Atteso che con il suddetto verbale n° 1 in data 08.11.13 la ditta SIMA è stata esclusa dalla gara per aver presentato l'offerta tecnica in busta non controfirmata sui lembi di chiusura come espressamente richiesto a pena di esclusione dalla lettera d'invito alla gara;

Dato atto che si è provveduto a trasmettere, al Direttore del Servizio di Ingegneria clinica, con nota prot. n. NP/2013/4728 del 08.11.2013, le offerte tecniche in busta chiusa sigillata sui lembi di chiusura ai fini della relativa verifica di conformità delle Ditte KW Apparecchi Scientifici di Monteriggioni e Fiocchetti di Luzzara;

Vista la relazione relativa alla valutazione delle offerte tecniche trasmessa dal Dirigente del Servizio di Ingegneria Clinica, che si allega al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale nella quale si evidenzia che l'offerta tecnica della ditta Fiocchetti non comprende esplicitamente il collaudo in loco e la formazione del personale come invece previsto dall'allegato tecnico n. 3 della documentazione di gara e che la stessa ditta Fiocchetti non include operazioni di facchinaggio, ovvero prevede la consegna al piano in presenza di idonei montacarichi;

Atteso che con la citata relazione si rinvia all'apertura delle offerte economiche la verifica circa la presenza dei suddetti elementi, non presenti nell'offerta tecnica, prescrivendo l'esclusione nel caso in cui venga accertata ulteriormente l'assenza degli stessi;




Ritenuto, pertanto, di procedere all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche presentati dalle due ditte **"KW Apparecchi Scientifici di Monteriggioni e Fiocchetti di Luzzara"**;

Visto il prospetto di raffronto delle offerte che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Accertato che solo l'offerta economica della ditta KW apparecchi Scientifici risulta redatta secondo le modalità richieste nella lettera d'invito e che l'offerta economica della ditta **Fiocchetti di Luzzara** non prevede i servizi di manutenzione, collaudo, formazione del personale e facchinaggio con consegna nei locali di destinazione, neppure con quotazione distinta rispetto al costo dell'apparecchiatura;

Si conferma l'esclusione dalla gara della ditta Fiocchetti di Luzzara " disposta in sede di valutazione tecnica, essendosi avverata la condizione risolutiva in essa prevista;

*Per far constatare quanto sopra si è redatto il presente Verbale, che viene sottoscritto come in appresso*

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Luzza', written over a horizontal line.A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'F. Fiocchetti', written over a horizontal line.A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'F. Fiocchetti', written over a horizontal line.