

SERVIZIO PROPONENTE: PROVVEDITORATO

Allegati:

1. nota richiesta
2. verbale n° 1
3. nota prot. N° 57-2014
4. Verbale n. 2
5. offerta

Il Referente Istruttoria
Eleonora Faa

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

DELIBERAZIONE n° 341 del 24/04/2014

OGGETTO: Aggiudicazione procedura negoziata plurima per la fornitura di un Criostato da pavimento completo di centrifuga da banco, da destinare all'U.O. di Anatomia ed Istologia Patologica del P.O. "San Martino" di Oristano- Ditta LEICA Microsystems S.r.l. "-utilizzo fondi del Piano Investimenti 2010 di cui alla D.G.R. 45/17 del 21/12//2010, rimodulato con D.G.R. 33/17 del 31/07/2012 - NP 33-C.I.G. ZD20ED0CDE.

PROPOSTA N°368 IN DATA 17/04/2014

Servizio: Provveditorato

IL REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA: Sig.ra Eleonora Faa

IL DIRETTORE: Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota prot. n° 287 datata 05/11/2013, del Direttore dell'Unità Operativa di Anatomia ed Istologia Patologica del P.O. "San Martino" con la quale si chiede l'acquisto di un Criostato necessario per la diagnosi anatomico-patologica intraospedaliera, a supporto dell'attività chirurgica, in sostituzione di un criostato già sottoposto a ripetuti interventi tecnici, che evidenzia un problema che ne pregiudica l'efficienza, così come dichiarato dal richiedente nella nota di cui trattasi (All. 1);

RITENUTO in considerazione della tipologia della fornitura e della relativa spesa presunta, di procedere, mediante plurimo interpello, ai sensi dell'art. 4.3.3 del regolamento degli acquisti in economia;

DATO ATTO:

- che con nota prot. n° 86707 del 17/12/2013 sono state invitate a presentare offerta, le Ditta: Italscientifica, Leica Microsystems e Olympus Italia;

-che con nota prot. PG/2013/88863 del 24/12/2013, è stata invitata a presentare offerta per la medesima procedura, la Ditta AHSI, la quale con nota fax datata 23/12/2013, ha espressamente chiesto di essere invitata;

PRESO ATTO che entro la data del 13/01/2014 alle ore 13,00, sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte, come risulta dal Verbale di apertura dei plichi generali n. 1 del 25/02/2014, che si allega sotto il numero 2 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- 1) Leica Microsystems Spa di Varese,
- 2) AHSI di Bernareggio (MB);

DATO ATTO che si è provveduto a trasmettere, al Direttore dell'U.O di Anatomia ed Istologia Patologica, le offerte tecniche ai fini della relativa verifica di conformità;

VISTA la nota prot. N° 57-2014 datata 14/03/2014 trasmessa dal Direttore dell'U.O di Anatomia ed Istologia Patologica, che si allega al presente atto sotto il numero 3 per farne parte integrante e sostanziale, con la quale si comunica che l'offerta della Ditta Leica Microsystems è conforme, mentre l'offerta della Ditta AHSI non è conforme in quanto nelle caratteristiche tecniche del Criostato alla voce 11 è richiesto un raffreddamento regolabile della camera, minimo -35° C, mentre nella scheda tecnica è indicato un raffreddamento continuo a -25° C;

VISTO il Verbale n. 2 del 14/03/2014, che si allega al presente atto sotto il n° 4 per farne parte integrante e sostanziale, relativo all'apertura dell'offerta economica presentata dalla Ditta Leica Microsystems;

RITENUTO pertanto di aggiudicare la procedura negoziata alla Ditta Leica Microsystems;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTO l'art. 125 del D. Lgs 163/2006;

VISTO l'Atto Aziendale;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 28/04/2014 al 12/05/2014

DELIBERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di aggiudicare, alla Ditta Leica Microsystems di Varese, la procedura negoziata plurima per la fornitura di un Criostato Leica CM 1950 UVV, come da configurazione tecnica di cui all'offerta (Allegato 5), al costo di Euro 21.620,50 + I.V.A. 22%, e di una Centrifuga da banco Haraeus Megafuge 8 , al costo di Euro 5.730,05 + I.V.A. 22%, per la somma complessiva totale di Euro 27.350,55 + I.V.A. , pari ad Euro 33.367,67 I.V.A. compresa;
2. di autorizzare la spesa complessiva di Euro 33.367,67 da imputare al codice di conto patrimoniale 0102020401 "attrezzature sanitarie e scientifiche" del bilancio esercizio 2014, sul centro di costo G0301 "Anatomia Patologica San Martino", con riferimento all'autorizzazione: (UAZ5_ ACQ- 2014-5 SUB 20)- C.I.G. ZD20ED0CDE;
- 3) di far fronte alla spesa con i finanziamenti del Piano Investimenti 2010 di cui alla D.G.R. N° 45/17 del 21/12/2010, rimodulato con D.G.R. 33/17 del 31/07/2012- NP 33;
- 4) di provvedere con successivo atto alla liquidazione della relativa fattura, a consegna e collaudo avvenuti;
- 5) Di trasmettere copia della presente all'Assessorato dell'Igiene e Sanità ai fini dell'accreditamento del 70% delle somme aggiudicate ;
- 6) di nominare, in qualità di Direttore dell'esecuzione, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 119 del D.lgs n° 163 e ss.mm.ii e del DPR 207.2010 art. 272 comma 5, il Direttore dell'U.O. di Anatomia ed Istologia Patologica del P.O. "San Martino", con il supporto del Servizio di Ingegneria Clinica per gli aspetti di specifica competenza;
- 7) di trasmettere il presente atto al Servizio Provveditorato, al Servizio AA.GG., al Servizio Bilancio, alla Direzione Sanitaria del P.O. S. Martino , al Servizio di Ingegneria Clinica per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Orlando Scintu