

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5 ORISTANO****VERBALE SEGGIO N° 1 DEL 29/01/2015**

PROCEDURA TELEMATICA DI COTTIMO FIDUCIARIO, IN N° 2 DISTINTI LOTTI DI AGGIUDICAZIONE, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N° 1 ISOLATORE PER LA PREPARAZIONE DEGLI ANTIBLASTICI PER L'U.O. FARMACIA DEL P.O. "SAN MARTINO" DI ORISTANO (LOTTO 1) E DI N° 1 CAPPA ASPIRANTE PER TAGLIO E DISSEZIONE DEI PEZZI ANATOMICI CON PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI ACQUISIZIONE IMMAGINI DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DEL MEDESIMO PRESIDIO OSPEDALIERO (LOTTO 2), CODD. C.I.G., LOTTO 1: 6027689E4E, LOTTO 2: 6027706C56.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di gennaio, alle ore 9,15, nella Sede legale ed amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale N° 5 di Oristano, presso il Servizio Provveditorato, si è riunito il Seggio di gara preposto ai lavori per l'affidamento dell'appalto in oggetto.

Sono presenti i Signori:


- ▲ Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas - Direttore Servizio Provveditorato - Presidente
- ▲ Dr.ssa Maria Teresa Deidda - Assistente Amministrativo Servizio Provveditorato - Testimone
- ▲ Dr. Paolo Sanna - Collaboratore Amministrativo Servizio Provveditorato - Testimone, con funzioni di Segretario verbalizzante

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Deliberazione del D.G. n° 989 del 12/12/2014 è stata indetta, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., procedura telematica Negoziata a Cottimo fiduciario per l'affidamento, in n° 2 distinti lotti, della fornitura ed installazione di n° 1 Isolatore per la preparazione degli antiblastici da destinare all'U.O. Farmacia del P.O. "San Martino" di Oristano (lotto 1) e di N° 1 Cappa di aspirazione per il Blocco Operatorio del medesimo P.O. (lotto 2), con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., da espletarsi sulla piattaforma on-line - www.albofornitori.it - Gestore Aibo dei Fornitori accreditati CSAMED Srl;

- che con la succitata Deliberazione sono stati approvati lo schema di Invito, il Capitolato Speciale e il Capitolato Tecnico e rispettivi allegati, nonché approvato l'elenco delle seguenti n° 10 Ditte diverse da invitare alla procedura in oggetto, ovvero (*in ordine alfabetico*):

- "ASHI" di Bernareggio (Mb)
- "BIO OPTICA MILANO" di Milano
- "CARLI BIOTEC" di Roma
- "COMECER" di Castel Bolognese (Ra)
- "COMFIT" di Torino
- "DIAPATH" di Martinengo (Bg)
- "ELETTROBIOCHIMICA" di Roma
- "FEDEGARI" di Albuzzano (Pv)
- "GETINGE" di Roma



"LEICA MICROSYSYSTEM" di Milano;

- che con nota prot. n. PG/2014/83532 del 19/12/2014 inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) tramite piattaforma Albofornitori-CSAMed sono state invitate a presentare offerta le seguenti n° 5 Ditte, iscritte all'Albo Fornitori on-line di questa ASL:

"ASHI" di Bernareggio (Mb)

"BIO OPTICA MILANO" di Milano

"DIAPATH" di Martinengo (Bg)

"GETINGE" di Roma

"LEICA MICROSYSYSTEM" di Milano;

- che con la medesima succitata nota prot. n. PG/2014/83532 del 19/12/2014, inviata a mezzo posta elettronica aziendale, sono state invitate a presentare offerta le seguenti restanti n° 5 Ditte, al momento dell'invito non iscritte all'Albo Fornitori on-line di questa ASL, ovvero:

"CARLI BIOTEC" di Roma

"COMECER" di Castel Bolognese (Ra)

"COMFIT" di Torino

"ELETTROBIOCHIMICA" di Roma

"FEDEGARI" di Albuzzano (Pv)

- che, come espressamente previsto nell'Invito di gara, a seguito di esplicita richiesta scritta, sono state invitate a presentare offerta le seguenti n° 2 Ditte:

▲ Laboindustria SpA, Invito prot. ASL n° PG/2014/84497 del 24/12/2014 trasmesso mediante piattaforma telematica (Ditta iscritta all'Albo Fornitori on-line di questa ASL);


▲ Iteco Srl, Invito prot. ASL n° PG/2014/1331 del 09/01/2015, trasmesso a mezzo posta elettronica, ad indirizzo indicato dalla Ditta (Ditta non iscritta all'Albo Fornitori on-line di questa ASL);

- che a seguito di specifica richiesta scritta pervenuta dalla Ditta Comfit Sri, già invitata alla gara, a cui è stato consentito l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio in data 07/01/2015, è stato modificato, con apposito Avviso pubblicato in data 09/01/2015, sulla piattaforma telematica della gara (sezione "documenti della trattativa"), il nuovo "timing" di gara e i relativi termini di scadenza per la presentazione delle offerte (dalle ore 12:00 del 19/01/2015 alle ore 12:00 del 26/01/2015) e di apertura delle stesse (dalle ore 9:00 del 22/01/2015 alle ore 9:00 del 29/01/2015), come da allegato n° 1 alla presente;

- che le precisazioni e le risposte ai chiarimenti relativi ai quesiti pervenuti tramite il forum telematico dedicato nel sito www.albofornitori.it, pubblicati sul medesimo forum, sono stati raccolti in un Verbale definitivo, allegato sotto il n° 2 al presente e costituisce uno dei documenti di gara previsti, a pena di esclusione, nell'ambito della documentazione amministrativa dall'art. 13, punto 6, del Capitolato speciale d'Appalto;

- che in data 26/01/2015 è stato pubblicato, sul Forum di gara, prima dell'orario di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, apposito chiarimento d'ufficio da parte della Stazione Appaltante, concernente le corrette modalità di caricamento dell'offerta economica di gara, distinta per singolo lotto;

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 45 del 29/01/2015, è stata nominata la Commissione di gara, distinta in Seggio e Commissione Giudicatrice, preposta ai lavori di aggiudicazione della presente gara,



TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente dopo aver verificato la regolarità delle convocazioni e la presenza delle persone sopra menzionate, dichiara aperta la seduta pubblica, dopo aver constatato le condizioni d'incompatibilità dei Componenti del Seggio.

All'odierna seduta pubblica di gara non è presente alcun Rappresentante delle Ditte.

Il Seggio avvia le operazioni di gara accedendo al portale www.albofornitori.it.

Il Presidente dà atto che sono state caricate, a sistema, n° 3 offerte telematiche, da parte delle seguenti Ditte:

CarliBiotec Srl
Bio Optica Milano Spa
Diapath Spa.

Il Seggio dà atto che le seguenti n° 9 Ditte: Ashi, Comecer, Comfit, Elettrobiocchimica, Fedegari, Getinge, Iteco, LaboIndustria e Leica Microsystems, invitate alla gara, non hanno presentato alcuna offerta di gara.

Si procede quindi alla disabilitazione delle seguenti n° 6 Ditte: Ashi Spa, Comfit Srl, Getinge Spa, Iteco Srl, LaboIndustria Spa, e Leica Microsystems Spa per non aver presentato alcuna offerta di gara, ovvero, per non aver caricato a sistema alcuna offerta, con contestuale invio di relativa comunicazione tramite PEC-ALBO FORNITORI.

Si prosegue con l'apertura e l'esame dei file contenenti la documentazione amministrativa, comune ad entrambi i lotti, presentata in formato digitale a corredo dell'offerta, verificando la completezza e la regolarità dei documenti amministrativi elencati nell'art. 13 del Capitolato Speciale, in particolare:

- ▲ istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, corredata del prospetto dei principali contratti espletati nel settore oggetto di gara, il cui importo complessivo dovrà risultare, a pena di esclusione, almeno pari all'importo posto a base d'asta del lotto per cui si presenta offerta (ovvero, € 65.000,00 Iva/E per il lotto 1 ed € 16.000,00 Iva/E per il lotto 2) (Allegato B al CSA);
- ▲ dichiarazione di accettazione di tutte le clausole del CSA e relativi allegati (Modello C allegato al CSA);
- ▲ la dichiarazione di accettazione specifica delle clausole onerose ai sensi dell'art. 1341 del C.C. (Modello D allegato al CSA);
- ▲ eventuale procura nel caso in cui l'offerta economica sia sottoscritta da un Procuratore;
- ▲ copia del documento di identità del sottoscrittore dell'offerta;
- ▲ copia del Verbale definitivo del Forum;
- ▲ Verbale di avvenuto sopralluogo, da produrre a pena d'esclusione, come da modello Allegato 7 al Capitolato Tecnico di gara.

A seguito dell'apertura dei file e dall'esame della documentazione amministrativa, comune ad entrambi i lotti di gara, presentata dalle succitate n° 3 Ditte, il Seggio di gara rileva che la documentazione richiesta dall'art. 13 del Capitolato Speciale, risulta regolare, e, pertanto, le summenzionate tre Ditte sono ammesse alle successive fasi di gara, come di seguito riassunto:

Progr.	Ditte	Documentazione Amministrativa	Lotto/i
1	CarliBiotec Srl	Regolare	1
2	Bio Optica Milano Spa	Regolare	2
3	Diapath Spa	Regolare	2

Concluso l'esame della documentazione amministrativa, si prosegue con l'apertura dei file contenenti la documentazione tecnica presentata, per singolo lotto, in formato digitale a corredo dell'offerta da parte delle succitate n° 3 Ditte, verificando la mera presentazione della documentazione tecnica di cui all'art. 14 del CSA e rinviando l'esame dettagliato della completezza e conformità del suo contenuto alla Commissione Giudicatrice, dà atto delle seguenti risultanze:

Progr.	Ditte	Documentazione Tecnica (Materiale presenza documentazione ex art. 11 Capitolato Tecnico)	Lotto/i
1	Carlbiotec Srl	Regolare	1
2	Bio Optica Milano Spa	Regolare	2
3	Diapath Spa	Regolare	2

Alla luce di quanto sopra riportato il Seggio di gara dispone l'ammissione delle sopraccitate Ditte, distinte per singolo lotto di gara, alle fasi successive della gara concernente la valutazione di conformità tecnica delle summenzionate offerte.

Terminato l'esame della documentazione amministrativa e tecnica presentata in formato digitale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n° 163/2006, si procede al sorteggio telematico per l'estrazione delle Ditte che saranno invitate a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti negli atti di gara. Atteso che il numero delle Ditte estratte deve essere pari al 10% degli offerenti, arrotondato all'unità superiore, e che il numero delle Ditte ammesse è pari a n° 3, si procederà all'estrazione di n° 1 Ditta.

Il sorteggio telematico, effettuato direttamente dal sistema, ha avuto il seguente risultato:

^ Ditta estratta: DIAPATH Spa di Martinengo (Bg).

Concluse le operazioni di gara previste dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, il Seggio di gara rileva che, all'interno della sezione "Verbali e Reportistica" della piattaforma telematica, oltre alla documentazione amministrativa e tecnica richiesta dagli atti di gara, è presente anche il "Report documentazione integrativa", nel quale la Ditta "Carlbiotec" ha inserito n° 2 file, contenenti l'offerta economica di gara e suo dettaglio.

Ai sensi degli artt. 14, 15, 16 e 29 punto 6, del Capitolato Speciale l'offerta della Ditta Carlbiotec viene esclusa dalle fasi successive per essere stati resi manifesti, alla Stazione Appaltante, i contenuti della propria offerta economica di gara, anteriormente all'espletamento e definizione della fase preliminare di valutazione qualitativa delle offerte, in violazione ai principi di segretezza ed inviolabilità esplicitamente previsti dall'art. 16 del citato CSA.

Il Seggio di gara, per quanto sopra, procede mediante PEC, dalla piattaforma telematica ALBO FORNITORI, all'invio della comunicazione di esclusione dalle fasi successive di gara, della Ditta Carlbiotec, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. .

Il Seggio di gara procede quindi alla pubblicazione sul sistema del presente Verbale ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Al termine delle suddette operazioni il Presidente dà atto che i file contenenti la documentazione tecnica di gara verranno inoltrati al Presidente della Commissione Giudicatrice, preposta alla VALUTAZIONE QUALITATIVA delle attrezzature offerte, per singolo lotto di aggiudicazione.

Il Presidente evidenzia che si darà atto, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica, delle risultanze della VALUTAZIONE QUALITATIVA effettuata dalla Commissione Giudicatrice e della dimostrazione da parte della Ditta estratta nel sorteggio, ex art. 48 del D. Lgs. n°163/2006, in merito al possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa, auto-dichiarati in sede di offerta di gara.




Handwritten signature and stamp. The stamp includes the number 4.

La seduta si chiude alle ore 11,45.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:


Il Presidente:

Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas




I Testimoni:

Dr.ssa Maria Teresa Deidda



Dr. Paolo Sanna

quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.



Allegati al presente Verbale: All. n° 1: Avviso modifica TIMING di gara; All. n° 2: Verbale del Forum



AVVISO IMPORTANTE

con riferimento alla procedura di gara, a Cottimo Fiduciario telematico, suddivisa in n° 2 distinti lotti di aggiudicazione, per la fornitura ed installazione di N° 1 Isolatore per la preparazione degli antiblastici da destinare all'U.O. Farmacia del P.O. "San Martino" di Oristano e di N° 1 Cappa aspirante per il Blocco Operatorio del medesimo P.O., cod. C.I.G., lotto 1: 6027589E4E, lotto 2: 6027706C56, si comunica quanto segue:

MODIFICA TIMING DI GARA

per sopravvenute esigenze, il timing di gara è così modificato:

TIMING GARA	DATA	ORARIO
Termine massimo entro il quale i Fornitori non invitati devono far pervenire eventuale richiesta di invito alla gara	30/12/2014	13:00:00
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (Forum)	07/01/2015	12:00:00
Messa disposizione del Verbale definitivo del Forum	20/01/2015	12:00:00
Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la formulazione dell'offerta, per singolo lotto.	20/01/2015	16:00:00
Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica, per singolo lotto	26/01/2015	12:00:00
Termine ultimo perentorio di firma e marcatura della offerta economica telematica, per singolo lotto	26/01/2015	12:00:00
Inizio periodo per l'inserimento del numero identificativo della marca temporale	26/01/2015	13:00:00
Fine periodo per l'inserimento del numero identificativo della marca temporale	26/01/2015	17:00:00
Apertura e verifica della documentazione amministrativa, verifica regolare presentazione e apertura documentazione tecnica e successivo avvio del periodo di verifica conformità da parte della Commissione Giudicatrice, per singolo lotto	29/01/2015	09:00:00
Fine periodo di valutazione qualitativa da parte della Commissione Giudicatrice, per singolo lotto	06/02/2015	16:00:00
Inizio upload dell'offerta economica telematica e del dettaglio di offerta, per singolo lotto	11/02/2015	09:00:00
Fine upload dell'offerta economica telematica e del dettaglio	11/02/2015	13:00:00


Dei *u. delle* *Dei*


di offerta, per singolo lotto		
Pubblicazione della graduatoria, per singolo lotto	12/02/2015	16:00:00

Pertanto le date indicate nel C.S.A. si intendono modificate come sopra specificato.

Oristano, 09/01/2015

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dr.ssa Maria Gesulina Demurtas





Elenco Richieste d'Informazione

Allegato n° 02 alla **VERBALE SEGGIO** deliberazione
N° 04 del 29/01/2015
Composto di n° 04 foglio-

Relative alla Trattativa avente per oggetto:

"Procedura di Cottimo Fiduciario, in n° 2 distinti lotti di aggiudicazione, per la fornitura ed installazione di N° 1 Isolatore per la preparazione degli antiblastici e di N° 1 Cappa Aspirante per taglio e dissezione dei pezzi anatomici"

N.B. L'elenco non riporta le richieste di informazione a cui l'ente non ha ancora risposto nè quelle a cui è stata data risposta privata (quindi con visibilità limitata al solo fornitore che ha inoltrato la domanda).

- # 4**
Data richiesta: 20/01/2015
Richiesta: CHIARIMENTO D'UFFICIO
Data risposta: 20/01/2015
Risposta: In fase di sopralluogo è stato comunicato che tutti gli elementi per redare l'offerta risultavano contenuti negli atti di gara e che eventuali informazioni aggiuntive potevano essere richieste per tramite dei canali ufficiali comunicati nei medesimi atti. In particolare, si specifica che nell'articolo 2 del Capitolato Tecnico risulta indicato, con carattere grassetto e sottolineato, quanto segue: Per la predisposizione e presentazione delle offerte al meglio rispondenti agli spazi a disposizione e per predisporre il progetto di adeguamento delle opere a supporto delle attrezzature è fatto obbligo di sopralluogo al fine di fornire alla S.A. quanto richiesto al punto 4 dell'art. 11 del presente Capitolato (Tecnico), articolo in cui chiaramente si esplicita che la Ditta dovrà presentare: un progetto tecnico indicante tutte le opere necessarie per una corretta installazione e la piena operatività e funzionalità delle attrezzature nel rispetto delle indicazioni del Costruttore e delle disposizioni normative e legislative vigenti. In altre parole l'adeguamento dei locali verrà svolto dalla ASL N° 5 in rispondenza al progetto tecnico presentato dalla Ditta in offerta. Alla Ditta spetta invece la presentazione di un progetto completo di adeguamento dei locali in cui l'attrezzatura sarà poi installata a cura dell'aggiudicatario.
Tipo risposta: PUBBLICA
- # 3**
Data richiesta: 09/01/2015
Richiesta: QUESTITO pervenuto il 07/01/2015: ".....chiediamo se sia possibile specificare meglio la dimensione della cappa in quanto sembra essere troppo indicativa quella indicata nelle specifiche tecniche di capitolato. Quanto sopra per meglio offrire la configurazione più idonea agli utilizzatori.....".
Data risposta: 09/01/2015
Risposta: Per entrambi i lotti le indicazioni sono volutamente di massima perchè nell'ambito del sopralluogo dei locali interessati, e secondo le planimetrie allegate, sia possibile presentare un prodotto rispondente alle esigenze di spazio dei locali interessati. La valutazione qualitativa consentirà di valutare le soluzioni progettuali proposte in relazione all'utilizzo più appropriato degli spazi a disposizione nell'ambito della valutazione delle caratteristiche tecniche, dell'ergonomia e della sicurezza della strumentazione di lavoro oggetto di acquisto.
Tipo risposta: PUBBLICA
- # 2**
Data richiesta: 23/12/2014
Richiesta: Nel periodo di garanzia di 24 mesi e nel periodo di post garanzia full risk i filtri ed i filtri HEPA si intendono compresi o dobbiamo quotarli a parte
Data risposta: 24/12/2014
Risposta: Si tratta di vendita e non di service. Non esiste apparecchiatura da riscattare per il lotto 2. Trattasi di errore materiale.
Tipo risposta: PUBBLICA
- # 1**
Data richiesta: 22/12/2014
Richiesta: Buongiorno, nell'allegato tecnico n.2 caratteristiche tecniche lotto 2, al punto 2 si parla di un eventuale riscatto dell'apparecchiatura, si chiede se si tratta effettivamente di service o di vendita
Data risposta: 24/12/2014
Risposta: Nel periodo di garanzia dovrà essere compresa la manutenzione programmata che dovrà includere la sostituzione dei filtri e di altri eventuali kit periodici oltre che la manutenzione correttiva e quanto altro chiaramente specificato nel Capitolato Tecnico. Lo stesso dicasi per la formulazione del prezzo relativo al contratto di assistenza post-garanzia.
Tipo risposta: PUBBLICA

VERBALE SEGGIO N° 2 DEL 10/04/2015

PROCEDURA TELEMATICA DI COTTIMO FIDUCIARIO, IN N° 2 DISTINTI LOTTI DI AGGIUDICAZIONE, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N° 1 ISOLATORE PER LA PREPARAZIONE DEGLI ANTIBLASTICI PER L'U.O. FARMACIA DEL P.O. "SAN MARTINO" DI ORISTANO (LOTTO 1) E DI N° 1 CAPPA ASPIRANTE PER TAGLIO E DISSEZIONE DEI PEZZI ANATOMICI CON PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI ACQUISIZIONE IMMAGINI DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DEL MEDESIMO PRESIDIO OSPEDALIERO (LOTTO 2), CODD. C.I.G., LOTTO 1: 6027689E4E, LOTTO 2: 6027706C56.

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di aprile, alle ore 11,50, presso la sede legale ed amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale N° 5 di Oristano, presso il Servizio Provveditorato, si è riunito il Seggio di gara preposto ai lavori per l'affidamento dell'appalto in oggetto.

Sono presenti i Signori:

- ▲ Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas - Direttore Servizio Provveditorato - Presidente
- ▲ Dr.ssa Maria Teresa Deidda - Assistente Amministrativo Servizio Provveditorato - Testimone
- ▲ Dr. Paolo Sanna - Collaboratore Amministrativo Servizio Provveditorato - Testimone, con funzioni di Segretario verbalizzante

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Verbale n° 1 del Seggio di gara in data 29/01/2015 sono state ammesse alle successive fasi di gara le Ditte "**BIO OPTICA MILANO**" di Milano e "**DIAPATH**" di Martinengo (Bg), entrambe per il lotto n° 2 relativo alla fornitura ed installazione di n° 1 Cappa aspirante da destinare al Blocco Operatorio del P.O. di Oristano, ed esclusa la Ditta "**CARLI BIOTEC**" di Roma, che ha presentato offerta per il solo lotto 1 (n° 1 Isolatore per la preparazione degli antiblastici da destinare all'U.O. Farmacia del P.O. di Oristano), per aver inserito, sulla piattaforma telematica, nella sezione "Report documentazione integrativa", n° 2 file, contenenti l'offerta economica di gara e suo dettaglio, ovvero per avere resi manifesti, alla Stazione Appaltante, i contenuti della propria offerta economica di gara, anteriormente all'espletamento e definizione della fase preliminare di valutazione qualitativa delle offerte, in violazione ai principi di segretezza ed inviolabilità esplicitamente previsti dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto;

-che con nota prot. n° NP/2015/1163 del 30/01/2015 è stata trasmessa, alla Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione Commissariale n° 45 del 29/01/2015, la documentazione tecnica e di gara afferente alle succitate n° 2 offerte ammesse (entrambe relative al lotto 2, Ditte Bio Optica Milano e Diapath);

-che ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n° 163/2006 e di quanto previsto dal timing di gara, nel corso della seduta del 29/01/2015 è stata sorteggiata, sulla piattaforma telematica, la Ditta "**DIAPATH**" di Martinengo (Bg), alla quale con nota prot. n° PG/2015/6442 del 29/01/2015 è stato richiesto di



dimostrare i requisiti di capacità economico-finanziaria auto-dichiarati in sede di istanza di partecipazione alla gara (documentazione amministrativa);
 -che con appositi avvisi in data 10/02/2015, 20/02/2015 e 17/03/2015, allegati al presente Verbale con il n° 1 per farne parte integrante e sostanziale, e tutti pubblicati sulla piattaforma telematica in cui ha luogo la gara, sono stati modificati i termini del TIMING di gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente, in apertura di seduta, dà atto, come specificato in premessa:

- che con avviso in data 10/02/2015, pubblicato sul sito www.albofornitori.it, è stato modificato il timing di gara e rinviato, dal 06/02/2015 al 20/02/2015, il termine per la conclusione dei lavori della Commissione Giudicatrice di gara;
- che con analogo avviso del 20/02/2015 il termine previsto per la conclusione dei lavori della Commissione Giudicatrice è stato ulteriormente rinviato al 16/03/2015;
- che con ulteriore avviso del 17/03/2015 il medesimo termine di cui sopra è stato ulteriormente rinviato al 09/04/2015.

Il Presidente del Seggio di gara dà atto che, con nota in data 02/02/2015, pervenuta entro i termini di legge, la Ditta "DIAPATH" di Martinengo (Bg), sorteggiata nel corso della seduta del 29/01/2015 ha trasmesso, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo del Servizio Provveditorato di questa ASL, la documentazione richiesta con nota prot. n° PG/2015/6442 del 29/01/2015 di questa Stazione Appaltante.

Il Presidente dà inoltre atto che, come da ultimo timing di gara, con nota prot. NP/2015/3949 del 03/04/2015, ovvero entro i termini (09/04/2015, ore 16:00) la Commissione Giudicatrice ha reso, con unito Verbale in data 02/04/2015, allegato con il n° 2 al presente per farne parte integrante e sostanziale, le risultanze della disamina di conformità tecnica e di attribuzione dei punteggi tecnico-qualitativi (max 60 punti, minimo 36/60 punti), come previsti e descritti all'art. 10 del Capitolato Tecnico, relative alle n° 2 offerte ammesse alle fasi successive di gara, entrambe afferenti al lotto 2 di gara (n° 1 Cappa aspirante), con gli esiti così riassunti:

Criteri qualitativi (Max 60 punti - Minimo 36 punti)

Tabella 1: Criteri QUALITATIVI

criterio 1	Caratteristiche complessive dell'apparecchiatura	Fattore di Ponderazione 50	Bio Optica Milano	Diapath
Sub-Criterio 1	Caratteristiche generali costruttive struttura e ai materiali.	10	8	8
Sub-Criterio 2	Soluzioni tecniche per garantire la sicurezza degli operatori e dell'ambiente.	15	13	13
Sub-Criterio 3	Soluzioni tecniche connesse all'ergonomia, all'efficienza d'uso (significative sono le dimensioni e l'altezza del piano di lavoro, la semplicità e maneggevolezza nell'esecuzione delle operazioni.	15	12	12
Sub-Criterio 4	Modalità di esecuzione dei test di verifica dell'efficienza sia in fase di installazione sia in fase di manutenzione programmata.	5	4	4
Sub-Criterio 5	Caratteristiche / prestazioni migliorative rispetto a quelle minime richieste	5	4	4

Criterio 2	Caratteristiche dei servizi di supporto alla fornitura	Fattore di Ponderazione 10		
Sub-Criterio 1	Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica in garanzia e post vendita.	4	4	4
Sub-Criterio 2	Caratteristiche del piano di installazione e collaudo.	3	2	3
Sub-Criterio 3	Caratteristiche del piano di formazione	3	2	3
Totale Criteri Qualitativi		60	49	51

La Commissione procede, quindi, con riferimento all'unico lotto rimasto in gara (lotto 2), e per ciascuna Ditta, all'inserimento dei punteggi tecnico-qualitativi di cui sopra all'interno della scheda trattativa.

Il Presidente evidenzia che si dà atto, mediante pubblicazione del presente Verbale sulla piattaforma telematica, delle risultanze della VALUTAZIONE QUALITATIVA effettuata dalla Commissione Giudicatrice con proprio Verbale in data 02/04/2015, allegato con il n° 2 al presente per farne parte integrante e sostanziale, e dell'avvenuta dimostrazione, da parte della Ditta estratta nel sorteggio, ex art. 48 del D. Lgs. n°163/2006, del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, auto-dichiarati in sede di offerta di gara.


Si procede, quindi, all'invio di apposita comunicazione, mediante posta elettronica certificata (PEC), a tutte e due le Ditte rimaste in gara, dell'avvenuta pubblicazione, sul sistema del presente Verbale con i relativi allegati nn° 1 e 2, uniti al presente per farne parte integrante e sostanziale.

La seduta si chiude alle ore 12,10.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:


Il Presidente:

Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas




I Testimoni:

Dr.ssa Maria Teresa Deidda



Dr. Paolo Sanna



quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.



Allegati al presente Verbale:

All. n° 1: avvisi modifica timing di gara in data 10/02/2015, 20/02/2015 e 17/03/2015;

All. n° 2: Verbale Commissione Giudicatrice in data 02/04/2015.


21/5/2015


AVVISO IMPORTANTE

con riferimento alla procedura di gara, a Cottomo Fiduciario telematico, suddivisa in n° 2 distinti lotti di aggiudicazione, per la fornitura ed installazione di **N° 1 Isolatore** per la preparazione degli antiblastici da destinare all'U.O. Farmacia del P.O. "San Martino" di Oristano e di **N° 1 Cappa aspirante** per il Blocco Operatorio del medesimo P.O., codd. C.I.G., lotto 1: 6027689E4E, lotto 2: 6027706C56, si comunica quanto segue:

MODIFICA TIMING DI GARA DEL 10/02/2015

per sopravvenute esigenze, il timing di gara è così modificato:

TIMING GARA	DATA	ORARIO
Termine massimo entro il quale i Fornitori non invitati devono far pervenire eventuale richiesta di invito alla gara	30/12/2014	13:00:00
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (Forum)	07/01/2015	12:00:00
Messa disposizione del Verbale definitivo del Forum	20/01/2015	12:00:00
Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la formulazione dell'offerta, per singolo lotto.	20/01/2015	16:00:00
Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica, per singolo lotto	26/01/2015	12:00:00
Termine ultimo perentorio di firma e marcatura della offerta economica telematica, per singolo lotto	26/01/2015	12:00:00
Inizio periodo per l'inserimento del numero identificativo della marca temporale	26/01/2015	13:00:00
Fine periodo per l'inserimento del numero identificativo della marca temporale	26/01/2015	17:00:00
Apertura e verifica della documentazione amministrativa, verifica regolare presentazione e apertura documentazione tecnica e successivo avvio del periodo di verifica conformità da parte della Commissione Giudicatrice, per singolo lotto	29/01/2015	09:00:00
Fine periodo di valutazione qualitativa da parte della Commissione Giudicatrice, per singolo lotto	20/02/2015	16:00:00
Inizio upload dell'offerta economica telematica e del dettaglio di offerta, per singolo lotto	25/02/2015	09:00:00



Fine upload dell'offerta economica telematica e del dettaglio di offerta, per singolo lotto	25/02/2015	13:00:00
Pubblicazione della graduatoria, per singolo lotto	26/02/2015	16:00:00

M
del Dente
(Signature)

Pertanto le date indicate nel C.S.A. si intendono modificate come sopra specificato.

Oristano, 10/02/2015



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

(Handwritten Signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

AVVISO IMPORTANTE

con riferimento alla procedura di gara, a Cottimo Fiduciario telematico, suddivisa in n° 2 distinti lotti di aggiudicazione, per la fornitura ed installazione di **N° 1 Isolatore** per la preparazione degli antiblastici da destinare all'U.O. Farmacia del P.O. "San Martino" di Oristano e di **N° 1 Cappa aspirante** per il Blocco Operatorio del medesimo P.O., codd. C.I.G., lotto 1: 6027689E4E, lotto 2: 6027708C56, si comunica quanto segue:

MODIFICA TIMING DI GARA DEL 20/02/2015

per sopravvenute esigenze, il timing di gara è così modificato:

TIMING GARA	DATA	ORARIO
Termine massimo entro il quale i Fornitori non invitati devono far pervenire eventuale richiesta di invito alla gara	30/12/2014	13:00:00
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (Forum)	07/01/2015	12:00:00
Messa disposizione del Verbale definitivo del Forum	20/01/2015	12:00:00
Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la formulazione dell'offerta, per singolo lotto.	20/01/2015	16:00:00
Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica, per singolo lotto	26/01/2015	12:00:00
Termine ultimo perentorio di firma e marcatura della offerta economica telematica, per singolo lotto	26/01/2015	12:00:00
Inizio periodo per l'inserimento del numero identificativo della marca temporale	26/01/2015	13:00:00
Fine periodo per l'inserimento del numero identificativo della marca temporale	26/01/2015	17:00:00
Apertura e verifica della documentazione amministrativa, verifica regolare presentazione e apertura documentazione tecnica e successivo avvio del periodo di verifica conformità da parte della Commissione Giudicatrice, per singolo lotto	29/01/2015	09:00:00
Fine periodo di valutazione qualitativa da parte della Commissione Giudicatrice, per singolo lotto	16/03/2015	16:00:00
Inizio upload dell'offerta economica telematica e del dettaglio di offerta, per singolo lotto	20/03/2015	09:00:00

Fine upload dell'offerta economica telematica e del dettaglio di offerta, per singolo lotto	20/03/2015	13:00:00
Pubblicazione della graduatoria, per singolo lotto	23/03/2015	16:00:00

Pertanto le date indicate nel C.S.A. si intendono modificate come sopra specificato.

Oristano, 20/02/2015



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signature]

[Handwritten mark]

AVVISO IMPORTANTE

con riferimento alla procedura di gara, a Cottimo Fiduciario telematico, suddivisa in n° 2 distinti lotti di aggiudicazione, per la fornitura ed installazione di **N° 1 Isolatore** per la preparazione degli antiblastici da destinare all'U.O. Farmacia del P.O. "San Martino" di Oristano e di **N° 1 Cappa aspirante** per il Blocco Operatorio del medesimo P.O., cod. C.I.G., lotto 1: 6027689E4E, lotto 2: 6027706C56, si comunica quanto segue:

MODIFICA TIMING DI GARA DEL 17/03/2015

per sopravvenute esigenze, il timing di gara è così modificato:

TIMING GARA	DATA	ORARIO
Termine massimo entro il quale i Fornitori non invitati devono far pervenire eventuale richiesta di invito alla gara	30/12/2014	13:00:00
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (Forum)	07/01/2015	12:00:00
Messa disposizione del Verbale definitivo del Forum	20/01/2015	12:00:00
Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la formulazione dell'offerta, per singolo lotto.	20/01/2015	16:00:00
Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica, per singolo lotto	26/01/2015	12:00:00
Termine ultimo perentorio di firma e marcatura della offerta economica telematica, per singolo lotto	26/01/2015	12:00:00
Inizio periodo per l'inserimento del numero identificativo della marca temporale	26/01/2015	13:00:00
Fine periodo per l'inserimento del numero identificativo della marca temporale	26/01/2015	17:00:00
Apertura e verifica della documentazione amministrativa, verifica regolare presentazione e apertura documentazione tecnica e successivo avvio del periodo di verifica conformità da parte della Commissione Giudicatrice, per singolo lotto	29/01/2015	09:00:00
Fine periodo di valutazione qualitativa da parte della Commissione Giudicatrice, per singolo lotto	09/04/2015	16:00:00
Inizio upload dell'offerta economica telematica e del dettaglio di offerta, per singolo lotto	14/04/2015	09:00:00

Fine upload dell'offerta economica telematica e del dettaglio di offerta, per singolo lotto	14/04/2015	13:00:00
Pubblicazione della graduatoria, per singolo lotto	17/04/2015	16:00:00

Pertanto le date indicate nel C.S.A. si intendono modificate come sopra specificato.

Oristano, 17/03/2015

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
 Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas



[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signature]
 M
 Morte
 M

Procedura negoziata telematica a cottimo fiduciario, in n. 2 distinti lotti di aggiudicazione, per la fornitura e l'installazione di n. 1 isolatore per la preparazione degli antiblastici da destinare all'U.O. Farmacia del P.O. "San Martino" di Oristano e di n. 1 cappa aspirante per il blocco operatorio del medesimo P.O. - codd. CIG: lotto 1 6027689E4E – LOTTO 2 6027706C56.

VERBALE DI RIUNIONE

duemilaquattordici Il giorno due del mese di aprile dell'anno *duemilaquattordici*, alle ore nove e trenta, presso i locali del Servizio Tecnico, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio, ubicati presso il 2° piano della Sede Legale dell'ASL n. 5 di Oristano – 10° piano, in esecuzione della deliberazione C.S. n. 45 del 29.01.2015, si è riunita la Commissione tecnica giudicatrice per la gara in oggetto, che risulta così composta:

Risultano presenti:

- **Ing. Giorgio Tuveri** – Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio – *Presidente*;
- **Dott. Tito Sedda** - Responsabile U.O. Oncologia c/o P.O. Oristano - *Componente*;
- **Dott.ssa Silvia Demuru** - Dirigente Farmacista U.O. Farmacia P.O. Oristano – *Componente*;
- **Dott. Paolo Vanacore**, Collaboratore Amm.vo Esperto assegnato al Servizio Tecnico, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio, con funzioni di *Segretario*.

In apertura di seduta, il Presidente dà lettura ed esamina, insieme ai componenti, i parametri di valutazione da utilizzare in base ai nove articoli previsti dal Capitolato Tecnico rilevando che, in planimetria, non viene indicata la sede di ubicazione della cappa aspirante.

Il Presidente evidenzia che i criteri di valutazione qualitativa previsti dal Capitolato Tecnico ammontano a punti 60 suddivisi in due Criteri principali (n. 1 e n. 2.) a loro volta suddivisi in n. 8 "Sub- criteri", di cui n. 5 appartenenti alla categoria del Criterio n. 1 (Caratteristiche complessive dell'apparecchiatura) e n. 3 appartenenti alla categoria del Criterio n. 2 (Caratteristiche dei servizi di supporto alla fornitura), secondo quanto evidenziato nelle pagg. 13 e 14 del Capitolato Tecnico.

Viene, quindi, preso atto delle due offerte ammesse, che risultano appartenere alle seguenti ditte:

- BIO OPTICA con sede in Milano;
- DIAPATH con sede in Martinengo (BG)

del contenuto delle quali viene data lettura e compiuto esame approfondito e comparato.

Rilevato che le dichiarazioni di conformità di entrambe le concorrenti risultano perfettamente in

regola, si procede all'esame delle caratteristiche complessive costruttive contenute nel Criterio n. 1 che, per entrambe le ditte, risultano, rispondenti a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico e, dunque, equivalenti. Ambedue le ditte, infatti, garantiscono in modo completo ed esaustivo il possesso dei requisiti generali richiesti, per ciò che concerne le apparecchiature e per la garanzia di sicurezza. Dunque, il punteggio ad esse attribuito per le caratteristiche complessive delle apparecchiature contenute nel Criterio n. 1 (Sub criteri nn. 1, 2, 3, 4 e 5) risulta essere il seguente:

SUB-CRITERI DEL CRITERIO N. 1	DITTE	PUNTEGGIO
Criterio n. 2 (Sub criterio n. 1)	BIO OPTICA	Punti 8
	DIAPATH	Punti 8
Criterio n. 2 (Sub criterio n. 2)	BIO OPTICA	Punti 13
	DIAPATH	Punti 13
Criterio n. 2 (Sub criterio n. 3)	BIO OPTICA	Punti 12
	DIAPATH	Punti 12
Criterio n. 2 (Sub criterio n. 4)	BIO OPTICA	Punti 4
	DIAPATH	Punti 4
Criterio n. 2 (Sub criterio n. 5)	BIO OPTICA	Punti 4
	DIAPATH	Punti 4

Si passa, dunque, al "Criterio n. 2" (voce "caratteristiche dei servizi di supporto alla fornitura") e si esprimono le seguenti valutazioni riguardo a ciascuno dei tre sub-criteri che lo compongono:

- 1) Criterio n. 2 (Sub-criterio n 1): Entrambe le ditte hanno rispettato quanto previsto dal capitolato. Dunque il punteggio attribuito ad esse per il Criterio n. 2 (Sub - criterio n. 1) è il seguente:

BIO OPTICA	Punti 4
DIAPATH	Punti 4

- 2) Criterio n. 2 (Sub-criterio n 2): per quanto concerne l'installazione ed il collaudo, viene riscontrata per entrambe le ditte la presenza e la corrispondenza a quanto richiesto dal Capitolato dei requisiti in tema di trasporto, installazione e rimozione del materiale anche se, in relazione alla descrizione, l'offerta della Ditta Diapath appare meglio dettagliata. Dunque il punteggio attribuito ad esse per il Criterio n. 2 (Sub - criterio n. 2) è il seguente:

BIO OPTICA	Punti 2
DIAPATH	Punti 3

- 3) Criterio n. 2 (Sub-criterio n 3): per quanto concerne le caratteristiche della formazione, dalle offerte si evidenzia come la Ditta Diapath assicuri una formazione più completa ed adeguata; nell'offerta della Diapath vengono, inoltre, evidenziati nel dettaglio gli elementi specifici della formazione. Dunque il punteggio attribuito ad esse per il Criterio n. 2 (Sub - criterio n. 3) è il seguente:

BIO OPTICA	Punti 2
DIAPATH	Punti 3

In base ai valori attribuiti, il punteggio complessivo determinato dalla somma dei punteggi attribuiti ai Criteri n. 1 e n. 2 è il seguente:

CRITERIO N. 1:

Ditta BIO OPTICA punti 41
Ditta DIAPATH punti 41

CRITERIO N. 2:

Ditta BIO OPTICA punti 8
Ditta DIAPATH punti 10





Il punteggio totale generale della Commissione Tecnica risulta, dunque, il seguente:




Ditta BIO OPTICA di Martinengo (BG) Totale punti 49
Ditta DIAPATH di Milano Totale punti 51

La seduta si chiude alle ore 11.00

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente: Ing. Giorgio Tuveri
I Componenti : Dott. Tito Sedda
Dott.ssa Silvia Demuru
Il Segretario: Dott. Paolo Vanacore

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE -REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5 ORISTANO

VERBALE SEGGIO DI GARA N° 3 DEL 22/04/2015

PROCEDURA TELEMATICA DI COTTIMO FIDUCIARIO, IN N° 2 DISTINTI LOTTI DI AGGIUDICAZIONE, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N° 1 ISOLATORE PER LA PREPARAZIONE DEGLI ANTIBLASTICI PER L'U.O. FARMACIA DEL P.O. "SAN MARTINO" DI ORISTANO (LOTTO 1) E DI N° 1 CAPPA ASPIRANTE PER TAGLIO E DISSEZIONE DEI PEZZI ANATOMICI CON PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI ACQUISIZIONE IMMAGINI DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DEL MEDESIMO PRESIDIO OSPEDALIERO (LOTTO 2), CODD. C.I.G., LOTTO 1: 6027689E4E, LOTTO 2: 6027706C56.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di aprile, alle ore 13.00, nella Sede legale ed amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n° 5 di Oristano, presso il Servizio Provveditorato, si è riunito il Seggio di gara preposto ai lavori di aggiudicazione della gara in oggetto.

Sono presenti i Signori:

- Dr.ssa M. Gesuina Demurtas - Direttore Servizio Provveditorato -
Presidente
- Dr.ssa Maria Teresa Deidda - Assistente Amministrativo c/o Servizio
Provveditorato - Testimone
- Dr. Paolo Sanna - Collaboratore Amministrativo Servizio Provveditorato -
Testimone con funzioni di Segretario verbalizzante.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Deliberazione del D.G. n° 989 del 12/12/2014 è stata indetta, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., procedura telematica Negoziata a Cottimo fiduciario per l'affidamento, in n° 2 distinti lotti, della fornitura ed installazione di n° 1 Isolatore per la preparazione degli antiblastici da destinare all'U.O. Farmacia del P.O. "San Martino" di Oristano (lotto 1) e di N° 1 Cappa di aspirazione per il Blocco Operatorio del medesimo P.O. (lotto 2), con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando 60/100 punti (minimo 36/60 punti) agli elementi qualitativi e 40/100 punti alle condizioni economiche, ai sensi degli articoli 55 e 83 del D.Lgs n° 163/06 e ss.mm.ii. e del DPR 207/2010, da espletarsi sulla piattaforma on-line - www.albofornitori.it - Gestore Albo dei Fornitori accreditati CSAméd Srl;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 45 del 29/01/2015, è stata nominata la Commissione di gara, distinta in Seggio e Commissione Giudicatrice, preposta ai lavori di aggiudicazione della presente gara;
- che con Verbale del Seggio di gara n° 1 del 29/01/2015, nell'ambito del lotto 1 di gara (n° 1 Isolatore per la preparazione degli antiblastici da destinare all'U.O. Farmacia del P.O. di Oristano) ha escluso l'unica offerta presentata dalla Ditta "CARLI BIOTEC" di Roma, per aver inserito, sulla piattaforma telematica, nella sezione "Report documentazione integrativa", n° 2 file, contenenti l'offerta economica di gara e suo dettaglio, ovvero per avere resi manifesti, alla Stazione Appaltante, i contenuti della propria offerta economica di gara, anteriormente all'espletamento e definizione della fase preliminare di valutazione qualitativa delle offerte, in violazione ai



principi di segretezza ed inviolabilità esplicitamente previsti dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - che con proprio Verbale n° 2 del 10.04.2015 il Seggio di gara, con riferimento al lotto 2 di gara (n° 1 Cappa di aspirazione da destinare al Blocco Operatorio del P.O. di Oristano) ha preso atto delle risultanze della disamina di conformità tecnica e di attribuzione dei punteggi tecnico-quantitativi (max 60 punti, minimo 36/60 punti), resi dalla Commissione Giudicatrice con proprio Verbale in data 02/04/2015, in ossequio ai criteri previsti e descritti all'art. 10 del Capitolato Tecnico, relative alle n° 2 offerte ammesse alle fasi successive di gara, entrambe afferenti al predetto lotto 2 di gara, con gli esiti così riassunti:

LOTTO	DITTA	PUNTEGGIO TECNICO QUALITATIVO (Max 60 punti, Min 36/60)
2	"BIO OPTICA MILANO" di Milano	49,00/60,00 ammessa
	DIAPATH" di Martinengo (Bg)	51,00/60,00 ammessa

Il Presidente dopo aver verificato la presenza delle persone sopra menzionate, dichiara aperta la seduta ed accede alla piattaforma www.albofornitori.it;

Il Seggio di gara prende atto:

- o del report "dati firma digitale e marcatura temporale" dal quale si evince che tutte e due le succitate Ditte hanno firmato e marcato temporalmente le offerte entro il termine di scadenza stabilito nel timing di gara, come **allegato con il n° 1** al presente Verbale;
- o del prospetto delle Ditte migliori offerenti per il lotto 2 di aggiudicazione come da "Report migliori offerenti" elaborato dal sistema informatico del gestore CSAméd Srl di Cremona per ciascun lotto, **allegato con il n° 2** al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale, rilevando che l'importo a base d'asta era previsto in € 16.000,00 + Iva (quest'ultimo comprensivo del costo dell'apparecchiatura e dell'eventuale canone triennale di assistenza tecnica "full risk") e che comunque entrambe le soprascritte n° 2 Ditte hanno praticato il medesimo seguente ribasso sull'importo presunto fissato a base di gara:
 - lotto 2) Bio Optica Milano ribasso 0,63 %
 - lotto 2) Diapath ribasso 0,63 %
- o dei prezzi complessivi offerti da ciascuna Ditta per il lotto 2 di di gara, dei punteggi economici da essi derivanti in applicazione della formula prevista all'art. 6 del CSA e della graduatoria di gara derivante dalla somma dei punteggi tecnici ed economici elaborata dal sistema informatico del gestore CSAméd Srl di Cremona per il succitato lotto di gara e delle offerte sospette di anomalia come da "Report offerte anomale (D. Lgs. n°163/2006, art. 86)" elaborato dal sistema informatico del gestore CSAméd Srl

di Cremona per tale lotto di gara, **allegato con il n° 3** al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che tutte e due le offerte presentate dalle Ditte **BIO OPTICA MILANO** e **DIAPATH** sono sospette di anomalia ai sensi e per gli effetti dell'art. 86, comma 2, del D. Lgs. n° 163/2006 in quanto sia la somma dei punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli elementi qualitativi sono entrambi superiori ai 4/5 dei corrispettivi punteggi massimi;

- o che la Ditta provvisoriamente aggiudicataria del lotto 2 ha caricato il dettaglio dell'offerta.

Si riepiloga, di seguito, la Ditta provvisoriamente aggiudicataria, fatto salvo l'esito delle successive verifiche, per la procedura di gara in oggetto per il lotto e l'importo di seguito specificati:


Lotto	N° CIG	DESCRIZIONE	FORNITORE provvisoriamente aggiudicatario	IMPORTO OFFERTO IVA ESCLUSA
LOTTO 2	6027706C56	n° 1 Cappa aspirante Contratto triennale assistenza tecnica full risk (da attivare su eventuale richiesta del Servizio di Ingegneria Clinica)	DIAPATH SpA	€ 14.400,00
				€ 1.500,00
			TOTALE	€ 15.900,00

La seduta si chiude alle ore 13.40.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:


Il Presidente:

Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas




I Testimoni:

Dott.ssa Maria Teresa Deidda



Dr. Paolo Sanna

quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante



Riepilogo dati firma digitale e marcatura temporale
 Riepilogo dati firma digitale e marcatura temporale

Trattativa : n.prot. 83532 - Procedura di Cottimo Fiduciario, in n° 2 distinti lotti di aggiudicazione, per la fornitura ed installazione di N° 1 Isolatore per la preparazione degli antiblastici e di N° 1 Cappa Aspirante per taglio e dissezione dei pezzi anatomici

Note interpretative:

- Nella colonna *Validità firma e marca* sono riportate indicazioni sulla correttezza formale dell'offerta (✓ firma digitale e marca temporale apposte correttamente, certificati in corso di validità, ✗ in caso contrario)
- Nella colonna *Data ora marcatura offerte* l'informazione è riportata in rosso se l'offerta è stata chiusa fuori tempo massimo.

Fornitore	N° Round	Validità firma e marca	Firma digitale: Nome comune	Firma digitale: Ente certificatore	Data ora marcatura offerte	
Bio Optica Milano Spa	1	Firma ✓ Marca ✓	SBONA CARLO	CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT	23/01/2015 12:28:08	5
DIAPATH S.p.A.	1	Firma ✓ Marca ✓	Vladimiro Misaele Bergamini	CN=InfoCert Firma Qualificata,OU=Certificatore Accreditato,SERIALNUMBER=07945211006,O=INFOCERT SPA,C=IT	23/01/2015 14:23:24	1'

Allegato n° 01 al VERBALE N.3 SEGGIO
 alla deliberazione
 N° 03 del 22/04/2015
 Composto di n° 01 foglio.


Handwritten signatures and initials, including a large signature and the name 'M. S. S. S.' written vertically.

Report migliori offerenti
Report migliori offerenti

Trattativa: n.prot. 83532 - Procedura di Cottimo Fiduciario, in n° 2 distinti lotti di aggiudicazione, per la fornitura ed installazione di N° 1 Isolatore per la preparazione degli antiblastici e di N° 1 Cappa Aspirante per taglio e dissezione dei pezzi anatomici

Lotto	Descrizione	Base asta totale	Quantità	Fornitore	Miglior offerta totale	Ribasso%
2	Fornitura e Installazione di n.1 Cappa aspirante	16.000,00 €	1.0	DIAPATH S.p.A.	15.900,00 €	0,63%
Totale		Totale			Totale	Ribasso(*)
1		16.000,00			15.900,00	0,63

Allegato n° 02 al VERBALE SEGUENTE
alla deliberazione
N° 03 del 22/04/2015
Composto di n° 01 foglio.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. De Paolis', is written over the bottom right portion of the page.

Filtra per fornitore: Filtra

Trattativa : n.prot. 83532 - Procedura di Cottimo Fiduciario, in n° 2 distinti lotti di aggiudicazione, per la fornitura ed installazione di N° 1 Isolatore per la preparazione degli antiblastici e di N° 1 Cappa Aspirante per taglio e dissezione dei pezzi anatomici

Note interpretative:

Nel caso in cui per il lotto esistano offerte paritarie presentate da diversi fornitori, il sistema conteggia il lotto per ogni fornitore migliore offerente. L'importo di cessione, la percentuale di sconto sul base d'asta e la garanzia fideiussoria sono calcolate e visualizzate nelle rispettive colonne se e solo se il fornitore ha confermato la propria offerta generando il relativo PDF.

La percentuale di sconto sul base d'asta è visualizzata se e solo se maggiore di zero.

La garanzia è calcolata sulla base dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 che dispone:

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7.

Bio Optica Milano Spa

Lotto	Offerta vincente	Quantità contrattuale	Importo contrattuale	% sconto base asta	% garanzia fideiussoria	Garanzia fideiussoria
Non sono stati aggiudicati lotti.						
Totall			0,00 €			0,00 €

DIAPATH S.p.A.

Lotto	Offerta vincente	Quantità contrattuale	Importo contrattuale	% sconto base asta	% garanzia fideiussoria	Garanzia fideiussoria
2 Fornitura e installazione di n.1 Cappa aspirante	15.900,00 €	1	15.900,00 €	-	-	0,00 €
Totall			15.900,00 €			0,00 €

Graduatoria di gara



Esporta in formato CSV

Trattativa : n.prot. 83532 - Procedura di Cottimo Fiduciario, in n° 2 distinti lotti di aggiudicazione, per la fornitura ed installazione di N° 1 Isolatore per la preparazione degli antiblastici e di N° 1 Cappa Aspirante per taglio e dissezione dei pezzi anatomici

Lotto 1 - N°1 Isolatore sterile per ricostruzione e manipolazione di farmaci antiblastici e chemioterapici
 Prezzo base: 65.000,00

Non sono presenti fornitori su cui calcolare la graduatoria

Lotto 2 - N°1 Cappa aspirante per taglio e dissezione dei pezzi anatomici con predisposizione di un sistema di acquisizione immagini
 Prezzo base: 16.000,00

	VT	VE	Prezzo €	Ribasso (%)	Punteggio totale
DIAPATH S.p.A.	51,00/60,00	40,00/40,00	15.900,00	0,63	91,00/100,00
Bio Optica Milano Spa	49,00/60,00	40,00/40,00	15.900,00	0,63	89,00/100,00


Report offerte economiche in busta chiusa telematica ©

Trattativa : n.prot. 83532 - Procedura di Cottimo Fiduciario, in n° 2 distinti lotti di aggiudicazione, per la fornitura ed installazione di N° 1 Isolatore per la preparazione degli antiblastici e di N° 1 Cappa Aspirante per taglio e dissezione dei pezzi anatomici

N.B. Eventuali offerte non congrue, in quanto superiori al base d'asta, sono evidenziate in rosso.

Lotto 2	Base d'asta €	Offerta €
Fornitura e installazione di n.1 Cappa aspirante	16000,00	
- Bio Optica Milano Spa		15900,00
- DIAPATH S.p.A.		15900,00

Allegato "A" Allegato "A" (parte I^) al CSA_lotto 2_CAPPA ASPIRANTE



PROSPETTO OFFERTA ECONOMICA

LOTTO 2: N° 1 CAPPA ASPIRANTE

COD. C.I.G. 6027706C56

Oggetto: invito a presentare offerta, mediante Cottimo Fiduciario telematico, per la fornitura ed installazione di N° 1 Cappa aspirante per taglio e dissezione dei pezzi anatomici con predisposizione di un sistema di acquisizione immagini da destinare al Blocco Operatorio del P.O. "San Martino" di Oristano, cod. C.I.G., lotto 2: 6027706C56.

Il sottoscritto BERGARINI VLADIMIRO nato a MARTINENGO il 57 57,
residente a MARTINENGO in via POSS. PANI n. 50, nella
sua qualità di PRESIDENTE, della
Ditta DIAPATH SPA con sede legale in MARTINENGO V. SAVOLDINI 71
CF/P.IVA 02705540165

DICHIARA

di aver considerato nella formulazione della propria offerta quanto richiesto per la partecipazione alla presente procedura di gara e pertanto di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste dagli atti tutti di gara.

Di seguito si specificano i prezzi degli accessori opzionali e dei consumabili che non entrano nel calcolo del prezzo ai fini dell'aggiudicazione della presente procedura:

*Accessori opzionali e consumabili non compresi nella configurazione offerta e, pertanto, esclusi dall'aggiudicazione (Indicare cod. prodotto e descrizione)	Prezzo Unitario offerto da listino IVA esclusa in cifre	Percentuale sconto su prezzo unitario listino (%) in cifre	Prezzo Unitario scontato offerto IVA esclusa in cifre
.....	€.....		
N.B. : specificare se <u>monouso o pluriuso</u>			
.....	€.....		
.....	€.....		
.....	€.....		
.....	..		
.....		

VEDERE
TABELLA

DIAPATH S.p.A.
Via Savoldini, 71 - 24057 Martinengo (BG)
Tel. 0363.98.84.11 - Fax 0363.94.80.00
Part. IVA 02705540165

Diapath S.p.A.
Il Presidente
Wladimiro Bergamini

***Relativamente agli accessori opzionali e ai consumabili sopra descritti la Ditta si impegna, in caso di aggiudicazione, a mantenere fermi i soprascritti prezzi di listino e le correlate percentuali di sconto, a far data collaudo positivo delle apparecchiature.**

22/01/15 MARTINENGO

***IL LEGALE RAPPRESENTANTE**
(timbro e sottoscrizione in originale)

DIAPATH S.p.A.

Via Savoldini, 71 - 24057 Martinengo (BG)
Tel. 0363.98.64.11 - Fax 0363.94.80.00
Part. IVA 02705540165

Diapath S.p.A.

Il Presidente

Vladimiro Bergamini

N.B. La presente offerta va resa su carta da bollo e con firma per esteso, ai sensi di legge; dal Titolare per le Imprese Individuali; dall'Amministratore o da chi rappresenta la Società; in caso di R.T.I. la dichiarazione va resa dal Mandatario e da ciascun Mandante.

ACCESSORI

Codice	Descrizione	Prezzo di listino IVA esclusa 22%	Sconto	Prezzo scontato IVA esclusa 22%
SDCOP9008	Lampada UV	€ 450,00	20%	€ 360,00
SDCOP9010	Coppia di prese esterne per cappe inox	€ 160,00	20%	€ 128,00
SDCOP9024	Spray igienizzante con comando elettronico	€ 270,00	20%	€ 216,00
SDCOP9009	Controllo intasamento filtri Trasduttore altezza vetro	€ 370,00	20%	€ 296,00
SDCOP9002	con relativo misuratore di portata da concordare in sensi di diametro	€ 660,00	20%	€ 528,00

CONSUMABILI

Codice	Descrizione	Prezzo di listino IVA esclusa 22%	Sconto	Prezzo scontato IVA esclusa 22%
SDCFF9120	Batteria filtrante specifica per formalina per cappa Zefiro 120	€ 988,00	20%	€ 790,40

DIAPATH S.p.A.

Via Savoldini, 71 - 24057 Martinengo (BG)
Tel. 0363.98.64.11 - Fax 0363.94.80.00
Part. IVA 02705540165

Diapath S.p.A.

Il Presidente

Vladimiro Bergamini

LOTTO 2

Allegato "A" (parte II - Dettaglio Offerta) al CS4, lotto 2 CAPPRA ASPIRANTE

Cotitimo Fiduciario telematico per la fornitura ed installazione di N° 1 Cappa aspirante per taglio e dissezione dei pezzi anatomici con predisposizione di un sistema di acquisizione immagini da destinare al Blocco Operatorio del P.O. "San Martino" di Oristano, cod. C.I.G., lotto 2: 6027706C56.

COD. C.I.G.: 6027706C56

OFFERTA ECONOMICA PRESENTATA DALLA DITTA:

DIAPATH S.P.A. VIA SAVOLDINI 71 - 24057 MARITANGO (BG)

Q.tà	Descrizione Attrezzatura/Apparecchiatura	Totale Prezzo Offerto CAPPRA ASPIRANTE (in cifre) Iva/E	Totale Canone triennale Full Risk post-garanzia ordinaria Offerto (in cifre) Iva/E	Totale Offerto Lotto 2 (in cifre) Iva/E
1	CAPPRA ASPIRANTE Codice Prodotto (specificare) CAPPRA ZEFIRO AISI 304 BOBIDE CIVIO4 <small>Indicare la marca e modello dell'apparecchiatura offerta (allegata ed equipaggiata come indicato nel Capitolato Tecnico di gara e suo allegato 2, con citare l'ubicazione della destinazione e degli accessori inclusi in conformità a base e relativi costi (prezzato))</small>	€ 14.400,00	€ 1.500,00	€ 15.900,00
		IMPORTE COMPLESSIVO OFFERTO LOTTO 2 (Iva/E)		€ 15.900,00
		IMPORTE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA (Iva/E)		€ 16.000,00

Nota: Il prezzo complessivo offerto per il lotto 2 è inteso onnicomprensivo di tutto quanto previsto dal Capitolato Tecnico e suo allegato 2.

Data: 21/11/2014 e Firma: Tiziana Legale Rappresentante Ditta concorrente
R.T.I. La presente offerta va resa per carta da bollo e con firma per esteso, al nome di legge, del titolare per le imprese individuali, dell'Amministratore o del cda che rappresenta la Società; in caso di R.T.I. la dichiarazione va resa dal Mandatario e da ciascun Mandante.



Nota: l'importo Totale Offerto per il lotto 2 NON può essere pari o superiore a Euro 16.000,00 Iva/E, pena l'esclusione.

Codice	Descrizione
CI1207	Cappe Zefiro 120 Inox AISI 304, con piano di lavoro inox AISI 304 mod. 07
SDCF9120	comprensiva di Bilancia digitale e Tavolo di supporto per stampante e PC
SDCMT19003	Batteria filtrante specifica per formalina per cappa Zefiro 120
SDXCE0082	Aspiratore locale modello 252
SDCFH9120	Tessera RFID Aperta con allarme
SDCOP9004	Batteria filtrante HEPA per cappe Zefiro 120
SDCOP9001	Mensola Inox per cappe Zefiro 120
SDCOP9026	Faretto LED orientabili
SDCOP9016	Lente ingrandimento 3X con lampada e braccio
	Titolarifidi

Marca: DIAPATH, Modello: ZEFIRO

DIAPATH S.p.A.
 Via Savoldini, 71 - 24057 Maritango (BG)
 Tel. 0363.98.64.11 - Fax 0363.94.80.00
 Part. IVA 02705540165

Diapath S.p.A.
 il Presidente
 Vladimir Bergamini

Report offerte anomale (d.lgs.163/2006 art.86)

Le offerte anomale sono evidenziate in colore rosso

N°1 isolatore sterile per ricostruzione e manipolazione di farmaci antiblastici e chemioterapici(lotto 1)

Impostazioni:

Punteggio MAX valutazione economica (VE): 40.0
 Punteggio MAX valutazione tecnica (VT): 60.0
 Punteggio MIN valutazione tecnica (VT): 36.0
 Riparametrazione punteggi tecnici: NO

Allegato n. 03 al VERBALE SECONDO
 n. 03 del 22/04/2015
 composto di n. 04 fogli -

Non sono presenti fornitori in graduatoria.

N°1 Cappa aspirante per taglio e dissezione dei pezzi anatomici con predisposizione di un sistema di acquisizione immagini(lotto 2)

Impostazioni:

Punteggio MAX valutazione economica (VE): 40.0
 Punteggio MAX valutazione tecnica (VT): 60.0
 Punteggio MIN valutazione tecnica (VT): 36.0
 Riparametrazione punteggi tecnici: NO

Graduatoria:

	VT	VE	Prezzo €	Punteggio totale
DIAPATH S.p.A.	51,00/60,00	40,00/40,00	15.900,00	91,00/100,00
Bio Ottica Milano Spa	49,00/60,00	40,00/40,00	15.900,00	89,00/100,00