

Procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di n.1 autoclave di sterilizzazione da ubicare presso il blocco operatorio del nuovo edificio DEA del P.O. San Martino di Oristano. CIG 45590642A1

PRECISAZIONI TECNICHE pubblicate il 31.10.2012

di seguito si riportano alcune precisazioni tecniche, che completano l'articolo 3 del CAPITOLATO TECNICO:

In relazione alla gara in oggetto considerate le **esigenze manifestate in fase di sopralluogo** si precisa quanto segue:

1. **Ingombro tale da essere perfettamente incassata nei locali di sterilizzazione del nuovo DEA (visibili in fase di sopralluogo).** Con questa frase si intende che l'installazione del nuovo macchinario non dovrà in alcun modo determinare lo spostamento dei piani di lavoro e degli arredi presenti nella zona sporco. I quali dovranno continuare ad essere perfettamente fruibili da parte degli operatori. E' ammesso un ingombro maggiore rispetto a quello attuale solo sul lato pulito ma non tale da rendere suddetto spazio non accessibile. In altre parole anche dal lato pulito l'operatore dovrà comunque poter accedere per poter effettuare le corrette operazioni di scarico. A tal fine si chiede di precisare con dettaglio tutti gli ingombri determinati dai macchinari presentati (compreso il sistema di osmosi) e di indicare con precisione la loro collocazione. **I macchinari che in termini di ingombro non dovessero rispettare i requisiti di compattezza sopra indicati saranno esclusi.**
2. In merito al sistema di tracciabilità si precisa che il computer gestionale deve poter essere collocato anche in altri locali presenti nel blocco operatorio (avvalendosi della rete informatica aziendale) al fine di limitare il più possibile l'ingombro nei locali sporco/pulito adiacenti al macchinario.

