

Capitolato speciale per l'acquisto di tre tavoli operatori polifunzionali da destinare alle sale operatorie del P.O. “Delogu” di Ghilarza e del P.O. “Mastino” di Bosa

ALLEGATO 1

Capitolato Tecnico

CAPITOLATO TECNICO

N° 3 Tavoli operatori polifunzionale a movimenti elettromeccanici con base mobile, piano operatorio rimovibile e carrello con le seguenti caratteristiche.

BASE MOBILE:

- Deve permettere la movimentazione elettromeccanica per:
 - Movimento di salita e discesa della base: range c.ca cm 60÷ 95 cm;
 - trendelenburg rispetto all'orizzontale: c.ca +35°;
 - antitrendelenburg rispetto all'orizzontale: c.ca +35°;
 - inclinazione bilaterale: (+/- 25°);
 - traslazione del piano: c.ca 27 cm.
- Deve essere in acciaio inox, resistente ai comuni disinfettanti da sala operatoria e protetto dalla penetrazione dei liquidi.
- Deve essere dotata di ruote di scorrimento con sistema di bloccaggio altamente sicuro e affidabile.
- Deve permettere il posizionamento del piano da almeno due dei quattro lati.
- Deve essere azionabile con telecomando a cavo e con telecomando a infrarossi.
- Deve poter sopportare un peso di almeno 250 Kg nelle diverse posizioni di lavoro.
- Deve avere un comando di autolivellamento per riportare tutti i movimenti automatici in posizione orizzontale.
- Deve avere un sistema in grado di garantire l'esecuzione in emergenza di tutti i movimenti automatici.
- Deve essere dotato di alimentazione a batteria con autonomia operativa non inferiore ai 7 giorni di attività operatoria ed indicatore di livello della batteria.
- Deve poter essere collegato ad un'alimentazione elettrica di 220Volt a 50Hertz.

PIANO OPERATORIO:

- Deve essere di tipo trasferibile, caratterizzato dalla massima qualità costruttiva, in grado di espletare le proprie funzionalità in maniera sicura, precisa, stabile ed ergonomica.

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente "Capitolato Tecnico" allegato al Capitolato Speciale in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.	Timbro e Firma:
--	-----------------

- Deve essere radiotrasparente in tutte le sezioni per effettuare esami radiologici intra-operatori senza creazione di zone d'ombra.
- I cuscini dovranno essere in materiale antistatico e antidecubito, esenti da lattice, elettricamente conduttivi, singolarmente asportabili per agevolare le operazioni di pulizia.
- Deve essere adatto per Chirurgia Generale, con almeno 6 sezioni: testa, schiena superiore, schiena inferiore, bacino, sezione gambe in due parti separate inclinabili sia singolarmente che simultaneamente, divaricabili con tipologia di apertura adatta ad interventi in laparoscopia e asportabili.
- Deve consentire il sollevamento della zona renale.
- Deve avere almeno sezioni schiena e sezione gambe a movimento motorizzato.
- Deve consentire le seguenti movimentazioni delle sezioni:
 - movimento segmento testa rispetto all'orizzontale: c.ca +/- 55°;
 - movimento segmento schiena rispetto all'orizzontale: c.ca +80°/- 40°;
 - movimento segmento gambe rispetto all'orizzontale: c.ca +10°/- 90°.
- Il piano deve essere modulare, a sezioni intercambiabili che si adatti alle diverse discipline chirurgiche (addominale, laparoscopica, urologica, ginecologica ed ortopedica), completo di barre laterali normalizzate porta accessori lungo tutta la sua lunghezza e sui due lati.
- Possibilità di applicare tutti gli accessori previsti per le varie chirurgie.
- Deve avere il dispositivo porta-lastre incorporato.

CARRELLO:

- Deve essere caratterizzato dalla massima qualità costruttiva, massima usabilità per l'operatore e massima sicurezza per il paziente.
- Deve essere realizzato interamente in acciaio inox, facilmente pulibile e dotato di dispositivi di bloccaggio ruote e sistema di contenimento paziente.
- Deve permettere la regolazione in altezza, di trendelenburg e di antitrendelenburg.
- Deve essere ad inserimento laterale

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente "Capitolato Tecnico" allegato al Capitolato Speciale in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.	Timbro e Firma:
--	-----------------

ACCESSORI DA FORNIRE IN DOTAZIONE:

Per il corretto uso dei 3 tavoli operatori si necessita inoltre di un numero totale di accessori come di seguito indicato. Il prezzo di tali accessori (da indicare esclusivamente nell'offerta economica) verrà considerato al fine di stimare il valore della configurazione base richiesta.

- Accessori per anestesia:
 - N°2 reggitelo angolare estendibile;
 - N°2 morsetto radiale universale;
 - N°3 reggi braccio;
 - N°2 fascia ferma polso;
 - N°2 fascia ferma corpo-ferma gambe.
- Accessori per chirurgia generale e laparoscopica e delle varici:
 - N°3 fascia singola ferma gambe;
 - N°3 supporto per appoggi laterali;
 - N°3 supporti cuscino;
 - N°2 coppia di reggi spalle;
 - N°2 reggicosce a stivaletto di Allen;
 - N°2 segmento da 130 cm;
 - N°2 coppia supporti reggi cosce imbottiti;
 - N°3 morsetti radiali.
- Accessori per urologia e ginecologia:
 - N°3 reggicosce di GOEPEL per adulti;
 - N°2 adattore per bacinella TUR;
 - N°2 vaschette per drenaggio;
 - N°2 vassoio portastrumenti.
- Accessori per ortopedia della mano:
 - N°1 tavolino per chirurgia mano;
 - N°1 stressatore per artroscopia del ginocchio ALLEN.
- Altre fasce:
 - N°2 fascia addominale-fermacorpo;
 - N°2 fascia fermagambe-fermacorpo.

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente "Capitolato Tecnico" allegato al Capitolato Speciale in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.	Timbro e Firma:
--	-----------------

- Carrello portaccessori:
 - N°3 cestello per sterilizzazione;
 - N°3 barra porta accessori;
 - N°2 carrello con ganci.

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente "Capitolato Tecnico" allegato al Capitolato Speciale in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.	Timbro e Firma:
--	-----------------