

*Copia xite  
Sanna*  
Oggetto: Fwd: ECHO SOUNDER ES 101EX  
Mittente: "Dott. Antonio Delabona" <antonio.delabona@asloristano.it>  
Data: 23/03/2016 9.25  
A: "gesuina.m demurtas" <gesuina.m.demurtas@asloristano.it>

*Sanna Sanna  
5/11/16  
[Signature]*

Ciao gesuina  
in merito all'acquisto di quanto richiesto dal consultorio non sono disponibili  
fondi dedicati è possibile ricorrere all'acquisto in economia se il costo non è  
elevato?  
saluti AD

----- Messaggio originale -----  
Oggetto: ECHO SOUNDER ES 101EX  
Data: Tue, 22 Mar 2016 15:57:43 +0100 (CET)  
Mittente: maria.sanna@asloristano.it  
A: antonio delabona <antonio.delabona@asloristano.it>  
CC: provveditorato <provveditorato@asloristano.it>

Allegato n°  
Provveditorato N°  
alla determinazione  
del  
fogli.

Buongiorno Dr. Delabona, invio la scheda tecnica del modello doppler fetale da  
inviare al servizio Provveditorato con l'indicazione richiesta per tale acquisto.  
Sottolineo l'URGENZA perchè nella donna gravida è necessario e si deve  
controllare il Battito Cardiaco Fetale senza ricorrere all'Ospedale. In attesa di  
un riscontro positivo, ringrazio.  
Distinti saluti.  
Ostetrica Maria Sanna

Allegati:

doppler.pdf

213 KB

**DOPPLER FETALI**

**DOPPLER FETALI**

- Controllo della gravidanza
- Conferma dell'attività cardiaca fetale
- Localizzazione precisa di sito placenta
- Localizzazioni di gravidanza multiple
- Procedura vascolari periferiche
- Studi segmentali della pressione arteriosa
- Misurazione della pressione statica parite

- Fono-Doppler: rilevatore del battito cardiaco fetale ultracompatto, per rilevazione della frequenza cardiaca fetale, controllo di profondità pulsante
- Doppler fetale con o senza trasduttore
- Mini bi-doppler: rilevatore battito cardiaco fetale portatile ultracompatto
- Feccardiografo

I doppler vengono forniti con trasduttori da 2.25MHz

- **ECHO SOUNDER ES-101EX (2MHz)**  
Grande qualità del suono con meno rumori di sottofondo  
3 modalità disponibili: Average, Manual counting, di fase-1/min.  
Doppler fetale delle dimensioni di un telefono cellulare con speaker e trasduttore  
2 batteria AA alcaline



ECHO SOUNDER  
HADCO

**OPERATING MANUAL**

PROBE ASSEMBLIES  
PHOTOPLETHYMOGRAPHY (PG)  
AND  
PNEUMOPLETHYMOGRAPHY (PN)  
MODELS  
PG-21, PV-20, PGV-20

FOR USE WITH

**HADCO**  
ES-101EX Single (PG-21 only)  
Standing 2000EX International Doppler  
Standing 20 International Doppler Hand Pressure Monitor  
Standing 60 International Doppler  
Standing 800000EX International Doppler  
DYN-4000000T International Hand Velocity & Volume Flow Meter

**Hadeco**  
Specialties in Human Services and Technology  
Hadeco, Inc.



Hadeco, Inc.  
25-11 Alton, Kennesaw, Georgia, 30144-0001, U.S.A.

FORM DM ESI  
April, 2006  
Printed in Japan  
080-0000-12

Allegato n° 2 alla determinazione  
Sanz. Provveditorato n° del  
Composto di n° 4 fogli.

Zimbra

vannisa.sanna@asloristano.it

---

**Re: acquisto doppler fetale**

---

**Da :** Dott. Antonio Delabona  
<antonio.delabona@asloristano.it>

mer, 04 mag 2016, 07:49

📎 1 allegato

**Oggetto :** Re: acquisto doppler fetale

**A :** vannisa sanna <vannisa.sanna@asloristano.it>

Buongiorno Sig ra Vannisa in riferimento all'apparecchiatura richiesta , sentita la ginecologa dott.ssa Lao , si ritiene che lo strumento attualmente in uso a diversi consultori dell'azienda cioè quello richiesto " Echo Sounder Adheco( indicato in basso con freccia nel foglio allegato alla richiesta di acquisto) è sufficiente, pertanto se tale strumento è ancora disponibile (probabilmente il costo è minore di quello che viene offerto) acquistate la medesima apparecchiatura , qualora invece non sia più disponibile tale tipologia, quello offerto è conforme .

a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono cordiali saluti

saluti AD

Il 03/05/2016 11.03, vannisa sanna ha scritto:

> Buongiorno Dr. Delabona, allego alla presente, in rif. a quanto specificato in oggetto, l'offerta della Ditta Sim Italia e la Vs. richiesta d'acquisto. Si chiede pertanto di voler esprimere il parere sulla conformità tecnica al fine di procedere con l'acquisto.

> In attesa di riscontro distinti saluti

> V.Sanna

---

 **richiesta acquisto doppler fetale.pdf**  
598 KB

---

Zimbra

Allegato n° 3 alla determinazione  
Provvedimento N° del  
Composto di n° 1 fogli.

vannisa.sanna@asloristano.it

---

**Fwd: Re: ACQUISTO DOPPLER FETALE**


---

**Da :** Dott. Antonio Delabona  
<antonio.delabona@asloristano.it>

mer, 11 mag 2016, 10:49

**Oggetto :** Fwd: Re: ACQUISTO DOPPLER FETALE

**A :** vannisa sanna <vannisa.sanna@asloristano.it>

Sentito il parere della Dott.ssa Lao si ritiene conforme a quanto richiesto, lo strumento offerto dalla GIMA pertanto si chiede di procedere all'acquisto  
saluti AD

----- Messaggio originale -----

**Oggetto:**Re: ACQUISTO DOPPLER FETALE

**Data:**Wed, 11 May 2016 10:28:28 +0200 (CEST)

**Mittente:**adriana.lao@asloristano.it

**A:**Dott. Antonio Delabona <antonio.delabona@asloristano.it>

Ciao Antonio, x quanto riguarda il doppler fetale che mi hai presentato ( GIMA 29502 ) si ritiene conforme a quanto richiesto.

---

**Da:** "Dott. Antonio Delabona" <antonio.delabona@asloristano.it>

**A:** "adriana lao" <adriana.lao@asloristano.it>

**Inviato:** Martedì, 10 maggio 2016 12:51:32

**Oggetto:** Fwd: ACQUISTO DOPPLER FETALE

ciao Adriana vedi cosa mi puoi rispondere  
saluti AD

----- Messaggio originale -----

**Oggetto:**ACQUISTO DOPPLER FETALE


**Data:**Tue, 10 May 2016 12:00:48 +0200 (CEST)

**Mittente:**vannisa sanna <vannisa.sanna@asloristano.it>

**A:**antonio.delabona <antonio.delabona@asloristano.it>

Buongiorno Dr. Delabona,  
in. rif. a quanto in oggetto allego alla presente la scheda tecnica di un modello con caratteristiche simili a quello da Lei richiesto che, peraltro, non abbiamo trovato disponibile dalle Ditte fornitrici dei prodotti Hadeco.  
In attesa di un VS. parere distinti saluti  
V.Sanna

---



**A.S.C. 2000 snc di Carlo Cappellu e Rossana Atzori**

Via Brunelleschi, 41 ORISTANO 09170- Tel/Fax 0783/302059 P. IVA & C. F. : 01028790964 Isor. R.E.A. :124947 del

Oristano 16/05/16

Spett. le A.S.L. 5 di Oristano

Alla cortese att.ne della Sig.ra Sanna

**Oggetto: preventivo di spesa**

Tramite il presente Le invio il seguente preventivo:

**ART.29509 DOPPLER FETALE** Pocket doppler compatto, leggero ed altamente sensibile, dotato di sonda fissa da 2 MHz. Questo Doppler è molto semplice da usare: i controlli sono ridotti al minimo: uno per la regolazione del volume, uno per accensione/spengimento ed una spia che segnala se le batterie sono scariche. Sonda ultrasuoni di produzione inglese della massima qualità. Grande sensibilità: attraverso la sonda da 2 MHz incorporata è possibile rilevare il battito cardiaco fetale fin dalla decima settimana di gravidanze multiple, localizzare la placenta e rilevare il flusso sanguigno del cordone ombelicale. Dotato di riproduzione del battito cardiaco fetale integrata. Il battito cardiaco del feto è visualizzato su un ampio schermo LCD. Mentre il processore di segnali minimizza gli artifatti da rumore di fondo. Fornito in una pratica borsetta completi di sonda, gel e manuale d'uso multilingue (GB, ES, FR, DE, IT, GR, PT).

**Caratteristiche tecniche:**

- Frequenza Ultrasuoni: 2 MHz
- Sonda: a 2 cristalli
- Potenza: <10 mW/mm<sup>2</sup> SATA
- Audio: 300Hz -1 KHz
- Autocorrelazione
- Tasto: on/off
- Rondella regolazione volume
- Indicatori: Display FHR, icona pulsazioni, icone batterie scariche
- Alimentazione
- Batteria 9 V (non inclusa)
- Vita batterie: >6 ore
- Uscite
- : Auricolare (non incluso)
- RS232 - Jack 35 mm
- Materiale: ABS / Noryl
- Misure 150 x 75 mm - Peso: 295 gr (con sonda)
- Classificazione: classe I tipo B - IEC 60601-1 0120
- Garanzia: 2 anni (sonda e cavo inclusi)
- Prodotto in Inghilterra


**Prezzo a Voi riservato è di € 325,00 (trecentoventicinque,00) IVA esclusa .**

**Disponibilità 6 gg. Lavorativi .**

**Alliquota iva : 22%**

**Validità offerta 30 gg.**

**Nell'attesa porgiamo cordiali saluti.**

Rossana Atzori  
  
A.S.C. 2000 snc