

*Copia per F. Tuglie
Venise Sene
8/03/2018
fr*

U.O. Servizi di Assistenza Riabilitativa a soggetti disabili Distretto di Oristano

Responsabile U.O. Dottor Orrù Nicolò Pasqualino

NP/18253

07/03/2018

Oristano, 06.03.2018

Al Responsabile del Servizio Provveditorato
ASSL5 Oristano

oggetto: richiesta acquisto di sfigmomanometro aneroide

Poichè lo sfigmomanometro aneroide in dotazione all'U.O. non è più funzionante si fa richiesta per l'acquisto di uno con le seguenti caratteristiche:

- Sistema di distribuzione della pressione.
- Manometro protetto contro la sovrappressione.
- Micro-filtro per protezione valvola e manometro.
- Quadrante graduato. Ø 56 mm circa , cifre nere su sfondo bianco .
- Monopalla di grandi dimensioni.
- Valvola rilascio aria di precisione per un rapido sgonfiaggio e lunga durata.
- Chassis da plastica antiurto con rivestimento antishock e antiscivolo.
- Cucchiaino regolabile, in materiale termoplastico adatto all'utilizzo di mancini e destrorsi
- Bracciale calibrato di alta qualità, singolo tubo con chiusura a velcro. Lavabile.

Nelle seguenti misure :

N°1 bracciale per adulto , misure 14 x 58 cm, circonferenza: 29-41 cm. (in dotazione al sistema sopra descritto)

N°1 bracciale per bambino misure 10x34 cm circa ; circonferenza 13-20 cm circa

N°1 bracciale per adulto grande; misure 17 x 70 cm; circonferenza. 35 - 47 cm

Tale strumento è necessario per le attività dell'U.O. essendo l'utenza che vi afferisce composta da adulti di varia corporatura e bambini .

Cordiali saluti

ASL ORISTANO
Il Responsabile del Servizio
U.O. Servizi di Assistenza
Dott. Nicolò Pasqualino Orrù
Dott. Nicolò Pasqualino Orrù

SANJONE & C.

LUCA.MALINCHI@ASL-ORISTANO.COM