

Oggetto : CHIARIMENTI GARA DISPOSITIVI MEDICI PER ONCOLOGIA

SI PUBBLICANO I CHIARIMENTI FORNITI DALLA U.O. RICHIEDENTE IN MERITO AL LOTTO N° 5, VOCE 4 DELLA GARA IN OGGETTO.

IN RIFERIMENTO ALL'ALLEGATO TECNICO D) AL CAPITOLATO SPECIALE, LOTTO 5, VOCE 4, SI PRECISA CHE LA Dicitura "**CON CASSETTA RIGIDA DI INTRAPOLAMENTO ARIA**" DEVE INTENDERSI RIFERITA ANCHE AD ALTRO SISTEMA E/O DISPOSITIVO ALTERNATIVO CHE PERMETTA L'ESPULSIONE DELL'ARIA"
