



Cottimo fiduciario per la fornitura e installazione di n. 3 Workstation di refertazione e di n.8 Negativoscopi digitali ad alte prestazioni per il nuovo DEA del P.O. San Martino di Oristano

CHIARIMENTI PUBBLICATI IN DATA 11/09/2012

Quesito del 04 Settembre 2012

Quesito: VOCE A) N° 3 Workstations di refertazione complete di sistemi produzione CD

Inerentemente alla voce:

" Per ogni workstation di refertazione dovrà essere previsto un sistema di produzione CD/DVD che consenta l'archiviazione su supporto digitale dell'esame iconografico refertato sulle stazioni oggetto di acquisizione nel presente capitolato....."

Si richiede se oltre ai robot masterizzatori da installare congiuntamente alle workstations e' richiesta la fornitura di applicativo software dedicato alla produzione di CD/DVD oppure tale applicativo e' gia' parte integrante del sistema PACS Siemens già presente sul sito

Risposta: Si. Il sistema dovrà prevedere un sistema di produzione CD paziente indipendente dal Software SIEMENS.

