

**LOTTO N. 4: LETTINO DEDICATO ALLA ESECUZIONE DELL'ECOCARDIOGRAMMA
TRANSTORACICO****CARATTERISTICHE TECNICHE
N°3 LETTINO DEDICATO ALLA ESECUZIONE DELL'ECOCARDIOGRAMMA
TRANSTORACICO avente le seguenti caratteristiche di minima:**

1. Lettino adeguato per visita medica cardiologica con uso di ultrasuoni con struttura stabile in legno a due sezioni **(specificare caratteristiche)**
2. Testata regolabile meccanicamente **(specificare caratteristiche)**
3. Piano portaoggetti sottostante **(specificare caratteristiche)**
4. Imbottitura in gomma piuma o in poliuretano espanso **(specificare caratteristiche)**
5. Rivestimento in skay o ecopelle facilmente lavabile e disinfettabile, anallergico, auto estinguente e con la possibilità di scelta tra diversi colori **(specificare caratteristiche)**
6. Sistema portarotolo integrato **(specificare caratteristiche)**
7. Peso supportato di almeno 180 kg **(specificare caratteristiche)**
8. Di dimensioni e peso contenuti, dimensioni indicative 190x75x70 (LxPxH) **(specificare caratteristiche)**
9. Compreso di sistema per facilitare la salita a pazienti pediatrici, anziani o con difficoltà motorie **(specificare caratteristiche)**

da destinare a:
N°3 All'U.O. Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino di Oristano