

**PROCEDURA APERTA D'APPALTO PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE SANITARIE VARIE DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA E BRONCO-ENDOSCOPIA DELLA A.S.L. N° 5 DI ORISTANO.**

---

**Chiarimento n. 2**

*Data richiesta: 21/05/2013*

**Richiesta:** “In riferimento alle condizioni di garanzia da Voi indicate all'ART. 8 del Capitolato Tecnico, nella garanzia da voi richiesta devono intendersi inclusi od esclusi anche: i danni accidentali (morsicature) o da disattenzione, dolo o colpa grave (lo strumento cade o sbatte e si rompe o viene pinzato in una valigia o, in un armadio o, nella lavadisinfettatrice”

**Risposta:** *i danni indicati vanno considerati esclusi in quanto non imputabili a difetti di produzione/fabbricazione ma chiaramente causati da un non corretto utilizzo.*