

Elenco Richieste d'Informazione

Relative alla Trattativa avente per oggetto:

"Cottimo fiduciario mediante procedura telematica per la fornitura in lotti unici non frazionabili, di arredi sanitari e non sanitari"

N.B. L'elenco non riporta le richieste di informazione a cui l'ente non ha ancora risposto nè quelle a cui è stata data risposta privata (quindi con visibilità limitata al solo fornitore che ha inoltrato la domanda).

3

Data richiesta 30/04/2014

Richiesta Relativamente al LOTTO N° 5 – CIG:5672795A84 – Carrelli ad uso sanitario Voce n°5-1 nella parte riportante "set raccoglitori per medicazione in propilene, completo di 10 raccoglitori e supporto 140x145 mm." vorremo capire se si intende un supporto a mensola con dispensatori per medicazione a 10 scomparti da aggiungere a quello richiesto per gli aghi e siringhe oppure se si intende qualcosa di diverso. Qualora diverso si prega specificare cosa viene richiesto. grazie

Data risposta 06/05/2014

Risposta Per un refuso nella descrizione del prodotto la misura dell'accessorio "Set raccoglitori per medicazione" è stata indicata in maniera incompleta. La descrizione corretta dell'accessorio è la seguente: "Set raccoglitori per medicazione in polipropilene, completo di 10 raccoglitori e supporto Ø 140 x 145 mm". Si intendono confermate tutte le altre caratteristiche previste dal capitolato tecnico e dal relativo Allegato A parte seconda "Elenco dettagliato dei prodotti oggetto di fornitura".

Tipo risposta PUBBLICA

2

Data richiesta 30/04/2014

Richiesta Chiarimento della Stazione Appaltante

Data risposta 30/04/2014

Risposta In riferimento al LOTTO N° 4 – CIG: 5672766298 – Arredi Sanitari - Cod. Gara Sub-lotto: 4_2: Paravento, si precisa che per un refuso nella descrizione del prodotto è stata inserita la descrizione "Superficie realizzata in laminato". La descrizione corretta del prodotto è la seguente: "La superficie del paravento deve intendersi come tenda in plastica perfettamente lavabile, disinfettabile e resistente al fuoco". Si intendono confermate tutte le altre caratteristiche previste dal capitolato tecnico e dal relativo Allegato A parte seconda "Elenco dettagliato dei prodotti oggetto di fornitura".

Tipo risposta PUBBLICA

1

Data richiesta 14/04/2014

Richiesta in riferimento alla gara in oggetto faccio presente che i documenti relativi alle dichiarazioni -allegato A -B-C-D ,RIPORTA DICITURA DIVERSA DAL DOCUMENTO DISCIPLINARE , PERCUI MI CHIEDO È DA CORREGGERE E RIPORTARE DICITURA COME DISCIPLINARE? GRAZIE (PROSPETTO OFFERTA ECONOMICA COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI N. 1 LASER AD OLMIO PER LA FORNITURA DI N. 1 LASER URINARIA – INCISIONE DI STENOSI – ABLAZIONE PICCOLI TUMORI E DEI RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO DA DESTINARE AL SERVIZIO DI UROLOGIA DELLA ASL N.5 DI ORISTANO.)

Data risposta 15/04/2014

Risposta Si comunica che per mero errore materiale i file relativi agli allegati al Disciplinare riportavano nell'oggetto una dicitura errata. Si è provveduto in data odierna a sostituire il file errato con file riportante nell'oggetto la dicitura corretta (file in formato editabile). Si precisa altresì che il contenuto degli allegati non ha subito alcuna altra modifica ad eccezione della dicitura dell'oggetto. Il nuovo file è disponibile tra i documenti della trattativa ("Allegati al Disciplinare in formato editabile.doc").

Tipo risposta PUBBLICA