

Elenco Richieste d'Informazione

Relative alla Trattativa avente per oggetto:

"Procedura di Cottimo Fiduciario, in n° 2 distinti lotti di aggiudicazione, per la fornitura ed installazione di N° 1 Isolatore per la preparazione degli antiblastici e di N° 1 Cappa Aspirante per taglio e dissezione dei pezzi anatomici"

N.B. L'elenco non riporta le richieste di informazione a cui l'ente non ha ancora risposto nè quelle a cui è stata data risposta privata (quindi con visibilità limitata al solo fornitore che ha inoltrato la domanda).

4

Data richiesta 20/01/2015

Richiesta CHIARIMENTO D'UFFICIO

Data risposta 20/01/2015

Risposta In fase di sopralluogo è stato comunicato che tutti gli elementi per redare l'offerta risultavano contenuti negli atti di gara e che eventuali informazioni aggiuntive potevano essere richieste per tramite dei canali ufficiali comunicati nei medesimi atti. In particolare, si specifica che nell'articolo 2 del Capitolato Tecnico risulta indicato, con carattere grassetto e sottolineato, quanto segue: Per la predisposizione e presentazione delle offerte al meglio rispondenti agli spazi a disposizione e per predisporre il progetto di adeguamento delle opere a supporto delle attrezzature è fatto obbligo di sopralluogo al fine di fornire alla S.A. quanto richiesto al punto 4 dell'art. 11 del presente Capitolato (Tecnico), articolo in cui chiaramente si esplicita che la Ditta dovrà presentare: un progetto tecnico indicante tutte le opere necessarie per una corretta installazione e la piena operatività e funzionalità delle attrezzature nel rispetto delle indicazioni del Costruttore e delle disposizioni normative e legislative vigenti. In altre parole l'adeguamento dei locali verrà svolto dalla ASL N° 5 in rispondenza al progetto tecnico presentato dalla Ditta in offerta. Alla Ditta spetta invece la presentazione di un progetto completo di adeguamento dei locali in cui l'attrezzatura sarà poi installata a cura dell'aggiudicatario.

Tipo risposta PUBBLICA

3

Data richiesta 09/01/2015

Richiesta QUESITO pervenuto il 07/01/2015: ".....chiediamo se sia possibile specificare meglio la dimensione della cappa in quanto sembra essere troppo indicativa quella indicata nelle specifiche tecniche di capitolato. Quanto sopra per meglio offrire la configurazione più idonea agli utilizzatori.....".

Data risposta 09/01/2015

Risposta Per entrambi i lotti le indicazioni sono volutamente di massima perchè nell'ambito del sopralluogo dei locali interessati, e secondo le planimetrie allegate, sia possibile presentare un prodotto rispondente alle esigenze di spazio dei locali interessati. La valutazione qualitativa consentirà di valutare le soluzioni progettuali proposte in relazione all'utilizzo più appropriato degli spazi a disposizione nell'ambito della valutazione delle caratteristiche tecniche, dell'ergonomia e della sicurezza della strumentazione di lavoro oggetto di acquisto.

Tipo risposta PUBBLICA

2

Data richiesta 23/12/2014

Richiesta Nel periodo di garanzia di 24 mesi e nel periodo di post garanzia full risk i filtri ed i filtri HEPA si intendono compresi o dobbiamo quotarli a parte

Data risposta 24/12/2014

Risposta Si tratta di vendita e non di service. Non esiste apparecchiatura da riscattare per il lotto 2. Trattasi di errore materiale.

Tipo risposta PUBBLICA

1

Data richiesta 22/12/2014

Richiesta Buongiorno, nell'allegato tecnico n.2 caratteristiche tecniche lotto 2, al punto 2 si parla di un eventuale riscatto dell'apparecchiatura, si chiede se si tratta effettivamente di service o di vendita

Data risposta 24/12/2014

Risposta Nel periodo di garanzia dovrà essere compresa la manutenzione programmata che dovrà includere la sostituzione dei filtri e di altri eventuali kit periodici oltre che la manutenzione correttiva e quanto altro chiaramente specificato nel Capitolato Tecnico. Lo stesso dicasi per la formulazione del prezzo relativo al contratto di assistenza post-garanzia.

Tipo risposta PUBBLICA