

DELIBERAZIONE n° 377 del 09/04/2010

SERVIZIO PROPONENTE: PROVVEDITORATO

Allegati:

1. nota del 14.01.2010 ditta TERAPON
2. parere ingegneria clinica del 11.02.2010 su nota ditta TERAPON
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Il Referente dell'Istruttoria

Sig.ra M. Francesca Bianchi

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente,
DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima,
regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

OGGETTO: Fornitura di apparecchiature biomediche, fisse e mobili, per il nuovo edificio DEA del P.O. "San Martino" di Oristano e per gli ospedali "G.P. Delogu" di Ghilarza e "A.G. Mastino" di Bosa.". **lotto n.5 LAMPADE: parziale variazione per accettazione della sostituzione di modello aggiudicato (uscito dalla produzione.**

PROPOSTA N° _____ IN DATA _____

Servizio: **Provveditorato**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dr.ssa M.Gesuina Demurtas

IL DIRIGENTE: Dr.ssa M.Gesuina Demurtas

IL COMMISSARIO

Richiamata:

- la deliberazione del D.G. n.980 del 25.06.2009 di aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura di apparecchiature biomediche, fisse e mobili, per il nuovo edificio DEA del P.O. "San Martino" di Oristano e per gli ospedali "G.P. Delogu" di Ghilarza e "A.G. Mastino" di Bosa.;

Atteso:

- che il lotto n.5 di gara "LAMPADE", aggiudicato alla società TERAPON S.r.l. di Cagliari, comprende, tra le altre tipologie, n.5 lampade scialitiche a soffitto e n.3 lampade scialitiche su ruote per la quale la società ha offerto il modello "PENTA-LED 9" di produzione Rimsa P. Longoni Srl;
- che la società aggiudicataria comunica con la nota del 14.01.2010, allegato 1, che a seguito dell'uscita dalla produzione del modello aggiudicato, consegnerà il modello "Penta-

led 30" rispondente per caratteristiche al modello offerto in gara senza alcun aggravio economico;

IL COMMISSARIO

Dott. Giovanni Panichi

DATO ATTO:

- che il servizio di Ingegneria Clinica, con nota del 11.02.2010, allegato n.2, dichiara l'articolo "Pentaled 30" tecnicamente idoneo all'uso ed ai locali cui è destinato, e con caratteristiche rispondenti a quanto richiesto in sede di gara, pertanto pronto a sciogliere la riserva sul collaudo all'atto dell'approvazione della sostituzione da parte della amministrazione;
- che la società aggiudicataria, sia stata costretta per causa di forza maggiore a sostituire il modello aggiudicato, e che tale sostituzione non pregiudichi in alcun modo gli interessi dell'amministrazione ad ottenere un prodotto qualitativamente corrispondente a quanto aggiudicato,
- che l'accettazione di tale sostituzione non lede la parità di trattamento tra i fornitori;

RITENUTO di dover accettare la sostituzione del modello di lampada scialitica aggiudicato "Pentaled 9" con il modello "Pentaled 30", ai medesimi costi aggiudicati in sede di gara,

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

- 1) di accettare la sostituzione del modello di lampada scialitica aggiudicato, "Pentaled 9", con il modello "Pentaled 30", per le voci di cui al lotto 5 indicate con C.05.003 "lampada scialitica a soffitto" e con C.05.004 "lampada scialitica su ruote", senza variazione di prezzi rispetto a quelli aggiudicati in sede di gara;
- 2) Di trasmettere il presente atto al Servizio Provveditorato, al Servizio AA.GG., al Servizio di Ingegneria Clinica, alla Direzione Sanitaria Ospedaliera e al Servizio Bilancio per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Attilio Manca

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Serafinangelo Ponti

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 12/04/2010 al 25/04/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga