



Allegato n° 1 alla deliberazione
N° _____ del _____
Composto di n° 1 foglio

VIA RENZO LACONI 18
Tel.070/212020 - 240788
TELEFAX 070/240980
09122 CAGLIARI
e-mail: terapon srl@terapon.191.it
COD.FISC.E PART.IVA N. 00517460929

Cagliari, 14 Gennaio 2009 *loca*

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale n. 5
Servizio Provveditorato
p.c. Ufficio Tecnico
Via Carducci, n. 35
09170 – Oristano
Fax: 783 73315

Prot. 31/10MP/rm

Oggetto: Fornitura, in lotti unici non frazionabili, di apparecchiature biomediche, fisse e mobili, per il nuovo edificio "DEA" dell'ospedale San Martino" di Oristano e per gli Ospedali di "G.P. Delogu" di Ghilarza e "A. G. Mastino" di Bosa.

Vi comunichiamo che in data odierna si stanno effettuando i collaudi delle Lampade scialitiche aggiudicateci relativamente al Lotto n.5 della Gara in oggetto.

Poiché il Modello offerto in gara "Pentaled9" non è più in produzione, è stato sostituito con il Modello "Pentaled30" le cui caratteristiche, come si evidenzia dalla documentazione presentata, rispondono completamente a quelle del Modello offerto in gara e sono anzi migliorative e superiori.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono

Distinti saluti
Terapon S.r.l.

Cagliari, 14 Gennaio 2009

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale n. 5
Servizio Provveditorato
p.c. Ufficio Tecnico
Via Carducci, n. 35
09170 - Oristano

Bianchi,
11/2/10



Prot. 31/10MP/rm

Oggetto: Fornitura, in lotti unici non frazionabili, di apparecchiature biomediche, fisse e mobili, per il nuovo edificio "DEA" dell'ospedale San Martino di Oristano e per gli Ospedali di "G.P. Deleogu" di Ghilarza e "A. G. Mastino" di Bosa.

Vi comunichiamo che in data odierna si stanno effettuando i collaudi delle Lampade scialitiche aggiudicateci relativamente al Lotto n.5 della Gara in oggetto.

Poiché il Modello offerto in gara "Pentaled9" non è più in produzione, è stato sostituito con il Modello "Pentaled30" le cui caratteristiche, come si evidenzia dalla documentazione presentata, rispondono completamente a quelle del Modello offerto in gara e sono anzi migliorative e superiori.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono

Allegato n° 2 alla deliberazione
N° del
Composto di n° 1 foglio

Distinti saluti
Terapon S.r.l.
TERAPON s.r.l.
L'Impianto di Assistenza Odontologica


11.02.10

Il collaudo è stato formato con riserva da parte del tecnico incaricato.

L'articolo è tecnicamente idoneo all'uso e ai locali a cui è destinato.

Qualora la sostituzione tra la Pentaled 9 e la Pentaled 30 risulta amministrativamente fattibile si scioglierà la riserva espressa in fase di accettazione.



Si precisa che le caratteristiche del prodotto fornito sono rispondenti a quanto richiesto in gara.

