

SERVIZIO PROPONENTE: Servizio Ingegneria Clinica

Allegati:

1. Rapporti di lavoro;
2. Proposta contratto di manutenzione presentata dalla Ditta Hospal;
3. Prospetto.

Il Referente dell'Istruttoria
Salvatore Seoni

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Barbara Podda

DELIBERAZIONE n° 548 del 14/06/2010

OGGETTO: Contratto di manutenzione apparecchiatura elettromedicale per emodialisi in dotazione all'Unità Operativa di Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Oristano e interventi tecnici di riparazione. Ditta Hospal.

PROPOSTA N° _____ IN DATA _____

Servizio: **Servizio Ingegneria Clinica**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Barbara Podda

IL DIRIGENTE: Dott. Ing. Barbara Podda

IL COMMISSARIO

PREMESSO

- Che presso l'Unità Operativa di Rianimazione del Presidio Ospedaliero "S. Martino" di Oristano è in uso una apparecchiatura elettromedicale per emodialisi modello Prisma System, di supporto alle funzioni vitali;
- Che la predetta apparecchiatura è stata fornita dalla ditta Hospal;

CONSIDERATO che l'Unità Operativa di Rianimazione del Presidio Ospedaliero "S. Martino" di Oristano ha richiesto direttamente alla Ditta Hospal S.p.A. di Bologna, stante l'urgenza, interventi tecnici per la riparazione dell'apparecchiatura elettromedicale per emodialisi modello Prisma System;

PRECISATO che i predetti interventi tecnici sono stati eseguiti urgentemente seduta stante, al fine di garantire agli utenti la continuità delle prestazioni sanitarie erogate dall'Unità Operativa di Rianimazione;

ATTESO che le riparazioni dell'apparecchiatura elettromedicale per dialisi per emodialisi modello Prisma System sono state regolarmente eseguite, come si evince anche dai rapporti di lavoro redatti e firmati dal tecnico della Ditta Hospal S.p.A. di Bologna e controfirmati dal Dirigente/Referente dell'Unità Operativa di Rianimazione, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. n. 1;

CONSTATATO che il Responsabile dell'Unità Operativa di Rianimazione ha manifestato la necessità di poter trattare direttamente i pazienti ricoverati nel reparto che necessitano di terapia dialitica;

=====
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 15/06/2010 al 29/06/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

PRESO ATTO che il Responsabile dell'Unità Operativa di Rianimazione ha richiesto di attivare un contratto di manutenzione e assistenza tecnica per l'apparecchiatura in argomento, al fine di poter meglio garantire il perfetto funzionamento e per evitare eventuali disservizi o interruzioni delle prestazioni sanitarie erogate dalla stessa Unità Operativa;

VISTO il D.P.R. del 14 Gennaio 1997, che nella sezione REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI GENERALI al punto 4 "Gestione delle risorse tecnologiche" esplicita che "deve esistere un piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature biomediche";

VISTA la D.G.R. 26/21 del 04.06.1998 avente per oggetto "Requisiti e procedure per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. del 14.01.1997", che all'articolo 16 sottolinea che deve esistere un piano per la manutenzione preventiva delle singole apparecchiature;

VISTA la Raccomandazione del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 9 aprile 2009 avente come obiettivo la riduzione degli eventi avversi riconducibili al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali derivanti da una scarsa e/o non corretta manutenzione degli stessi;

CONSIDERATO che il Servizio di Ingegneria Clinica non dispone di personale da dedicare all'attività di manutenzione preventiva delle apparecchiature e che pertanto non è possibile formulare un contratto in "Formula Patner";

ATTESO che il Servizio di Ingegneria Clinica ha richiesto alla Ditta Hospal S.p.A. di Bologna di formulare una proposta di contratto di manutenzione per l'apparecchiatura in questione;

VISTA la proposta di contratto n. 302708/S.A.T. presentata dalla Ditta Hospal S.p.A. di Bologna, relativa alla manutenzione e assistenza tecnica dell'apparecchiatura elettromedicale per emodialisi modello Prisma System in uso presso l'Unità Operativa di Rianimazione del Presidio Ospedaliero "S. Martino" di Oristano, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. n. 2;

PRECISATO che la Ditta Hospal S.p.A. di Bologna fornirà un'apparecchiatura in scorta di tipo Prismaflex, recentemente introdotta nel mercato italiano, dedicata ai trattamenti continui ed intermittenti sostitutivi della funzione renale;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica relativamente alla stipula del presente contratto di assistenza tecnica e manutenzione;

VISTO il parere favorevole espresso a margine della proposta di contratto dal Dirigente/Referente dell'Unità Operativa di Rianimazione, in ordine alla stipulazione dello stesso contratto;

CONSTATATO che la Ditta Hospal S.p.A. di Bologna in qualità di ditta fornitrice svolge l'assistenza tecnica sugli strumenti da essa prodotti e commercializzati ed è pertanto idonea ad assicurare riparazioni a regola d'arte e a fornire ricambi originali;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario affidare alla Ditta Hospal S.p.A. di Bologna la manutenzione e assistenza tecnica dell'apparecchiatura elettromedicale per emodialisi modello Prisma System, al fine di garantirne un perfetto funzionamento;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

1) **di affidare** alla Ditta Hospal S.p.A. Di Bologna, alle condizioni previste nella proposta di contratto n. 302708/S.A.T. (allegato 2), il servizio "full risk" di manutenzione e assistenza tecnica dell'apparecchiatura elettromedicale per emodialisi modello Prisma System, in uso presso l'Unità Operativa di Rianimazione del Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano, per il periodo 01.06.2010 - 31.05.2013, per l'importo complessivo di Euro 7.200,00 IVA compresa e di affidare, a posteriori, gli interventi tecnici per la riparazione della stessa apparecchiatura per l'importo di Euro 10.200,00 IVA compresa, per il costo complessivo di Euro 17.400,00 IVA compresa;

2) **di far fronte**, rispettivamente, alla spesa di Euro 7.200,00 IVA compresa, sui fondi del conto n° 0507020101 "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie programmate" e alla spesa di Euro 10.200,00 IVA compresa sui fondi del conto n° 0507020103 "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie a richiesta", del bilancio di competenza;

3) **di imputare** il costo complessivo di Euro 17.400,00 IVA compresa, facendolo gravare nel centro di costo n° 5AAE0202A1800;

4) **di incaricare** il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento a fronte di regolari fatture, previa verifica dell'effettiva esecuzione del servizio cui si riferiscono;

5) **di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale, ai Servizi Affari Generali e Bilancio, al Servizio di Ingegneria Clinica, all'Unità Operativa di Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Oristano e alla Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero di Oristano, per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza

IL COMMISSARIO

Dott. Giovanni Panichi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Pier Attilio Manca

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Serafinangelo Ponti

