



ASL Oristano

13 FEB. 2010

OSPEDALE SAN MARTINO - ORISTANO

UNITA' OPERATIVA DI MEDICINA INTERNA

Direttore Dott. Luigi Cassisa

Oristano, 12.02.10

Allegato n° 1 alla deliberazione
N° dal
Composto di n° 4 fogli.

Spett. Direzione Generale
ASL n. 5 - Oristano

Vi è noto come la situazione di codesta U.O. sia caratterizzata da molteplici problematiche, attualmente in via di risoluzione. Tra queste è necessario che segnalare la carenza di apparecchiature elettro-medicali che consentano di dare una assistenza più adeguata ai malati ricoverati e, in prospettiva, ai vari Ambulatori che saranno attivati.

Con la presente Vi invio pertanto una lista di strumenti - compilata in ordine di priorità - che possono consentire un miglioramento nella qualità delle prestazioni erogate:

- Un EcoColor Doppler multidisciplinare, con moduli e sonde per lo studio della tiroide, dei tessuti molli, dell'addome, ed applicazione cardio-vascolare
- Un sistema per assistenza ventilatoria a circuito CPAP
- Dodici pompe per infusione di farmaci dotate di appositi deflussori (consumo stimato 12.000/anno)
- Apparecchio emogasanalitico a cartuccia (si prevedono tremila esami/anno)
- Tre sistemi di rilevazione della temperatura corporea (termometro), di tipo frontale a contatto, dotati di superficie antimicrobica
- Due sistemi di monitoraggio dei segni vitali (pressione non invasiva, con tubo e bracciale adulti a doppio lume; frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno) con stampante interna e batteria a lunga autonomia, dotato di maniglia e posizionato su carrello completo di vano porta-accessori
- Un Elettrocardiografo di fascia alta

Grato per la collaborazione, invio cordiali saluti

Dott. Luigi Cassisa

Luigi Cassisa

[Handwritten notes and signatures at the bottom left]

OSPEDALE SAN MARTINO - ORISTANO

UNITA' OPERATIVA DI MEDICINA INTERNA

Direttore: Dott. Luigi Cassisa

Faa
11/11/10
Luigi

Oristano, 07.10.10

**Spett. Ufficio Acquisti Apparecchiature
all'attenzione della Sig. E. Faa
ASL. n. 5 – Oristano**

Oggetto: acquisto ventilatori polmonari per U.O. Medicina

In relazione alla scelta del tipo di ventilatori da utilizzare presso codesta U.O., il cui acquisto è già stato deliberato, comunico quanto segue.

Le due apparecchiature previste devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- adatte all'uso in pazienti ospedalizzati affetti da insufficienza ventilatoria cronica; pertanto munite di funzioni che ne consentano il trattamento dei pazienti fino a stabilizzazione clinica, il successivo svezzamento e la dimissione con la modalità di ventilazione più adatta;
- dotate di display 5,7" a colori con monitoraggio in continuo dei parametri impostati, delle curve di pressione, del flusso, del volume e del loop ; rilevazione del volume espirato e dei limiti di allarme impostati;
- tali da consentire la ventilazione invasiva e non invasiva; la ventilazione pressometrica a volume garantito, con trigger inspiratorio e trigger espiratorio, regolazione del tempo inspiratorio minimo e del tempo inspiratorio max, volume corrente di sicurezza, arricchimento Ossigeno;
- destinate a pazienti adulti;
- munite di ventilazione con circuiti a doppio tubo, monotubo o coassiale (anche monouso), di test automatico delle funzioni ad ogni accensione e di protezione tramite password delle impostazioni.
- tali da permettere la visualizzazione degli eventi e dei trend con registrazione fino a 72 ore dal momento dell'accensione del ventilatore, la visualizzazione dello stato di carica della batteria interna estraibile;
- munite di allarme acustico e visivo in caso di scarsa alimentazione, con possibilità di utilizzare una batteria esterna di circa 10 ore di autonomia;


- l'apparecchiatura si intende completa di carrello, circuito riutilizzabile, filtro, valvola espiratoria, cavo di alimentazione a rete e cavo di alimentazione tramite presa accendisigaro in auto. Borsa per il trasporto, manuale d'uso e incluso nella fornitura corso di addestramento per i medici utilizzatori;
- l'assistenza tecnica deve essere garantita entro le 24 ore.

Per quanto ci consta tali requisiti sono in possesso del Ventilatore polmonare marca HACKERMANN & BILD modello POLAR 1, che rappresenta l'apparecchiatura che meglio si adatta alle esigenze del nostro Reparto.


Grato per la collaborazione, invio cordiali saluti

Prot. 023/10

Dott. Luigi Cassisa



Azienda Sanitaria n. 5 - Oristano
P.O. S. Martino
U.O. Medicina Interna
Direttore: Dr. Luigi Cassisa



Domolife S.r.l. Codice Fiscale P. IVA 00438170680
Via Atemo, 56 - 65128 Pescara(PE)
NUMERO VERDE 800 - 019676 fax 085 52 696
WWW.DOMOLIFE.IT - INFO@DOMOLIFE.IT



Allegato n° 3 alla deliberazione
N° del
Composto di n° 2 fogli.

OFFERTA ECONOMICA

RIFERIMENTO OFFERTA:

CLIENTE:

Pescara, 08/10/2010

Numero: 513-vtd
Del: 08 ottobre 2010
Utente: Sig. Di Gregorio
Telefono: uff. 085 43 11 988

Spett.le Az. USL ORISTANO
Via Carducci, 35 09170 - Oristano
Servizio Provveditorato
fax 0783 73 315
Vs. Rif. Prot. N. 67962/E. F. 08.10.2010

Tutti i materiali forniti dalla DOMOLIFE S.r.l sono conformi alla **Direttiva 93 / 42 CE-MDD (Medical Devices Directive)** recepita in Italia con **D. Lgs 46 / 97**.

Domolife è lieta di sottoporre alla vostra attenzione la propria offerta economica per il materiale di seguito descritto occorrente Vs. assistito.

OGGETTO: offerta ventilatore polmonare POLAR1 (materiali di consumo in OMAGGIO)

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO%	IMPONIBILE
1V00027	Ventilatore Polmonare POLAR1 H&B	N.	02	€ 5.980,00		€ 11.960,00
	Materiali di consumo in OMAGGIO alla fornitura					
1MA00103	Maschera oro nasale F&P hc341 (cuscinetti tg. L,M,S)	N.	04			
1M00024	Circuito paziente POLAR1	N.	24			
1M00069	Filtro antibatterico Barrierbac DAR	N.	104			
1M00004	Filtro macchina antipovere	N.	24			
1U00002	Umidificatore F&P hc150 con vaschette	N.	02			
	Borsa per trasporto	N.	01			
	Manuale in italiano	N.	01			
Prezzo totale offerta a Voi riservato				€ 11.960,00	(EURO undicimilanovecentosessanta/00)	

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Trasporto: Ns. carico
Garanzia: 24 mesi
I.V.A.: a Vs. totale carico norma di legge 20
Validità offerta: 30 giugno 2011
Consegna: 10 giorni lavorativi
Pagamento: solito in uso
Note: in caso di Vs. ordine citare il numero di riferimento offerta

Sicuri di aver fatto cosa gradita, cogliamo l'occasione per porgerle cordiali saluti

DOMOLIFE s.r.l.
L'Amministratore
Nicola Scrafini

**HACKERMANN & BILD s.r.l.***Medical Division*

Crespellano li 07/07/10

Spett. Le Cliente**Oggetto: Dichiarazione di esclusività**

Il sottoscritto Gianluca Preziosa nato a Bologna il 25/06/1973, in qualità di Presidente della Società Hackermann & Bild srl con sede in Via Giulio Pastore, 16 40056 Crespellano (BO),

dichiara :

che la Società Domolife srl con sede in Via Aterno, 56 65128 Pescara è distributore in esclusiva per la Regione Sardegna dei ventilatori polmonari linea Polar prodotti e commercializzati in Italia da Hackermann & Bild srl

In fede

HACKERMANN & BILD srl

Il Presidente cda

Gianluca Preziosa

HACKERMANN & BILD s.r.l.
Via G. Pastore, 16
40056 Crespellano
BOLOGNA (ITALY)

Phone: +39 051 96.98.02 r.a.
Telefax: +39 051 96.98.09
E-mail: commerciale@hb-hackermann.com
Internet: www.hb-hackermann.com

Capitale sociale € 10.920,00 int. vers.
Partita IVA (V.A.T.) n. 01776511204
C.F. e Registrazione: Trib 11424800152
C.C.I.A.A. (BO) 387456