

Dr. Sanna P.

*Poliambulatorio di Oristano
Via Michele Pira, 48*

Prot. 2804310
Poliambulatorio : Prot. n°
Oggetto : richiesta per acquisto autoclave

01 alla deliberazione
03 fogli

*Al Servizio Preveditorato.
Caratteristiche analoghe
a quelle acquistate da Dr. Paolo Sanna
su gara telematica lo
scorso mese Podda.*

ORISTANO 13/10/2010

AL Servizio di Ingegneria Clinica
Ing. B. Podda
Sede

Si richiede con cortese urgenza la fornitura di due autoclavi professionale per uso ospedaliero con la capacità di 24 litri, per la sterilizzazione del materiale usato negli ambulatori del Poliambulatorio di Oristano (**ORL 1 e 2 / Oculistica 1-2-3 / Chirurgia/ Urologia/ Dermos/ Fisiatria/ Ortopedia / Reumatologia / Odontoiatria 1-2-3**).

L'urgenza è dovuta al fatto che le macchine attualmente in dotazione al servizio sono usurate e spesso ferme per riparazione; inoltre le ore di Specialistica chirurgica sono aumentate e così pure il materiale da sterilizzare.

Si porgono distinti saluti

Il Responsabile del Distretto





DR 45175
int. 91

Oristano 20 Ottobre 2010

Prot. 2815261

Al Direttore Sanitario dei Presidi Ospedalieri
Dr. Nicolò Orrù

Al Direttore del Provveditorato
Dott.ssa Gesuina Demurtas

p.c. Alla Direzione Sanitaria P.O. Ghilarza
Dott.ssa Emanuela Porcedda

OGGETTO: Acquisto urgente autoclave per Blocco Operatorio

Si allega alla presente la richiesta urgentissima per l'acquisto di una nuova autoclave da destinare al Blocco Operatorio del P.O. Di Ghilarza.

Si precisa che a causa di un malfunzionamento l'autoclave in uso in uso non è più riparabile a meno che non si proceda ad un adeguamento della centrale di controllo del valore di 9.500.00,00 euro +IVA. Tale manutenzione di cui si allega il preventivo non ha alcun senso su un attrezzatura obsoleta ed inoltre il costo di un'attrezzatura nuova è di circa 25.000,00 euro + IVA.

La mancanza della suddetta apparecchiatura crea dei forti disagi per il Blocco Operatorio, come segnalato dalla referente della Direzione sanitaria nella nota allegata.

Nel restare a disposizione per ulteriori chiarimenti e nell'enfatizzare l'urgenza della suddetta fornitura si porgono cordiali saluti,

Il Responsabile del Servizio
Ingegneria Clinica
Dott. Ing. Barbara Podda



Direzione Sanitaria
Ospedale "G.P. Delogu"

GHILARZA li, 15/10/2010

Prot. 1378/165

All'Ingegneria Clinica

Oggetto: richiesta urgente fornitura autoclave Blocco Operatorio.

Si richiede l'acquisto urgente di un' autoclave da destinare al Blocco Operatorio del PO "G.P. Delogu" di Ghilarza in quanto quella attualmente presente comporta notevoli disagi e rallentamenti nello svolgimento delle attività lavorative per via del cattivo funzionamento della stessa.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Medico
Dott.ssa Emanuela Porcedda

Dott.

Sig.