



ASL Oristano

Attestato n° 01 alla deliberazione
N. 01
09

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5 ORISTANO

VERBALE SEGGIO DI GARA N. 1 DEL 28/07/2010

PROCEDURA NEGOZIATA

per la fornitura dei servizi di revisione inventariale, verifiche di sicurezza elettrica, verifiche di funzionalità, verifiche straordinarie e collaudi di apparecchiature elettromedicali presso Presidi diversi dell'Azienda Sanitaria Locale N°5 di Oristano, per il periodo di mesi ventiquattro (24).

L'anno duemila e dieci, il giorno ventotto del mese di luglio, alle ore 10,05 nella Sede legale ed amministrativa dell'A.S.L. N. 5 di Oristano, presso il Servizio Provveditorato, si è riunito il Seggio di gara preposto ai lavori di aggiudicazione della procedura in oggetto.

Sono presenti i Signori:

Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas	Direttore Servizio Provveditorato	Presidente
Sig.ra Michela Granese	Collab. amm.vo Servizio Provveditorato	Testimone
Dr. Paolo Sanna	Collab. amm.vo Servizio Provveditorato	Testimone,

ricopre le funzioni di Segretario verbalizzante il Dr. Paolo Sanna.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con atto deliberativo commissariale n. 496 del 24.05.2010 è stata indetta procedura negoziata di gara, ai sensi del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii., per la fornitura dei servizi di revisione inventariale, verifiche di sicurezza elettrica, verifiche di funzionalità, verifiche straordinarie e collaudi di apparecchiature elettromedicali presso Presidi diversi dell'Azienda Sanitaria Locale N°5 di Oristano, per il periodo di anni due;
- che con il medesimo succitato atto è stato approvato relativo Capitolato Tecnico, Disciplinare Amministrativo e relativi allegati, lo schema d'Invito e l'elenco di n. 15 Ditte specializzate nel settore da invitare alla procedura;
- che con nota prot. n. 42/DA3 del 14/06/2010 del Direttore del Servizio Provveditorato sono state invitate alla presente procedura le seguenti N. 15 Ditte diverse di cui al summenzionato elenco:

Elettronica Professionale di Sassari, **Elettronica Biomedicale** di Foligno, Perugia (Pg), **Ingegneria Biomedica Santa Lucia**, di Gagnano Tr. (Pc), **Siemens Healthcare Italia** di Milano, **Hospital Consulting** di Bagno a Ripoli-Firenze, **TBS Group** di Trieste, **Esote** di Genova, **GE Medical Systems Italia** di Milano, **Novaura** di Cinisello Balsamo Milano, **TBM** di Monserrato (Ca), **Carestream Health Italia** di Cinisello Balsamo (Mi), **Draeger Medical Italia** di Corsico (Mi), **Revi** di Surbo (Le), **Sanifarm** di Cagliari, **Steril** di Surbo (Le);

- che entro i termini per la presentazione delle offerte di gara, fissato per il giorno 26/07/2010, ore 13,00 , in riscontro a specifiche richieste presentate da Ditte invitate alla gara, sono stati resi i seguenti N. 4 chiarimenti, uniti al presente Verbale con la lett. A) per farne parte integrante e sostanziale:
 - chiarimento N. 1 del 28/06/2010 (ns. prot. n. 46200 del 28/06/2010);
 - chiarimento N. 2 del 08/07/2010 (ns. prot. n. 49419 del 08/07/2010);
 - chiarimento N. 3 del 15/07/2010 (ns. prot. n. 51106 del 15/07/2010);
 - chiarimento N. 4 del 21/07/2010 (ns. prot. n. 52340 del 21/07/2010);
- che con Deliberazione Commissariale n. 715 del 27/07/2010 è stata nominata la Commissione preposta ai lavori di aggiudicazione della presente gara, distinta in Seggio di gara e Commissione giudicatrice.

Il Presidente dopo aver verificato la regolarità delle convocazioni e la presenza delle persone sopra menzionate, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti, in rappresentanze delle Ditte, i Signori sottoscrittori dell'unito allegato RD al presente Verbale di gara.

Il Presidente dà atto e fa constatare palesemente che nel termine ultimo, fissato nell'Invito di gara prot. n. 42/DA3 del 14/06/2010 per il giorno 26.07.2010, ore 13,00, sono pervenute le seguenti n. 02 (due) offerte da parte delle Ditte appresso specificate (in ordine di protocollo di arrivo):

DITTE
A.T.I. Elettronica Biomedicale di Foligno (Pg) con Elettronica Professionale di Sassari, <i>ns. prot. n. 52260 del 26/07/2010, arrivo ore 11,00;</i>
Ditta Esaote di Genova, <i>ns. prot. n. 53267 del 26/07/2010, arrivo ore 11,07.</i>

Il Seggio di gara procede quindi alla verifica della regolarità esterna dei pieghi generali contenenti le offerte di gara delle n. 2 Ditte ammesse, apponendo sugli stessi le firme di tutti i Componenti del Seggio.

Concluso l'esame esteriore, il Presidente procede all'apertura dei pieghi generali contenenti le soprascritte offerte di gara e quindi all'apertura e disamina della documentazione amministrativa ex art. 2 del Disciplinare Amministrativo, verificando la presenza dei documenti amministrativi ivi richiesti, quali l'Allegato "A" al Disciplinare Amministrativo (istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva), copia del Capitolato Tecnico e del Disciplinare Amministrativo e rispettivi allegati sottoscritti in ogni pagina per accettazione, la cauzione provvisoria corredata da impegno fideiussorio, apponendo, sulla documentazione di cui sopra, la firma di tutti i Componenti del Seggio.

Il Presidente procede, quindi, alla verifica della materiale presenza della busta contenente la documentazione tecnica di gara e quella relativa all'offerta economica così come previsto, rispettivamente, dagli artt. 3 e 4 del Disciplinare Amministrativo, sul frontespizio dei quali viene apposta la firma di tutti i Componenti del Seggio.

La verifica documentale di cui sopra ha il seguente esito:

DITTE	DOCUMENTAZIONE
Ditta Esaote di Genova	<i>Regolare</i>
A.T.I. Elettronica Biomedicale di Foligno (Pg) con Elettronica Professionale di Sassari,	<i>Regolare</i>

Il Presidente dà atto che, da parte di tutte le n. 2 (due) Ditte, come sopra descritte, la documentazione amministrativa e quella generale risulta regolare, e, pertanto le stesse sono ammesse alle fasi successive di gara.

Terminato l'esame della documentazione generale ed amministrativa si procede al sorteggio previsto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, cui provvede, in rappresentanza della Ditta Esaote, il Sig. Putzulu, con il seguente esito: Ditta sorteggiata: Esaote di Genova; quest'ultima dovrà provvedere a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti negli atti di gara.

Il Presidente stabilisce di aggiornare i lavori ad altra seduta pubblica, nella quale si procederà, per lotto unico di gara, a dare atto delle risultanze della verifica di conformità tecnica e di valutazione tecnico-qualitativa effettuata dalla Commissione giudicatrice di gara, quindi si procederà all'apertura delle offerte economiche delle offerte regolarmente ammesse e all'attribuzione del relativo punteggio (prezzo, qualità e totale), ai fini dell'aggiudicazione della presente procedura negoziata d'appalto.

Eseguite le soprascritte operazioni, i plichi relativi alla documentazione amministrativa e alle offerte economiche (quest'ultime riposte in ulteriore piego sigillato e firmato da tutti i componenti del Seggio) vengono presi in custodia dal Segretario del Seggio di gara mentre i plichi, debitamente sigillati, contenenti la documentazione tecnica delle offerte ammesse, verranno trasmessi alla Commissione giudicatrice, preposta all'anzidetta valutazione tecnico-qualitativa.

La seduta si chiude alle ore 11,05.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente:

Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

I Testimoni:

Sig.ra Michela Granese

Dr. Paolo Sanna

quest'ultimo facente funzioni di Segretario verbalizzante.

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO
SERVIZIO PROVVEDITORATO

Prot. N. 46200 del 28/06/2010

CHIARIMENTO N. 1 del 28/06/2010

concernenti procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di revisione inventariale, verifiche di sicurezza elettrica, verifiche di funzionalità, verifiche straordinarie e collaudi di apparecchiature elettromedicali presso Presidi diversi dell'Azienda Sanitaria Locale N° 5 di Oristano.

In relazione al quesito appresso specificato, pervenuto a questa A.S.L., concernente la procedura d'appalto in oggetto, si espongono i seguenti chiarimenti:

1. **Q.** "...Il Capitolato Tecnico al punto 4.3 nel quale vengono descritte le **Verifiche Funzionali**, sottolinea che: "Se a seguito delle verifiche di funzionalità le apparecchiature non dovessero risultare adeguate, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino delle loro condizioni di funzionamento in conformità alla normativa vigente. Si fa richiesta pertanto all'Azienda Sanitaria di confermare o meno se tali costi siano effettivamente inclusi o meno nella base d'asta e nei servizi attesi oggetto della gara..... Si richiede gentilmente, l'invio del file contenente l'inventario delle apparecchiature (allegati 1, G1, G2, G3, G4, G5, A e B), al fine di consentire un più rapido svolgimento nelle fasi di stesura dell'offerta.."

R. *Si intende intesa tutta la manodopera necessaria. Qualora per il ripristino funzionale occorranza dei pezzi di ricambio, la Ditta dovrà darne comunicazione scritta all'ASL con chiara indicazione del valore di sostituzione dell'apparecchiatura e dei singoli pezzi di ricambio necessari per rimetterla in esercizio al pieno delle sue funzionalità. L'ASL deciderà sull'opportunità di eseguire o meno la manutenzione la quale potrà eventualmente essere eseguita presso i laboratori della Ditta Aggiudicataria senza ulteriori oneri. Pertanto, solo il prezzo di eventuali pezzi di ricambio dovrà essere fatturato separatamente.*

Si provvede a trasmettere i file richiesti ai fini dell'elaborazione dell'offerta di gara.

Legenda:

Q. : quesito

R. : risposta

Prot. n. 49419 del 08/07/2010

CHIARIMENTO N. 2 del 08/07/2010

concernenti procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di revisione inventariale, verifiche di sicurezza elettrica, verifiche di funzionalità, verifiche straordinarie e collaudi di apparecchiature elettromedicali presso Presidi diversi dell'Azienda Sanitaria Locale N° 5 di Oristano.

In relazione al quesito appresso specificato, pervenuto a questa A.S.L., concernente la procedura d'appalto in oggetto, si espongono i seguenti chiarimenti:

1. **Q.** "... è stata invitata a partecipare alla procedura negoziata in oggetto (prot. n. 42/DA3 del 14/06/2010); che la scrivente società ha svolto nel triennio 2006, 2007, 2008 i servizi in gara nell'ambito di appalti di manutenzione globale comprendenti, oltre ai servizi di gara, anche quelli manutentivi su apparecchiature medicali di svariate classi, marche e modelli e che il fatturato prodotto nell'ambito di tali appalti era riferito ad un canone annuale omnicomprensivo e forfetario. Ciò premesso la scrivente, non disponendo di certificazioni specifiche per i soli servizi oggetto di gara, ritiene doveroso porgere la presente istanza di chiarimenti: si chiede se, ai fini dell'ammissione alla gara, sia sufficiente elencare tale fatturato complessivo o se sia invece necessario stimare ed elencare quanto del fatturato prodotto sia specificamente riferibile ai soli servizi in gara..."

R. *E' possibile riferire il fatturato di cui ai punti IV e V dell'allegato "A" al Disciplinare Amministrativo di gara concernente l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto di gara anche a quelli manutentivi, ovvero, la Ditta concorrente potrà indicare tra i fatturati relativi all'oggetto di gara di cui ai succitati punti anche quelli relativi a prestazioni manutentive rese su apparecchiature elettromedicali.*

Legenda:

Q. : quesito
R. : risposta

Prot. N. 51106 del 15/07/2010

CHIARIMENTO N. 3 del 15/07/2010

concernenti procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di revisione inventariale, verifiche di sicurezza elettrica, verifiche di funzionalità, verifiche straordinarie e collaudi di apparecchiature elettromedicali presso Presidi diversi dell'Azienda Sanitaria Locale N° 5 di Oristano.

In relazione ai quesiti appresso specificati, pervenuti a questa A.S.L., concernenti la procedura d'appalto in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti:

1. **Q. ".....All'interno dell'art. 1 -Premessa- del Capitolato Tecnico e dell'art. 1 -Oggetto e durata- del Disciplinare Amministrativo di Gara viene indicato il valore presunto dell'appalto per complessivi € 129.999,00 (Iva esclusa). Si chiede di specificare se tale importo è comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza..... Si chiede inoltre di stimare la valorizzazione di detti oneri. Si chiedono delucidazioni in merito alla compilazione dell'Allegato "B" al Disciplinare Amministrativo di Gara qualora sia necessario evidenziare gli oneri relativi alla sicurezza...."**

R. In merito all'importo fissato a base di gara € 129.999,00 (Iva esclusa) si specifica che lo stesso è, anche per intervenuto accertamento di sussistenza e relativa quantificazione effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione di questa ASL, comprensivo degli oneri di sicurezza quantificati in complessivi € 812,50 (Iva esclusa) da scomputare dal soprascritto valore fissato a base di gara; pertanto l'importo da assoggettare a ribasso è pari a € 129.186,50 (Iva esclusa). Nella compilazione dell'offerta economica di gara (di cui l'Allegato "B" al Disciplinare Amministrativo costituisce relativo schema), la Ditta offerente dovrà, pertanto, tenere conto di quanto soprascritto, ovvero dovrà quantificare la propria offerta economica per un importo pari o inferiore a € 129.186,50 (Iva esclusa, quale valore assoggettato a ribasso). Resta confermato l'importo della cauzione provvisoria (pari a € 2.600,00) di cui all'art. 2 del Disciplinare Amministrativo di Gara.

2. **Q. ".....Rif.to art. 5, punto 5.2: qualifiche del personale -del Capitolato Tecnico: in merito alla presentazione dei profili inerenti il personale, si richiede di specificare se nei suddetti curricula è necessario riportare il nominativo per esteso oppure se sono sufficienti le sole iniziali, da confermare in sede di avvio del**

servizio....."

R. *Il curriculum non deve essere necessariamente nominativo ma in ogni caso devono essere chiaramente indicati i curriculum dei profili professionali coinvolti nelle diverse attività con chiara indicazione dei titoli di studio, dell'esperienza maturata, dei corsi professionali seguiti in relazione alle attività oggetto dell'appalto, e di ogni altra indicazione utile ai fini della valutazione qualitativa. Tali requisiti essendo oggetto di valutazione, saranno poi intesi come requisiti minimi per il personale da adibire alle mansioni oggetto del contratto. Per questo motivo, prima dell'inizio dell'attività la Ditta Aggiudicataria dovrà presentare l'elenco definitivo dello staff impiegato per le attività dell'appalto e qualora si dovesse riscontrare una non conformità con quanto presentato in sede di offerta si darà corso all'immediata rescissione del contratto.*

Legenda:

Q. : quesito

R. : risposta

Prot. N. 52340 del 21/07/2010

CHIARIMENTO N. 4 del 21/07/2010

concernenti procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di revisione inventariale, verifiche di sicurezza elettrica, verifiche di funzionalità, verifiche straordinarie e collaudi di apparecchiature elettromedicali presso Presidi diversi dell'Azienda Sanitaria Locale N° 5 di Oristano.

In relazione al quesito appresso specificato, pervenuto a questa A.S.L., concernente la procedura d'appalto in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti:

Q. "... Con riferimento al modulo Allegato B al Disciplinare che occorre utilizzare per la formulazione dell'offerta si chiede di conoscere se quantità indicate nella colonna A debbano intendersi annuali o biennali. Nel caso debba esprimersi anche il prezzo biennale si chiede di conoscere i quantitativi di apparecchiature soggette a verifiche di sicurezza annuali e quelle soggette a verifiche biennali in quanto questa informazione non è desumibile dagli elenchi inventariali, suddivisi nei 5 gruppi, forniti...."

R. Nell'offerta la Ditta concorrente dovrà riportare il prezzo per le quantità indicate. L'indicazione biennale e' riferita al tempo massimo per l'esecuzione di tutti i servizi oggetto dell'appalto. Qualora durante le fasi di censimento e verifica la Ditta risultata aggiudicataria dovesse riscontrare su alcune apparecchiature l'opportunità di una seconda verifica da effettuarsi durante il periodo di validità del servizio avrà il compito di segnalarlo all'Amministrazione.

Legenda:

Q. : quesito

R. : risposta

Allegato "RD" al VERBALE SEGGIO di GARA N. 1 del 28.07.2010 "Negozziata Revisione Apparecchiature elettromedicali"



ASL Oristano

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO

ELENCO RAPPRESENTANTI DITTE PRESENTI ALLA SEDUTA DI GARA DEL GIORNO 28.07.2010

Rif.	NOMINATIVO (IN STAMPATELLO)	DITTA RAPPRESENTATA (IN STAMPATELLO)	FIRMA per esteso	PRESENTE IN QUALITÀ DI:		
				Legale Rappresentante	Delegato in forma scritta	Partecipante senza delega formale
1	Patzulu Giuncola	Esate spa			X	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						



ASL Oristano

Allegato n° 02 alla deliberazione
N° del
Costo di n° 23 fogli

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5 ORISTANO

VERBALE SEGGIO DI GARA N. 2 DEL 19/10/2010

PROCEDURA NEGOZIATA

per la fornitura dei servizi di revisione inventariale, verifiche di sicurezza elettrica, verifiche di funzionalità, verifiche straordinarie e collaudi di apparecchiature elettromedicali presso Presidi diversi dell'Azienda Sanitaria Locale N°5 di Oristano, per il periodo di mesi ventiquattro (24).

L'anno duemila e dieci, il giorno diciannove del mese di ottobre, alle ore 9.32 nella Sede legale ed amministrativa dell'A.S.L. N. 5 di Oristano, presso il Servizio Provveditorato, si è riunito il Seggio di gara, preposto ai lavori di aggiudicazione della procedura in oggetto, nominato giusta Deliberazione Commissariale n. 715 del 27/07/2010.

Sono presenti i Signori:

Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas	Direttore Servizio Provveditorato	Presidente
Sig.ra Michela Granese	Collab. amm.vo Servizio Provveditorato	Testimone
Dr. Paolo Sanna	Collab. amm.vo Servizio Provveditorato	Testimone,

ricopre le funzioni di Segretario verbalizzante il Dr. Paolo Sanna.

PREMESSO E CONSIDERATO

-che con con Verbale del Seggio di gara N. 1 del 28.07.2010 si è proceduto, in seduta pubblica, all'apertura dei pieghi generali contenenti la documentazione di gara presentati entro il termine ultimo, fissato, nell'Invito di gara prot. n. 42/DA3 del 14/06/2010, per il giorno 26.07.2010, ore 13,00, dalle n. 02 (due) Ditte **A.T.I. Elettronica Biomedicale** di Foligno (Pg) **con Elettronica Professionale** di Sassari ed **Esaote** di Genova e proceduto alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta e, a seguito della positiva verifica di cui sopra, alla conseguente ammissione alle fasi successive di gara di entrambe le succitate Ditte;

-che per gli adempimenti relativi alla valutazione tecnico qualitativa e di conformità tecnica, in data 28.07.2010, con nota prot. 2697966, il Presidente del Seggio di gara, provvedeva a trasmettere, al Presidente della Commissione Giudicatrice, le buste sigillate contenenti la documentazione tecnica presentata dalle Ditte **A.T.I. Elettronica Biomedicale** di Foligno (Pg) **con Elettronica Professionale** di Sassari ed **Esaote** di Genova, nonché copia del citato Verbale del Seggio n°1 del 28.07.2010, unitamente a copia dei relativi Capitolato Tecnico e del Disciplinare e rispettivi allegati;

-che con nota prot. n. 53968 del 29/07/2010 del Direttore del Servizio Provveditorato, in relazione a quanto previsto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 circa la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa auto-dichiarati in sede di documentazione di gara, si è provveduto a comunicare, alla Ditta sorteggiata nel corso della seduta pubblica del Seggio in data 28/07/2010, (Ditta Esaote) che in ragione della documentazione amministrativa-

ben 14

generale già prodotta in sede di offerta di gara, non sussisteva, in capo alla stessa, alcun ulteriore obbligo in merito;

- che il Presidente della Commissione Giudicatrice ha trasmesso al Presidente del Seggio di gara n° 3 Verbali relativi ai lavori per la verifica di conformità tecnica e l'attribuzione dei punteggi tecnico-qualitativi (allegati in originale con il n. 1 al presente Verbale, composti complessivamente da n° 14 fogli);

- che della seduta in data odierna è stata data comunicazione, a mezzo fax, alle succitate Ditte ammesse alle fasi successive di gara, giuste nostre note prot. nn. 69315-69316 del 13/10/2010.

Tutto ciò premesso, il Presidente, dopo aver verificato la regolarità delle convocazioni delle Ditte ammesse e dei Componenti il Seggio di gara, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti, in rappresentanza delle Ditte, i Signori sottoscrittori dell'unito Allegato "RD" al presente Verbale di gara.

Il Presidente ad inizio seduta evidenzia che la graduatoria finale e relativa aggiudicazione scaturirà dalla sommatoria del punteggio qualitativo e del punteggio per il prezzo, per lotto unico di gara, così come disposto dall'art. 14 del Disciplinare Amministrativo.

Il Presidente del Seggio procede, quindi, in conformità a quanto prescritto dal succitato art. 14 del Disciplinare, ad illustrare i contenuti di cui ai Verbali n° 1 del 29/07/2010, n° 2 del 19.08.2010 e n° 3 del 20/09/2010 della Commissione Giudicatrice nei quali la medesima Commissione dà atto dell'attività di analisi documentale delle offerte tecniche presentate dalle succitate Ditte, dando lettura integrale dei criteri tecnico qualitativi e dei punteggi qualitativi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice di gara.

Il Presidente procede, quindi alla lettura delle risultanze di tali verifiche così riassunte:

LOTTO UNICO: *Importo base soggetto a ribasso: € 129.186,50 (Iva/E)*
Oneri per la sicurezza: € 812,50 (Iva/E)
Importo complessivo di gara: € 129.999,00 (Iva/E)

Criterio/ Ditta	A.T.I. Elettronica Biomedicale con Elettronica Professionale	ESAOTE
<i>Tipologia e modalità di esecuzione del servizio di revisione, monitoraggio ed aggiornamento continuo dell'inventario delle apparecchiature medicali</i> <i>(MAX 10 Punti)</i>	10	8
<i>Verifiche di sicurezza elettrica generali secondo le Normative CEI</i> <i>(MAX 10 Punti)</i>	10	7
<i>Verifiche funzionali</i> <i>(MAX 10 Punti)</i>	9	7
<i>Collaudi</i> <i>(MAX 10 Punti)</i>	9	8
<i>Consulenza Tecnica</i> <i>(MAX 10 Punti)</i>	9	8

Demurtas *Pg*

Software Gestionale (MAX 10 Punti)	6	10
	53	48

I Componenti del Seggio e il Presidente procedono, quindi, ad apporre, sui plichi contenenti le offerte economiche di gara delle Ditte ammesse, la propria firma e la data.

Quindi, il Presidente del Seggio procede all'apertura dei relativi plichi contenenti le offerte economiche di gara.

Il Presidente procede all'apertura e lettura dell'offerta economica presentata da ciascuna Ditta e all'attribuzione del punteggio secondo le modalità indicate dall'art. 14 del Disciplinare.

Si procede, nel contempo, alla trascrizione delle offerte economiche in apposito prospetto (allegato al presente Verbale con il n. 2 per farne parte integrante e sostanziale al quale sono unite le soprascritte offerte economiche di gara), nel quale vengono riportati, per ciascuna Ditta, i punteggi qualità, prezzo e totale, per lotto unico di gara.

Il Presidente dà lettura dei punteggi totali conseguiti da ciascuna Ditta e dichiara l'aggiudicazione provvisoria del presente appalto, come da risultanze così riassunte:

Lotto Unico:

Ditta aggiudicataria provvisoria Punteggio Totale (Qualità/ Prezzo) Prezzo Totale Offerto (Iva/E)

Ditta A.T.I. Elettronica Biomedicale di Foligno (Pg) con Elettronica Professionale di Sassari	93,00/100,00	€ 73.619,00 (<i>importo a ribasso</i>) € 812,50 (<i>importo oneri sicurezza</i>) € 74.431,50 (<i>importo totale offerto</i>)
---	---------------------	---

Come prescritto dall'art. 86 comma 2 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii., formata la graduatoria provvisoria, si procede alla verifica delle offerte risultate eventualmente anomale in quanto, sia il punteggio per il prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel Capitolato Speciale di gara (48 punti per la qualità – 32 punti per il prezzo); dalla disamina si evince che l'offerta della **A.T.I. Elettronica Biomedicale** di Foligno (Pg) con **Elettronica Professionale** di Sassari è risultata anomala, e, pertanto, sottoposta a valutazione di congruità, secondo la procedura di Legge vigente.

La seduta si chiude alle ore 10.20.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente:

Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

Maria Gesuina Demurtas

I Testimoni:

Sig.ra Michela Granese

Michela Granese

Dr. Paolo Sanna

Paolo Sanna

quest'ultimo facente funzioni di Segretario verbalizzante.



02 01
19/10/2010
14
AL VERBALE SEGGIO

VERBALE DI GARA N°1 IN DATA 29/07/2010 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ogg. Appalto per l'affidamento dei Servizi di revisione inventariale, verifiche di sicurezza elettrica, verifiche di funzionalità, verifiche straordinarie e collaudi di apparecchiature elettromedicali presso Presidi diversi dell'A.S.L. N°5 di Oristano, per il periodo di mesi ventiquattro (24).

L'anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di Luglio, alle ore 10 .00 nel P.O. San Martino di Oristano, presso lo studio del Responsabile dell'Ingegneria Clinica, in seduta non pubblica, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con atto deliberativo del n° 715 del 27/07/2010 preposta alla valutazione dell'offerta tecnica della gara in oggetto secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare Amministrativo di Gara.

Sono presenti i Signori:

1. Ing. Barbara Podda, con funzioni di Presidente;
2. Ing. Marcello Serra, con funzione di Componente;
3. Ass. Tec. Valter Piga, con funzione di Componente.

Assume le Funzioni di Segretario Verbalizzante il Dott. Ing. Barbara Podda

PREMESSO

- che in data 28.07.2010 con nota Protocollo n. 2697966 il Presidente del seggio di gara ha trasmesso alla Commissione Giudicatrice:
 1. copia del Verbale del seggio di gara del giorno 28.07.2010;
 2. le offerte tecniche in originale, in appositi plichi sigillati delle Ditte Ammesse alle successive fasi di gara;
 3. copia del Capitolato Tecnico e del Disciplinare Amministrativo di Gara.
- che in conformità con quanto stabilito dall'art. 13 del Disciplinare Amministrativo alla Commissione Giudicatrice in seduta riservata compete l'apertura dei plichi contenenti la documentazione tecnica e la conseguente verifica e valutazione della relativa documentazione

presentata dalle Ditte Concorrenti sulla base dei parametri punteggi stabiliti al successivo articolo 14 del Disciplinare Amministrativo di Gara.

- Che all'articolo 6 del Capitolato Tecnico intitolato "Documentazione Tecnica" si precisa che le imprese concorrenti sono tenute a presentare a pena di esclusione, la documentazione tecnica specificata nel medesimo articolo.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente si dà atto che sono pervenuti n° 2 plichi chiusi riportanti all'esterno la dicitura "documentazione tecnica" tutti debitamente datati e firmati all'esterno dai Componenti del Seggio di gara nella seduta del 28/07/10 così come di seguito specificato.

A.T.I. Elettronica Biomedicale di Foligno ed Elettronica Professionale di Sassari	Una busta: "Documentazione Tecnica"
Ditta Esaote di Genova	Una busta: "Documentazione Tecnica"

La commissione accertata la regolarità dei plichi contenenti la documentazione tecnica, i quali risultano tutti idoneamente sigillati, e il Presidente può procedere all'apertura degli stessi.


La Commissione verifica la completezza della documentazione tecnica presentata dalle Ditte Concorrenti e inizia l'analisi della stessa.

Alle ore 11.00 termina la seduta e il Presidente ripone la documentazione tecnica in luogo sicuro.


I componenti la commissione giudicatrice

Letto confermato e sottoscritto.

Ing. Barbara Podda, con funzioni di Presidente



Ing. Marcellò Serra, con funzione di Componente



Ass. Tec. Valter Piga, con funzione di Componente



67
C
h

VERBALE DI GARA N°2 IN DATA 19/08/2010 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ogg. Appalto per l'affidamento dei Servizi di revisione inventariale, verifiche di sicurezza elettrica, verifiche di funzionalità, verifiche straordinarie e collaudi di apparecchiature elettromedicali presso Presidi diversi dell'A.S.L. N°5 di Oristano, per il periodo di mesi ventiquattro (24).

L'anno duemiladieci il giorno diciannove del mese di Agosto, alle ore 10 .00 nel P.O. San Martino di Oristano, presso lo studio del Responsabile dell'Ingegneria Clinica, in seduta non pubblica, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con atto deliberativo del n° 7³ del 27/07/2010 preposta alla valutazione dell'offerta tecnica della gara in oggetto secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare Amministrativo di Gara.

Sono presenti i Signori:

1. Ing. Barbara Podda, con funzioni di Presidente;
2. Ing. Marcello Serra, con funzione di Componente;
3. Ass. Tec. Valter Piga, con funzione di Componente.

Assume le Funzioni di Segretario Verbalizzante il Dott. Ing. Barbara Podda

PREMESSO

- che in data 28.07.2010 con nota Protocollo n. 2697966 il Presidente del seggio di gara ha trasmesso alla Commissione Giudicatrice:
 1. copia del Verbale del seggio di gara del giorno 28.07.2010;
 2. le offerte tecniche in originale, in appositi plichi sigillati delle Ditte Ammesse alle successive fasi di gara;
 3. copia del Capitolato Tecnico e del Disciplinare Amministrativo di Gara.
- che in conformità con quanto stabilito dall'art. 13 del Disciplinare Amministrativo alla Commissione Giudicatrice in seduta riservata compete l'apertura dei plichi contenenti la documentazione tecnica e la conseguente verifica e valutazione della relativa documentazione

presentata dalle Ditte Concorrenti sulla base dei parametri e punteggi stabiliti al successivo articolo 14 del Disciplinare Amministrativo di Gara.

- Che all'articolo 6 del Capitolato Tecnico intitolato "Documentazione Tecnica" si precisa che le imprese concorrenti sono tenute a presentare a pena di esclusione, la documentazione tecnica specificata nel medesimo articolo.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.


La Commissione prosegue l'analisi della documentazione tecnica per l'attribuzione dei punteggi stabiliti all'articolo 14 del Disciplinare Amministrativo di Gara.

Alle ore 13.00 termina la seduta e il Presidente ripone la documentazione tecnica in luogo sicuro.

I componenti la commissione giudicatrice

Letto confermato e sottoscritto.

Ing. Barbara Podda, con funzioni di Presidente



Ing. Marcello Serra, con funzione di Componente



Ass. Tec. Valter Piga, con funzione di Componente



**VERBALE DI GARA N°3 IN DATA 20/09/2010 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Ogg. Appalto per l'affidamento dei Servizi di revisione inventariale, verifiche di sicurezza elettrica, verifiche di funzionalità, verifiche straordinarie e collaudi di apparecchiature elettromedicali presso Presidi diversi dell'A.S.L. N°5 di Oristano, per il periodo di mesi ventiquattro (24).

L'anno duemiladieci il giorno venti del mese di Settembre, alle ore 09 .00 nel P.O. San Martino di Oristano, presso lo studio del Responsabile dell'Ingegneria Clinica, in seduta non pubblica, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con atto deliberativo del n° 715 del 27/07/2010 preposta alla valutazione dell'offerta tecnica della gara in oggetto secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare Amministrativo di Gara.

Sono presenti i Signori:

1. Ing. Barbara Podda, con funzioni di Presidente;
2. Ing. Marcello Serra, con funzione di Componente;
3. Ass. Tec. Valter Piga, con funzione di Componente.

Assume le Funzioni di Segretario Verbalizzante il Dott. Ing. Barbara Podda

PREMESSO

- che in data 28.07.2010 con nota Protocollo n. 2697966 il Presidente del seggio di gara ha trasmesso alla Commissione Giudicatrice:
 1. copia del Verbale del seggio di gara del giorno 28.07.2010;
 2. le offerte tecniche in originale, in appositi plichi sigillati delle Ditte Ammesse alle successive fasi di gara;
 3. copia del Capitolato Tecnico e del Disciplinare Amministrativo di Gara.
- che in conformità con quanto stabilito dall'art. 13 del Disciplinare Amministrativo alla Commissione Giudicatrice in seduta riservata compete l'apertura dei plichi contenenti la documentazione tecnica e la conseguente verifica e valutazione della relativa documentazione

presentata dalle Ditte Concorrenti sulla base dei parametri e punteggi stabiliti al successivo articolo 14 del Disciplinare Amministrativo di Gara.

- Che all'articolo 6 del Capitolato Tecnico intitolato "Documentazione Tecnica" si precisa che le imprese concorrenti sono tenute a presentare a pena di esclusione, la documentazione tecnica specificata nel medesimo articolo.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

La Commissione prosegue l'analisi della documentazione tecnica per l'attribuzione dei punteggi stabiliti all'articolo 14 del Disciplinare Amministrativo di Gara.

I lavori vengono riassunti nella relazione allegata al presente verbale.

In sintesi i punteggi complessivi risultano i seguenti:

Criterion/ Ditta	A.T.I. Elettronica Biomedicale e Elettronica Professionale	ESAOTE
<i>Tipologia e modalità di esecuzione del servizio di revisione, monitoraggio ed aggiornamento continuo dell'inventario delle apparecchiature medicali</i> <i>(MAX 10 Punti)</i>	10	8
<i>Verifiche di sicurezza elettrica generali secondo le Normative CEI</i> <i>(MAX 10 Punti)</i>	10	7
<i>Verifiche funzionali</i> <i>(MAX 10 Punti)</i>	9	7
<i>Collaudi</i> <i>(MAX 10 Punti)</i>	9	8
<i>Consulenza Tecnica</i> <i>(MAX 10 Punti)</i>	9	8
<i>Software Gestionale</i> <i>(MAX 10 Punti)</i>	6	10
	53	48



Alle ore 14.00 termina la seduta e il Presidente ripone la documentazione tecnica in luogo sicuro.

Barbara

I componenti la commissione giudicatrice

Letto confermato e sottoscritto.

Ing. Barbara Podda, con funzioni di Presidente

Barbara Podda

Ing. Marcello Serra, con funzione di Componente

Marcello Serra

Ass. Tec. Valter Piga, con funzione di Componente

Valter Piga

ASL

24/10

Tipologia e modalità di esecuzione del servizio di revisione, monitoraggio ed aggiornamento continuo dell'inventario delle apparecchiature medicali

Verrà valutato quanto dichiarato nel progetto tecnico in relazione alla tipologia e alla modalità di erogazione del servizio, il cronoprogramma di attività, il numero, la qualifica, ed il curriculum del Personale tecnico adibito al servizio e verranno analizzate tutte le schede presentate che verranno usate nel corso dell'attività (scheda inventariale, libro macchina, etc.).

A.T.I. Elettronica Biomedicale e Elettronica Professionale (Punti 10)

L'ATI dichiara l'esecuzione dell'attività di censimento entro un mese e mezzo in luogo degli otto mesi richiesti.

Il Servizio verrebbe erogato secondo le indicazioni richieste nel Capitolato Tecnico e prevede inoltre il censimento e l'etichettatura dei locali in cui le apparecchiature risultano installate.

L'allineamento con la procedura AREAS avverrebbe entro il mese successivo alla rilevazione inventariale anziché i sei mesi richiesti.

I dati censiti verrebbero riportati su un software gestionale SI3C.

Durante la rilevazione inventariale verrebbe rilevata per ogni apparecchiatura anche la presenza del relativo manuale d'uso al fine di segnalare all'amministrazione l'eventuale assenza dello stesso.

Il Servizio di revisione inventariale verrebbe svolto da tre persone: un perito elettrotecnico con 17 anni di esperienza, un perito elettronico con 11 anni di esperienza ed un perito elettronico con 5 anni di esperienza coordinate da un perito elettronico con 21 anni di esperienza nell'ambito della sicurezza elettrica in campo ospedaliero.

I protocolli operativi e le schede presentate risultano essere complete e adatte alla tipologia del servizio di revisione, monitoraggio ed aggiornamento continuo dell'inventario delle apparecchiature medicali.

ESAOTE (Punti 8)


La Ditta dichiara l'esecuzione dell'attività di censimento entro quaranta giorni in luogo degli otto mesi richiesti.

L'allineamento con la procedura AREAS avverrebbe entro il mese successivo alla rilevazione inventariale anziché i sei mesi richiesti.

I dati censiti verrebbero riportati sul software gestionale INFOHEALTH.

Il Servizio di revisione inventariale verrebbe svolto da due persone: da un ingegnere biomedico con 4 anni di esperienza e da un perito elettronico con 13 anni di esperienza coordinati da un ingegnere biomedico con 8 anni di esperienza.

I protocolli operativi e le schede presentate risultano essere complete e adatte alla tipologia del servizio di revisione, monitoraggio ed aggiornamento continuo dell'inventario delle apparecchiature medicali.



Verifiche di sicurezza elettrica generali secondo le Normative CEI

Verrà valutato quanto dichiarato nel progetto tecnico in relazione alla tipologia e alla modalità di erogazione del servizio, il cronoprogramma di attività, il numero, la qualifica, ed il curriculum del Personale tecnico adibito al servizio e verranno analizzate tutte le schede presentate che verranno usate nel corso dell'attività (schede di verifica etc.).

A.T.I. Elettronica Biomedicale e Elettronica Professionale (Punti 10)

In relazione al suddetto punto oltre a quanto richiesto nel capitolato tecnico viene offerta in concomitanza con le verifiche di sicurezza elettrica anche la verifica della congruità delle caratteristiche tecniche-impiantistiche dei locali.

Tale servizio verrebbe attivato una settimana dopo dall'inizio delle attività inventariali per essere concluso entro due mesi dall'inizio dell'attività in luogo dei dodici mesi richiesti.

Il Servizio di verifica di sicurezza elettrica verrebbe svolto da quattro persone: un perito elettrotecnico con 25 anni di esperienza, un perito elettrotecnico con 18 anni di esperienza, un perito elettronico con 12 anni di esperienza, ed un perito elettrotecnico con 11 anni di esperienza coordinati da un perito elettronico con 21 anni di esperienza nell'ambito della sicurezza elettrica in campo ospedaliero.

I protocolli operativi e le schede presentate risultano essere complete e adatte alla tipologia del servizio di verifica di sicurezza elettrica secondo le Normative CEI.


ESAOTE (Punti 7)

Il servizio di sicurezza elettrica verrebbe pianificato entro tre giorni naturali e consecutivi dal termine della revisione ed aggiornamento inventariale per terminare entro tre mesi dalla data di avvio in luogo dei dodici mesi richiesti.

Il Servizio di verifica di sicurezza elettrica verrebbe svolto da due persone specialistiche con diploma di perito elettronico aventi 8 e 14 anni di esperienza coordinati da un ingegnere biomedico con 8 anni di esperienza.

I protocolli operativi e le schede presentate risultano essere complete e adatte alla tipologia del servizio di verifica di sicurezza elettrica secondo le Normative CEI.

La Ditta precisa inoltre che la frequenza sarà annuale per le apparecchiature con alto livello di criticità prevedendo quindi di erogare 372 verifiche in più rispetto a quelle conteggiate nell'arco del biennio. Ovviamente questo dato non può essere valutato come migliorativo perché la "eventuale" seconda verifica dovrà essere richiesta dall'amministrazione e sarà pagata a parte dato che nell'offerta economica deve essere esplicitato un costo per ogni tipo di verifica.



404

Verifiche funzionali

Verrà valutato quanto dichiarato nel progetto tecnico in relazione alla tipologia e alla modalità di erogazione del servizio il cronoprogramma di attività, il numero, la qualifica, ed il curriculum del Personale tecnico adibito al servizio e verranno analizzate tutte le schede presentate che verranno usate nel corso dell'attività (schede di verifica).

A.T.I. Elettronica Biomedicale e Elettronica Professionale (Punti 9)

Il Servizio di verifica funzionale verrebbe svolto conformemente al capitolato tecnico e alle vigenti normative in materia.

Tale servizio verrebbe attivato una settimana dopo dall'inizio delle attività inventariali per essere concluso entro due mesi dall'inizio dell'attività in luogo dei dodici mesi richiesti.

Il Servizio di verifica di funzionalità verrebbe svolto da cinque tecnici specializzati divisi in due squadre di due e tre persone: un perito elettrotecnico con 25 anni di esperienza, un perito elettrotecnico con 18 anni di esperienza, un perito elettronico con 12 anni di esperienza, un perito elettrotecnico con 11 anni di esperienza ed un perito elettronico con 11 anni di esperienza.

I protocolli operativi e le schede presentate risultano essere complete e adatte alla tipologia del servizio di verifica di funzionalità.


ESAOTE (Punti 7)

Il Servizio di verifica funzionale verrebbe svolto conformemente al capitolato tecnico e alle vigenti normative in materia.

Tale servizio verrebbe attivato entro tre giorni naturali e consecutivi dal termine della revisione ed aggiornamento inventariale presentando un cronoprogramma complessivo dei lavori e terminerebbe entro quattro mesi dall'inizio dell'attività in luogo dei dodici mesi richiesti.

Il Servizio di funzionalità verrebbe svolto da due risorse tecniche specialistiche individuate tra: un perito elettronico con 8 annidi esperienza; un perito elettronico con 14 anni di esperienza; un perito elettronico con 9 annidi esperienza; un perito elettronico con 14 anni di esperienza.

I protocolli operativi e le schede presentate risultano essere complete e adatte alla tipologia del servizio di verifica di funzionalità.



Handwritten mark

Collaudi

Verrà valutato quanto dichiarato nel progetto tecnico in relazione alla tipologia e alla modalità di erogazione del servizio il cronoprogramma di attività, il numero, la qualifica, ed il curriculum del Personale tecnico adibito al servizio e verranno analizzate tutte le schede presentate che verranno usate nel corso dell'attività (schede di verifica).

A.T.I. Elettronica Biomedicale e Elettronica Professionale (Punti 9)

Il Servizio di collaudo di apparecchiature verrebbe svolto conformemente al capitolato tecnico e alle vigenti normative in materia.

La Ditta si dichiara disponibile a supportare l'azienda in caso di non conformità relazionandosi direttamente con la Ditta fornitrice al fine della rimozione delle stesse e procedendo nuovamente alle prove una volta rimosse le non conformità.

Al termine del collaudo la Ditta provvederebbe a segnalare all'Amministrazione il fabbisogno di materiale consumabile legato all'apparecchiatura.

Il Servizio di collaudo verrebbe svolto da personale tecnico ed ingegneristico.

I protocolli operativi e le schede presentate risultano essere complete e adatte alla tipologia del servizio.

ESAOTE (Punti 8)

Il Servizio di collaudo di apparecchiature verrebbe svolto conformemente al capitolato tecnico e alle vigenti normative in materia.

La Ditta si dichiara disponibile ad eseguire il collaudo entro e non oltre tre giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di collaudo.

Il Servizio di collaudo verrebbe svolto da personale tecnico ed ingegneristico.

I protocolli operativi e le schede presentate risultano essere complete e adatte alla tipologia del servizio.

Handwritten signatures and initials

Consulenza Tecnica

Verrà valutato quanto dichiarato nel progetto tecnico in relazione alla tipologia e alla modalità di erogazione del servizio, compreso il numero, la qualifica, ed il curriculum del Personale tecnico adibito al servizio e verranno analizzate tutte le schede presentate che verranno usate nel corso dell'attività (schede di consulenza straordinaria).

A.T.I. Elettronica Biomedicale e Elettronica Professionale (Punti 9)

Il Servizio di consulenza tecnica verrebbe svolto conformemente al capitolato tecnico e alle vigenti normative in materia.

L'intervento per eventi straordinari viene garantito entro 2 ore dalla chiamata anziché le 4 ore richieste.

L'ATI elaborerebbe un piano contenente la lista di priorità nell'acquisizione di nuove apparecchiature e avvierebbe un "help-desk" per supporto su argomenti legislativi e/o normativi legati alla sicurezza delle apparecchiature elaborate da personale ingegneristico altamente specializzato.

Il Servizio verrebbe svolto da personale tecnico e ingegneristico altamente specializzato e con pluriennale esperienza.


I protocolli operativi e le schede presentate risultano essere complete e adatte alla tipologia del servizio.

ESAOTE (Punti 8)

Il Servizio di consulenza tecnica verrebbe svolto conformemente al capitolato tecnico e alle vigenti normative in materia.

Il Servizio verrebbe svolto da personale tecnico e ingegneristico altamente specializzato e con pluriennale esperienza.

I protocolli operativi e le schede presentate risultano essere complete e adatte alla tipologia del servizio.



Software Gestionale

Verranno valutate tutte le caratteristiche e le potenzialità del software in relazione a tutti i servizi richiesti nonché in relazione ad eventuali aspetti migliorativi, estrazione di statistiche, ecc. Verrà altresì valutata la formazione del Personale medico e tecnico all'utilizzo dell'applicativo e gli aspetti manutentivi dello stesso.

A.T.I. Elettronica Biomedicale e Elettronica Professionale (Punti 6)

Il Software SI3C Web Application è in grado di seguire l'archiviazione in formato elettronico di tutte le attività oggetto del servizio in modo semplice e flessibile.

Il Database SI3C è realizzato con tecnologia Oracle.

Il Software è caratterizzato da un continuo aggiornamento della codifica CIVAB che consente di mantenere aggiornate le informazioni su eventuali "end of life", "out of support" "alert" o segnalazioni legate all'apparecchiatura.

Il Software dispone di un dashboard di controllo che consente di presentare in forma aggregata, riassuntiva ed automatica, i dati critici rilevati dal software gestionale.

Inoltre il Software è comprensivo di un modulo SFINGE per la valutazione del rischio clinico legato alla gestione delle apparecchiature biomediche.

Il Software è inoltre comprensivo del modulo MITO (Monitoraggio Investimenti Tecnologie Ospedaliere) per il supporto alla predisposizione dei piani di rinnovo e sostituzione delle apparecchiature biomediche.

Il Servizio di formazione verrebbe svolto dal Responsabile delle procedure informatiche e da personale tecnico informatico specializzato. I corsi sono articolati in moduli da 4 ore ciascuno (5 moduli per complessive 24 ore di formazione): di cui 2 moduli per personale tecnico ingegneristico, 2 moduli per personale tecnico amministrativo, 2 ore per personale sanitario.

La struttura informatica consente di collegarsi tramite VPN direttamente sul server, con disponibilità in modalità 24ore su 24 e 7 giorni su 7 anche per quanto riguarda il servizio di contact-center per segnalazione guasti/malfunzionamenti.

ESAOTE (Punti 10)

Il Software InfoHEALTH è in grado di seguire l'archiviazione in formato elettronico di tutte le attività oggetto del servizio in modo semplice e flessibile, inoltre risulta potenzialmente estendibile alla gestione del patrimonio immobiliare e delle manutenzioni impiantistiche.

Il Database InfoHealth è implementabile usando i più noti sistemi di database Oracle, SQL server, MySQL.

Il Software è offerto completo del modulo web (richiesto da capitolato) ma anche dei seguenti moduli:

- modulo XC per import export dati: che consente la gestione delle integrazioni con i software gestionali della ASL consentendo l'aggiornamento delle informazioni presenti su INFOHEALTH a livello di cespiti gestiti, costi sostenuti, contratti stipulati, materiali ordinati, albo fornitori, ecc, consentendo un'ottimale integrazione col software AREAS.
- modulo MI (Maintenance Intelligence): che estrae i dati dal database di INFOHEALTH fornendo degli indicatori generali di efficacia, efficienza, calcolo dell'IPS (Indice Priorità Sostituzione), avvalendosi di sistemi grafici e cruscotti.
- Modulo MS (Info Message): supporto on-line ai reparti e agli utenti in relazione alle informazioni sugli eventi delle apparecchiature.
- Modulo IPS (indice Priorità Sostituzione): per la gestione completa dei piani di rinnovo.

ALLEGATO 1 AL VERBALE DI GARA N°3 IN DATA 20/09/2010 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

16/09

Per una gestione in loco delle attività oggetto del Servizio la Ditta propone come comprensive nel servizio le seguenti dotazioni hardware: N.1 Personal Computer completo di monitor e stampante, 1 macchina fotografica digitale, 1 supporto palmare, 2 PC notebook.

Il Servizio di formazione verrebbe svolto con la formula del training on the job per diverse figure: utilizzatore, referente applicativo, configuratore e amministratore. La Ditta da la disponibilità per la formazione anche su un singolo operatore. L'intero processo di formazione sarebbe coordinato dal Responsabile di Prodotto Dott. Marco Lanzoni.


La struttura informatica garantisce senza oneri aggiuntivi un sistema di teleassistenza agli utenti. L'architettura ridondante del sistema presso la sede di ^{Trieste} ~~Trieste~~ ^{RAPALTO} garantisce la continuità di servizio 24 ore su 24.

Letto confermato e sottoscritto.

Ing. Barbara Podda, con funzioni di Presidente



Ing. Marcello Serra, con funzione di Componente



Ass. Tec. Valter Piga, con funzione di Componente



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO

Procedura Negoziata Revisione, verifiche, collaudi ed inventario Apparecchiature elettromedicali

Allegato N. 2 al Verbale N. 2 del Saggio di gara in data 19/10/2010

PROSPETTO DI RAFFRONTO PREZZI E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO QUALITA', PREZZO E PUNTEGGIO TOTALE

LOTTO UNICO

Prezzo inferiore
€ 73.619,00

ATI Elettronica Biomedicale con Elettronica Professionale			
Prezzo	Punteggio prezzo	Punteggio qualità	TOTALE punti
€ 73.619,00	40,00	53,00	93,00

Eventuale Contratto di manutenzione annuale "full risk" sul software gestionale € 3.500,00 I/E

Prezzo inferiore
€ 73.619,00

ESAOTE			
Prezzo	Punteggio prezzo	Punteggio qualità	TOTALE punti
€ 99.352,17	29,64	48,00	77,64

Eventuale Contratto di manutenzione annuale "full risk" sul software gestionale € 4.140,00/E



ASL Oristano

SERVIZI DI REVISIONE INVENTARIALE VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA, VERIFICHE DI FUNZIONALITA' E COLLAUDI DI APPARECCHIATURE ELETTRICOMEDICALI
 Allegato "B" al Disciplinare Amministrativo

GRUPPO	DESCRIZIONE GRUPPO	A QUANTITA' STIMATA (Q)	B PREZZO UNITARIO in CIFRE (Iva esclusa)	C PREZZO UNITARIO in LETTERE (Iva esclusa)	D= A per B PREZZO TOTALE PER GRUPPO IN CIFRE (Iva esclusa)	E= A per C PREZZO TOTALE PER GRUPPO IN LETTERE (Iva esclusa)
A	Revisione Inventario	2600	€ 3,50	Euro tre/50	€ 9.100,00	Euro novemilacento/00
G1	Apparecchiature soggette a controlli di sicurezza elettrica (norme CEI 62.5); le apparecchiature contrassegnate da "X" nel campo "funzionalità verificabile" sono anche soggette a controlli di sicurezza meccanica.	324	€ 15,00	Euro quindici/00	€ 4.860,00	Euro quattromilaottocentosessanta/00
1_a	Collaudi apparecchiature G1	30	€ 120,00	Euro centovenuti/00	€ 3.600,00	Euro tremilaseicento/00
1_b	Verifiche straordinarie apparecchiature G1	15	€ 15,00	Euro quindici/00	€ 225,00	Euro duecentoventicinque/00
G2	Apparecchiature soggette a controlli di sicurezza elettrica (norme CEI 62.5) e soggette a controlli di funzionalità con norme CEI particolari.	533	€ 28,00	Euro ventotto/00	€ 14.924,00	Euro quattordicimilanovecentoventiquattro/00
2_a	Collaudi apparecchiature G2	30	€ 120,00	Euro centovenuti/00	€ 3.600,00	Euro tremilaseicento/00
2_b	Verifiche straordinarie apparecchiature G2	15	€ 28,00	Euro ventotto/00	€ 420,00	Euro quattrocentoventi/00
G3	Apparecchiature soggette a controlli di sicurezza elettrica (norme CEI 62.5) senza norme CEI particolari ma che possono essere soggette a controlli funzionali con strumenti dedicati.	266	€ 25,00	Euro venticinque/00	€ 6.650,00	Euro seimilaseicentocinquanta/00
3_a	Collaudi apparecchiature G3	30	€ 120,00	Euro centovenuti/00	€ 3.600,00	Euro tremilaseicento/00
3_b	Verifiche straordinarie apparecchiature G3	15	€ 25,00	Euro venticinque/00	€ 375,00	Euro trecentosettantacinque/00
G4	Apparecchiature ad installazione permanente e/o soggette ai d.lgs. 230/95 e normative collegate. In particolare sulle apparecchiature disciplinate dai d.lgs. 230/95, d.lgs. 187/00 e successive modifiche devono essere eseguiti unicamente i controlli di sicurezza elettrica (sono pertanto esclusi i controlli di funzionalità).	16	€ 21,00	Euro ventuno/00	€ 336,00	Euro trecentotrentasei/00
4_a	Collaudi apparecchiature G4	3	€ 120,00	Euro centovenuti/00	€ 360,00	Euro trecentosessanta/00
4_b	Verifiche straordinarie apparecchiature G4	1	€ 21,00	Euro ventuno/00	€ 21,00	Euro ventuno/00
G5	Apparecchiature soggette a controlli di sicurezza elettrica (norme CEI 66.5) (Altro, senza scheda -nessuna delle precedenti)	704	€ 18,00	Euro diciotto/00	€ 12.672,00	Euro dodicimilaseicentosettantaquattro/00
5_a	Collaudi apparecchiature G5	30	€ 120,00	Euro centovenuti/00	€ 3.600,00	Euro tremilaseicento/00
5_b	Verifiche straordinarie apparecchiature G5	15	€ 18,00	Euro diciotto/00	€ 270,00	Euro duecentosettanta/00
6_a	Software gestionale per tutta la durata del servizio	1	€ 9.006,00	Euro novemilasei/00	€ 9.006,00	Euro novemilasei/00
TOTALE OFFERTO per GRUPPI in C I F R E (Iva esclusa)					€ 73.619,00	
TOTALE OFFERTO per GRUPPI in LETTERE (Iva esclusa)						
B	Eventuale Contratto di manutenzione annuale "full risk" sul software gestionale	3	€ 3.500,00	Euro tremilacinquecento/00	€ 10.500,00	Euro diecimilacinquecento/00

* Elettronica Bio Medica S.r.l.


 Ing. Gianpaolo Mura
 Procuratore

S.S. Sassari - Ferilia Km. 2,2 - 07100 BARRA

23

***N.B.:** gli importi dei canoni annuale/triennale "full risk" di manutenzione sul software gestionale non verranno tenuti in considerazione al fine del calcolo del punteggio relativo all'offerta economica e quindi anche ai fini dell'aggiudicazione D= A per B riferito a tale voce (Canone manutenzione software) è da intendersi il canone triennale ottenuto moltiplicando il valore riportato in colonna A con il valore in colonna B.

La presente offerta economica dovrà essere resa su carta da bollo e con firma per esteso, ai sensi di legge dal Titolare per le imprese individuali, dall'Amministratore o da chi rappresenta la Società; in caso di R.T.I. la dichiarazione è resa dal Mandatario e da ciascun Mandante.


Timbro e Firma: Titolare /Legale Rappresentante Ditta concorrente
La firma dovrà essere corredata da fotocopia di documento d'identità in corso di validità.

Foligno, 23.07.2010

In fede

[Firma]
Elettronica Bio Medicale S.r.l
(Legale Rappresentante)
Ing. Fabio Faroni

Elettronica Professionale S.r.l.
(Procuratore Speciale)
Ing. Gianpaolo Mura



[Firma]

SERVIZI DI REVISIONE INVENTARIALE VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA, VERIFICHE DI FUNZIONALITA' E COLLAUDI DI APPARECCHIATURE ELETTRICOMEDICALI
Allegato "B" al Disciplinare Amministrativo

Offerta

Entrate
 0009277 00006807 00140000
 00033183 04/11/2009 07.14.41
 0001-00009 5826470280006E
 IDENTIFICATIVO: 0189810737346E
 0 1 09 010757 346 9



GRUPPO	DESCRIZIONE GRUPPO	A	B	C	D= A per B	E= A per C
		QUANTITA' STIMATA (Q)	PREZZO UNITARIO in CIFRE (Iva esclusa)	PREZZO UNITARIO in LETTERE (Iva esclusa)	PREZZO TOTALE PER GRUPPO IN CIFRE (Iva esclusa)	PREZZO TOTALE PER GRUPPO IN LETTERE (Iva esclusa)
A	Revisione Inventario	2600	€ 3,55	tre/55	€ 9.220,61	novemiladuecentoventi/61
G1	Apparecchiature soggette a controlli di sicurezza elettrica (norme CEI 62.5); le apparecchiature contrassegnate da "X" controlli di sicurezza meccanica.	324	€ 13,13	tredecim/13	€ 4.254,16	quattromiladuecentocinquantaquattro/16
1_a	Collaudi apparecchiature G1	30	€ 74,96	Settantaquattro/96	€ 2.248,93	duemiladuecentoquarantotto/93
1_b	Verifiche straordinarie apparecchiature G1	15	€ 13,13	tredecim/13	€ 196,95	centonovantasei/95
G2	Apparecchiature soggette a controlli di sicurezza elettrica (norme CEI 62.5) e soggette a controlli di funzionalità con norme CEI particolari.	533	€ 20,69	venti/69	€ 11.027,66	undicimilaventisei/66
2_a	Collaudi apparecchiature G2	30	€ 74,96	Settantaquattro/96	€ 2.248,93	duemiladuecentoquarantotto/93
2_b	Verifiche straordinarie apparecchiature G2	15	€ 20,69	venti/69	€ 310,35	trecentodieci/35
G3	Apparecchiature soggette a controlli di sicurezza elettrica possono essere soggette a controlli funzionali con strumenti dedicati.	266	€ 152,12	centocinquantaquattro/12	€ 40.464,35	quarantamilaquattrocentosessantaquattro/35
3_a	Collaudi apparecchiature G3	30	€ 74,96	Settantaquattro/96	€ 2.248,93	duemiladuecentoquarantotto/93
3_b	Verifiche straordinarie apparecchiature G3	15	€ 15,78	quindici/78	€ 236,66	trecentodieci/35
G4	Apparecchiature ad installazione permanente e/o soggette ai d.lgs 230/95 e normative collegate. In particolare sulle apparecchiature disciplinate dai d.lgs. 230/95, d.lgs. 187/00 e successive modifiche devono essere eseguiti unicamente i controlli di sicurezza elettrica (sono pertanto esclusi i controlli di funzionalità).	16	€ 18,74	diciotto/74	€ 299,77	duecentonovantasette/77
4_a	Collaudi apparecchiature G4	3	€ 74,96	Settantaquattro/96	€ 224,89	duecentoventiquattro/89
4_b	Verifiche straordinarie apparecchiature G4	1	€ 12,76	dodici/76	€ 18,74	diciotto/74
G5	Apparecchiature soggette a controlli di sicurezza elettrica (norme CEI 66.5) (Altro, senza scheda -nessuna delle precedenti)	704	€ 74,96	Settantaquattro/96	€ 8.980,30	ottomilanovecentoottanta/30
5_a	Collaudi apparecchiature G5	30	€ 12,76	dodici/76	€ 2.248,93	duemiladuecentoquarantotto/93
5_b	Verifiche straordinarie apparecchiature G5	15	€ 12,76	quattordicimilanovecentoottanta/67	€ 191,34	centonovantuno/34
6_a	Software gestionale per tutta la durata del servizio	1	€ 14.930,67	quattordicimilanovecentoottanta/67	€ 14.930,67	quattordicimilanovecentoottanta/67
B	Eventuale Contratto di manutenzione annuale "full nsk" sul software gestionale	3	€ 4.140,00	quattromilacentocinquanta/00	€ 99.352,17	novanovemilacentocinquantaquattro/17
					€ 12.420,00	dodicimilaquattrocentoventi/00


ESAOTE S.p.A.

*N.B.: gli importi dei canoni annuale/triennale "full risk" di manutenzione sul software gestionale non verranno tenuti in considerazione al fine del calcolo del punteggio relativo all'offerta economica e quindi anche ai fini dell'aggiudicazione D= A per B riferito a tale voce (Canone manutenzione software) è da intendersi il canone triennale ottenuto moltiplicando il valore riportato in colonna A con il valore in colonna B.

La presente offerta economica dovrà essere resa su carta da bollo e con firma per esteso, ai sensi di legge dal Titolare per le Imprese individuali, dall'Amministratore o da chi rappresenta la Società; in caso di R.T.I. la dichiarazione è resa dal Mandatario e da ciascun Mandante.

Timbro e Firma: Titolare /Legale Rappresentante Ditta concorrente
La firma dovrà essere corredata da fotocopia di documento d'identità in corso di validità.

esaote s.p.a.
Ing. Fabrizio Landi
Amministratore Delegato





SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO
 ELENCO RAPPRESENTANTI DITTE PRESENTI ALLA SEDUTA DI GARA DEL GIORNO 19.10.2010

Rif.	NOMINATIVO (IN STAMPATELLO)	DITTA RAPPRESENTATA (IN STAMPATELLO)	FIRMA per esteso	PRESENTE IN QUALITÀ DI:		
				Legale Rappresentante	Delegato in forma scritta	Partecipante senza delega formale
1	GIAMPINO MURE	ELETTRONICA PROFESSIONAL	Giampino Mure		X	
2	GABRIELE CONTI	ESAOTE	Gabriele Conti		X	
3	PIER UGO DI MA	EBM	Pier Ugo Di Ma		X	
4	LAZIO GIANI	ELETTRONICA PROFESSIONAL	Lazio Giani		X	
5						
6						
7						
8						
9						
10						

[Handwritten signature]