



ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

S.S.D. Ingegneria Clinica

Prot. 3344788

Allegato n° 02 alla deliberazione

N° del

Composto di n° 08 fogli

Oristano lì, 13 Settembre 2011

**Al Presidente del Seggio Di Gara
c.a. M. G. Demurtas**

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di n° 2 distinti lotti unici non frazionabili di apparecchiature biomediche (lotto 1) ed attrezzature varie (lotto 2) da destinare alla medicina riabilitativa territoriale dell'A.S.L. N° 5 di Oristano

In relazione alla gara di cui all'oggetto si allegano alla presente i verbali della commissione giudicatrice.

Cordiali saluti,

**Il Direttore S.S.D. Ingegneria Clinica
Ing. Barbara Podda**

 ASL Oristano

VERBALE DI GARA N°2 IN DATA 13/09/2011 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ogg. Procedura negoziata per la fornitura di n° 2 distinti lotti unici non frazionabili di apparecchiature biomediche (lotto 1) ed attrezzature varie (lotto 2) da destinare alla medicina riabilitativa territoriale dell'A.S.L. N° 5 di Oristano

L'anno duemilaundici il giorno tredici del mese di Settembre, alle ore 12.00 nel Vecchio Ospedale di Oristano, presso lo studio del Responsabile del Servizio di Riabilitazione Territoriale, in seduta non pubblica, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con atto deliberativo del n° 483 del 30/08/2011 preposta alla valutazione dell'offerta tecnica della gara in oggetto secondo le modalità previste nel Capitolato .

Sono presenti i Signori:

1. Dott. Ing. Barbara Podda, con funzioni di Presidente;
2. Dott. Nicolò Pasqualino Orrù, con funzione di Componente;
3. Dott.ssa Silvia Scalas, con funzione di Componente.

Assume le Funzioni di Segretario Verbalizzante il Dott. Ing. Barbara Podda

PREMESSO

- che in data 05.09.2011 si è riunita la Commissione Giudicatrice.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente si dà atto che **risultano pervenute le mail di chiarimento richieste alla Ditta Chinesport (allegate al presente verbale) e che l'offerta del Lotto 2 risulta Conforme.**

Alle ore 11.15 termina la seduta e il Presidente si impegna a restituire la documentazione al presidente del Seggio.

I componenti la commissione giudicatrice**Letto confermato e sottoscritto.**

Dott. Ing. Barbara Podda, con funzioni di Presidente;

Dott. Nicolò Pasqualino Orrù, con funzione di Componente;

Dott.ssa Silvia Scalas, con funzione di Componente.



**VERBALE DI GARA N°1 IN DATA 05/09/2011 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Ogg. Procedura negoziata per la fornitura di n° 2 distinti lotti unici non frazionabili di apparecchiature biomediche (lotto 1) ed attrezzature varie (lotto 2) da destinare alla medicina riabilitativa territoriale dell'A.S.L. N° 5 di Oristano

L'anno duemilaundici il giorno cinque del mese di Settembre, alle ore 9.30 nel P.O. San Martino di Oristano, presso lo studio del Responsabile dell'Ingegneria Clinica, in seduta non pubblica, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con atto deliberativo del n° 483 del 30/08/2011 preposta alla valutazione dell'offerta tecnica della gara in oggetto secondo le modalità previste nel Capitolato .

Sono presenti i Signori:

1. Dott. Ing. Barbara Podda, con funzioni di Presidente;
2. Dott. Nicolò Pasqualino Orrù, con funzione di Componente;
3. Dott.ssa Silvia Scalas, con funzione di Componente.

Assume le Funzioni di Segretario Verbalizzante il Dott. Ing. Barbara Podda

PREMESSO

- che in data 31.08.2011 con nota Protocollo n. 3315468 il Presidente del seggio di gara ha trasmesso alla Commissione Giudicatrice:
 1. copia del Verbale del seggio di gara del giorno 31.08.2011;
 2. le offerte tecniche in originale, in appositi plichi sigillati delle Ditte Ammesse alle successive fasi di gara;
 3. copia del Capitolato e relativi allegati.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente si dà atto che è pervenuto n° 1 plico chiuso riportante all'esterno la dicitura " documentazione tecnica" debitamente datato e firmato all'esterno dai Componenti del Seggio di gara nella seduta del 31/08/11 così come di seguito specificato.

Chinesport S.p.A.	lotti 1 e 2
-------------------	-------------

La commissione accertata la regolarità del plico contenente la documentazione tecnica, il quale risulta idoneamente sigillato procede all'apertura dello stesso. All'interno del plico sono riportate due buste sigillate una relativa al lotto 1 e l'altra relativa al lotto 2.

Si inizia con l'apertura dei plichi relativi al **Lotto 1**

Chinesport S.p.A.

Offerta NON CONFORME in relazione alle seguenti voci.

Voce 1.b Tavolo per statica: non ha la posizione di trendelenburg.

Voce 1.c Pedana a nastro mobile: manca la molla a gas per la regolazione dei corrimano, non dispone di computer gestionale WUS

Voce 1.e Pedaliera per arti superiori: il display di controllo non è a distanza, il tempo non è regolabile.

Voce 1.g Diafanoscopi: Non dispone del sistema di regolazione della luminosità.

Si prosegue con l'apertura dei plichi relativi al **Lotto 2**


Chinesport S.p.A.


Risulta necessari verificare il diametro delle palline della voce 2.k. In quanto non specificato. Il Presidente ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163 del 2006 chiederà alla Ditta gli opportuni chiarimenti alla Ditta Offerente.


Alle ore 11.00 termina la seduta e il Presidente ripone la documentazione tecnica in luogo sicuro.

I componenti la commissione giudicatrice

Letto confermato e sottoscritto.

Dott. Ing. Barbara Podda, con funzioni di Presidente; 

Dott. Nicolò Pasqualino Orrù, con funzione di Componente; 

Dott.ssa Silvia Scalas, con funzione di Componente. 

Barbara Podda

Da: "Barbara Podda" <barbara.podda@asloristano.it>
A: "Roberto Franceschi" <robertof@chinesport.it>
Cc: "scalas silvia" <silvia.scalas@asloristano.it>; "nicolo.p. orru" <nicolo.p.orrui@asloristano.it>
Data invio: lunedì 5 settembre 2011 11.53
Oggetto: richiesta chiarimenti procedura negoziata
Spettabile Ditta Chinesport

in relazione alla Procedura negoziata per la fornitura di n° 2 distinti lotti unici non frazionabili di apparecchiature biomediche (lotto 1) ed attrezzature varie (lotto 2) da destinare alla medicina riabilitativa territoriale dell'A.S.L. N° 5 di Oristano

si richiede per la voce 2k del lotto 2 di precisare il diametro delle palline in quanto non riportato in offerta.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Barbara Podda

Dott. Ing. Barbara Podda,
Responsabile Servizio di Ingegneria Clinica
ASL 5 Oristano
TEL. 0783 317330 FAX 0783 779102
CELL. Aziendale 3402844126
email: barbara.podda@asloristano.it
www.asloristano.it

Il presente messaggio di posta elettronica non comporta la assunzione di alcuna obbligazione, salvo che ciò sia espressamente previsto da accordo scritto. Il presente messaggio è riservato e non può essere divulgato, usato o copiato in alcun modo ad eccezione del destinatario indicato. Chi ricevesse per errore il presente messaggio è pregato di comunicarne la ricezione a mezzo posta elettronica al mittente e di cancellarlo. L'utilizzo non autorizzato del presente messaggio o suoi allegati potrebbe costituire reato. Ringraziamo per la collaborazione.



Barbara Podda

Da: "Barbara Podda" <barbara.podda@asloristano.it>
A: "nicolo.p orru" <nicolo.p.orrु@asloristano.it>; "scalas silvia" <silvia.scalas@asloristano.it>
Data invio: lunedì 5 settembre 2011 12.31
Oggetto: Fw: richiesta chiarimenti procedura negoziata
Ditemi se le dimensioni vanno bene.

Grazie Barbara

----- Original Message -----

From: Roberto Franceschi

To: Barbara Podda

Sent: Monday, September 05, 2011 12:11 PM

Subject: R: richiesta chiarimenti procedura negoziata

5,6 cm

saluti



Via Croazia 2 - 33100 Udine

Roberto Franceschi

Ufficio Commerciale Italia Div. gare e appalti

Tel. +39 0432 621656 - Fax +39 0432 621620

<http://www.chinesport.it>

Skype: roberto franceschi

AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o el/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso, presupponendo che il destinatario effettuerà un appropriato controllo per individuare eventuali virus. Qualora riceveste questo messaggio, senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse. Le comunicazioni internet non sono sicure e Chinesport S.p.A. non è responsabile per eventuali abusi di terze parti, per alterazioni nel corso della trasmissione, né per danneggiamenti causati da virus o altre anomalie.

Da: Barbara Podda [mailto:barbara.podda@asloristano.it]

Inviato: lunedì 5 settembre 2011 11.53

A: Roberto Franceschi

Cc: scalas silvia; nicolo.p orru

Oggetto: richiesta chiarimenti procedura negoziata

Spettabile Ditta Chinesport

in relazione alla Procedura negoziata per la fornitura di n° 2 distinti lotti unici non frazionabili di apparecchiature biomediche (lotto 1) ed attrezzature varie (lotto 2) da destinare alla medicina

13/09/2011

riabilitativa territoriale dell'A.S.L. N° 5 di Oristano

si richiede per la voce 2k del lotto 2 di precisare il diametro delle palline in quanto non riportato in offerta.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Barbara Podda

Dott. Ing. Barbara Podda,
Responsabile Servizio di Ingegneria Clinica
ASL 5 Oristano
TEL. 0783 317330 FAX 0783 779102
CELL. Aziendale 3402844126
email: barbara.podda@asloristano.it
www.asloristano.it

Il presente messaggio di posta elettronica non comporta la assunzione di alcuna obbligazione, salvo che ciò sia espressamente previsto da accordo scritto. Il presente messaggio è riservato e non può essere divulgato, usato o copiato in alcun modo ad eccezione del destinatario indicato. Chi ricevesse per errore il presente messaggio è pregato di comunicarne la ricezione a mezzo posta elettronica al mittente e di cancellarlo. L'utilizzo non autorizzato del presente messaggio o suoi allegati potrebbe costituire reato. Ringraziamo per la collaborazione.



Barbara Podda

Da: "nicolo.p orru" <nicolo.p.orrù@asloristano.it>

A: "Barbara Podda" <barbara.podda@asloristano.it>

Data invio: lunedì 5 settembre 2011 13.13

Oggetto: comunicazione diametro palline di legno.

Ho preso visione di quanto comunicato dalla Kinesport: il diametro delle palline è di 5.6 cm a fronte dei 4 cm richiesti. Con la dott.ssa Scalas si conviene che va bene. Saluti NP Orrù

